

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°14-2024-HGJ











En, la ciudad de Jaén al 17 de julio del 2024, en el local de la Oficina de Logística del Hospital General de Jaén a las 08:30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° D256-2024-GR.CAJ-DRS-HGJ/DE, de Fecha 14 de junio del 2024: LIC. LIDA ANALÍ DÍAZ ARTEAGA: Presidente Titular, ING. OSWALDO MANUEL MORE SOTO, Primer Miembro Titular, CPC. MILAGROS MARIANELLA PALACIOS DULCE, Segundo Miembro Titular, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°14-2024-HGJ, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - LAVADORA DESINFECTADORA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN", a fin de realizar la admisión, evaluación y calificación de las Ofertas:

Instalado el comité de selección en pleno se informa la relación de participantes inscritos a través del SEACE, siendo los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	25/06/2024	Válido		25/06/2024	20100162238	 
2	Proveedor con RUC	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	24/06/2024	Válido		24/06/2024	20102032951	 
3	Proveedor con RUC	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/06/2024	Válido		30/06/2024	20447790999	 
4	Proveedor con RUC	20501549801	FERCO MEDICAL S.A.C.	24/06/2024	Válido		24/06/2024	20501549801	 
5	Proveedor con RUC	20501645517	VITALTEC S.A.C.	24/06/2024	Válido		24/06/2024	20501645517	 
6	Proveedor con RUC	20503919908	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	05/07/2024	Válido		05/07/2024	20503919908	 
7	Proveedor con RUC	20553285101	MEDSTEP PERU S.A.C.	26/06/2024	Válido		26/06/2024	20553285101	 
8	Proveedor con RUC	20565911920	ASECO PERU S.A.C.	25/06/2024	Válido		25/06/2024	20565911920	 
9	Proveedor con RUC	20600811364	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	26/06/2024	Válido		26/06/2024	20600811364	 
10	Proveedor con RUC	20601580528	GIMAJO MED S.A.C.	24/06/2024	Válido		24/06/2024	20601580528	 

15 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 2.

1 2

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20601785324	STBIOMEDICAL S.A.C.	23/06/2024	Válido		23/06/2024	20601785324	 
12	Proveedor con RUC	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	28/06/2024	Válido		28/06/2024	20602609104	 
13	Proveedor con RUC	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	27/06/2024	Válido		27/06/2024	20605753907	 
14	Proveedor con RUC	20607824658	CORPORACION BIO KVERO E.I.R.L.	22/06/2024	Válido		22/06/2024	20607824658	 
15	Proveedor con RUC	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	22/06/2024	Válido		22/06/2024	20609931311	 

15 registros encontrados, mostrando 5 registro(s), de 11 a 15. Página 2 / 2.

1 2





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN
COMITÉ DE SELECCIÓN



De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, presentaron sus ofertas a través del SEACE, los siguientes postores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20607824658	CORPORACION BIO KVERO E.I.R.L.	12/07/2024	21:16:53	20607824658	12/07/2024	21:17:49	Enviado	Valido
2	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	12/07/2024	17:48:04	20102032951	12/07/2024	17:53:14	Enviado	Valido
3	20501549801	FERCO MEDICAL S.A.C.	12/07/2024	20:22:06	20501549801	12/07/2024	20:24:19	Enviado	Valido
4	20565911920	ASECO PERU S.A.C.	12/07/2024	19:12:35	20565911920	12/07/2024	19:16:25	Enviado	Valido
5	20600811364	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	12/07/2024	17:54:44	20600811364	12/07/2024	17:55:27	Enviado	Valido

5 registros encontrados, mostrando 5 registro(s), de 1 a 5. Página 1 / 1.

Acto seguido se procedió a revisar las OFERTAS presentadas, a fin de realizar la admisión, evaluación y calificación.

Admisión de las ofertas: según lo establecido en el numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, del Capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento de selección:





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN
COMITÉ DE SELECCIÓN



DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES		
	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	ASECO PERU S.A.C.	CORPORACION BIO KVERO E.I.R.L.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f) CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA (cumplimiento de cualquiera de los siguientes estándares): UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA. <i>Se adjuntará copia del Certificado correspondiente para los Equipos ofertados</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
g) CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SEGÚN LA NORMA NTP-IEC 60601-1-2022 Equipo médico eléctrico. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y rendimiento esencial. 2ª Edición <i>Para equipos de fabricación nacional, Se adjuntará copia del Certificado correspondiente para los Equipos ofertados</i>	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h) HOJA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO <i>Para cuyo efecto deberán presentar la Hoja de Presentación del Producto, según el modelo indicado en el Anexo V. OBLIGATORIO</i>	SI CUMPLE	NO CUMPLE (*)	NO CUMPLE (**)
j) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
k) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
l) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA			
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 10)	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
ESTADO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

NOTA:

(*) El postor **ASECO PERU S.A.C.** (RUC N° 20565911920), según oferta presentada, No cumple con lo siguiente:

- ✓ Para la especificación técnica **A01 CAPACIDAD UTIL DE LA CAMARA MAYOR O IGUAL A 200 LTS**, en el folio 20 de la oferta, solo se indica el volumen total de la cámara, sin embargo, No se especifica la capacidad útil de la cámara conforme a lo requerido.
- ✓ Para la especificación técnica **A17 PANTALLA LCD PARA VISUALIZACION DE LOS PARAMETROS DE LOS CICLOS Y FASES Y PANEL TACTIL PARA SELECCIÓN Y PROGRAMACION DE PARAMETROS DE LAVADO**, en los folios indicados en la hoja de presentación: 22, 23, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, de la oferta, No se indica que la pantalla sea del tipo LCD.

(**) El postor **CORPORACION BIO KVERO E.I.R.L.** (RUC N° 20607824658), según oferta presentada, No cumple con lo siguiente:

- ✓ Para la especificación técnica **A01 CAPACIDAD UTIL DE LA CAMARA MAYOR O IGUAL A 200 LTS**, en los folios indicados en la hoja de presentación 15-20 de la oferta, solo se indica el volumen, sin embargo, No se especifica la capacidad útil de la cámara conforme a lo requerido.
- ✓ Para la especificación técnica **A07 PUERTAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA INICIAR O PROSEGUIR CON UN CICLO CUANDO SE ENCUENTRA ABIERTA LA PUERTA**, según folio indicado, se visualiza la anomalía para cuando la maquina no funciona, sus causa y soluciones, sin embargo, No se indica si el equipo cuenta con un sistema de seguridad conforme a lo requerido.
- ✓ Para el accesorio **C02 DOS (02) RACKS CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE PARA CESTAS (BANDEJAS) DE LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO**, en el folio 44, indicado en la hoja de presentación, solo se muestra la imagen de Rack para bandejas (DIN), sin embargo, no se menciona la cantidad de Racks conforme a lo requerido, asimismo tampoco se adjunta declaración jurada que mencione la cantidad de dicho accesorio.
- ✓ Para el accesorio **C03 UN (01) RACK CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE PARA LAVAR RIÑOREAS Y LAVATORIOS**, en el folio 44, indicado en la hoja de presentación, se muestra imagen con la denominación de Rack para lavar instrumentos de acero o instrumentales, sin embargo, no se precisa que sirva para lavar riñoneras y lavatorios conforme a lo requerido.
- ✓ Para el accesorio **C04 UN (01) RACK CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE PARA LAVAR TUBOS DE DIFERENTES DIAMETROS CORRUGADOS Y ACCESORIOS DE MAQUINA DE ANESTESIA O VENTILADORES**, en el folio 44, indicado en la hoja de presentación, se muestra imagen de Rack para tubos de inyección y viales, sin embargo, no se indica que el Rack se utilice para lavar tubos corrugados de máquinas de anestesia o ventiladores, asimismo, en el folio 41, solo está indicado el procedimiento de limpieza de instrumentos de anestesia.





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN
COMITÉ DE SELECCIÓN



DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES	
	FERCO MEDICAL S.A.C.	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f) CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA (cumplimiento de cualquiera de los siguientes estándares): UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA. <i>Se adjuntará copia del Certificado correspondiente para los Equipos ofertados</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE
g) CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SEGÚN LA NORMA NTP-IEC 60601-1- 2022 Equipo médico eléctrico. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y rendimiento esencial. 2ª Edición <i>Para equipos de fabricación nacional, Se adjuntará copia del Certificado correspondiente para los Equipos ofertados</i>	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h) HOJA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO <i>Para cuyo efecto deberán presentar la Hoja de Presentación del Producto, según el modelo indicado en el Anexo V. OBLIGATORIO</i>	SI CUMPLE	NO CUMPLE (***)
j) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
k) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
l) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA		
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N 10)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
ESTADO	ADMITIDO	NO ADMITIDO

(***) El postor IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L. (RUC N° 20600811364), según oferta presentada, No cumple con lo siguiente:

- ✓ Para la especificación técnica A17 PANTALLA LCD PARA VISUALIZACION DE LOS PARAMETROS DE LOS CICLOS Y FASES Y PANEL TACTIL PARA SELECCIÓN Y PROGRAMACION DE PARAMETROS DE LAVADO, en los folios indicados en la hoja de presentación: 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 de la oferta, No se indica que la pantalla sea del tipo LCD.
- ✓ Para el componente A27 LOS RACKS DEBEN PERMITIR REALIZAR CARGAS MIXTAS, en el folio indicado en la hoja de presentación: 31, No se indica si los Racks permiten realizar carga mixta, al contrario, lo que se visualiza es el parámetro del programa de trabajo para seleccionar el reconocimiento de la cesta ya sea manual o automática o ambos (mixta)



Acto seguido se procede con la Evaluación:

a) Evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN	POSTORES	
	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A (RUC N° 20102032951)	FERCO MEDICAL S.A.C. (RUC N° 20501549801)
A) PRECIO: 98 Puntos <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 06) <div>VALOR ESTIMADO = S/. 466,890.00</div>	S/ 360,000.00	S/ 479,000.00
B) PLAZO DE ENTREGA: 2 Puntos <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	98 60 días calendario	73.65 60 días calendario
PUNTAJE TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACION:	2	2
BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (Anexo N° 10)	100	75.65
PUNTAJE FINAL	-	-
ORDEN DE PRELACION	100	75.65
	1	2






GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN
COMITÉ DE SELECCIÓN





b) Calificación: de acuerdo al numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ORDEN DE PRELACION	1	2
	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	FERCO MEDICAL S.A.C.
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
<u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,400,670.00 (Un Millón Cuatrocientos Mil Seiscientos Setenta y 00/100 soles) , por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el <i>Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 105,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 soles)</i> , por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. Se consideran bienes similares a los siguientes: Auto claves y/o esterilizador a vapor y/o esterilizadores a calor seco y/o lavador ultrasonido y/o lavador automático de chatas y/o reprocesador de endoscopios y/o esterilizador de baja temperatura.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
<u>Requisitos:</u> <u>Del personal clave para la instalación:</u> Tres (03) años de experiencia como mínimo en mantenimiento preventivo e instalación de equipos médicos de esterilización y/o mantenimiento correctivo e instalación de equipos médicos de esterilización y/o especialista en equipos médicos de esterilización iguales al objeto de la convocatoria o similares: Auto claves y/o esterilizador a vapor y/o esterilizadores a calor seco y/o lavador ultrasonido.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ESTADO	CALIFICADO	CALIFICADO
ORDEN DE PRELACION FINAL	1	2

Sin otro particular, el presidente levanta la sesión y se procede a firmar el acta, el mismo día a las 12:30 horas del presente día.


.....
Lic. Lida Analí Díaz Arteaga
Presidente Titular


.....
Ing. Oswaldo Manuel More Soto
Primer Miembro Titular


.....
CPC. Milagros Marianella Palacios Dulce
Segundo Miembro Titular