

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante : | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA |
| Nomenclatura : | AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2 |
| Nro. de convocatoria : | 2 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿ |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DICE:
Destilador de agua con recirculación
"Dimensiones (mm) : 760 x 340 x 610"
Se solicita al Comité de Selección aceptar el presente requerimiento según fabricante puesto que evidencia direccionamiento direccionamiento a una marca que cumpla esta característica, por ende, a fin de fomentar la pluralidad de postores para el presente se debe de aceptar según fabricante.
"Dimensiones (mm) : 760 x 340 x 610 O según fabricante"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 1:
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Destilador de agua con recirculación
"Dimensiones (mm) : 760 x 340 x 610 O según fabricante"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DICE

"Destilador de agua con recirculación
Uso de agua de enfriamiento (l/h): 30-50"

Se solicita al Comité de Selección aceptar también un uso de agua de enfriamiento de 60-80Lt, puesto que el rango del agua de enfriamiento requerido pertenece a los modelos cuya capacidad de producción es de 4.0 litros por hora, por ende, a fin de fomentar la pluralidad de postores para el presente proceso se debe de aceptar también el uso de agua de enfriamiento (l/h) de 60-80 lt correspondiente a una producción de 8 litros por hora como se está requiriendo en las EETT.

Muchas gracias por su atención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 2:
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Destilador de agua con recirculación
"Uso de agua de enfriamiento (l/h): 30-50 lt ó 60-80 lt"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DICE

"Destilador de agua con recirculación

Controlador: Termostato hidráulico"

Se solicita al Comité de Selección también aceptar un sistema totalmente automatizado (incluyendo el termostato), a fin de fomentar la pluralidad de postores al momento de la apertura de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 3:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Destilador de agua con recirculación

"Controlador: sistema totalmente automatizado (incluyendo el termostato)"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DICE

"Estufa microbiológica

Temperatura ambiente relativa: RT + 5 a 70 C°"

Se solicita al Comité de Selección aceptar también un rango desde RT +5 - 60°C o mayor que contenga al rango requerido, es decir: ¿Temperatura ambiente relativa: RT + 5 a 60°C o mayor¿, a fin de fomentar la pluralidad de postores al momento de la apertura de ofertas.

Muchas gracias por su atención

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 4:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estufa microbiológica

"Temperatura ambiente relativa: RT + 5 a 60°C o mayor".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

DICE

"Estufa microbiológica

Cámara interna: Espejo de acero inoxidable."

Se solicita al Comité de Selección aceptar también el material interno de la incubadora de cultivo de: ¿Acero inoxidable 304 o mejor¿, a fin de evitar direccionamiento y fomentar la pluralidad de postores al momento de la apertura de oferta.

"Cámara interna: Espejo de acero inoxidable O Acero inoxidable 304 o mejor."

Muchas gracias por su atención.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 5:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estufa microbiológica

"Cámara interna: Espejo de acero inoxidable O Acero inoxidable 304 o mejor"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

DICE:
"Estufa microbiológica
Potencia: 0.6Kw"

Se solicita al Comité de Selección aceptar una potencia aproximada de más/menos 0.1 kW, dado que la potencia del equipo varía según cada fabricante y por ello a fin de evitar direccionamientos además de fomentar la pluralidad de postores para el presente proceso el requerimiento debe quedar de la siguiente manera: ¿Potencia: 0.6 kW +/-0.1 kW.¿

"Potencia: 0.6kW +/-0.1 kW"

Muchas gracias por su atención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 6:
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estufa microbiológica
"Potencia: 0.6kW +/-0.1 kW"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

DICE:
"Estufa microbiológica
Tolerancia: +/- 3% "

Se solicita al Comité de Selección aceptar de carácter opcional este requerimiento puesto que evidencia direccionamiento, lo que restringe la participación de postores además de ir en contra lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

Muchas gracias por su atención.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 7:
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estufa microbiológica
Y/O Tolerancia: +/- 3%

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

DICE

"Estufa microbiológica

Configuración de tiempo: 0-9999 min (con función de espera de temporización)"

Se solicita al Comité de Selección aceptar también un rango mayor al solicitado, puesto que el temporizador varía según cada fabricante y esta puede ser mayor al rango solicitado incluso teniendo la opción de configuración continua, es decir: ¿Configuración de tiempo: 0-9999 min o mejor¿, a fin de fomentar la pluralidad de postores para el presente proceso.

Muchas gracias por su atención

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 8:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estufa microbiológica

"Configuración de tiempo: 0-9999 min o mejor"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

DICE

"Estufa microbiológica

Numero de estantes: 9"

Se solicita al Comité de Selección aceptar también ¿Número de estantes: 8 estantes o más¿, puesto que el número de estantes varía según fabrica con sus respectivos modelos, por ello nuestra solicitud hacia el Comité de Selección a fin de promover la pluralidad de postores para el presente proceso.

Muchas gracias por su atención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 9:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estufa microbiológica

"Número de estantes: 8 estantes o más"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

DICE
"Estufa microbiológica
Espacio de estantes: 35 mm"

Se solicita al Comité de Selección aceptar también una mayor distancia entre estantes, es decir: ¿Espacio de estantes desde 35mm hasta 40 mm¿, a fin de fomentar la pluralidad de postores y evitar direccionamientos para el presente proceso.

"Espacio de estantes desde 35mm hasta 40 mm"

Muchas gracias por su atención

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 10:
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estufa microbiológica
"Espacio de estantes desde 35mm hasta 40 mm"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

DICE
"Estufa microbiológica
Peso 50 kg"

Se solicita al Comité de Selección aceptar según fabricante el peso requerido, dado que el peso del equipo varía según fabricante, por ello solicitamos que este requerimiento sea según fabricante.

"Peso 50 kg o según fabricante"

Muchas gracias por su atención.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 11:
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estufa microbiológica
"Peso ideal 50 kg o según fabricante"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

DICE
"Autoclave vertical 80 LIT.
Capacidad en volumen 80 L"

Se solicita al Comité de Selección aceptar una ¿Capacidad en volumen desde 75 Litros hasta 85 Litros¿, a fin de fomentar la pluralidad de las especificaciones técnicas para el presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 12:
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estufa microbiológica
"Capacidad en volumen 75 Litros hasta 85 Litros"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

DICE
"Autoclave vertical 80 LIT.
Potencia 4000 kW"

Se solicita al Comité de Selección cambiar la potencia especificado en Kilowatt (kW), puesto que convertido en Watts (W) esto sería 4000,000 Watt, lo que sería un consumo masivo en las instalaciones donde este equipo va a ser instalado y puesto en marcha, a fin de solucionar el error en las especificaciones en cuanto a la potencia y también para ampliar el requerimiento técnico debe decir lo siguiente:

"Potencia desde 4 kW hasta 5.5 kW"

Muchas gracias por su atención

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 13:
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Autoclave vertical 80 LIT.
"Potencia desde 4 kW hasta 5.5 kW"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

DICE

"Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml

Material de la placa de montaje Aleación de aluminio con revestimiento de cerámica"

Se solicita al Comité de Selección aceptar también como material ¿aleación de aluminio¿ o también ¿acero inoxidable con recubrimiento de cerámica¿, a fin de fomentar la pluralidad de postores y características técnicas para el presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 14:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml.

"Material de la placa de montaje aleación de aluminio o también acero inoxidable con recubrimiento de cerámica"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

"Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml
Barra de agitación (L x Ø, mm) 55*10"

Se solicita al Comité de Selección si este requerimiento puede ser según fabricante, dado que cada fabricante tiene su propio diseño y acabado de la barra de agitación además de sus accesorios para el equipo, por ende, a fin de fomentar la pluralidad de postores para el presente proceso este requerimiento debe de ser según fabrica.

Muchas gracias por su atención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 15:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml.

"Barra de agitación (L x Ø, mm) 55*10 o según fábrica"

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Entidad convocante : | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | | |
| Nomenclatura : | AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2 | | |
| Nro. de convocatoria : | 2 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿ | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

DICE

Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml

¿Entrada de clasificación del motor (W) 30¿

Se solicita al Comité de Selección aceptar también el uso de rangos para el presente requerimiento técnico a fin de evitar direccionamientos a una marca y restringir la participación de postores para el presente proceso, por ello los rangos que proponemos son los siguientes:

¿Entrada de clasificación del motor (w) 15-30¿

Muchas gracias por su atención

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 16:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml.

"Entrada de clasificación del motor (w) 15-30"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

DICE

"Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml

Potencia nominal del motor (W): 20¿

Se solicita al Comité de Selección aceptar también el uso de rangos para el presente requerimiento técnico a fin de evitar direccionamientos a una marca y restringir la participación de postores para el presente proceso, por ello los rangos que proponemos son los siguientes:

¿Potencia nominal del motor (W): 10-20¿

Muchas gracias por su atención

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 17:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml.

"Potencia nominal del motor (W): 10-20"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

DICE

"Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml

Rango de velocidad (rpm) 50-1500"

Se solicita al Comité de Selección admitir un rango de velocidad desde 100 rpm hasta 1500 rpm, puesto que esta característica técnica varía según fabricante siendo así rangos de velocidades que pueden ser programadas desde distintas velocidades y aun así estos pasan por la velocidad solicitada dado que al arranque del dispositivo estos tienen que pasar de 0 a 100 pasando por la velocidad requerida de 50 rpm hasta los 1500 rpm, quedamos a la espera de la respuesta del Comité del Selección.

"Rango de velocidad (rpm) 50 o 100 hasta 1500"

Muchas gracias por su atención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 18:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml.

"Rango de velocidad (rpm) 50 o 100 hasta 1500"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

DICE
"Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml
La velocidad LED"

Se solicita al Comité de Selección aceptar también como mejora técnica una pantalla LCD para visualización de la velocidad, a fines de promover la pluralidad de postores para el presente proceso.

¿Visualización de la velocidad en pantalla LED o LCD¿

Muchas gracias por su atención

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 19:
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml.
"Visualización de la velocidad en pantalla LED o LCD"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

DICE

"Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml

Rango de temperatura de calentamiento (°C) temperatura ambiente ¿ 310"

Se solicita al Comité de Selección aceptar también un rango mayor o que contenga el rango requerido, es decir: ¿Rango de temperatura de calentamiento (°C) temperatura ambiente-310°C o mejor¿, esto a fin de promover la pluralidad de postores para el presente proceso.

¿Rango de temperatura de calentamiento (°C) temperatura ambiente-310°C o mejor¿

Muchas gracias por su atención

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 20:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml.

"Rango de temperatura de calentamiento (°C) temperatura ambiente-310°C o mejor"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

DICE

"Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml
Pantalla de temperatura LED"

Se solicita al Comité de Selección aceptar también como mejora técnica una pantalla LCD para visualización de la temperatura, a fines de promover la pluralidad de postores para el presente proceso.

¿Visualización de la temperatura en pantalla LED o LCD¿

Muchas gracias por su atención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 21:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml.

"Visualización de la temperatura en pantalla LED o LCD"

| | |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante : | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA |
| Nomenclatura : | AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2 |
| Nro. de convocatoria : | 2 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿ |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

DICE

"Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml

Temperatura de seguridad (°C) 50-320"

Se solicita al Comité de Selección aceptar también una ¿protección de sobre temperatura que puede llegar hasta los 420°C ¿, siendo así una mejora técnica a lo solicitado puesto que abarca mayor rango de temperatura brindando así una mejor protección tanto al usuario como la muestra y el ambiente, quedamos a la espera de la respuesta del Comité de Selección.

"Temperatura de seguridad (°C) 50-320 o protección de sobre temperatura que puede llegar hasta los 420°C"

Muchas gracias por su atención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 22:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml.

"Temperatura de seguridad (°C) 50-320 o protección de sobre temperatura que puede llegar hasta los 420°C"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

DICE

"Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml

Dimensiones (An x Al x Al, mm) 250x148x85"

Se solicita al Comité de Selección aceptar este requerimiento según fabricante puesto que evidencia direccionamiento a una marca, además que restringe la participación de postores, por ende, a fines de fomentar la pluralidad de estos, este requerimiento debe ser según fabricante, puesto que cada fabricante posee su propio acabado en las dimensiones de sus equipos.

¿Dimensiones (An x Al x Al, mm) 250x148x85 o según fabricante¿

Muchas gracias por su atención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge debido a que se requiere de las dimensiones según especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

DICE

"Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml

Peso 1,9 kg"

Se solicita al Comité de Selección aceptar este requerimiento según fabricante puesto que evidencia direccionamiento a una marca, además que restringe la participación de postores, por ende, a fines de fomentar la pluralidad de estos, este requerimiento debe ser según fabricante, puesto que cada fabricante posee su propio acabado en el peso de sus equipos.

¿Peso 1,9 kg o según fabricante¿

Muchas gracias por su atención.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 24:

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Agitador orbital de plataforma multifunción para erlemeyer de 100 a 1000 ml.

"Peso 1,9 kg o según fabricante"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-UNSCH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de bienes duraderos, equipos y aparatos médicos para la ejecución del proyecto de investigación estratégica FOCAM: USO DE MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCION ORGANIUCA SOSTENIBLE DE QUINUA, MAIZ Y PALTO EN LA REGION AYACUCHO¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518676700 | Fecha de envío : | 21/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CUPRUM METAL TRADING SAC | Hora de envío : | 18:29:21 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

DICE
"C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

Requisitos:
Con experiencia de 3 años en instalación de equipos de laboratorio como personal técnico biomédico, y/o Bachiller en Ingeniería electrónica, con experiencia en manejo de equipos biomédicos y/o instalación de equipos de laboratorio. Y/O Ingeniero mecánico colegiado, con experiencia en manejo de equipos biomédicos y/o instalación de equipos de laboratorio."

Se solicita al Comité de Selección que se considerar también:
¿Biólogo titulado, con experiencia y manejo de equipos biomédicos y/o equipos de laboratorio¿.

Muchas gracias por su atención

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta a fin de permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 25:
C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL:
"Con experiencia de 3 años en instalación de equipos de laboratorio como personal técnico biomédico, Biólogo titulado y/o Bachiller en Ingeniería electrónica, con experiencia en manejo de equipos biomédicos y/o instalación de equipos de laboratorio. Y/O Ingeniero mecánico colegiado, con experiencia en manejo de equipos biomédicos y/o instalación de equipos de laboratorio"