

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNSCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA BIOLOGIA MOLECULAR PARA EL PROYECTO FOCAM  
DETECCION TEMPRANA DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANA DE ALTO RIESGO

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	15:00:54

**Consulta: Nro. 1**

## Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:

Se solicita SECUENCIADOR ""12 Flow cells, 02 kits de secuenciación""

Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría agregar reactivos: Rapid Barcoding Kit 96 V14: 02 unidades, Flow Cell Wash Kit 03 unidades.

Considerando que para realizar los trabajos de secuenciación según protocolo es necesario contar con lo antes mencionado, con la finalidad que el área usuaria pueda realizar el flujo de trabajo completo y lograr los objetivos del proyecto.

Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Memo 1595-2024 y Memo n 015-2024 el area usuaria determina ACOGER la consulta y agrega Rapid Barcoding Kit 96 V14: 02 unidades, Flow Cell Wash Kit: 03 unidades en beneficio de esto, a fin de realizar el flujo de trabajo en la investigación pertinente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

los cambios seran modificados en las bases integradas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNSCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA BIOLOGIA MOLECULAR PARA EL PROYECTO FOCAM  
DETECCION TEMPRANA DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANA DE ALTO RIESGO

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	15:00:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita SECUENCIADOR  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría agregar 01 Cuantificador de ácidos nucleicos, método Fluorometría con las siguientes características:  
Controles fáciles e intuitivos.  
Calcula la concentración automáticamente.  
Almacena las últimas 50 lecturas y transfiere datos en tiempo real.  
Recomendado para secuenciación  
Dos canales fluorescentes:  
Rojo: Ex: paso corto de 640 nm (longitudes de onda de hasta 640 nm); Em: 660¿720 nm  
Azul: Ex: paso corto de 495 nm (longitudes de onda de hasta 495 nm); Em: 510¿580 nm

Considerando que para realizar los trabajos de secuenciación según protocolo es necesario cuantificar las muestras antes de realizar el protocolo.  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Memo 1595-2024 y Memo n 015-2024 el area usuaria determina ACOGER la consulta y agrega, 01 Cuantificador de ácidos nucleicos, método Fluorometría Considerando que según protocolo es necesario cuantificar las muestras según flujo de trabajo de secuenciación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
los cambios seran modificados en las bases integradas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNSCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA BIOLOGIA MOLECULAR PARA EL PROYECTO FOCAM  
DETECCION TEMPRANA DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANA DE ALTO RIESGO

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	15:00:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita SECUENCIADOR  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría agregar 01 kit de cuantificación de ADN x 500 reacciones con las siguientes características:  
Proporciona un colorante fluorescente de doble cadena que se une al ADN (504 nm Ex/531 nm Em) en un formato fácil de automatizar y de "agregar y leer" tanto para el colorante como para el estándar, lo que simplifica la cuantificación del ADN y acelera el flujo de trabajo.

Considerando que para realizar los trabajos de secuenciación según protocolo es necesario cuantificar las muestras antes de realizar el protocolo.  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Memo 1595-2024 y Memo n 015-2024 el area usuaria determina ACOGER la consulta y agrega 01 kit de cuantificación de ADN x 500 reacciones.  
Considerando que según protocolo es necesario cuantificar las muestras según flujo de trabajo de secuenciación y el kit es necesario para el uso de fluorometro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNSCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA BIOLOGIA MOLECULAR PARA EL PROYECTO FOCAM  
DETECCION TEMPRANA DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANA DE ALTO RIESGO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:10:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita la contratacion de adquisicion de equipos como 1 item que incluye todas las unidades. Consultamos si es posible atender individualmente cada equipo en caso que no se cuente con disponibilidad de todos los equipos solicitados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Memo 1595-2024 y Memo n 015-2024 el area usuaria determina NO ACOGER la consulta planteada, dado que el estudio de mercado realizado determinó la existencia de postores que pueden atender el requerimiento en su totalidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNSCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA BIOLOGIA MOLECULAR PARA EL PROYECTO FOCAM  
DETECCION TEMPRANA DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANA DE ALTO RIESGO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:10:54

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

El literal B. - Experiencia del postor en la especialidad, numeral 20 - De Calificación , Cap. III - Requerimiento (Pag. 41), dice lo siguiente:

"(¿) Se consideran bienes iguales a los siguientes: medios de hemocultivos automatizados, medios de cultivo en general, dispositivos médicos de BIOLOGICA Molecular para Microbiología¿  
"

En concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia, previsto en el literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, debería considerarse la acreditación de experiencia en bienes similares, permitiendo estos sean Reactivos de laboratorio en general. Con la finalidad de aumentar el numero de postores en la presente convocatoria.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que en coordinación con el Área Usuaría, permita la acreditación de la experiencia con montos facturados por la venta de Reactivos de laboratorio en general.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Mediante Memo 1595-2024 y Memo n 015-2024 el area usuaria determina NO ACOGER la observación, debido a que el objeto de contratación se refiere a equipos más no reactivos. En ese sentido, con respecto a los bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, deberán ceñirse a lo solicitado en las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null