

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA
Nomenclatura :	LP-SM-2-2024-UNF/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602923577	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA L. VALDIVIEZO S.R.L	Hora de envío :	11:22:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, solicito que se evalué a 60 días calendario el plazo de entrega, así mismo esta ampliación beneficiaria la participación de un mayor numero de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 dias en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (45) CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar una ampliación de plazo de entrega hasta NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, dado que luego de haber leído y examinado las bases de la presente Licitación Pública el plazo de entrega establecido requiere una ampliación, dado que los ITEMS requeridos necesitan ser fabricados, testeados bajo distintas normativas y estándares de calidad de cada fabricante, además de ello pasar por un proceso logístico para traer los bienes y ser internacionalizados y luego de ello debe de ser entregado en las instalaciones del Laboratorio de Investigación En Inocuidad De Alimentos en la Universidad Nacional de Frontera de la Universidad Nacional de frontera, sito en la Av. San Hilarión N° 101 Villa Perú-Canadá, Nueva Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura puesta en instalación y capacitación en sito, por ende, para fomentar la participación de postores para la presente LP se solicita al Comité de Selección ampliar el plazo de entrega.

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 días en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

7. LUGAR Y PLAZO

El plazo de entrega de los bienes será de cuarenta y cinco (45) días calendario, computados a partir del día siguiente de la confirmación de recepción de la orden de compra, en las instalaciones del Laboratorio de Investigación En Inocuidad De Alimentos en la Universidad Nacional de Frontera de la Universidad Nacional de frontera, sito en la Av. San Hilarión N° 101 Villa Perú-Canadá, Nueva Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura.

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar una ampliación de plazo de entrega hasta NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, dado que luego de haber leído y examinado las bases de la presente Licitación Pública el plazo de entrega establecido requiere una ampliación, dado que los ITEMS requeridos necesitan ser fabricados, testeados bajo distintas normativas y estándares de calidad de cada fabricante, además de ello pasar por un proceso logístico para traer los bienes y ser internacionalizados y luego de ello debe de ser entregado en las instalaciones del Laboratorio de Investigación En Inocuidad De Alimentos en la Universidad Nacional de Frontera de la Universidad Nacional de frontera, sito en la Av. San Hilarión N° 101 Villa Perú-Canadá, Nueva Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura puesta en instalación y capacitación en sito, por ende, para fomentar la participación de postores para la presente LP se solicita al Comité de Selección ampliar el plazo de entrega.

7. LUGAR Y PLAZO

El plazo de entrega de los bienes será de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, computados a partir del día siguiente de la confirmación de recepción de la orden de compra, en las instalaciones del Laboratorio de Investigación En Inocuidad De Alimentos en la Universidad Nacional de Frontera de la Universidad Nacional de frontera, sito en la Av. San Hilarión N° 101 Villa Perú-Canadá, Nueva Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 dias en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar una carta emitida por el fabricante especificando características técnicas que no se encuentren dentro de los catálogos o fichas técnicas o brochure o página web del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aceptaran cartas del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 02. CENTRIFUGA

Forma de los tubos: cónicos

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar un rotor angular, dado que los rotores angulares a diferencia de los rotores de 4 buckets, debido a que estos no poseen un fondo, por lo que los rotores angulares permiten en el uso tanto para tubos cónicos como tubos falcón, por ello aumentando la pluralidad de proveedores para la presente licitación pública.

Forma de los tubos: cónicos O rotor angular

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No Se acepta el cambio : rotor angular o de 4 buckets, según lo indicado por el área usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

ITEM 02. CENTRIFUGA

Programación de la velocidad: 48 - 50 R.P.M aprox.

Se informa al Comité de Selección que esta característica técnica podría direccionar el ITEM 02. CENTRIFUGA a una marca dado que la programación de la velocidad varía según cada fabricante, por lo que nuestro equipo a ofertar posee una programación de velocidad máxima hasta los 4000 RPM, por lo que se debe ampliar el requerimiento para una mayor participación de proveedores que cumplan con los requerimientos solicitados.

Programación de la velocidad: 48 - 50 R.P.M aprox. o velocidad máxima de 4000 rpm

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CONSULTA SE CAMBIA PROGRAMACIÓN DE VELOCIDAD DE 48 -50 RPM APROX O VELOCIDAD MAXIMA DE 4000RPM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

ITEM 02. CENTRIFUGA

Reloj: 1 - 99 min aprox.

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar como mejora técnica un temporizador con las siguientes características: "Temporizador o intervalo de tiempo: 1 s - 99 min 59 seg." dado que distintos temporizadores o relojes o intervalos de tiempo varían según cada fabricante, a fin de fomentar la pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento anterior, el requerimiento solicitado para el ITEM 02. CENTRIFUGA REFRIGERADA debe quedar de la siguiente manera:

Reloj o temporizador o intervalo de tiempo: 1 - 99 min o mejor

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTO LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

ITEM 02. CENTRIFUGA

Opción de bloqueo/modificación de R.P.M./F.C.R. en funcionamiento.

Se informa al Comité de Selección que esta característica técnica sea de carácter opcional, dado que puede direccionar el ITEM 02. CENTRIFUGA a una marca específica, pero además de ello el bloquear o modificar las velocidades de la centrifuga durante su funcionamiento perjudica tanto la muestra que se va a utilizar, como el rotor de la centrifuga y también de la centrifuga en sí, por ello, a fin de garantizar la seguridad del equipo y sus accesorios como los insumos que se van a utilizar durante el uso centrifuga, por ello este requerimiento debe quedar de manera opcional.

Opción de bloqueo/modificación de R.P.M./F.C.R. en funcionamiento. (OPCIONAL)

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO Se acepta la sugerencia

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

ITEM 02. CENTRIFUGA

Ventilación Forzada que reduce el incremento de temperatura

Se informa al Comité de Selección que esta característica técnica sea de carácter opcional, dado que puede direccionar el ITEM 02. CENTRIFUGA a una marca específica que solo posea esta función restringiendo la participación de marcas al momento de la sustentación de las especificaciones técnicas al momento de la preparación de los documentos requeridos para la entrega de ofertas, por ello este requerimiento debe ser de manera opcional.

Ventilación Forzada que reduce el incremento de temperatura (opcional)

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO Se acepta la sugerencia

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

ITEM 02. CENTRIFUGA

Voltaje: 220-230V aprox.

Se solicita al comité de selección si se puede aceptar el siguiente voltaje dado que nuestro bien a ofertar posee un voltaje 100 ¿ 240V, esto con la finalidad de poder participar en la siguiente licitación pública, beneficiando a la entidad ampliando la participación de proveedores que cumplen con el requerimiento técnico mínimo y/o con mejoras técnicas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CONSULTA POR LO TANTO SE MODIFICA EL VOLTAJE A : Fuente de Alimentación 100 V / 240V

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

ITEM 02. CENTRIFUGA

Peso neto: 14.5 - 16 kg

Se informa al Comité de Selección si esta característica técnica puede ser según fabricante, dado que el peso neto de cada centrifuga varía según fabricante, por lo cual un peso con una variación del 1.5 kg restringe la participación de marcas y por ende direccionando el ITEM 02 a una marca específica, para que pueda haber una mayor participación de marcas que cumplen con el requerimiento solicitado o que cumplan con mejoras técnicas, se solicita que este requerimiento sea según fabricante.

Peso: 14.5 -16 kg o según fabricante

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.1    Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta peso según fabricante

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ITEM 02. CENTRIFUGA

Consumo: 260-280W aprox.

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar un consumo desde 250 W, a fin de garantizar la pluralidad de marcas que cumplen el requerimiento técnico mínimo por ello el requerimiento a fin de aumentar la cantidad de postores para el presente proceso debe ser el siguiente:

Consumo: entre valores desde 220 a 280W aprox.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la sugerencia se cambiara de 220 - 280 W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

ITEM 03. RAMPA DE FILTRACIÓN

Bomba de vacío Rocker 400 con depósito de residuos 4 litros o bomba de vacío Alligator con drenaje directo.  
Se informa al Comité de Selección que el presente requerimiento técnico evidencia direccionamiento, por lo que perjudica la libre competencia, yendo en contra lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, por ello para evitar direccionamientos en el ITEM 03. RAMPA DE FILTRACIÓN y garantizar la pluralidad de marcas que cumplan con el requerimiento técnico solicitado este requerimiento deben solicitar una bomba de vacío acorde al equipo recomendada por el fabricante.  
Bomba de vacío según fabricante correspondiente a la marca ofertada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA Y LAS BASES QUEDARÍAN COMO : BOMBA DE VACÍO ACOPLABLE A LA RAMPA DE FILTRACIÓN Y CON LAS CARACTERIZTICAS MÍNIMAS SIGUIENTES: VELOCIDAD DE EVACUACIÓN = APROX 30/MINUTO, PRECISION MAXIMA=0.095 MPA, VACÍO =50MBAR, TEMPERATURA DE TRABAJO=7 A 40 °C, TEMPERATURA CORPORAL <50°C, DIAFRAGMA Y VALCULAS =NBR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

ITEM 04. AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE

Cantidad de agitación: 3.5 ¿ 4L

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar como mejora técnica una capacidad de 20L, dado que la capacidad de agitación varía según cada fabricante de los agitadores magnéticos con placa caliente desde los 3 Litros hasta mayor capacidad, por ello se solicita si se puede aceptar una ampliación de la capacidad en litros del ITEM 04. AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE, a fin de garantizar la pluralidad de proveedores y de marcas en la apertura de ofertas, el requerimiento debe decir lo siguiente en la integración de las bases:

Cantidad de agitación: desde 3 Litros hasta 20 L o mayor capacidad

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta, LA CANTIDAD SOLICITADA ES LA REQUERIDA DE 3.5 A 4 LTROS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ITEM 04. AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE

Longitud de la barra de agitación: 25 mm aprox.

Se solicita al Comité de Selección como mejora técnica una barra de agitación con una longitud de 80 mm, dado que este requerimiento puede variar según cada fabricante y por ello poseer mejores especificaciones técnicas que lo solicitado, por ende, a fin de permitir la participación de equipos que contengan mejoras técnicas para así fomentar la participación de más postores durante la apertura de ofertas.

Longitud de la barra de agitación: entre valores desde 25 mm hasta 80 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA LONGITUD DE LA BARRA REQUERIDA ES LA NECESARIA DE 25 MM APROX.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ITEM 04. AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE

Tipo de sensor: PT100

Se solicita al Comité de Selección como mejora técnica una un Sensor tipo: PT1000, a fin de garantizar la pluralidad de proveedores que cumplan con equipos con mejoras técnicas al equipo solicitado.

Tipo de sensor: PT100 o PT1000

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

ITEM 04. AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE

Material de la placa superior: Acero Inoxidable

Se solicita al Comité de Selección como mejora técnica una placa de acero inoxidable con recubrimiento de cerámica, a fin de garantizar la pluralidad de proveedores que cumplan con equipos con mejoras técnicas al equipo solicitado.

Material de la placa superior: Acero Inoxidable o Acero inoxidable con recubrimiento de cerámica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE CONSIDERA ACEPTABLE POR MOTIVO DE DURABILIDAD SE MANTIENE LAS CARACTERIZTICAS DE ACERO INOXIDABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

ITEM 04. AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE

Rango de velocidad (rpm) 15 - 1100 aprox

Se solicita al Comité de Selección como mejora técnica una velocidad desde 0 o 100 hasta los 1500 RPM, dado que cada fabricante posee distintas variedades en el rango de velocidad, por ello a fin de garantizar la pluralidad de proveedores que cumplan con equipos con mejoras técnicas al equipo solicitado.

Rango de velocidad (rpm) 15 - 1100 rpm o desde 0 o 100 hasta 1500 rpm

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE RANGO DE VELOCIDAD REGULABLE (RPM)=15 A 1500 APROX.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

ITEM 04. AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE

Rango de temperatura: 20° - 320°C aprox.

Se solicita al Comité de Selección como mejora técnica un rango de temperatura desde la temperatura ambiente hasta los 340°C, a fin de garantizar la pluralidad de proveedores que cumplan con equipos con mejoras técnicas al equipo solicitado.

Rango de temperatura: 20° - 320°C o RT-340°C

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE RANGO DE TEMPERATURA= T.AMBIENTE A 340°C APORX.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

ITEM 04. AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE

Motores con control de velocidad optoelectrónico, bobinas calefactoras integradas, construcción Ingeniurburo CAT M. Zipperer GmbH

Se informa al Comité de Selección que la presente característica técnica para el ITEM 04. AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE evidencia direccionamiento, lo que perjudica la libre competencia, yendo en contra lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, también restringiendo la participación de postores, por ello a fin de garantizar la pluralidad de postores para el ITEM 04. AGITADOR MAGNETICO CON PLACA CALIENTE, el presente requerimiento debe ser de carácter opcional.

Motores con control de velocidad optoelectrónico, bobinas calefactoras integradas, construcción Ingeniurburo CAT M. Zipperer GmbH (OPCIONAL)

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE MOTORES CON CONTROL DE VELOCIDAD OPTOELECTRONICO, BOBINAS CALEFACTORAS INTEGRADAS, CONSTRUCCION INGENIURBURO CAT M ZIPPERER GMBA (OPCIONAL)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

ITEM 05. HOMOGENIZADOR DE SOBREMESA

Capacidad: Bolsas x 400 ml con filtro (para muestras de 80 a 400 ml)

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar como mejora técnica una capacidad de bolsas x 400 ml para muestras desde 3ml a 400 ml, a fin de permitir la participación de equipos que contengan mejoras técnicas para así fomentar la participación de más postores durante la apertura de ofertas.

Capacidad: Bolsas x 400 ml con filtro (para muestras de 80 a 400 ml) o capacidad desde bolsas de 3ml hasta 400 ml

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE NO SON BOLSAS, SON VASOS DE MEDICION CAPACIDAD, VASOS DE 400ML PARA MUESTARAS DE 80 A 400 ML.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

ITEM 05. HOMOGENIZADOR DE SOBREMESA

Golpes/segundos: 10

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar como mejora técnica ¿Veces por segundos: 3 a 12 veces por segundo¿, dado que este requerimiento puede variar según cada fabricante y por ello poseer mejores especificaciones técnicas que lo solicitado, por ende, a fin de permitir la participación de equipos que contengan mejoras técnicas para así fomentar la participación de más postores durante la apertura de ofertas.

Golpes/segundos: 10 o de 3 a 12 golpes por segundo

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

ITEM 05. HOMOGENIZADOR DE SOBREMESA

Temporizador: 15 ¿ 90 segundos

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar como mejora técnica ¿Temporizador desde 1segundo a 99 min 59 segundos o de operación continua¿, dado que este requerimiento puede variar según cada fabricante y por ello poseer mejores especificaciones técnicas que lo solicitado, por ende, a fin de permitir la participación de equipos que contengan mejoras técnicas para así fomentar la participación de más postores durante la apertura de ofertas.

Temporizador: 15 ¿ 90 segundos o desde 1segundo a 99 min 59 segundos o de operación continua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

ITEM 05. HOMOGENIZADOR DE SOBREMESA

N° de palas: 2

Se informa al Comité de Selección que la presente característica técnica para el ITEM 05. HOMOGENIZADOR DE SOBREMESA evidencia direccionamiento, lo que perjudica la libre competencia, yendo en contra lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, también restringiendo la participación de postores, por ello a fin de garantizar la pluralidad de postores para el ITEM 04. HOMOGENIZADOR DE SOBREMESA, el presente requerimiento debe ser según fabricante, dado la fabricación de cada homogenizador de sobre mesa varía de cada fabricante, así como el número de palas que este viene incorporado, por ende, solicitamos que el presente requerimiento sea según fabricante.

N° de pala: 2 o 1 o según fabricante

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE . NUMERO DE PALAS SEGÚN FABRICANTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

ITEM 05. HOMOGENIZADOR DE SOBREMESA

Cierre Q-ThighR: cierre hermético

Se informa al Comité de Selección que la presente característica técnica para el ITEM 05. HOMOGENIZADOR DE SOBREMESA evidencia direccionamiento, lo que perjudica la libre competencia, yendo en contra lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, también restringiendo la participación de postores, por ello a fin de garantizar la pluralidad de postores para el ITEM 04. HOMOGENIZADOR DE SOBREMESA, por ende, solicitamos que el presente requerimiento sea de carácter opcional.

Cierre Q-ThighR: cierre hermético (opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE . CIERRE HERMETICO OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

5.1.4.CONDICIONES DE OPERACION

El equipo deberá ser instalado en el laboratorio que indicará el área usuaria de la Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Piura, de la siguiente manera  
Ser efectuada por parte de personal de la empresa, el que debe contar con certificación vigente del fabricante

Se realiza la consulta al Comité de Selección si se puede aceptar una certificación vigente por parte de la empresa, dado que esto restringe la participación del personal clave de los proveedores a participar, por ello a fin de garantizar la pluralidad del personal clave para proveer los servicios conexos, este debe de tener un certificado por parte de la empresa postora o una acreditación de 2 años en instalación y capacitación de equipos de laboratorio en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE CONSIDERA ACEPTABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

5.1.7.4. CAPACITACIÓN Y/ ENTRANAMIENTO

El profesional responsable de la capacitación del equipo debe acreditar estar capacitado por el fabricante en el manejo y/o instalación y/o funcionamiento del equipo. Debe ser un profesional titulado como Químico Farmaceutico, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrias de Alimentos o Ingeniero Industrial con experiencia mínima de 05 años en el rubro de equipos de laboratorio, que debe ser acreditado con órdenes, contratos o constacias de capacitación.

Se realiza la consulta al Comité de Selección si se acepta un profesional titulado como Biologo como parte del personal clave dado que estos profesionales también pueden realizar tanto la instalación y capacitación del uso y manejo de equipos de laboratorio, además tambien considerar documentación como las Actas de capacitación como documento requerido para la experiencia del personal clave, por ende, a fin de garantizar la pluralidad del personal clave tambien se debe considerar esta profesión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA Y EL AREA USUARIA MANTIENE EL PERFIL SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un moto facturado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, dado que hay varios proveedores especializados en la venta de equipos de laboratorio en general, por lo que este cambio en la experiencia del postor en la especialidad, fomenta la participación de mas proveedores en la apertura de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CONSULTA SEGÚN LO INDICADO POR EL AREA USUARIA QUEDANDO DE LA SIGUEINTE MANERA: BIENES IGUALES, SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO EN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:23:16

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

El profesional responsable de la capacitación del equipo debe acreditar estar capacitado por el fabricante en el manejo y/o funcionamiento del equipo. Debe ser un profesional titulado como Químico Farmacéutico, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrias de Alimentos o Ingeniero Industrial con experiencia mínima de 05 años en el rubro de equipos de laboratorio, que debe estar acreditado con órdenes, contratos o constancias de capacitación.

Se realiza la consulta al Comité de Selección si se acepta un profesional titulado como "Biologo" como parte del personal clave dado que estos profesionales también pueden realizar tanto la instalación y capacitación del uso y manejo de equipos de laboratorio, además tambien considerar documentación como las Actas de capacitación como documento requerido para la experiencia del personal clave, por ende, a fin de garantizar la pluralidad del personal clave tambien se debe considerar esta profesión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA Y EL AREA USUARIA MANTIENE EL PERFIL SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20566216109	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.	Hora de envío :	11:01:18

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: MODALIDAD DE EJECUCION LLAVE EN MANO

Como es de su conocimiento bajo esta modalidad de ejecucion el proveedor ganador de la buena prodel proceso debe a todo costo y esfuerzo entregar , instalar, capacitar y efectuar las pruebas correspondientes a los equipos adjudicados por item

Debido a estas circunstancias es que solicitamos al Comite nos informe por favor lo siguiente : El area o ambiente de laboratorio ya esta culminado en especial pisos, techo , ventanas .Cuenta con el mobiliario adecuado para poner los equipos como mesas de trabajo. Los requisitos electricos de 220 V60 Hz los cumple y tiene las suficientes tomas electricas adecuadas asi como la linea de pozo a tierra para seguridad de dichos equipos.

Solicitamos respetuosamente al Comite nos informe el estatus de los requisitos minimos indicados en beneficio del proceso

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: 1.6 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TODOS LOS AMBIENTES ESTAS CULMINADOS Y EN CONDICIONES PARA INSTALACION DE EQUIPOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20566216109	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.	Hora de envío :	11:01:18

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

CAPITULO III  
LUGAR Y PLAZO

El plazo de entrega de los bienes sera de cuarenta y cinco ( 45) dias calendario, computados a partir deldia siguiente de la confirmacion de la recepcion de la orden de compra, en las instalaciones del Laboratorio de Investigacion en Inocuidad de Alimentos en la Universidad Nacional de la Frontera, sito en la Avenida San Hilarion N° 101 Villa Peru-Canada Nueva Sullana Disrito de Sullana Provincia de Sullana , Departamento de Piura Piura.

El proveedor debera entregar e instalar los bienes en el area asignada por la coordinacion del proyecto,por lo que debera proveer los recursos necesarios para tal fiin

Como es de su conocimiento toda gestion de importacion de este tipo de equipos toma un tiempo de produccion , aprobacion de calidad asi como el traslado de fabrica a puerto del pais de origen a nuestro pais asi como los dias de nacionalizacion, sumados al envio a Sullana asi como la instalacion y los servicios conexos no permitiria en caso cumplir con el plazo de entrega indicado en las bases.

Es por estos motivos que consideramos valederos solicitar respetuosamente al Comite ampliar y/ o modificar el plazo de entrega a 15 dias adicionales en beneficio del proceso

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 5.1.2      Literal: 7      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 dias en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20566216109	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.	Hora de envío :	11:01:18

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

CAPITULO III  
REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Experiencia :  
Experiencia de ventas de equipos similares al bien en entidades publicas o privadas hasta por le monto de una vez( 01 ) el valor estimado de la contratacion o del bien, acreditados con copias simples de facturas, contratos y/o ordenes de compra  
Bienes similares : BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACION  
Nuestra empresa participa y gana procesos en entidades publicas y privadas con equipos como espectrofotometros de diferentes rangos asi como equipos de laboratorio en general, aparte cumple con los servicios conexos en todos los procesos en los cuales obtuvo la buena pro.  
Es por estas razones que solicitamos respetuosamente al Comité permita el requisito a EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERALcon la finalidad de una mayor participacion de postores en beneficio del proceso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACEPTA LA CONSULTA SEGÚN LO INDICADO POR EL AREA USUARIA QUEDANDO DE LA SIGUEINTE MANERA: BIENES IGUALES, SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO EN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20521301237	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	WAREM S.A.C.	Hora de envío :	16:01:45

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Del plazo de entrega - el sistema Raman es un equipo a pedido y de importación, típicamente con un tiempo de fabricación variable en las marcas que lo comercializan. Su fabricación implica protocolos de calibración y validación y no son pasos que puedan ser resueltos en un tiempo corto dentro de 45 días, teniendo en cuenta que ese tiempo corresponde desde la fabricación, importación, instalación y capacitación del bien en la UNF. En tal sentido, Solicitamos al comité, en vista a la pluralidad de postores, poder aceptar tiempos de entrega de 75 días calendarios después de recepcionada la orden de pedido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 dias en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20521301237	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	WAREM S.A.C.	Hora de envío :	16:01:45

**Observación: Nro. 34**

**Consulta/Observación:**

Se solicita aclarar el siguiente punto de la Capacidad Legal:

- "El RUC del postor debe estar relacionado directamente al objeto de la contratación". En todo caso, se solicita especificar que la actividad económica englobe a "Ventas al por Mayor no Especializadas" en las bases para evitar confusiones.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.2.    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Indidar que el objeto de contratacion y su vinculacion con el giro esta plenamente indentificado por los proveedores del rubro..

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20521301237	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	WAREM S.A.C.	Hora de envío :	16:01:45

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Anexo precio de oferta - según el DS No 046-97-EF y sus modificaciones vigentes. La universidad y alguna institución adscrita al ministerio de educación puede acogerse al derecho de la exoneración de impuestos bajo la modalidad de compra por venta sucesiva precio CIF. En tal sentido, solicitamos al comité poder aclarar que los postores podamos ofertar en la modalidad de venta sucesiva precio CIF (sin IGV) dentro del anexo de precios. Siendo el proveedor el ente encargado de los trámites y costos de la nacionalización del bien importado a favor de la universidad.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, la universidad no tiene la potestad de brindar derechos de exoneracion tributaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:49:30

**Observación: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (45) CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, considerar ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; a menos que algún proveedor en específico cuente con los productos en STOCK; por tanto, a fin de no dirigir el proceso y se permita la mayor participación de postores potenciales, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 dias en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:49:30

**Observación: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de oferta que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

OBSERVACIÓN:

Al no contar con el valor estimado de la contratación o del ítem, se solicita al honorable comité, muy amablemente, confirmar el monto facturado acumulado a acreditar para este proceso.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: B    Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:49:30

**Observación: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

El profesional responsable de la capacitación del equipo debe acreditar estar capacitado por el fabricante en el manejo y/o instalación y/o funcionamiento del equipo. Debe ser un profesional titulado como Químico Farmacéutico, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrias de Alimentos o Ingeniero Industrial con experiencia mínima de 05 años en el rubro de equipos de laboratorio, que debe estar acreditado con órdenes o constancias de capacitación.

OBSERVACIÓN:

Para permitir una mayor pluralidad de postores, se solicita al honorable comité, muy amablemente, aceptar también carreras técnicas tales como "Técnico Electrónico industrial" y/o Bachilleres, ya que muchos técnicos egresados de Senati o Tecsup cuentan con basta experiencia y capacidad en éste rubro de equipos alimentarios y/o gastronómicos.

Notar que una profesión en específica, no determina el nivel de conocimiento y experiencia necesaria para los equipos requeridos, por lo que solicitamos muy respetuosamente, ampliar las carreras de personal clave.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta LA CONSULTA, EL AREA USUARIA MANTIENE EL PERFIL REQUERIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

item01

DICE: ¿Control de la potencia del láser: 0% a 100%¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar esta especificación a ¿Control de la potencia del láser: 0% a 100% o de acuerdo al fabricante¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. RESPUESTA CONTROL DE POTENCIA DE LASER: 0% A 100% O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Item01  
DICE: ¿Gama: 150-3600 cm-1¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar esta especificación a ¿Gama: 150 a 200 - 2000 a 3600 cm-1¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5    Literal: 5.1.2    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta PARCIALMENTE EL RANGO ESPECTRAL DEL ESPECTROMETRO NO ES UNA LIMITANTE FISICA ASOCIADA AL LASER, SIN EMBARGO SE ACEPTAN RANGOS MENORES HASTA 2500 CM-1, SIENDO UNA MEJORA PARA OFRECER RANGOS SUPERIORES.GAMA: ENTRE 100 Y 3600 CM-1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Item01

DICE: ¿Resolución: < 10 cm-1 nm o mejor¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar esta especificación a ¿Resolución: < 10 cm-1 o 12 cm-1 nm o mejor¿o de acuerdo a fabricante. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Item01  
DICE: ¿Tipo de detector: InGas O Matriz CCD con refrigeración termoeléctrica, con un mínimo de 2048 píxeles, bajo ruido o mejor¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar esta especificación a ¿Tipo de detector: InGas o Matriz CCD con refrigeración termoeléctrica o Tira CMOS avanzada, con un mínimo de 2048 píxeles, bajo ruido o mejor¿o de acuerdo a fabricante que garantice mayor precisión . Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTAN DETECTORES CMOS, RESPUESTA LA ASOCIACION DE DETECTORES LASERES ES DEPENDIENTE DE CADA FABRICANTE SE ACEPTAN DETECTORES INGAAS CON REFRIGERACION TERMoelectrica Y DETECTORES CCD CON REFRIGERACION TERMO ELECTRICA CON UN MINIMO DE 2048

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Item01

DICE: ¿Tipo de camino óptico del medio dispersivo: Czerny-Turner de distancia focal al menos de 75mm¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar esta especificación a ¿Tipo de camino óptico del medio dispersivo: Czerny-Turner de distancia focal al menos de 75mm o de acuerdo al fabricante¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA PARCIALEMENTE, RESPUESTA: LOS CAMINOS OPTICOS CZEMI-TUMER PARA USO EN RAMAN SON LOS MAS EFICIENTES EMPLEADOS EN LOS ESPECTROGRAFOS RAMAN Y SON LOS QUE SE REQUIEREN EN ESTE PROYECTO SIN EMBARGO EXISTEN DIFERENTES MODELOS DE OPTICAS BASADAS CZEMI-TUMER, EN EL MERCADO QUE SE PUEDEN OFRECER.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Item01  
DICE: ¿Temperatura del CCD(°C): -20±10¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar esta especificación a ¿Temperatura del CCD(°C): -20±10 o de acuerdo al fabricante¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5    Literal: 5.1.2    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Item01

DICE: ¿Tiempo de integración dentro del rango: 10ms ¿ 10 minutes o mejor¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar esta especificación a ¿Tiempo de integración dentro del rango: 10ms ¿ 10 minutes o mejo o de acuerdo al fabricante¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta

Respuesta: Se sobreentiende que mejor es menor a 10ms y/o mayor a 10 minutos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Item01

DICE: ¿Interfaz del ordenador: 0% a 100%¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar esta especificación a ¿Interfaz del ordenador: 0% a 100% o de acuerdo al fabricante¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respuesta: Interfaz del ordenador: 0% a 100% hace referencia a la variación de potencia del láser, el cual puede ser a través de una interfaz o directamente de la propia fuente láser.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Item01  
DICE: ¿Peso: 3.4kg¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar esta especificación a ¿Peso: 3.4kg o menor o de acuerdo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta:  
Respuesta: Peso de acuerdo al fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

DICE: ¿Humedad entre: 10% a 85%¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar esta especificación a ¿Humedad entre: 10% a 85% o de acuerdo al fabricante¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Item02

DICE: ¿Programación de la velocidad: 48 ¿ 50 RPM aprox¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder aclarar dicha especificación, si la referencia es al incremento en revoluciones por minuto (RPM) o a la velocidad máxima del equipo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. SE CAMBIA PROGRAMACIÓN DE VELOCIDAD DE 48-50 RPM APROX O VELOCIDAD MAXIMA DE 4000 RPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Item02

DICE: ¿Programación de la velocidad: 48 ¿ 50 RPM aprox¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder indicar la máxima velocidad del equipo requerido por el área usuaria.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5    Literal: 5.1.2    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. SE CAMBIA PROGRAMACIÓN DE VELOCIDAD DE 48-50 RPM APROX O VELOCIDAD MAXIMA DE 4000 RPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

item02  
DICE: ¿Peso neto: 14.5 ¿ 16 kg¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ampliar la especificación a ¿Peso neto: 14.5 ¿ 16 kg aprox. o de acuerdo al fabricante¿¿, para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5    Literal: 5.1.2    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACEPTA. PESO SEGUN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

**Consulta:** Nro. 52

**Consulta/Observación:**

item 03

DICE: ¿Bomba de vacío Rocker 400 con depósito de residuos 4 litros o bomba de vacío Alligator con drenaje directo¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar la especificación debido a que en la característica ¿Bomba de vacío Rocker 400 con depósito de residuos 4 litros o bomba de vacío Alligator con drenaje directo¿ se observa la mención de la marca Rocker y modelo Alligator. Esto con el fin de tener una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.1.2      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CONSULTA Y LAS BASES QUEDARIAN COMO:

- Bomba de vacío acaoplable a la rampa de filtración y con las características mínimas siguientes: velocidad de evacuación = aprox 30 litros / minuto, presión máxima = 0.095 Mpa, vacío = 50 mbar, Temperatura de trabajo = 7 a 40 °C, Temperatura corporal < 50 °C, Diafragma y Valculas = NBR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

item04  
DICE: ¿Material de placa superior: Acero inoxidable¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ampliar la especificación a ¿Material de placa superior: Acero inoxidable o cubierta de aluminio con revestimiento cerámico¿, ya que esta característica es considerada como mejora para el equipo requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE CONSIDERA ACEPTABLE, POR MOTIVOS DE DURABILIDAD SE MANTIENEN LAS CARACTERISTICAS EN ACERO INOXIDABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Item04  
DICE: ¿Rango de velocidad (RPM) 15 ¿ 1100 aprox¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ampliar la especificación a ¿Rango de velocidad (RPM) 15 a 20 ¿ 1100 a 1500 aprox¿¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5    Literal: 5.1.2    Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE  
Rango de velocidad regulable (rpm) = 15 a 1500 aprox

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

**Consulta:** Nro. 55

**Consulta/Observación:**

Item 04

DICE: ¿Motores con control de velocidad optoelectrónico, bobinas calefactoras integradas, construcción Ingenieurbüro CAT M. Zipperer GmbH¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder modificar la especificación debido a que en la característica ¿Motores con control de velocidad optoelectrónico, bobinas calefactoras integradas, construcción Ingenieurbüro CAT M. Zipperer GmbH¿ se observa la mención de la marca Ingenieurbüro CAT M. Zipperer GmbH.Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.1.2    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE

Motores con control de velocidad optoelectrónico, bobinas calefactoras integradas, construcción Ingeniurburo CAT M. Zipperer GmbH (OPCIONAL)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Item 05  
DICE: ¿Cierre Q-Tight ®: Cierre hermético¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ampliar la especificación ¿Cierre Q-Tight ®: Cierre hermético a solo cierre hermético¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACEPTA LA CONSULTA. CIERRE HERMETICO OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Item 07

DICE: ¿Dimensiones (L\*W\*H): 35.5\*38.5\*19.5cm aprox.¿¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ampliar la especificación a ¿Dimensiones (L\*W\*H): 35.5\*38.5\*19.5cm aprox. o de acuerdo al fabricante¿¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. DIMENSIONES DE ACUERDO A FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Item07  
DICE: ¿Deriva: <0.0005A / Hr¿¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder aclarar esta especificación y que sea acorde a diseño de fabricante garantizando su precisión espectrofotométrica con la finalidad de la participación de mayores postores en el proceso.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5    Literal: 5.1.2    Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Ítem 07

DICE: ¿Instrumento de precisión fotométrica: Hasta  $\pm 0.008A$  a  $2.0 A$  aprox¿¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ampliar la especificación a ¿Instrumento de precisión fotométrica: Hasta  $\pm 0.008A$  a  $2.0 A$  aprox o de acuerdo al fabricante¿¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Item 07

DICE: ¿Pantalla fotométrica: -3A a + 5A aprox.¿¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ¿Pantalla fotométrica: -3A a + 5A aprox. o de acuerdo al fabricante¿¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Item07

DICE: ¿Rango fotométrico: -2A a + 3.5A aprox.¿¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ¿Rango fotométrico: -2A a + 3.5A aprox. o de acuerdo al fabricante¿¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Item07

DICE: ¿Luz extraviada: <1.0% T a 198 nm (KCl), <0.05% T a 220 nm (NaI), <0.03% T a 340 nm (NaNO2) ¿¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ampliar la especificación a ¿Luz extraviada: <1.0% T a 198 nm (KCl), <0.05% T a 220 nm (NaI), <0.03% T a 340 nm (NaNO2) o de acuerdo al fabricante¿¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Item07  
DICE: ¿Peso 6.8-7.5 kg¿¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ampliar la especificación a ¿Peso 6.8-7.5 kg o de acuerdo al fabricante¿¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Item07

DICE: ¿Intervalo de datos de longitud de onda: 0.2nm ¿ 5nm¿¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder ampliar la especificación a ¿Intervalo de datos de longitud de onda: 0.2nm ¿ 5nm o de acuerdo al fabricante¿¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Solicitamos al distinguido comité evaluador considerar que algunos reactivos son fiscalizados y requieren permisos de compra, por lo que la entidad debería de contar con dichos reactivos en caso sean necesarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA UNIVERSIDAD CUENTA CON PERMISO PARA ADQUIRIR LOS REACTIVOS CONTROLADOS, EN CASO SER REQUERIDOS PARA LA PRUEBA DE MARCHA. DEBERAN HACER LAS COORDINACIONES CON LA UNIDAD DE LABORATORIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

**Consulta:** Nro. 66

**Consulta/Observación:**  
Solicitamos al distinguido comité evaluador considerar a un profesional titulado como Ingeniero Electrónico con experiencia de 05 años en el rubro de equipos de laboratorio.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.1.2      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
NO SE CONSIDERA ACEPTABLE,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:14

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

DICE: ¿El plazo de entrega de los bienes será de cuarenta y cinco (45) días calendario¿

Solicitamos el distinguido comité evaluador ampliar el plazo de entrega a 60 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 días en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

En el apartado 5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, 5.1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Para el ITEM N°03 RAMPA DE FILTRACIÓN, solicitan: ¿Bomba de vacío Rocker 400 con depósito de residuos 4 litros o bomba de vacío Alligator con drenaje directo¿, al respecto y bajo la Ley de Contrataciones con el Estado, solicitar una característica técnica que direcciona el requerimiento hacia una marca en específico va en contra de los principios de libre concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación que deben regir en los procesos de contratación pública. Por ello, solicitamos al ente encargado, modificar el requerimiento a: ¿Bomba de vacío con depósito de residuos o bomba de vacío con drenaje directo¿. Ello para aumentar la pluralidad de postores al presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA Y LAS BASES QUEDARIAN COMO:

- Bomba de vacio acaoplable a la rampa de filtracion y con las caracteristicas minimas siguientes: velocidad de evacuacion = aprox 30 litros / minuto, presion maxima = 0.095 Mpa, vacio = 50 mbar, Temperatura de trabajo = 7 a 40 °C, Temperatura corporal < 50 °C, Diafragma y Valculas = NBR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

En el apartado 1.9. PLAZO DE ENTREGA, se solicita que los equipos sean entregados en 45 días calendario, consultamos al ente encargado si pudiesen extender el plazo de entrega de equipos hasta en 60 días para poder aumentar la pluralidad de postores al presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 dias en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

En el apartado 5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, 5.1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Para el ITEM N°07 ESPECTROFOTÓMETRO UV-Vis, solicitan: ¿Monitor: Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable, alta definición, 800\*1200 píxeles¿. Solicitamos al ente encargado modificar esta característica a: ¿Monitor: Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable (opcional), alta definición, 800\*1200 píxeles¿, ya que esta característica está cubierta por equipos que ya tienen la pantalla inclinada con direccionamiento para facilidad de vista del observador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

En el apartado 5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, 5.1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Para el apartado GARACTÍA Y SOPORTE TÉCNICO, solicitan: ¿Indicaciones del ambiente de instalación del equipo como mesa anti-vibraciones, conexión UPS, instalación de aire acondicionado, conexión inalámbrica a internet mientras dure la garantía. El proveedor estará a cargo del acondicionamiento del espacio asignado para la instalación¿. Solicitamos al ente encargado aclarar si el postor se va a encargar de acondicionar por completo todo lo solicitado, pues, por ejemplo una conexión inalámbrica a internet no es un requisito indispensable para en funcionamiento y buena performance de los equipos. Además, agradeceríamos comentarnos en estado del lugar de instalación, si cuentan con tomas cercanas de servicios básicos para el funcionamiento de los equipos (energía eléctrica, agua, desagüe) ya que por el tiempo del proceso, esta sería la única forma de conocer y tener respuesta a nuestra solicitud.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS AMBIENTES DEL LABORATORIO SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LAS INSTALACIONES DE EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

En el apartado 5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, 5.1.4. CONDICIONES DE OPERACIÓN, solicitan: ¿Ser efectuada por parte de personal de la empresa, el que debe contar con certificación vigente de fabricante¿. Solicitamos al ente encargado aclarar si esta certificación del personal de instalación debe ser una certificación in-situ o en fábrica o en la casa matriz del proveedor y para cada equipo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PERSONAL DE CAPACITACIÓN DEBE ESTAR CERTIFICADO POR LA FABRICA O CASA MATRIZ

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

En el apartado 5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, 5.1.4. CONDICIONES DE OPERACIÓN, solicitan: ¿Instalación y verificación operacional: Realizar un protocolo de pruebas del equipo en presencia del coordinador del proyecto¿para poder verificar la operatividad del equipo, sus componentes y sus accesorios¿. Solicitamos al ente encargado aclarar si este requerimiento refiere a que todos los equipos deben poseer la documentación de fábrica denominada Requisitos de cumplimiento IQ/OQ o si se refiere simplemente a la documentación técnica desarrollada por el proveedor con un entregable como ¿Informe Técnico de Instalación y pruebas de operatividad¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COMO SE INDICA, DEBERA HACERSE LA INSTALACIÓN Y PRUEBA DE OPERATIVIDAD. PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EN PRESENCIA DEL COORDINADOR DEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

En el apartado 5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, 5.1.4. CONDICIONES DE OPERACIÓN, solicitan: ¿Instalación y verificación operacional: Realizar un protocolo de pruebas del equipo en presencia del coordinador del proyecto¿para poder verificar la operatividad del equipo, sus componentes y sus accesorios¿. Solicitamos al ente encargado aclarar si este requerimiento refiere a que todos los equipos deben poseer la documentación de fábrica denominada Requisitos de cumplimiento IQ/OQ, para cada uno de los equipos que sean instalados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COMO SE INDICA, DEBERA HACERSE LA INSTALACIÓN Y PRUEBA DE OPERATIVIDAD. PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EN PRESENCIA DEL COORDINADOR DEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

En el apartado 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA, en el inciso d) solicitan: ¿Declaración jurada de cumplimiento de Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3)¿. Solicitamos al ente encargado adicionar que el postor coloque fichas técnicas, brochures, catálogos, manuales y/o similares documentos técnicos emitidos por el fabricante que demuestren fehacientemente el cumplimiento de las características técnicas solicitadas. En caso se encuentren en otro idioma que no sea español, se adjunte la traducción de la misma y certificada por traductor certificado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaura, indica que, además presentar documentos que acredite el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el Capítulo III. Adjuntara los Documentos Técnicos Sustentatorios, catálogos, manuales, fichas técnicas, folletos u documentos técnicos del fabricante o representante de la marca, en español, relativos al modelo del bien que se está ofertando. ¿Asimismo, en caso los documentos emitidos por el fabricante o representante de la marca no detallasen todas las características técnicas establecidas en las bases, asimismo indicamos que lo indicado por el participante respecto a las traducciones, esta plenamente normado por el organo supervisor de las contrataciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad precisar que los postores que se presenten a ambos ítems/paquetes podrán presentar un solo expediente con la documentación solicitada en las bases, con la finalidad de evitar una dualidad en la documentación, salvo el Anexo N° 6, que deberá ser presentado por cada ítem ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Indicar al participante se guie por las bases del procedimiento, que son por los que se admitira, calificara y evaluara las ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

De acuerdo con los términos de referencia el numeral 2.2.1.1. hace precisión a los documentos de presentación obligatoria para los postores.

Cabe precisar que, las Bases estándar de Licitación Pública para la contratación de bienes, dispone que el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites ¿Documentos para la admisión de la oferta¿, ¿Requisitos de calificación¿ y ¿Factores de evaluación¿.

En este sentido, agradecemos precisar que los requerimientos que no estén consignados en ninguno de los acápites anteriores, la entidad no podrá exigirlo como parte de la propuesta del postor y, así una eventual nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Indicar al participante se guie por las bases del procedimiento, que son por los que se admitira, calificara y evaluara las ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100312736	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL S A	Hora de envío :	17:18:11

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Conforme a la experiencia del postor solicitada en el literal B del numeral 3.2 de las bases administrativas, agradecemos a la entidad que precise el monto de experiencia que deberá ser acreditado por los postores. Considerando que el valor estimado o referencial es de carácter reservado, se requiere la totalidad de la información para los participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Indicar al participante se guie por las bases del procedimiento, que son por los que se admitira, calificara y evaluara las ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:28:49

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

1. Se solicita: ITEM 02 (CENTRIFUGA):

¿ Indicadora de R.P.M./ F.C.R. y tiempo, programación de la velocidad: 48-50 R.P.M aprox.¿ Sin embargo, no mencionan la velocidad de trabajo en R.P.M. o F.C.R. a la que debería poder alcanzar la centrífuga CONSULTAMOS si aceptarán propuestas con ¿velocidad de trabajo 8.000 rpm¿ o en su defecto especificar el rango que desean.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. SE CAMBIA PROGRAMACIÓN DE VELOCIDAD DE 48-50 RPM APROX O VELOCIDAD MAXIMA DE 4000 RPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:28:49

**Consulta:** Nro. 80

**Consulta/Observación:**

2. Se solicita: ITEM 4 (AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE)

¿Cantidad de agitación: 3.5-4L aprox¿

CONSULTAMOS si podrán aceptar una capacidad del agitador magnético de 15 L, ya que, se podría trabajar con capacidades mayores a lo solicitado.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 3.1    Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA CANTIDAD SOLICITADA ES LA REQUERIDA DE 3.5 a 4.0 L

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:28:49

**Consulta:** Nro. 81

**Consulta/Observación:**

3. Se solicita: ITEM 4 (AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE)

¿Longitud de la barra de agitación: 25 mm aprox.¿

Al respecto, CONSULTAMOS si podrán aceptar un tamaño de placa con diámetro de 13.5 cm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA LONGITUD DE LA BARRA DE AGITACIÓNREQUERIDA ES LA NECESARIA DE 25mm aprox

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:28:49

**Consulta:** Nro. 82

**Consulta/Observación:**

4. Se solicita: ITEM 4 (AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE)

Tipo de sensor: PT 100

En tal sentido, CONSULTAMOS al comité de selección que en pro de recibir propuestas con mejoras tecnologías acepte alternativas con ¿Tipo de sensor: PT 1000A¿, el cual mide la temperatura en un rango de -40°C a 400°C y longitud de 20 cm.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:28:49

**Consulta:** Nro. 83

**Consulta/Observación:**

5. Se solicita: ITEM 4 (AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE)

Rango de velocidad (rpm): 15-1100 aprox.

En referencia, CONSULTAMOS si podrían aceptar la propuesta de un rango mayor de velocidad de trabajo de 80 rpm a 1600 rpm.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE

Rango de velocidad regulable (rpm) = 15 a 1500 aprox

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:28:49

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

6. Se solicita: ITEM 4 (AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALIENTE)

Rango de temperatura: 20°-320°C aprox

En referencia, CONSULTAMOS si podrán aceptar al equipo con un rango mayor de temperatura de +5 °C- 380°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CONSULTA SE CONSIDERA ACEPTABLE

Rango de temperatura = T. ambiente a 340 °C aprox

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:28:49

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

7. Se solicita: ITEM 7(ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS)  
Al respecto, CONSULTAMOS si aceptarán propuestas con ¿Equipo con un rotor para una sola posición de cubeta, con una cubeta de cuarzo incluida¿ o en su defecto especificar con cuántas posiciones trabajará a la vez, el material y la cantidad de cubetas que requieren.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 3.1    Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:28:49

**Observación: Nro. 86**

**Consulta/Observación:**

Plazo de entrega

En la sección Plazo de entrega de la prestación indican ¿Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (45) CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, contados a partir del día siguiente de notificación de la orden de compra o firma contrato, según lo establecido en el siguiente cronograma (¿)¿

Es necesario que la Entidad tenga en cuenta que un equipo con sistema de electrodesionización requiere de tiempos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado más amplios que los sistemas convencionales. Por este motivo resulta razonable establecer como tiempo de entrega la totalidad de 90 días calendarios. Solicitamos al comité de selección que en pro de ampliar el universo de postores, modifique el requerimiento en cuestión y quede como sigue: ¿El plazo máximo de entrega, será hasta noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificación de la orden de compra o firma contrato, según lo establecido en el siguiente cronograma (¿)¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aumentara el plazo de entrega a 60 días en la integracion de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

""Solicitan Plazo de entrega: 45 días calendario, bajo Modalidad Llave en Mano.

Considerando que, este tipo de bienes no es de alta rotación en nuestro país, y que además su producción demanda un tiempo promedio de 45-60 días (debido a la coyuntura actual de la producción de accesorios y materia prima necesarios para la fabricación de este tipo equipos de alta tecnología, se encuentra actualmente sujeto a una alta demanda y/o escasez), adicionalmente al plazo de importación y liberación respectivo, este plazo requerido resultaría incongruente; y podría entenderse como orientar dicho plazo como beneficio a un postor determinado que, ya cuente con el stock disponible.

Asimismo, tomando en cuenta, que el plazo de entrega involucra la instalación, puesta en marcha y capacitación, el plazo no podría ser cumplido, y limitaría la participación de otros postores y/o marcas. En concordancia, con el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que ¿Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos¿.

Por lo anterior expuesto, en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores, solicitamos ampliar el plazo de entrega ""Hasta 120 DÍAS CALENDARIO, ya que la modalidad es LLAVE EN MANO y se debe de considerar los tiempos de produccción, importación, nacionalización, entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación.""

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1.1      Literal: 1.9      Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 dias en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

**Consulta:** Nro. 88

**Consulta/Observación:**

"Solicitan: ESPECTRÓMETRO PORTÁTIL RAMAN: Gama: 150-3600 cm-1

Solicitan al inicio del expediente equipos con Longitud de onda del láser 1064 o 785 nm, considerando que las bases permiten ofertar espectrometros Raman con láser de 1064 nm y estos por el diseño de la óptica trabajan en rangos de medida de 100 cm-1 - 2500 cm-1, favor de confirmar que para los postores que oferten longitud de onda del láser de 1064 nm se aceptara gama de medida de 100 cm-1 - 2500 cm-1"

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 5.1.2    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta parcialmente.

Respuesta: El rango espectral del espectrómetro no es una limitante física asociado al láser, sin embargo se aceptan rangos menores, hasta 2500cm-1, siendo una mejora poder ofrecer rangos superiores.

Gama: entre 100 y 3600cm-1

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

**Consulta:** Nro. 89

**Consulta/Observación:**

"Solicitan: ESPECTRÓMETRO PORTÁTIL RAMAN: Tipo de detector: InGaAs o matriz CCD con refrigeración termoeléctrica, con un mínimo de 2048 píxeles, bajo ruido o mejor.

Los sistemas Raman trabajan con diferentes longitudes de onda de láser, teniendo disponible en el mercado 532 nm, 785 nm y 1064 nm, cada una de estas configuraciones requiere ópticas, rangos de medida y detectores específicos para poder recolectar señales precisas de trabajo. Los modelos Raman que trabajan a 1064 nm emplean detectores InGaAs para recibir con precisión las señales emitidas a esta longitud, mientras que los equipos de longitud de onda del láser de 785 nm emplean otro tipo de detectores como el de matriz CCD. Por lo que, para permitir la participación de ambas tecnologías, según lo solicitado en el proceso, el tipo de detector deberá ser diferenciado para cada tipo de láser. Por lo tanto, se solicita al comité modificar la especificación técnica a:

Tipo de detector: Longitud 1064 nm: InGaAs con refrigeración termoeléctrica o Longitud de Onda 785 nm: matriz CCD con refrigeración termoeléctrica con un mínimo de 2048 píxeles de bajo ruido o mejor. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta parcialmente

Respuesta: La asociación de detectores y láseres es dependiente de cada fabricante. Se aceptan detectores InGaAs con refrigeración termoeléctrica y detectores CCD con refrigeración termoeléctrica, con un mínimo de 2048 píxeles, bajo ruido o mejor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

**Observación: Nro. 90**

**Consulta/Observación:**

""Solicitan: Solicitan: ESPECTRÓMETRO PORTÁTIL RAMAN: Tipo de camino óptico del medio dispersivo: Czerny-Turner de distancia focal al menos de 75 mm.

Los sistemas Raman que se distribuyen actualmente en el mercado trabajan con diferentes tipos de camino óptico, siendo los más empleados espectrógrafos Czerny-Turner cruzados y cóncavos holográficos; sin embargo, dependiendo del rango de medida del equipo, tipo de láser y detector, estos pueden brindar mayores ventajas o sufrir modificaciones que mejoren el camino óptico y recibir otro nombre segun el diseño de cada fabricante. Por lo antes expuesto, manifestamos que, especificar un tipo de camino, podría limitar la participación de otras marcas. Por lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado se establece que ¿Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo¿. y asimismo; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que ¿Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de e | | o s ¿ . Por lo que, en aras de formentar la mayor participación de marcas y postores, solicitamos modificar la especificación a Tipo de camino óptico del medio dispersivo: según diseño del fabricante. ""

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta

Respuesta: Los caminos ópticos Czerny-Turner, para uso en raman, son los más eficientes empleados en los espectrografos Raman y son los que se requieren en este proyecto. Sin embargo existen diferentes modelos de ópticas basadas en Czerny-Turner en el mercado que se puedan ofrecer.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

**Consulta:** Nro. 91

**Consulta/Observación:**

"Solicitan: ESPECTRÓMETRO PORTÁTIL RAMAN: Tiempo de integración dentro del rango: 10 ms - 10 minutos o mejor

El indicar la palabra mejor lleva a una ambigüedad. Los tiempo de integración menores en la adquisición del espectro raman conlleva a trabajar de una manera más precisa y que haya menores señales de ruido, por ende se entiende que a menor tiempo de integración las lecturas son más rápidas y hay menor tendencia a tener señales de ruido. Por lo tanto se solicita al comité modificar la especificación a:

Tiempo de integración dentro del rango: 10 ms - 10 minutos o menor."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5.1.2      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta

Respuesta: Se sobreentiende que mejor es menor a 10ms y/o mayor a 10 minutos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

**Consulta:** Nro. 92

**Consulta/Observación:**

"Solicitan: ESPECTRÓMETRO PORTÁTIL RAMAN: Tiempo de integración dentro del rango: 10 ms - 10 minutos o mejor

El indicar la palabra mejor lleva a una ambigüedad. Los tiempo de integración menores en la adquisición del espectro raman conlleva a trabajar de una manera más precisa y que haya menores señales de ruido, por ende se entiende que a menor tiempo de integración las lecturas son más rápidas y hay menor tendencia a tener señales de ruido. Por lo tanto se solicita al comité modificar la especificación a:

Tiempo de integración dentro del rango: 10 ms - 10 minutos o menor."

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 5.1.2    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta

Respuesta: Se sobreentiende que mejor es menor a 10ms y/o mayor a 10 minutos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

"Solicitan: ESPECTRÓMETRO PORTÁTIL RAMAN: Interfaz del ordenador: 0% a 100%

Favor de aclarar y precisar que el espectrofotómetro contara con una interfaz al ordenador sea Laptop y/o PC, con una trasferencia de datos de 0 % a 100%."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respuesta: Interfaz del ordenador: 0% a 100% hace referencia a la variación de potencia del láser, el cual puede ser a través de una interfaz o directamente de la propia fuente láser.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

"Solicitan: ESPECTRÓMETRO PORTÁTIL RAMAN: Conectividad: Dispositivo de almacenamiento masivo USB 2.0 / USB 3.0

Favor de confirmar que se permitiran ofertar Dispositivos de almacenamiento masivo USB 2.0 o USB 3.0, teniendo en consideración que el referente universal es USB 2.0."

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 5.1.2    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta

Respuesta: La interfaz USB 3.0 permite una mejor conectividad con mucha más velocidad de respuesta entre el ordenador y el espectrómetro. Por tal, se acepta conectividad USB 2.0 y como mejora conectividad USB 3.0

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

**Observación: Nro. 95**

**Consulta/Observación:**

""Solicitan:  
GARANTIA Y SOPORTE TÉCNICO: Indicar las características de fabricación en Español

Favor de aclarar dicho requerimiento, sí es que refiere a presentar dimensiones, material de la carcasa y/o material de la sonda láser, o en caso se requiera incluir otra información por favor detallar. ""

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5.1.2      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACEPTA LA CONSULTA. ES PROPORCIONAL MANUALES EN ESPAÑOL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

Observación: Nro. 96

Consulta/Observación:

""Solicitan:  
GARANTIA Y SOPORTE TÉCNICO: Indicaciones del ambiente de instalación del equipo como mesa anti-vibraciones, conexión UPS, instalación de aire acondicionado, conexión inalámbrica a internet mientras dure la garantía. El proveedor estará a cargo del acondicionamiento del espacio asignado para la instalación.

Considerando que, el tipo de bien a requerir puede usarse de manera portátil y/o como equipo de sobremesa, precisamos que, este tipo de bienes NO requiere de mesa anti-vibraciones, conexión UPS, conexión inalámbrica a internet mientras dure la garantía. Dicho acondicionamiento se encuentra sobredimensionado y no guarda relación con el objeto de la convocatoria, además de que sólo representa un SOBRE COSTO INNECESARIO para la presente convocatoria. Tomando como referencia el lugar donde se utilizará el equipo, cuenta con altas temperaturas, como parte del acondicionamiento del espacio asignado para la instalación, creemos que resultaría necesario instalar un equipo aire acondicionado, para que se garantice las condiciones mínimas de operación para este tipo de equipos. Por lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado se establece que ¿Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo¿. y asimismo; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que ¿Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos¿. Por lo anterior expuesto, observamos el requerimiento y pedimos modificarlo de la siguiente manera: Indicaciones del ambiente de instalación del equipo, instalación de aire acondicionado que garanticen las condiciones de operación mínimas mientras dure la garantía. El proveedor estará a cargo del acondicionamiento del espacio asignado para la instalación. ""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

**Observación: Nro. 97**

**Consulta/Observación:**

""Solicitan:

CAPACITACIÓN Y/ENTRENAMIENTO: Debe ser un profesional titulado como Químico Farmacéutico, Ingeniero Químico, Ingeniero de Alimentos o Ingeniero Industrial con experiencia mínima de 05 años en el rubro de equipos de Laboratorio, que debe ser acreditado con órdenes, contratos o constancias de capacitación.

Considerando que, actualmente los proveedores del estado cuentan con un staff de profesionales con especializaciones en la instalaciones, puesta en marcha y capacitación en diversos equipos de laboratorios, permitiendo que, Ingenieros químicos, electrónicos, químicos, de alimentos y/o industriales, se presenten actualmente como personal clave para Equipos de Laboratorio, creemos que resulta restrictivo limitar la especialidad para el personal requerido.

Por lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado se establece que ¿Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo¿. y asimismo; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que ¿Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos¿.

Por lo tanto, debería ampliarse también a Ingeniero Electrónico con experiencia mínima de 05 años en el rubro de equipos de Laboratorio, que debe ser acreditado con órdenes, contratos o constancias de capacitación.""

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 5.1.7.4      Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	17:33:45

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

"Solicitan:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: Requisitos: Se consideran bienes similares a los siguientes BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Considerando que, los equipos requeridos, resultan una tecnología con poca demanda en nuestro país, lo que limita la experiencia de ventas. Asimismo, tomando en cuenta que, los equipos Raman son equipos que trabajan bajo la técnica de espectroscopía, que es una rama de la ciencia que trabaja con procesos ópticos dentro del espectro electromagnético. En varias aplicaciones estos equipos se acoplan a microscopios ya sean del tipo compuesto vertical, invertido, electrónicos de barrido entre otros. Ya que son técnicas ópticas complementarias que permiten optimizar la identificación de compuestos.

En aras de promover la mayor participación de postores, solicitamos ampliar la experiencia de bienes similares a EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL ""

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.2 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	17:53:16

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, solicitamos amablemente al Comité de Selección, considerar también como profesional responsable de la capacitación e instalación de los equipos a los BIOLOGOS, INGENIEROS ELECTRONICOS, que tengan la experiencia solicitada y estén capacitados por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	17:54:23

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA, Solicitamos amablemente al Comité de Selección, considerar un plazo de entrega prudencial, de acuerdo a la cantidad y variedad de equipo solicitados en el paquete. Puesto que califican con mayor puntaje a los equipos que son de reciente fabricación. Entonces un plazo de entrega razonable sería de 120 días, pues los equipos además se importan de fabricantes localizados en distintos países. Solicitar un tiempo limita la participación de proveedores que importan equipo de reciente fabricación, permitiendo que únicamente participen postores que tienen los equipos almacenados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: A Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 dias en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	18:25:54

**Observación:** Nro. 101

**Consulta/Observación:**

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

SE OBSERVA

Se solicita al honorable comité, muy amablemente aceptar también el grado de bachiller en ingeniería mecatrónica con experiencia al objetivo de contratación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: C      Literal: C.1      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 DE LA LEY 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE ESPECTROMETRIA DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:15:52

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente al comité separar el paquete en los diferentes ítem con el fin de fomentar la pluralidad de postores, en vista de que la conformación de un paquete limita la participación de aquellas representadas que no cuenten con la totalidad de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 2.1.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado indica que el expediente de contratacion del procedimiento de selección cuenta con un resumen ejecutivo el cual recoge la indagacion de mercado que sustenta la pluralidad de postores respecto a los terminos de referencia, por lo cual NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null