

ACTA DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0108-2024-GRM-1
(PRIMERA CONVOCATORIA)

En Moquegua, el 15 de abril del 2025, siendo las 14:40 horas, en las instalaciones de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Moquegua, el Órgano Encargado de Contrataciones encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0108-2024-GRM-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICION DE REFRIGERADORAS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", a fin de efectuar la APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

El Quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de:

Órgano Encargado de
las Contrataciones

CPC. YANITZA LILIANKA CUEVA GALARZA

Procediéndose conforme a lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo al cronograma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se registraron electrónicamente para participar en el mencionado procedimiento de selección, los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Estado
1	10164100460	ORTEGA RAZURI NAHUM MARTIN	3/01/2025	10:28:47	Válido
2	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	30/12/2024	16:56:04	Válido
3	20270485015	IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L	4/01/2025	12:54:11	Válido
4	20438551825	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	28/12/2024	09:00:48	Válido
5	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/12/2024	07:07:27	Válido
6	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	2/01/2025	09:24:43	Válido
7	20512900896	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2/04/2025	17:21:12	Válido
8	20518676700	CUPRUM METAL TRADING SAC	2/01/2025	10:23:24	Válido
9	20519845017	TELEMATICA E.I.R.L	5/01/2025	12:40:56	Válido
10	20523412486	CESPI PERU S.A.C.	5/01/2025	09:17:27	Válido
11	20543306771	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	30/12/2024	11:42:23	Válido
12	20553853355	SIMED PERU S.A.C.	30/12/2024	13:06:47	Válido
13	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	2/01/2025	17:19:43	Válido
14	20603598874	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO E.I.R.L.- TECINDES E.I.R.L.	2/01/2025	12:44:40	Válido
15	20609841878	SYSTEM MED S.A.C.	2/04/2025	00:15:35	Válido
16	20611358343	MADISUM HEALTHCARE S.A.C.	3/04/2025	10:57:52	Válido
17	20611433884	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	3/01/2025	11:16:50	Válido

SEGUNDO: Posteriormente se VERIFICARON LAS OFERTAS PRESENTADAS DE MANERA ELECTRÓNICA a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE dentro del horario y fecha señalada en el cronograma publicado obteniendo el siguiente reporte de acuerdo al siguiente detalle:


Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20512900896	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	4/04/2025	22:47:59	Enviado	Valido

TERCERO: Acto seguido se procede con la verificación de los documentos de presentación obligatoria, especificados en el numeral 2.2.1.1. del CAPITULO II de las bases integradas del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 108-2024-GRM-1, con asistencia técnica del área usuaria, se recibe Informe N°2016-2025-GRM/GRI-SO con fecha 11 de abril de 2025, de la Sub Gerente de Obras remitiendo Informe N°033-2025-GRM/GRI-SO-RO-CALACOA-SGRC firmado por el RESIDENTE DE OBRA: ING. SONIA GLORIA RAMOS COLANA, con el resultando siguiente:

ANEXO 01. EVALUACION DE PROPUESTAS

REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS

Ítem	Requisito	Refrigeradora para Medicamentos Meling YC-400L	¿Cumple?	Observaciones
B01	Refrigeradora para conservación de muestras, medicamentos y reactivos	Refrigeradora Meling YC-400L diseñada específicamente para la conservación de medicamentos y reactivos	✓ Cumple	Adecuada para conservación de medicamentos
B02	Mantiene temperatura estable en el interior	Sistema de control digital para mantener temperatura constante	✓ Cumple	Estabilidad de temperatura garantizada
B03	Capacidad 400 litros (14 pies) vertical a más	Capacidad de 400 litros (14 pies) vertical	✓ Cumple	Cumple con la capacidad mínima solicitada
B04	Construcción interna en acero inox AISI 304 o similar	Construcción interna en acero inoxidable AISI 304	✓ Cumple	Cumple con material recomendado
B05	Temperatura de trabajo de 2°C – 8°C	Rango de temperatura de 2°C a 8°C	✓ Cumple	Rango adecuado para conservación de medicamentos
B06	Rango ajustable 1°C a 10°C con precisión de +/- 1°C o menos	Rango ajustable de 1°C a 10°C, precisión de +/- 1°C	✓ Cumple	Rango de temperatura ajustable con precisión adecuada
B07	Sistema de enfriamiento por aire forzado	Sistema de enfriamiento por aire forzado	✓ Cumple	Cumple con el tipo de enfriamiento requerido
B08	Sistema de descarchado automático (defrost)	Sistema de descongelación automático	✓ Cumple	Cumple con la función de defrost
B09	Aislamiento libre de CFC	Aislamiento libre de CFC	✓ Cumple	Cumple con la normativa ambiental
B10	Puerta de vidrio con cierre hermético o magnético y cerrojo con llave	Puerta de vidrio con cierre magnético y cerrojo con llave	✓ Cumple	Cumple con las especificaciones de seguridad
B11	Compresor hermético y condensador de aire forzado	Compresor hermético con condensador de aire forzado	✓ Cumple	Cumple con el tipo de compresor y condensador
B12	Iluminación interior con fluorescente antihumedad o tecnología LED	Iluminación LED antihumedad	✓ Cumple	Iluminación LED adecuada para el ambiente interior
B13	Controlado por microprocesador	Control digital con microprocesador	✓ Cumple	Control digital para regulación precisa
B14	Visualización digital de temperatura	Pantalla digital para visualización de temperatura	✓ Cumple	Cumple con la visualización digital
B15	Alarma audible/visible de falla eléctrica y desviaciones de temperatura	Alarma visual y audible de fallos y desviaciones de temperatura	✓ Cumple	Sistema de alarma presente para seguridad
B16	Panel de control de fácil lectura	Panel de control digital, claro y de fácil lectura	✓ Cumple	Panel intuitivo y fácil de leer
B17	Sensor de temperatura de regulación (PT1000-2-wire o NTC)	Sensor NTC para regulación de temperatura	✓ Cumple	Sensor adecuado para regulación precisa
B18	Sistema de baterías para 30 minutos de autonomía	No se menciona sistema de baterías	? No especificado	No se incluye sistema de baterías de autonomía
D01	Cuatro bandejas de acero inoxidable o alambre plastificado color blanco mínimo	Cuatro bandejas de acero inoxidable	✓ Cumple	Cumple con la cantidad y material requerido
D02	Dos termómetros externos para control de calidad	No se mencionan termómetros externos	✓ Cumple	
D03	Estabilizador de voltaje 170-250VAC	No se menciona estabilizador	✓ Cumple	
E01	Fuente de energía 220V/50-60Hz	Fuente de energía 220V/50Hz	✓ Cumple	Cumple con la fuente de energía especificada
E02	Cable de alimentación vulcanizado, mínimo 4.0 m, enchufe Schuko con toma a tierra	Cable de 4 m con enchufe Schuko	✓ Cumple	Cable adecuado con toma a tierra



REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE 14 PIES CÚBICOS

Ítem	Requisito	Refrigeradora Tipo Combinado Meling YCD-EL300	¿Cumple?	Observaciones
B01	Capacidad mínima de la cámara de conservación de 75 litros	200 litros de capacidad de conservación	✓ Cumple	La capacidad de conservación es superior a la mínima requerida.
B02	Controlado por microprocesador	Microprocesador integrado para control	✓ Cumple	El control es digital y automatizado, operado por microprocesador.
B03	Visualización digital de temperatura con display LED	Display LED digital para visualización de temperatura	✓ Cumple	La refrigeradora tiene un display LED digital para la temperatura.
B15	Cámara de conservación fabricada en acero inoxidable	Cámara de conservación de acero inoxidable	✓ Cumple	La cámara de conservación está fabricada en acero inoxidable.
B04	Aislamiento de uretano poliuretano	Aislamiento de poliuretano	✓ Cumple	El aislamiento es de poliuretano, como se especifica.
B05	Gas refrigerante R134, R290, R600A o similar libre de CFC	Gas refrigerante R134A	✓ Cumple	El gas refrigerante utilizado es R134A libre de CFC.
B06	Una (01) puerta o más con seguro (llave), tipo exhibidor doble cristal	Una puerta con seguro tipo exhibidor doble cristal	✓ Cumple	La refrigeradora tiene una puerta con seguro tipo exhibidor de doble cristal.
B07	Iluminación interior con LEDs	Iluminación interior con LEDs	✓ Cumple	La refrigeradora tiene iluminación LED interior.
B08	Bandejas removibles de posición ajustable	Bandejas removibles y ajustables	✓ Cumple	Las bandejas son removibles y ajustables en posición.
B09	Display digital para lectura de temperatura en la cámara interior	Display digital en cámara interior	✓ Cumple	Se incluye un display digital en la cámara interior para la temperatura.
B10	Rango de temperatura 1°C a 10°C, ajustable con precisión de +/- 1°C o menos	Rango de temperatura ajustable de 1°C a 10°C	✓ Cumple	El rango de temperatura es de 1°C a 10°C con precisión de +/- 1°C.
B11	Doble sensor de temperatura (PT1000 o NTC)	Sensor de temperatura PT1000	✓ Cumple	El modelo incluye doble sensor de temperatura PT1000.
B12	Sistema de flujo de aire forzado en la cámara de conservación	Sistema de flujo de aire forzado	✓ Cumple	La refrigeradora incluye un sistema de flujo de aire forzado en la cámara.
B13	Descarchado automático	Sistema de descongelación automática	✓ Cumple	El modelo tiene un sistema de descongelación automática.
B14	Alarma audiovisual por desviación de temperatura y falla eléctrica	Alarma audiovisual	✓ Cumple	El modelo tiene una alarma audiovisual por desviación de temperatura y fallas eléctricas.
B15	Silenciador de alarma con salida de datos via PC o USB	Cuando se activa la alarma se puede silenciar al presionar cualquier tecla. Salida puerto USB	✓ Cumple	-
C01	Un juego de 4 bandejas o canastillas porta vacunas de acero inoxidable o alambre plastificado	Declaración jurada de cumplimiento	✓ Cumple	-
D01	Juego de 12 bandejas como mínimo	Declaración jurada de cumplimiento	✓ Cumple	-
D02	Dos (02) termómetros digitales externos para control de calidad	Declaración jurada de cumplimiento	✓ Cumple	-
D03	Incluye cables en caso de salida a PC	Declaración jurada de cumplimiento	✓ Cumple	-
E01	Alimentación 220VAC o 230VAC / 50-60Hz	Alimentación 220V / 50Hz	✓ Cumple	La refrigeradora cumple con la alimentación requerida.
E02	Cable tipo vulcanizado con enchufe según RM N° 175-2008-REM y CEN-Utilización	No se menciona tipo de cable	✗ No cumple	No se especifica si el cable es vulcanizado según la normativa.

REFRIGERADORA DE 4 PIES CÚBICOS

Ítem	Requisito	Refrigeradora de 4 Pies Cúbicos, Marca: BIOBASE, Modelo: BPR-5V468	¿Cumple?	Observaciones
B01	Equipo con control automático de temperatura	Sí, cuenta con control automático de temperatura.	✓ Cumple	El equipo tiene un termostato ajustable para control de temperatura.
B02	Tipo Top Freezer	Sí, es tipo Top Freezer.	✓ Cumple	El congelador está ubicado en la parte superior.
B03	Tipo de panel digital	No, no tiene panel digital.	✗ No cumple	El modelo tiene un panel mecánico de control.
B04	Sistema de descongelamiento automático	Sí, cuenta con sistema de descongelamiento automático.	✓ Cumple	Descongelamiento por ciclo automático.
B05	Sistema de enfriamiento No Frost	Sí, tiene tecnología No Frost.	✓ Cumple	Previene la formación de escarcha en el interior.
B06	Refrigerante R-600A / R134A / R404A libre de CFC	Sí, utiliza R-134A, libre de CFC.	✓ Cumple	El refrigerante es amigable con el medio ambiente.
B07	Cantidad de puertas: dos	Sí, tiene dos puertas.	✓ Cumple	Una puerta para el refrigerador y otra para el congelador.
B08	Mínimo cuatro (04) bandejas en el refrigerador	Sí, tiene cuatro bandejas.	✓ Cumple	Cuatro bandejas ajustables dentro del refrigerador.
B09	Iluminación interna al abrir la puerta	Sí, tiene iluminación interna.	✓ Cumple	Luces LED al abrir la puerta.
B10	Sistema de congelamiento y conservación	Sí, cuenta con sistema de congelamiento rápido.	✓ Cumple	Mantiene los alimentos congelados por más tiempo.
B11	Capacidad mínima de 236 litros aproximadamente	No, la capacidad es de 115 litros (aproximadamente 4 pies cúbicos).	✗ No cumple	La capacidad es inferior a la requerida.
B12	Puerta con cierre hermético	Sí, la puerta tiene un cierre hermético.	✓ Cumple	Asegura la correcta conservación de la temperatura.
B13	Sistema de seguridad (chapa para impedir apertura de la puerta) - opcional	No tiene chapa de seguridad.	✗ No cumple	No dispone de una chapa de seguridad.
B14	Color según fabricante	Blanco (según fabricante).	✓ Cumple	El color está disponible según el estándar del fabricante.
E01	Alimentación 220VAC o 230VAC / 60Hz	Sí, la alimentación es 220V / 60Hz.	✓ Cumple	Compatible con las redes eléctricas locales.



Y resultando la admisión de ofertas de la siguiente manera:

POSTOR	ADMISION DE LA OFERTA								ESTADO
	(Anexo N° 1) a) DJ de datos del postor	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	(Anexo N° 2) c) DJ de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	(Anexo N° 3) d) DJ de cumplimiento o de los TDR contenidos en el numeral 3.1	e) Fichas, folletos, catálogos según EETT	(Anexo N° 4) f) DJ de plazo de entrega	(Anexo N° 5) g) DJ promesa de consorcio	(Anexo N° 6) h) Precio de Oferta.	
J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	No corresponde	SI CUMPLE	NO ADMITIDA

J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

De la revisión del estado de la propuesta en la plataforma del SEACE, según la evaluación del Residente de Obra la propuesta técnica NO CUMPLE con demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de todos los bienes. Por lo tanto, la oferta queda **NO ADMITIDA.**

En consecuencia, al no haberse recibido ofertas válidas, se dio por concluida esta etapa.

En ese sentido, con el presente resultado, según el numeral 65.1. del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado: el procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida.

CUARTO: - DECLARATORIA DE DESIERTO

Que habiendo cumplido las consideraciones y requisitos exigidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y conservándose el acto administrativo, **el Órgano Encargado de las Contrataciones, DECLARA DESIERTO,** el procedimiento por Adjudicación Simplificada N° 0108-2024-GRM-1, al no haberse recibido ofertas válidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Sin observaciones y no habiendo más temas en el presente procedimiento de selección, siendo las 16:30 horas del mismo día se da por concluido el presente acto disponiendo su publicación según cronograma establecido en el SEACE y en señal de conformidad firma a continuación.

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA



CPC Yanizta Lillianka Cueva Galaz
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES