

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/06/2023						
	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE PARA LA SALUD – CENSOPAS.						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	PAC Nº 49						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		CIU 2427710				
		Documento que declaró la viabilidad		Resolución Directoral N° 38-2023-DG-OGA-OPE/INS				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SIGANET N° 3511-2023		Fecha de recepción	27/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	31/05/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	16/06/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	22/06/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM(S)	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		-		NO		
		Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		-		NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	17	-		-	17	CORREO ELECTRONICO	04 y 11/05/2023 19/05/2023
	Respecto a las características técnicas de ancho de banda, Rango de temperatura, dispensador de muestras, controlador de temperatura, filtro de aire, sistema de corrección de fondo, corrección de fondo, capacidad de muestra, membrana de secado, presencia del nebulizador, celda de cuarzo, monitoreo del nivel del recipiente del drenaje, sistema separado de flujo de argón.							
	1	1				1	CORREO ELECTRONICO	06/06/2023
	Respecto al ancho de banda							
	1	1	1	SIGANET	20/06/2023			
	Respecto a la diferencia en las condiciones del soporte técnico, plazo de computo de la prestación accesoria en de la versión física y digital (SIGANET)							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	17				17	Hoja de Envío de Trámite Documentario N° 12651-2023 CORREO ELECTRONICO	17/05/2023 24 Y 25/05/2023
Respecto a las características técnicas aclara, acoge, acoge parcialmente, respecto de ancho de banda, Rango de temperatura, dispensador de muestras, controlador de temperatura, filtro de aire, sistema de corrección de fondo, corrección de fondo, capacidad de muestra, membrana de secado, presencia del nebulizador, celda de cuarzo, monitoreo del nivel del recipiente del drenaje, sistema separado de flujo de argón.							
1	1				1	CORREO ELECTRONICO	22/06/2023
Se aclara respecto al ancho de banda							
1	1				1	Hoja de Envío de Trámite Documentario N° 9884-2023	22/06/2023
Respecto a la diferencia en las condiciones del soporte técnico, plazo de computo de la prestación accesoria en de la versión física y digital (SIGANET)							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Respecto a la capacidad de muestra, ancho de banda, rango de temperatura, filtros, control de temperatura, monitoreo del nivel del recipiente del drenaje, sistema separado de flujo de argón.						
1	Ajustes en el ancho de banda, procesador						

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/06/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
	CIMATEC S.A.C CIENTIFICA ANDINA S.A.C.			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
	ANALYTIK JENA PERKIN ELMER			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO x
	-			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	x	NO
	PRECIO PLAZO			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x
	-			

4				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

LIDIA ARJMI CORTÉZ RUIZ
Directora Ejecutiva OEL - Responsable
Unidad de Adquisiciones
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD