

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-58-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR 50 A 85 LTS, PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código : 20604404291

Fecha de envío : 09/10/2024

Nombre o Razón social : LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 19:15:31

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Estimado miembro del comité. En relación al apartado 5.3.3 del Certificado de Seguridad Eléctrica, que hace referencia al cumplimiento de los estándares UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA, solicito gentilmente se aclare si es posible admitir, en este proceso del equipo esterilizadora a vapor de mesa, la aceptación de otros estándares o certificaciones de seguridad eléctrica según al país de origen del bien ofertado, siempre que dichos certificados avalen el cumplimiento de normativas internacionales en materia de seguridad eléctrica. Esta aclaración tiene como objetivo asegurar que se mantenga la libertad de postulación, promoviendo así los principios de Transparencia, Igualdad de Trato y Competencia, facilitando una mayor participación de proveedores calificados sin restringir innecesariamente el proceso licitatorio.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 6.2

**Literal:** A

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado se precisa, que del capítulo III, numeral 6.2. Requisitos de admisibilidad, literal a) ¿se aceptara Certificado emitido por Intitución acreditada por INACAL o "equivalente en el país de origen. Se aceptaran certificaciones ya sea catalogo, manual, folletos u otros documentos del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-58-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR 50 A 85 LTS, PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:15:31

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Estimado miembro del comité. Tras revisar el presente proceso sobre el esterilizador con generador eléctrico de vapor, he notado que no se menciona al personal clave dentro de los requisitos de calificación, un aspecto esencial en este tipo de adquisiciones. Considero necesario definir un perfil técnico adecuado para el profesional responsable de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Sugiero que se requiera un ingeniero electrónico o afín, con al menos dos años de experiencia en instalación, mantenimiento y reparación de equipos médicos o de laboratorio, y con capacitación en tecnologías similares a las ofertadas. La omisión de este criterio podría generar observaciones y potenciales riesgos que afecten el desarrollo del proceso.

PRINCIPIO O NORMATIVA: Principio de Transparencia, Principio de Igualdad de Trato y Principio de Competencia.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: B      Página: 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado NO ACOGE la observacion, el usuario ha establecido los requisitos de calificación dentro del marco normativo de la ley de contrataciones del Estado. Asi mismo el ampliar lo requerido desvirtuaria la indagación de mercado, afectando el valor estimado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-58-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR 50 A 85 LTS, PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:15:31

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: A06: DIMENSIONES MÁXIMAS DEL EQUIPO: PROFUNDIDAD DE 120CM, ANCHO DE 90CM, ALTURA DE 120CM

Estimado miembro del comité y área usuaria, respecto al ítem A06 que especifica dimensiones máximas del equipo de 120 cm de profundidad, 90 cm de ancho y 120 cm de altura, proponemos considerar nuestro equipo, cuyas dimensiones son 980 x 600 x 720 mm. Este diseño más compacto permite una instalación eficiente en espacios reducidos sin comprometer su funcionalidad y rendimiento, manteniendo una alta eficiencia en los procesos de esterilización. Agradeceríamos su aclaración sobre la aceptación de estas dimensiones, lo que aumentaría las oportunidades de participación de postores y aseguraría la calidad del equipo ofrecido. Quedamos atentos a su respuesta.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: A06      Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado NO ACOGE la observacion, las características técnicas son elaboradas por IETSI - ESSALUD en el marco normativo institucional y nacional. Dichas características solo se pueden modificar por IETSI siguiendo procedimientos institucionales aprobado mediante Resolución N°014-IETSI-ESSALUD-2022.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-58-2024-ESSALUD-RPA-1  
1  
Bien  
ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR 50 A 85 LTS, PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:15:31

**Observación: Nro. 4**  
**Consulta/Observación:**  
SOLICITAN: A08: CÁMARA Y PUERTA CONSTRUIDOS DE ACERO INOXIDABLE 316L EQUIVALENTE O MEJOR CON SISTEMA DE SOPORTE PARA COLOCAR BANDEJAS  
Estimado miembro del comité y área usuaria. Con respecto al ítem A08, que solicita una cámara y puerta construidas de acero inoxidable 316L, proponemos considerar la aceptación de equipos fabricados con acero inoxidable SS304, dado que este material es ampliamente utilizado en la industria y ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad, haciéndolo adecuado para procesos de esterilización a vapor. El SS304 cumple con los requisitos necesarios y, aunque el 316L presenta ciertas ventajas en resistencia, el SS304 de grado médico proporciona una excelente relación calidad-precio y asegura un rendimiento confiable. Permitir la inclusión de estos materiales incrementaría la competitividad y participación de postores sin afectar la calidad técnica ni el rendimiento del equipo. Esta flexibilidad garantizaría la igualdad de trato entre los participantes y optimizaría las condiciones del proceso de adquisición.  
SOLICITAMOS: A08: CÁMARA Y PUERTA CONSTRUIDOS DE ACERO INOXIDABLE 316L EQUIVALENTE O DE ACUERDO AL FABRICANTE CON SISTEMA DE SOPORTE PARA COLOCAR BANDEJAS

Acápite de las bases :  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: General  
Numeral: III  
Literal: A08  
Página: 62

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Este colegiado NO ACOGE la observacion, las características técnicas son elaboradas por IETSI - ESSALUD en el marco normativo institucional y nacional. Dichas características solo se pueden modificar por IETSI siguiendo procedimientos institucionales aprobado mediante Resolución N°014-IETSI-ESSALUD-2022.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-58-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR 50 A 85 LTS, PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:34:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAN :

B03 TRES BANDEJAS COMO MINIMO.

Solicitamos al comite aceptar tambien "CESTOS EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJA COLECTORA DE LIQUIDOS DE ACERO INOXIDABLE"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: APENDICE F Literal: FICHA TEC. Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado NO ACOGE la consulta, las características técnicas son elaboradas por IETSI - ESSALUD en el marco normativo institucional y nacional. Dichas características solo se pueden modificar por IETSI siguiendo procedimientos institucionales aprobado mediante Resolución N°014-IETSI-ESSALUD-2022.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-58-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR 50 A 85 LTS, PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:34:27

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan: considerar bienes similares esterilizador con generador electrico de vapor en general

Solicitamos considerar también en la experiencia del postor como equipos similares autoclaves con generador eléctrico de vapor, pues se trata del mismo equipo nombrado de forma diferente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado acoge la consulta, que lo señalado en la consulta es correcto. Se amplía el numeral 3.2 literal B, pagina 65 subtítulo requisitos, 3er párrafo . Como sigue:

Se consideran bienes similares a los siguiente: esterilizador con generador electrico de vapor en general o autoclave con generador electrico de vapor en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía:

Se consideran bienes similares a los siguiente: esterilizador con generador electrico de vapor en general o autoclave con generador electrico de vapor en general

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-58-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR 50 A 85 LTS, PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	20:34:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan:

A06 DIMENSIONES MAXIMAS DEL EQUIPO: PROFUNDIDAD DE 120 CM, ANCHO DE 90 CM, ALTURA DE 120CM. SE ENTIENDE QUE LA ALTURA MAXIMA DEL EQUIPO ES DE 120 CM PERO EN EL PUNTO A01 CONFIGURACION DE MESA O RODANTE (RODABLE) Y EN EL PUNTO B02 MESA DE ACERO INOXIDABLE CON REFUERZO O BASE RODANTE INTEGRADA, ADECUADA PARA EL ESTERILIZADOR, SE ENTIENDE QUE SE ACEPTARA EQUIPO DE MESA CON SU MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCAR EL EQUIPO Ó UN EQUIPO QUE VIENE DE FABRICA CON MESA RODANTE, ANTE ELLO SE ENTIENDE QUE EL EQUIPO TIENE QUE TENER UNA MESA INTEGRADA AL ESTERILIZADOR POR ELLO LA ALTURA ES Y DEBE SER MAYOR A LA SOLICITADA EN EL PÚNTO A06 YA QUE SE MIDE LA ALTURA DEL ESTERILIZADOR MAS LA ALTURA DE LA MESA INTEGRADA. Por ello sugiero al amable comité indicarnos si la altura puede ser mayor (140 CM) considerando la base rodante de fabrica o solo se considera la altura del esterilizador (altura de la cámara) mas no la altura de la mesa rodante de fábrica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado ACLARA, que las dimensiones indicadas en A06 son de la esterilizadora sin considerar la mesa o base rodante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-58-2024-ESSALUD-RPA-1  
1  
Bien  
ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR 50 A 85 LTS, PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20606827360	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	BERLIN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:00:36

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Debido a la prontitud del cierre de año fiscal consideramos que los tiempos para el proceso de importación excederían los plazos de entrega solicitado en las bases administrativas, del mismo modo estaría superando el año fiscal restante. por lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la comisión especial permitir la presentación de propuestas con equipos esterilizadores - autoclaves con fecha de fabricación septiembre 2023 y de ser adjudicados la entrega de los mismos equipos.

Acápite de las bases :    Sección: General    Numeral: APENDICE F    Literal: IETSI    Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado se precisa, que es política institucional la adquisicion de activos con fecha de fabricacion no mayor la plazo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-58-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR 50 A 85 LTS, PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20610936742	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	BAN MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:39:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

A06 DIMENSIONES MAXIMAS DEL EQUIPO: PROFUNDIDAD DE 120 CM, ANCHO DE 90 CM, ALTURA DE 120CM. Para los equipos que se oferta en el numeral A01 O B02 BASE RODANTE INTEGRADA, se aclara que el equipo viene con su mesa rodante integrada de fábrica, cuando piden la altura máxima del equipo 120 CM se entiende que piden la altura del Esterilizador mas no de la base rodante integrada.

Se le consulta al comité que nos aclare si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: APENDICE F Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado ACLARA, que las dimensiones indicadas en A06 son de la esterilizadora sin considerar la mesa o base rodante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null