

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	002		
		Fecha	17.12.2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS		
		RUC	20176217694		
		Dirección	Jr. Sosiego 355		
		Teléfono(s)	---		
		Correo electrónico	diresabastecimientos2024@gmail.com		
		Persona de contacto	Lic. Adm. Néstor Tineo Díaz		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CORPORACION INNOMEDIC S.A.C.		
		RUC	20607733067		
		Dirección	MZA. B LOTE. 28 APV. JARDINES DE SANTA ROSA (AL L. IZAGUIRRE Y CANTA CALLAO) LIMA - LIMA - SAN MARTÍN DE PORRES		
		Teléfono(s)	907579759		
		Correo electrónico	innomedicventas@hotmail.com		
		Representante o persona de contacto	CORPORACION INNOMEDIC S.A.C.		
		4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes
Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 06 BOMBAS DE INFUSION DE 02 CANALES				
Se adjunta	Especificaciones técnicas			X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<p>GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p> <p>----- Lic. Adm. NÉSTOR FERDINAND TINEO DÍAZ CLAD N° 027949 JEFE (a) DE ABASTECIMIENTO</p> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>				

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor				
1	Fecha del documento	17/12/2024		
2	Cotización			
2.1	Descripción del objeto de la contratación	BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES		
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X	
		No cumple		
2.3	Monto total cotizado	S/ 51,600.00		
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACION N°00428		
3	Declaración jurada del proveedor			
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>				
4	<div align="center">  INNOMEDIC S.A.C Holber Clinton Ventura Fernández GERENTE GENERAL </div>			
Nombre, firma y sello del proveedor				

SEÑOR (ES) : DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS
 DIRIGIDO A : OFICINA DE LOGISTICA
 REFERENCIA : BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES
 MONEDA : SOL

COTIZACIÓN

FECHA	NÚMERO
17/12/2024	CISAC - 00428

ITEM	BIEN	CANT.	UNM	P. UNIT.	TOTAL
01	BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES	06	UND	S/ 8,600.00	S/ 51,00.00

MARCA : MEDRENA
 MODELO : VP50
 PROCEDENCIA : CHINA
 AÑO DE FABRICACION : 2022

EQUIPO ELECTROMECAÁNICO UTILIZADO PARA INFUNDIR FÁRMACOS, SOLUCIONES, POR VÍAS PARENTERALES Y ENTERALES, EN VOLÚMENES ALTOS DE MANERA PRECISA Y SEGURA, LO CUAL FACILITA Y OPTIMIZA LA LABOR DEL PROFESIONAL DE SALUD. PARA USO EN LOS SERVICIOS DE UCI, EMERGENCIA, SALA DE OPERACIONES, HOSPITALIZACIÓN.

DATOS TÉCNICOS:

- ⇒ MECANISMO DE BOMBEO: PERISTÁLTICO LINEAL
- ⇒ PANTALLA LCD COLOR TÁCTIL 4.3"
- ⇒ INDICADORES LED PARA SEÑALES DE OPERACIÓN, ADVERTENCIA Y ALIMENTACIÓN AC/DC
- ⇒ RANGO DE VOLUMEN DE INFUSIÓN: 0.1 A 9999 ML
- ⇒ RANGO DE FLUJO: 0.1 – 1500 ML/H
- ⇒ CALCULO DE CONCENTRACIÓN DE TIPO AUTOMÁTICO
- ⇒ FLUJO DE BOLO: 0.1 – 1500 ML/H (DISPONIBLE AUTOMÁTICO Y MANUAL)
- ⇒ FLUJO DE KVO: 0.1 – 5.0 ML/H AJUSTABLE
- ⇒ PRECISIÓN DEL SISTEMA: ±5%
- ⇒ NIVELES DE ALARMA DE OCLUSIÓN: 12
- ⇒ TAMAÑO (P X AN X AL): 199 X 126 X 111 MM
- ⇒ PESO APROX.: 1.4 KG
- ⇒ INCORPORADO A DOS CANALES
- ⇒ GRADO DE PROTECCIÓN DE LÍQUIDOS IP 34 PROTECCIÓN 360°
- ⇒ REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS:
- ⇒ VOLTAJE AC: 110 – 240 VAC, 50 – 60 HZ

IMAGEN
REFERENCIAL



Prog. Viv. Jardines de Santa Rosa Mz.B Lt. 28 S.M.P

959258509

innomedic.sales@gmail.com

R.U.C.: 20607733067

⇒ BATERÍA RECARGABLE AUTONOMÍA
DE 4.5 HORAS APROX. A UN FLUJO DE
25 ML/H)

⇒ TIPO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA –
CLASE I, CF ADAPTADOR CON TOMA
TIERRA TIPO SCHUKO 250 V

INCLUYE:


⇒ EL EQUIPO VIENE CON DOS BOMBAS
APILABLES DE UN CANAL

SUB TOTAL	S/	43,728.81
IGV. 18%	S/	7,871.19
TOTAL	S/	51,600.00

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO DESPUES DE NOTIFICADA ORDEN DE SERVICIO.
GARANTIA: 12 MESES.
VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS CALENDARIOS.

PRECIOS INCLUYEN IGV

Atentamente;


.....
INNOMEDIC S.A.C
Nolber Clinton Ventura Fernández
GERENTE GENERAL

Prog. Viv. Jardines de Santa Rosa Mz.B Lt. 28 S.M.P

959258509



innomedic.sales@gmail.com

R.U.C.: 20607733067

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	001			
		Fecha	17.12.2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS			
		RUC	20176217694			
		Dirección	Jr. Sosiego 355			
		Teléfono(s)	---			
		Correo electrónico	diresabastecimientos2024@gmail.com			
		Persona de contacto	Lic. Adm. Néstor Tineo Días			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	C & F WELT IMPORTS S.A.C.			
		RUC	20609072661			
		Dirección	MZA. O LOTE. 1 A.H. 6 DE DICIEMBRE (SECTOR I, PECP) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - VENTANILLA			
		Teléfono(s)	928929273			
		Correo electrónico	weltimport.ventas@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	C & F WELT IMPORTS S.A.C.			
		4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>
Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 06 BOMBAS DE INFUSION DE 02 CANALES					
Se adjunta	Especificaciones técnicas			<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6	<p align="center"> GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS OFICINA DE ABASTECIMIENTO Lic. Adm. NESTOR FERNANDO TINEO DIAZ CLAD N° 027949 JEFE (e) DE ABASTECIMIENTO </p>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	17.12.2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 49,944.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	N° DE COTIZACION 02578	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div style="text-align: center;">   WELT IMPORTS S.A.C. C&F Ydelmer Saavedra Calle <small>Gerente General</small> </div>		
Nombre, firma y sello del proveedor			



COTI WELT N.º - 02578 2024
LIMA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024

CEL:
928929273

CLIENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS
ATENCION: OFICINA DE LOGISTICA
REFERENCIA: PEDIDO DE COMPRA

Nos dirigimos a ustedes a fin de saludarlos y remitir la presente cotización por lo siguiente:

ITEM	CANT	UM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT	P. TOTAL
01	6	UND	BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES	S/8,324.00	S/49,944.00

MARCA: MEDRENA
MODELO: VP50
PROCEDENCIA: CHINA
AÑO DE FABRICACION: 2022

CARACTERÍSTICAS GENERALES

APLICACIÓN:

- ❖ EQUIPO ELECTROMECÁNICO UTILIZADO PARA INFUNDIR FÁRMACOS, SOLUCIONES, POR VÍAS PARENTERALES Y ENTERALES, EN VOLÚMENES ALTOS DE MANERA PRECISA Y SEGURA, LO CUAL FACILITA Y OPTIMIZA LA LABOR DEL PROFESIONAL DE SALUD. PARA USO EN LOS SERVICIOS DE UCI, EMERGENCIA, SALA DE OPERACIONES, HOSPITALIZACIÓN.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ❖ EQUIPO DE DISEÑO COMPACTO Y DE FÁCIL TRANSPORTE.
- ❖ **EL EQUIPO FUNCIONA DE DOS BOMBAS DE UN CANAL APILABLE.**
- ❖ OPCIÓN DE APILAR O RACKEAR HASTA 3
- ❖ BOMBAS EN MODULO-RACK (NO INCLUIDO OPCIONAL)
- ❖ COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LÍNEAS DE INFUSIÓN, SISTEMA ABIERTO.
- ❖ PROGRAMACIÓN Y MONITOREO DIGITAL.
- ❖ PANTALLA TÁCTIL A COLOR LCD 4.3".
- ❖ MECANISMO DE BOMBEO PERISTÁLTICO.
- ❖ EQUIPO QUE PERMITE LA PROGRAMACIÓN
- ❖ DIGITAL DEL VOLUMEN Y FLUJO DE INFUSIÓN.
- ❖ VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LOS PARÁMETROS (VOLUMEN TOTAL, VOLUMEN INFUNDIDO, FLUJO DE INFUSIÓN, TIEMPO RESTANTE).
- ❖ MODOS DE PROGRAMACIÓN:
 - MODO DE FLUJO
 - MODO DE TIEMPO
 - MODO DE PESO CORPORAL
 - MODO DE GOTEO
- ❖ CAPACIDAD DE SELECCIÓN DE NOMBRE DE MEDICAMENTO NO MENOS DE 30 TIPOS.
- ❖ MODO DE PURGA/ ANTIBOLO Y TIPO MICRO DISPONIBLES
- ❖ MODO DE ESPERA DE HASTA 99 HORAS Y 59 MINUTOS DISPONIBLE
- ❖ TECLA SILENCIADOR DE ALARMAS.
- ❖ CON DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN EN COLUMNA DE PORTASUERO.
- ❖ CON INDICADOR DE NIVEL CARGA DE BATERÍA EN PANTALLA
- ❖ BLOQUEO DE PANTALLA TÁCTIL DISPONIBLE
- ❖ HASTA 12 NIVELES DE OCLUSIÓN DISPONIBLES.
- ❖ ALARMAS ACÚSTICAS Y VISUALES DISPONIBLES: VTBI CERCA DEL FINAL, VTBI, INFUSIÓN, ALTA PRESIÓN, BATERÍA CASI VACÍA,



IMAGEN
REFERENCIAL

928929273

Weltimport.ventas@gmail.com

MZ O LOT 01 AH 6 DE DICIEMBRE SECT I PECP VENTANILLA CALLAO

C&F WELT IMPORTS S.A.C.

RUC. 20609072661



- ❖ BATERÍA VACÍA, NO HAY BATERÍA INSTALADA, ALARMA DE RECORDATORIO, KVO TERMINADO, CHEQUEAR AGUAS ARRIBA, ERROR DE GOTEÓ, BURBUJA DE AIRE, PUERTA ABIERTA, TIEMPO DE ESPERA FINALIZADO, ERROR DEL SISTEMA.
- ❖ HASTA 5000 REGISTROS DE MEMORIA QUE PERMITE ALMACENAR LOS DATOS PROGRAMADOS Y EL HISTORIAL DE EVENTOS.
- ❖ SENSOR DE GOTEÓ INCLUIDO PUERTO DE INTERFACE USB, RS232 Y LLAMADO A ENFERMERA
- ❖ PUERTOS DE COMUNICACIÓN: IR Y WIFI (OPCIONALES)
- ❖ CUENTA CON ALARMAS PARA MÚLTIPLES PRESIONES EN NIVELES MENOR A 18 PSI.

APLICABLE A MODELO: UNIFUSION VP50 PRO\NEO NIVEL DE PRESION DE OCCLUSION: NIVEL 12

NIVEL	INTENSIDAD DE PRESION MMHG	NIVEL	INTENSIDAD DE PRESION MMHG	NIVEL	INTENSIDAD DE PRESION MMHG
1	75	2	150	3	225
4	300	5	375	6	459
7	525	8	600	9	675
10	750	11	825	12	900

DATOS TÉCNICOS

- ❖ MECANISMO DE BOMBEO: PERISTÁLTICO LINEAL
- ❖ PANTALLA LCD COLOR TÁCTIL 4.3"
- ❖ INDICADORES LED PARA SEÑALES DE OPERACIÓN, ADVERTENCIA Y ALIMENTACIÓN AC/DC
- ❖ RANGO DE VOLUMEN DE INFUSIÓN: 0.1 A 9999 ML
- ❖ RANGO DE FLUJO: 0.1 – 1500 ML/H
- ❖ CALCULO DE CONCENTRACIÓN DE TIPO AUTOMÁTICO
- ❖ FLUJO DE BOLO: 0.1 – 1500 ML/H (DISPONIBLE AUTOMÁTICO Y MANUAL)
- ❖ FLUJO DE KVO: 0.1 – 5.0 ML/H AJUSTABLE
- ❖ PRECISIÓN DEL SISTEMA: $\pm 5\%$
- ❖ NIVELES DE ALARMA DE OCLUSIÓN: 12
- ❖ TAMAÑO (P X AN X AL): 199 X 126 X 111 MM
- ❖ PESO APROX.: 1.4 KG
- ❖ INCORPORADO A DOS CANALES
- ❖ GRADO DE PROTECCIÓN DE LÍQUIDOS IP 34 PROTECCIÓN 360°
- ❖ REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS:
 - VOLTAJE AC: 110 – 240 VAC, 50 – 60 HZ
 - BATERÍA RECARGABLE AUTONOMÍA DE 4.5 HORAS APROX. A UN FLUJO DE 25 ML/H)
- ❖ TIPO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA – CLASE I, CF ADAPTADOR CON TOMA TIERRA TIPO SCHUKO 250 V

ACCESORIOS:

- ❖ ABRAZADERA DE SUJECCIÓN
- ❖ CABLE DE PODER AC
- ❖ 50 UND. SET DE INFUSIÓN.
- ❖ MANUAL DE USUARIO
- ❖ CABLE CONECTOR PARA FUNCION DE 2 CANALES

TOTAL, INCLUIDO IGV (18%): 149,944.00

928929273

Weltimport.ventas@gmail.com

MZ O LOT 01 AH 6 DE DICIEMBRE SECT I PECP VENTANILLA CALLAO

C&F WELT IMPORTS S.A.C.

RUC. 20609072661



CONDICIONES DE VENTA:

PRECIO: LOCALES Y ESTÁN DADOS EN SOLES, INCLUYEN EL IGV.

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS DESPUÉS DE LA CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO COMERCIAL

GARANTÍA: DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y EXCLUSIVAMENTE CONTRA DEFECTOS DE DISEÑO O FABRICACIÓN, NO INCLUYE AVERÍAS POR UNA MALA MANIPULACION

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DÍAS

ENTREGA: ALMACEN GENERAL

NOTA: EN CASO DE MODIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O CANTIDADES. SE PUEDE VOLVER A MODIFICAR

CUENTA CCI BBVA: 011 - 339 - 000100031209 - 98

CORREO: weltimport.ventas@gmail.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

ATENTAMENTE:


C&F WELT IMPORTS S.A.C.
C&F
Ydelmer Saavedra Calle
Gerente General

☎ 928929273


✉ Weltimport.ventas@gmail.com

📍 MZ O LOT 01 AH 6 DE DICIEMBRE SECT I PECP VENTANILLA CALLAO



C&F WELT IMPORTS S.A.C.

RUC. 20609072661

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	003		
		Fecha	17.12.2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS		
		RUC	20176217694		
		Dirección	Jr. Sosiego 355		
		Teléfono(s)	---		
		Correo electrónico	diresabastecimientos2024@gmail.com		
		Persona de contacto	Lic. Adm. Néstor Tineo Días		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	VITAMEDICH'S S.R.L		
		RUC	20610272569		
		Dirección	AV. COLECTORA PRINCIPAL MZA. B4 LOTE. 3 URB. LA PLANICIE ETAPA 3 LIMA - LIMA - CARABAYLLO		
		Teléfono(s)	954756887		
		Correo electrónico	vitamedichs@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	VITAMEDICH'S S.R.L		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 06 BOMBAS DE INFUSION DE 02 CANALES		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<p align="center"> GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONA OFICINA DE ABASTECIMIENTO  ----- Lic. Adm. NESTOR FERDINAND TINEO DIAZ CIAD N° 027949 JEFE (a) DE ABASTECIMIENTO </p>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	17/12/2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	BOMBA DE INFUSION DE DCS CANALES	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 52,500.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACION 00468	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<div style="text-align: center;">   Nataly J. Gallardo Aguilar. Gerente General </div>		
Nombre, firma y sello del proveedor			

RUC: 20610272569

SEÑORES:

DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

PRESENTE. -

ATENCIÓN: UNIDAD DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

REFERENCIA: EQUIPO MEDICO

Mediante el presente reciba un cordial saludo a nombre de nuestra compañía y al mismo tiempo le hago llegar nuestra propuesta económica según lo solicitado

COTIZ N.º	00468	VTM
Fecha:	17 12	2024

ITEM	CANT	UNID MED	DESCRIPCION	P. UNID	P. TOTAL
01	6	UNID	BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES MARCA : MEDRENA MODELO: VP50 PROCEDENCIA: CHINA AÑO F: 2022 INCLUYE 2 BOMBAS APILABLES DE UN CANAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none"> ✦ MECANISMO DE BOMBEO: PERISTÁLTICO LINEAL ✦ PANTALLA LCD COLOR TÁCTIL 4.3" ✦ INDICADORES LED PARA SEÑALES DE OPERACIÓN, ADVERTENCIA Y ALIMENTACIÓN AC/DC ✦ RANGO DE VOLUMEN DE INFUSIÓN: 0.1 A 9999 ML ✦ RANGO DE FLUJO: 0.1 - 1500 ML/H ✦ CALCULO DE CONCENTRACIÓN DE TIPO AUTOMÁTICO ✦ FLUJO DE BOLO: 0.1 - 1500 ML/H (DISPONIBLE AUTOMÁTICO Y MANUAL) ✦ FLUJO DE KVO: 0.1 - 5.0 ML/H AJUSTABLE ✦ PRECISIÓN DEL SISTEMA: ±5% ✦ NIVELES DE ALARMA DE OCLUSIÓN: 12 ✦ TAMAÑO (P X AN X AL): 199 X 126 X 111 MM ✦ PESO APROX.: 1.4 KG ✦ INCORPORADO A DOS CANALES ✦ GRADO DE PROTECCIÓN DE LÍQUIDOS IP 34 PROTECCIÓN 360° ✦ REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS: ✦ VOLTAGE AC: 110 - 240 VAC, 50 - 60 HZ ✦ BATERÍA RECARGABLE AUTONOMÍA DE 4.5 HORAS APROX. A UN FLUJO DE 25 ML/H) ✦ TIPO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA - CLASE I, CF ✦ ADAPTADOR CON TOMA TIERRA TIPO SCHUKO 250 V ✦ EQUIPO DE DISEÑO COMPACTO Y DE FÁCIL TRANSPORTE. ✦ OPCIÓN DE APILAR O RACKEAR HASTA 3 ✦ BOMBAS EN MODULO-RACK (NO INCLUIDO OPCIONAL) ✦ COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LÍNEAS DE INFUSIÓN, SISTEMA ABIERTO. ✦ PROGRAMACIÓN Y MONITOREO DIGITAL. 	S/8,750.00	S/52,500.00

VITAMEDICH'S S.R.L

Calle. Brillantes MZ J. Lote 14 Urb. Lima - Los Olivos - Lima - Lima

Correo: vitamedich.venta@gmail.com

Teléfono: 906616339

RUC: 20610272569

- ✦ PANTALLA TÁCTIL A COLOR LCD 4.3".
- ✦ MECANISMO DE BOMBEO PERISTÁLTICO.
- ✦ EQUIPO QUE PERMITE LA PROGRAMACIÓN
- ✦ DIGITAL DEL VOLUMEN Y FLUJO DE INFUSIÓN.
- ✦ VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LOS PARÁMETROS (VOLUMEN TOTAL, VOLUMEN INFUNDIDO, FLUJO DE INFUSIÓN, TIEMPO RESTANTE).

MODOS DE PROGRAMACIÓN:

- ✦ MODO DE FLUJO
- ✦ MODO DE TIEMPO
- ✦ MODO DE PESO CORPORAL
- ✦ MODO DE GOTEO
- ✦ CAPACIDAD DE SELECCIÓN DE NOMBRE DE MEDICAMENTO NO MENOS DE 30 TIPOS.
- ✦ MODO DE PURGA/ ANTIBOLO Y TIPO MICRO DISPONIBLES
- ✦ MODO DE ESPERA DE HASTA 99 HORAS Y 59 MINUTOS DISPONIBLE
- ✦ TECLA SILENCIADOR DE ALARMAS.
- ✦ CON DISPOSITIVO DE SUJECIÓN EN COLUMNA DE PORTASUERO.
- ✦ CON INDICADOR DE NIVEL CARGA DE BATERÍA EN PANTALLA
- ✦ BLOQUEO DE PANTALLA TÁCTIL DISPONIBLE
- ✦ HASTA 12 NIVELES DE OCLUSIÓN DISPONIBLES.
- ✦ ALARMAS ACÚSTICAS Y VISUALES DISPONIBLES: VTBI CERCA DEL FINAL, VTBI, INFUSIÓN, ALTA PRESIÓN, BATERÍA CASI VACÍA,
- ✦ BATERÍA VACÍA, NO HAY BATERÍA INSTALADA, ALARMA DE RECORDATORIO, KVO TERMINADO, CHEQUEAR
- ✦ AGUAS ARRIBA, ERROR DE GOTEO, BURBUJA DE AIRE, PUERTA ABIERTA, TIEMPO DE ESPERA FINALIZADO, ERROR DEL SISTEMA.
- ✦ HASTA 5000 REGISTROS DE MEMORIA QUE PERMITE ALMACENAR LOS DATOS PROGRAMADOS Y EL HISTORIAL DE EVENTOS.
- ✦ SENSOR DE GOTEO INCLUIDO PUERTO DE INTERFACE USB, RS232 Y LLAMADO A ENFERMERA
- ✦ PUERTOS DE COMUNICACIÓN: IR Y WIFI (OPCIONALES)
- ✦ CUENTA CON ALARMAS PARA MÚLTIPLES PRESIONES EN NIVELES MENOR A 18 PSI

INCLUYE:

- ✦ ABRAZADERA DE SUJECIÓN
- ✦ CABLE DE PODER AC
- ✦ 50 UND. SET DE INFUSIÓN.
- ✦ MANUAL DE USUARIO
- ✦ CABLE CONECTOR PARA FUNCION DE 2 CANALES

VITAMEDICH'S S.R.L

Calle. Brillantes MZ J. Lote 14 Urb. Lima – Los Olivos – Lima - Lima

Correo: vitamedich.venta@gmail.com

Teléfono: 906616339

RUC: 20610272569

MedRena



CONDICIONES DE VENTA

Los precios incluyen IGV (18%)

Plazo de entrega:

05 días calendario.

Validez de la oferta:

15 días calendario.

Forma de pago:

Crédito comercial.

Tipo de moneda:

Soles.

Garantía:

Mayor a 12 meses

VITAMEDICH'S S.R.L.

RUC: 20610272569


Correo: vitamedich.venta@gmail.com

Teléfono: 906 616 339

CTA. CRT. BANCO SCOTIABANK: 2940939-000-01

COD. CTA INTERBANCARIO: 009 021 000002940939 78

Agradezco por anticipado la atención al presente,
Atentamente,



Nataly J. Gallardo Aguilar,
Gerente General

VITAMEDICH'S S.R.L

Calle. Brillantes MZ J. Lote 14 Urb. Lima - Los Olivos - Lima - Lima

Correo: vitamedich.venta@gmail.com

Teléfono: 906616339

INFORME N°0264-2024- G.R. AMAZONAS-GRA-DRSA/OEA/ABAST/ADQ

A : Lic. Adm. Néstor Ferdinand Tineo Díaz
Jefe de la Oficina de Abastecimientos.

De : Téc. Inf. Damián Trigo Vargas
Resp. (e) de Adquisiciones

Asunto : INFORME DE INDAGACION DE MERCADO PARA LA ADQUISICION DE 06
BOMBAS DE INFUSIÓN DE 02 CANALES.

Referencia : a) OFICIO N°1235-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-DASCS
b) Ley 30225, Reglamento y modificaciones

Fecha : Chachapoyas, 16 de Diciembre del 2024



Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo, conforme al documento de referencia, informar la indagación de mercado para la adquisición de 06 BOMBAS DE INFUSIÓN DE 02 CANALES.

1. BASE LEGAL

- Ley N° 31953: Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024.
- Ley N° 31954: Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2024.
- Ley N° 31955: Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024.
- Ley 30225, Reglamento y modificaciones

2. ANTECEDENTES**2.1. Requerimiento de la rea usuaria**

Con OFICIO N°1235-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-DASCS, de fecha 13-12-2024 la Dirección de Aseguramiento en Salud y Convenios de Salud, solicita la adquisición de 06 BOMBAS DE INFUSIÓN DE 02 CANALES.

2.2. Invitación a cotizar

Con fecha, 13-12-2024, se procedió a realizar la invitación a cotizar a diversas empresas del rubro, de los cuales se obtuvo 03 propuestas, de los cuales se ha recibido las siguientes propuestas.

Razón Social	Valor Unit.	Monto Total Ofertado
C & F WELT IMPORTS S.A.C.	S/. 8,324.00	S/. 49,944.00
CORPORACION INNOMEDIC S.A.C.	S/. 8,600.00	S/. 51,600.00
VITAMEDICH'S S.R.L.	S/. 8,750.00	S/. 52,500.00

3. ACTUACIONES PREPARATORIAS.

- De acuerdo al numeral 32.2 del Artículo 32, establece que "Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir a información existente incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento (...)".
- Asimismo, el numeral 29.8 del Artículo 29, establece que "El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación". En atención a ello, el área usuaria remitió el requerimiento objeto de la contratación.

diresamesavirtual@regionamazonas.gob.pe

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN – DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS
Jr. Sociego N° 355



- El numeral 32.3 del Artículo 32, establece que "La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso solo exista una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores".
- Asimismo en concordancia con el numeral 32.1 del Artículo 32 del D.S N°344-2017-EF, señala: "En el caso de **bienes y servicios** distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación".
- De la misma manera, en el literal d) del numeral 7.2. De la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD, señala: "Información relevante sobre las indagaciones en el mercado referida a la existencia de la pluralidad de proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento; la posibilidad de distribuir la buena pro; así como información que pueda utilizarse para los factores de evaluación u otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación".
- En ese sentido, de conformidad con lo indicado en los párrafos precedentes, se procedió a realizar la indagación de mercado para la adquisición de 06 BOMBAS DE INFUSIÓN DE 02 CANALES.

4. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN.

Para determinar el valor estimado se considera el **menor de los precios ofertados** como resultado del estudio de mercado realizado; en consecuencia el valor estimado es de **S/ 49,944.00 (cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro 00/100 Soles)** el cual incluye todos los impuestos de Ley y demás conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

5. EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES.

Sobre el particular cabe indicar que, con la información obtenida, se ha concluido que guarda relación con Las Especificaciones Técnicas elaborados por el Área Usuaria. Tal como se señala en los numerales anteriores, se deja claramente evidenciado que en el mercado nacional existe pluralidad de potenciales proveedores que se encuentran con capacidad de atender las necesidades del Área Usuaria.

6. CONCLUSIÓN.

En mérito a lo descrito en el presente informe y en atención a los documentos de la referencia, se concluye que, el Valor Estimado, para la para la adquisición de 06 BOMBAS DE INFUSIÓN DE 02 CANALES es de **S/ 49,944.00 (cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro 00/100 Soles)** el cual incluye todos los impuestos de Ley y demás conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe al Área Usuaria.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente:

nftd/abast

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

PROVEIDO

Pase a: SECRETARÍA
Para: DENIVAN ADH - CATEPCIÓN
AUED - USUARIO - PRODUCCIÓN
Fecha: 10-12-20 Firma: [Firma]

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
DAMIAN TRIGOSO VARGAS
RESPONSABLE (e) DE ADQUISICIONES

diresamavirtual@regionamazonas.gob.pe.

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN – DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS
Jr. Sociego N° 355