

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIDEO-COLPOSCOPIO (03 UNIDADES) PARA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20604523282

Fecha de envío : 18/10/2023

Nombre o Razón social : CORP. SANCHEZ Y CIA S.A.C.

Hora de envío : 17:35:20

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

Estimados señores, por favor en el punto de características generales solicitan: PANTALLA EN PANEL PARA VISUALIZACION COLPOSCOPIA. Solicitamos muy gentilmente nos puedan aclarar si se refiere al monitor que se solicita para la visualización. De no ser así, solicitamos se pueda suprimir mencionada característica ya que, los productos que existen en el mercado no cuentan con pantalla integrada en la cámara de enfoque, y si existiera se estaría restringiendo la libre concurrencia de postores y diversidad de opciones a proponer. Solicitamos lo indicado con harás de promover el mayor numero de postores con las diferentes marcas que se cuenta a ofertar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA SE ACLARA QUE SEGUN EL AREA TECNICA, REFIERE QUE SI BIEN EN EL MERCADO EXISTE INFINIDAD DE MODELOS, EN ESTA OPORTUNIDAD DEBEMOS CONSIDERAR Y ACLARA QUE NOS REFERIMOS A UN VIDEOCOLPOSCOPIO, POR LO TANTO SE CONSIDERARA UNA PANTALLA INTEGRA AL PANEL APARTE DE LA PANTALLA MONITOR QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTRO CON EL CPU REQUERIDO. CONSIDERANDO LAS TECNOLOGIAS CAMBIANTES Y MODERNAS, ADEMAS CONSIDERANDO EL REQUERIMIENTO DEL USUARIO, SE SOLICITARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIDEO-COLPOSCOPIO (03 UNIDADES) PARA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20604523282	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	CORP. SANCHEZ Y CIA S.A.C.	Hora de envío :	17:35:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados señores, debido a que se solicita: AUTONOMIA APROXIMADA DE 5H Y NO REQUIERE CABLE. Muy gentilmente solicitamos se pueda suprimir la mencionada característica ya que, estaría limitando la participación de postores en el presente proceso, porque en el mercado existen equipos con funcionamiento a red eléctrica garantizando el perfecto funcionamiento con electricidad continua. Solicitamos la presente modificación con la finalidad de poder promover la el mayor numero de postores para el presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

QUE SEGUN EL AREA TECNICA, Y SEGÚN LA CESIDAD DEL AREA USUARIA SE DETERMINO QUE EL EQUIPO A REQUERIR ES CON SUPERIORIDAD DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE LIDERA EL MERCADO EN LA VENTA DE EQUIPOS VIDEO COLPOSCOPIOS, QUE POR LO GENERAL CUENTAN CON AUTONOMIA MINIMO DE 5 HORAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIDEO-COLPOSCOPIO (03 UNIDADES) PARA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20604523282

Fecha de envío : 18/10/2023

Nombre o Razón social : CORP. SANCHEZ Y CIA S.A.C.

Hora de envío : 17:35:20

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Estimados señores solicitan: DISTANCIA ACTIVA 170 - 370MM APROX. El mencionado rango estaria siendo direccionado a una marca en especifico, solicitamos muy cordialmente puedan ampliar este rango quedando de la siguiente manera: DISTANCIA ACTIVA. 200 - 300MM ya que con este rango se estaría promoviendo la participación de diferentes marcas en el mercado actualmente. Muy además podríamos proponer nuestro producto para su evaluación.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA TECNICA, CONSIDERANTO TEMAS DE PLURALIDAD EN ESTE ITEM, SE CONSIDERARA RANGOS DE 170 - 300MM O RANGOS MAS AMPLIOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIDEO-COLPOSCOPIO (03 UNIDADES) PARA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20604523282	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	CORP. SANCHEZ Y CIA S.A.C.	Hora de envío :	17:35:20

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimados señores, debido a que se solicita Una base rodante con 04 ruedas con frenos y parante vertical metálico sujeción del video colposcopio. Debido a que nuestra marca para mayor estabilidad del equipo propone con 05 ruedas y esta sería una limitante a la participación, proponemos se modifique de la siguiente manera: UNA BASE RODANTE CON SISTEMA DE FRENOS. Muy además. proponemos que el parante cuente con la opción de poder instalar en ella misma el monitor LED de 24" y cuente con brazo disponible para colocar la computadora portátil, siendo la base adecuada para la inclusión de los componentes mencionados y fácil de manipularlos en su totalidad. Quedando el mencionado criterio de la siguiente manera: UNA BASE RODANTE CON SISTEMA DE FRENOS Y PARANTE VERTICAL METALICO SUJECION DEL VIDEO COLPOCOPIA Y/O PARANTE ACONDICIONADO PARA LA INSTALACION DE MONITOR LED Y COMPUTADORA PORTATIL. Esta propuesta con harás de proponer un equipo con las mencionadas características que se diseñan desde fabrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA TECNICA CONSIDERA REQUERIR LA FABRICACION DEL MUEBLE DE ACUERDO AL FABRICANTE, PERO CONSIDERANDO TAMBIEN MEDIDAS DE SEGURIDAD SE PERMITIRA EL MUEBLE CON 04 RUEDAS FRENADAS O MAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIDEO-COLPOSCOPIO (03 UNIDADES) PARA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20604523282

Fecha de envío : 18/10/2023

Nombre o Razón social : CORP. SANCHEZ Y CIA S.A.C.

Hora de envío : 17:35:20

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Estimados señores proponemos incluir en las características del equipo / base rodante, Puedan considerar la brazo oscilante flexible para una mejor manipulación y uso en el paciente para que no se cuente con el riesgo de una mala manipulación o posible caída de la cámara, dañándose esta.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGÚN EL AREA TECNICA, SE ESTAN TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE PLURALIDAD, PERO CONSIDERANDO LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS QUE VAYAN A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGIA, TOMANDO DESICIONES EN ADQUIRIR EQUIPOS MEDICOS TECNOLOGICAMENTE MODERNOS.POR LO TANTO SE ESTA TOMANDO TODAS LAS SUGERENCIAS PARA QUE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS Y SE PROPONGAN EQUIPOS O ACCESORIOS DE CADA FABRICANTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GR.LAM/GERESA-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIDEO-COLPOSCOPIO (03 UNIDADES) PARA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20504779166	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	CLUB MED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:18:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En los accesorios requeridos TARJETA COMPUTADORA DE IMAGENES, entendemos como especialistas que se refiere a TARJETA CAPTURADORA DE IMAGENES. se solicita su corrección para evitar posibles malos entendidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL ANALISIS TECNICO LO INDICADO A TARJETA COMPUTADORA DE IMÁGENES, HACE REFERENCIA A QUE LA TARJERTA DE VIDEO YA SEA INTEGRADA O DEDICADA (UNIDAD EXTERNA) DEBE SER DE LA CAPACIDAD PARA SOPORTAR EL USO DEL EQUIPO VIDEO COLPOSCOPIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null