

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20608415247	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:04:54

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Observamos que en los requisitos de calificación de las bases NO se está solicitando lo siguiente:

CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE - BPDT

Al respecto, la Resolución Ministerial N° 833-2018/MINSA, y sus modificatorias según la Resolución Ministerial N° 1000-2016/MINSA; indica que "Como conjunto de norma mínima obligatoria que establecen los requisitos y procedimiento operativos que deben cumplir los establecimientos que se dedican a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación y expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos sanitarios, con el fin de garantizar el mantenimiento de la calidad, integridad, características y condiciones óptimas de los mismos durante el transporte de un lugar a otro."

Como se advierte de las bases, dichos productos van a ser utilizados en personas; por lo que, el área usuaria debe velar por la integridad de las mismas, garantizando de esta manera que los productos lleguen desde los almacenes del postor hasta el almacén de la Entidad convocante, en óptimas condiciones, conservando la calidad, integridad, características y condiciones del producto.

Por lo tanto, solicitamos al área usuaria y al OEC o al Comité de Selección se integren en las bases como documento de calificación a la Certificación de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte a nombre del postor emitidas por la DIGEMID, de la siguiente manera:

- Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, a nombre del postor participante, en caso de un tercero que preste servicio, este también debe cumplir con presentar dicha Certificación a su nombre, y/o en caso se trate de un consorcio, cada uno de los consorciados deberán presentar a su nombre dicha certificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: A Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20608415247	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:04:54

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta u observación:
Observamos que en las especificaciones del producto CLIP PARA LAPAROSCOPIA ¿M¿ se está solicitando lo siguiente:

Características:
- Compatible con clipador (aplicador) endoscópico existente

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar marca y modelo del equipo endoscópico que están usando en la entidad. Ya que no todos los CLIP son compatibles con otras marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 4.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20608415247	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:04:54

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Consulta u observación:
Observamos que en las especificaciones para el producto LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR PUNTA DESCARTABLE se está solicitando lo siguiente:

Características:
- Entrada universal adoptable a cualquier tipo de equipos de electrocauterio existentes en el hospital militar central.

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar marca y modelo del equipo electrocauterio existentes en el hospital militar central. Ya que no todos los LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO no son compatibles con otras marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 4.1 Página: 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20608415247	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:04:54

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Consulta u observación:
Observamos que en las especificaciones para el producto LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE no detallan el tipo de llave.

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar el tipo de llave si es con extensión o sin extensión.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 4.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20608415247	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:04:54

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consulta u observación:
Observamos que en las especificaciones para el producto MANDIL DESCARTABLE ESTERIL M/L se está solicitando lo siguiente:

Dimensiones:
- Talla M
- Talla L

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar las cantidades de cada talla (M? / L?) que en su totalidad sumaran 20,000 unid

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 4.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20608415247	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:04:54

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Consulta u observación:
Observamos que en las especificaciones para el producto PLACA DE RETORNO PARA ELECTROCAUTERIO (ADULTO) se está solicitando lo siguiente:

Características:
- (¿) Compatible con los electrocauterios en el hospital militar

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar marca y modelo del equipo electrocauterio existentes en el hospital militar central. Ya que no todas las PLACA DE RETORNO PARA ELECTROCAUTERIO (ADULTO) no son compatibles con otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 4.1 **Página:** 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20608415247	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:04:54

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Consulta u observación:
Observamos que en las especificaciones para el producto PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE se está solicitando lo siguiente:

Dimensiones:
- Talla ¿X¿ / ¿XG¿

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar las cantidades que se va requerir de cada talla (X? / XG?) que en su totalidad deben sumar 1,500 unid

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 4.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20608415247	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:04:54

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Consulta u observación:
Observamos que en las especificaciones para el producto TIRAS REACTIVAS no están especificando la marca y el modelo del equipo que cuentan en el hospital militar central.

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar marca y modelo del equipo para las TIRAS REACTIVAS. Ya que no todas las TIRAS son compatible con otros equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 4.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20608415247	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:04:54

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Consulta u observación:

Observamos que están solicitando el plazo de entrega de los bienes:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de diez (10) días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Aclaremos, cuando un proveedor realiza la entrega de un bien en los almacenes de la entidad. El jefe de almacén solicita la orden de compra al proveedor para poder recepcionar los productos y así puedan ingresar al sistema interno de la entidad.

Por tal motivo solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, se integren en las bases que el plazo de entrega se debe regir a partir del día siguiente de recepción de la orden de compra.

Se debe integrar:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de diez (10) días calendario, computados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20606582251	Fecha de envío :	16/03/2024
Nombre o Razón social :	SYDEX PHARMA PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:26:45

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Observamos que el proceso de selección ha sido convocado como ITEMS PAQUETES, cabe precisar que por la naturaleza de los productos que conforman cada ITEM PAQUETE, en muchos de ellos no existe una vinculación entre los mismos.

Asimismo, es preciso indicar que dichos items tienen productos diversos con características totalmente distintas lo que conlleva a que sea limitada la participación y concurrencia de más postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap I **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen la Ley de Contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20155196069	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	IRIMED EIRL	Hora de envío :	15:45:36

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

del requerimiento: paquete 4: laboratorio,
sub ítem 2
AGUJA PARA EXTRACCIÓN MÚLTIPLE PARA TOMA AL VACÍO 21G x 1 "
Características: aguja 20 G x 1",

Para evitar confusión, de manera respetuosa
Se solicita corrección de medidas por el requerimiento principal

AGUJA PARA EXTRACCIÓN MÚLTIPLE PARA TOMA AL VACÍO 21G x 1 "

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.45 **Página:** 115

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley n° 30225, ley de cont.del estado DS n° 014-2011/sa, DS N° 016-2011-SA

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité acoge su observacion A lugar, se modifica las especificaciones por error tipográfico, debe decir 21G X 1"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20155196069	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	IRIMED EIRL	Hora de envío :	15:45:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

del requerimiento: paquete 4: laboratorio,
sub ítem 20

TUBO DE PLÁSTICO PARA EXTRACCIÓN AL VACÍO TAPA LILA DE 13x75mm / 3 - 4 ml. CON EDTA-K2.

Siendo la misma aplicación de reactivo y Para pluralidad de postores se solicita,
puedan considerar ampliar las medidas a: edta k2-K3

Solicitamos ampliación K2-k3

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.45 Página: 118

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley n° 30225, ley de cont.del estado DS n° 014-2011/sa, DS N° 016-2011-SA

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección acoge su consulta A lugar, se acepta como opcional la presentación : TUBO DE PLÁSTICO PARA EXTRACCIÓN AL VACÍO TAPA LILA DE 13x75mm / 3 - 4 mL. CON EDTA-K3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUSICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20155196069	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	IRIMED EIRL	Hora de envío :	15:45:36

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

del requerimiento: paquete 4: laboratorio,
sub ítem 38
HAV IgG/IgM PRUEBA RÁPIDA INMUNO-CROMATOGRÁFICA
DIMENSIONES:

Para evitar confusión, de manera respetuosa
Las especificaciones técnicas, no corresponden a;
HAV IgG/IgM PRUEBA RÁPIDA INMUNO-CROMATOGRÁFICA

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.45 **Página:** 122

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley n° 30225, ley de cont.del estado DS n° 014-2011/sa, DS N° 016-2011-SA

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se modifica las especificaciones por error tipográfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:40:04

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Sobre el plazo de entrega; en las bases se menciona lo siguiente: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán de acuerdo al cronograma de entrega.

Se entiende que la totalidad de los bienes se entregarán en varios órdenes, sin embargo, no se ha publicado la cantidad de entregas las que se refieren en las bases. Solicitamos al comité de selección incluir el cronograma de entregas correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección le aclara su consulta es en una sola entrega después de recibir la orden de compra en un plazo de 7 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:40:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Asas descartables de 1 ul en empaque individual.

Con el fin de promover la mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación en bolsa x 10 unidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 116

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se suprime EMPAQUE INDIVIDUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:40:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Asas descartables de 10 ul en empaque individual.

Con el fin de promover la mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación en bolsa x 10 unidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 116

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se suprime EMPAQUE INDIVIDUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:40:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases se solicita: Torniquete de caucho sintético sin látex de 40 cm.

Se entiende que cada torniquete debe medir 40 cm, ¿es correcto nuestro entender?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.2 Página: 118

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se acalra que, cada torniquete debe medir 40 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/VO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:40:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Combo rotavirus - adenovirus prueba inmunocromatográfica, resultado en 20 minutos.

En el mercado existen pruebas que se pueden leer en menos tiempo; es por esto que solicitamos al comité de selección acepte la presentación de pruebas con tiempo de lectura de 10 minutos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 121

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se acepta que el tiempo de lectura y/o tiempo de proceso y/o resultado de la prueba sea entre 10 a 20 minutos, segun declarado en inserto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:40:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases solicitan, Combo rotavirus-adenovirus prueba inmunocromatográfica que cuente con certificado de análisis del INS del lote a ingresar.

Considerando que obtener la certificación por parte del INS es costosa y demanda tiempo, solicitamos al comité de selección retire este requerimiento porque limitaría la participación de las pequeñas empresas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 122

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, la Certificación del INS sera OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:40:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases solicitan, DENGUE DUO (ANTÍGENO NS1 y IgG / IgM) PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA que cuente con certificado de análisis del INS del lote a ingresar.

Considerando que obtener la certificación por parte del INS es costosa y demanda tiempo, solicitamos al comité de selección retire este requerimiento porque limitaría la participación de las pequeñas empresas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 122

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, la Certificación del INS sera OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:33

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Según bases:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán de acuerdo al cronograma de entrega y regirán a partir del día siguiente de la modificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entendemos que existe un error tipográfico y la palabra correcta es NOTIFICACIÓN, en lugar de modificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: SE Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección le aclara su consulta es en una sola entrega después de recibir la orden de compra en un plazo de 7 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:33

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:
Analizador con la siguiente característica:

Mayor o igual a 10 posiciones mínimas para muestras de Emergencia.

En virtud la principio de liberta de concurrencia, solicitamos que acepte la característica siguiente:

Mayor o igual a 10 posiciones mínimas para muestras de Emergencia O NUMERO DE POSICION DE MUESTRA DE A ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se agrega al paragrafe correspondiente y queda: Mayor o igual a 10 posiciones mínimas para muestras de Emergencia O NUMERO DE POSICION DE MUESTRA DE A ACUERDO A CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:33

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Según bases:

Para la prueba de bilirrubina directa y total solicitan metodo didoclorofenildiazonio, en virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que aceptan también la metodología DSA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No a lugar, ya que, en los puntos referenciados a la bilirrubina total y la bilirrubina directa, se menciona la opcion de metodologia similar al diclorofenildazonio (DPD) como puede ser la del ácido sulfanílico diazotado (DSA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:33

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Para pruebas bioquímica, solicitan:Tiempo de expiración no menor de 12 meses a partir e la fecha de entrega.

En Virtud al principio e libertad e concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de reactivos con vigencia no menor de 06 meses

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No a lugar, ya que, en cada prueba bioquímica se declara explícitamente: TIEMPO DE EXPIRACIÓN: no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega (en caso de ser menor a 6 meses y mayor igual a 3 meses, esta debe ir acompañado de una carta de compromiso de canje. No se aceptará productos menores a 3 meses).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:33

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

200 pruebas de CA 72.4, en virtud al principio de liberta de concurrencia, solicitamos que consideren esta pruebas como opcional, y asa permitir nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No a lugar, ya que la prueba Ca 72-4, es una prueba de alta rotacion, por lo cual, es necesario el abastecimiento correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

(ITEM PAQUETE III)

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega de los bienes de la presente convocatoria se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán de acuerdo al cronograma de entrega y regirán a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra: 7 días calendarios.

Al respecto, es importante recalcar que, para poder ofertar los productos con las características solicitadas, se deben tener en consideración dentro de dicho plazo de entrega, los plazos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado de los productos, por lo que no resulta razonable establecer como plazo de entrega en 7 días calendario.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que con relación a la primera entrega se establezca un plazo de QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS contabilizados a partir del día siguiente DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No a lugar, es necesaria la entrada de los productos por stock insuficiente de insumos, reactivos y materiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:
(ITEM PAQUETE III)

En relación con nuestra primera consulta, solicitamos al Comité de Selección que en relación con las siguientes entregas se establezca el siguiente plazo de entrega:

Para las siguientes entregas (De la segunda a la doceava entrega): El plazo de entrega es de SIETE (7) DIAS CALENDARIOS contabilizados a partir del día siguiente DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDE DE COMPRA.

Solicitamos efectuar el presente establecimiento del plazo de entrega para las siguientes entregas y pueda ser precisado en la integración de Bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No a lugar, es necesaria la entrada de los productos por stock insuficiente de insumos, reactivos y materiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:
(ITEM PAQUETE III)

En el literal d) de la página 19 de las Bases se indica que para acreditar las especificaciones técnicas se deben adjuntar los siguientes documentos:

-Folletos, instructivos, catálogos o similares del fabricante.

Al respecto, entendemos que por SIMILARES del Fabricante se refieren a que se podrá adjuntar CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d) Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se aceptara carta emitida por el fabricante, siempre en cuando este acredite y/o declare correspondientemente y adecuadamente las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:
(ITEM PAQUETE III)

SOLICITAMOS amablemente al Comité de Selección que INCORPORE la presentación del CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y/O PROTOCOLO DE ANÁLISIS como documentación obligatoria para la presentación de la oferta, con la información y en el formato del propio fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se aceptara el certificado de análisis y/o protocolo de analisis como documentacion obligatoria siempre que consigne cuando menos la siguiente información: nombre del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis, las especificaciones técnicas o especificaciones técnicas propias a la que se acoge el fabricante y resultados analíticos obtenidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:
ITEM PAQUETE III)

En relación con nuestra consulta anterior, debido que el CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y/O PROTOCOLO DE ANÁLISIS es un documento técnico, solicitamos al Comité de Selección que establezca que el certificado de análisis y/o protocolo de análisis deba contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"A lugar, el certificado de analisis y/o protocolo de analisis de de contener el refrendo (nombre, firma y sello) del Director Tecnico del Postor y/o del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio que lo emite."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:
(ITEM PAQUETE III)

En las Bases del presente procedimiento de selección NO SE VISUALIZA el Capítulo IV vinculado a los FACTORES DE EVALUACIÓN, situación que podría repercutir en vicios de nulidad, por lo cual solicitamos al Comité de Selección que integre dicho capítulo para la integración de Bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: -- Página: 131

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONSIDERO DEBE RESPONDER LOGISTICA, sin embargo, se debería integrar a las Bases el capitulo IV FACTORES DE EVALUACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Solicitan para el ITEM 3. Subitem 6, Gases Arteriales, Electrolitos, Calcio Iónico y Lactato, Rendimiento o Performance más de 20 pruebas por hora.

En aras de fomentar la pluralidad de postores, solicitamos amablemente se acepte un Rendimiento o Performance de igual o más de 18 pruebas por hora.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.5 Página: 106

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se aceptara como rendimiento o performance de igual o mas de 18 pruebas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Para el ITEM 3. Subitem 6 (Gases Arteriales, Electrolitos, Calcio Iónico y Lactato,):
No se detalla que puntos se deben acreditar para el reactivo y Equipo en cesión de uso, motivo por el cual solicitamos amablemente se considere:
-Para el reactivo: Presentación, Accesorios, Metodología, Muestra, Tiempo de Expiración
-Para el Equipo: Tipo, Rendimiento o Performance, Características, Control de Calidad interno, Control de calidad externo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"A lugar, se acreditara para el reactivo y Equipo en cesión de uso, se considere:
-Para el reactivo: Presentación, Accesorios, Metodología, Muestra, Tiempo de Expiración
-Para el Equipo: Tipo, Rendimiento o Performance, Características, Control de Calidad interno, Control de calidad externo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Para el ITEM 3. Subitem 6 (Gases Arteriales, Electrolitos, Calcio Iónico y Lactato,):
No se detallan los volúmenes de muestra requeridas, entendemos que se requiere un volumen menor o igual a 100uL para todos los parámetros.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, si se a detallado los volumnes, en el subitem 6 se declara explicitamente: MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre arterial en jeringa heparinizada. Se considerará como opcional el procesamiento de electrolitos séricos. Con capacidad de procesar micromuestra (el volumen de muestra solicitado es menor o igual a 100uL para todos los parámetros medidos y calculados, indicados en la presentación de reactivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Para el ITEM 3. Subitem 6 (Gases Arteriales, Electrolitos, Calcio Iónico y Lactato,):
Para el caso del Control externo, entendemos que se deberá de acreditar también con ISO 17043

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, es correcto su apreciacion, el control de calidad externo o evaluacion externa de la calidad debera estar acreditada por la ISO 17043:2023.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Para el ITEM 3. Subitem 6 (Gases Arteriales, Electrolitos, Calcio Iónico y Lactato,):
Solicitan Verificación de Desempeño analítico (EP15-A3)

Entendemos que esta verificación se realizará siempre y cuando no se haya realizado una Verificación previa en el analizador instalado en la entidad.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, el EP 15-A3 sera aplicado cuando no se haya realizado una Verificación previa en el analizador instalado en la entidad y/o cada vez que existan cambios mayores en el analizador instalado en la entidad (se consideran cambios mayores cuando se realice un cambio de analizador, un mantenimiento mayor o profundo, que afecte directamente a los componentes de medición instrumental, cambio de reactivos y traslado del analizador que haya requerido un retiro del analizador de las instalaciones donde habitualmente funciona en la entidad).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

(ITEM PAQUETE III)
En el numeral 1.2, ítem N° 3 Hematología, Hemostasia y Gases Arteriales, solicitan: JERINGAS PARA GASES ARTERIALES CON HEPARINA DE LITIO BALANCEADA: UNIDAD DE MEDIDA: 1 FRASCO X 100.

En referencia a la unidad de medida para este dispositivo médico, entendemos que ha habido un error de tipeo, por lo que pedimos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria modificar la unidad de medida a CAJA X 100, siendo ello congruente con la naturaleza del bien.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se modifica las especificaciones por error tipográfico, debe decir caja x 100

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE III)

En relación al requerimiento, solicitan ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZDO PRINCIPAL ¿ 21 PARAMETRS Y DIFERENCIALES DE 5 ESTIRPES, consultamos al respecto se ACLARE que se desea que el hemograma incluya dispersograma con diferencial de 5 estirpes leucocitarias el cual diferencie e identifique las 5 estirpes leucocitarias. Solicitamos se ACLARE nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, es correcta la apreciacion, que el analizador hematologico muestre para diferenciar e identificar, en el caso de la estirpe leucocitaria, minimo informacion numerica y graficas (histogramas y dispersogramas como minimo y/o estereogramas), de estar presente en el equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:
(ITEM PAQUETE III)

PARA EL ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO Y ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE HEMOSTASIA consultamos en CONTROL DE CALIDAD INTERNO si este deberá demostrar con capacidad de Reporte de Control Interno interlaboratorial para todos los parámetros a ofertar, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin que la entidad cumpla con las exigencias de la Resolución Ministerial N° 627-2008 MINSA, en la que indica que los laboratorios deberán contar con Control de Calidad Interno Interlaboratorial o Control de Calidad interlaboratorial de tercera opinión, Por lo expuesto solicitamos se precise este punto con el fin de evitar confusiones durante la fase contractual y existan posteriores inspecciones de entidades externas de control de laboratorios clínicos. Así mismo consultamos que esta característica deberá acreditarse a través de la presentación de un reporte de control interno interlaboratorial de un cliente local (territorio nacional)

(ver paginas 80 y 97)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: -- Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, el CONTROL DE CALIDAD INTERNO deberá demostrar capacidad de Reporte de Control Interno interlaboratorial para todos los parámetros a ofertar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:14:23

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:
(ITEM PAQUETE III)
PARA EL ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO Y ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE HEMOSTASIA
Solicitan que deberá entregarse Control de Calidad Externo, al respecto consultamos si se deberá acreditar el personal debidamente capacitado en el Control de Calidad Externo a ofertar con el fin que el area usuaria asegure que se realice de manera funcional la asesoría de personal idóneo en la interpretación para los resultados de Reportes de Control de Calidad Externo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
A lugar, el Control de Calidad Externo, el postor ganador deberá acreditar personal debidamente capacitado en el Control de Calidad Externo a ofertar con el fin que el area usuaria sea asesorado y monitoreado por personal idóneo en la interpretación para los resultados de Reportes de Control de Calidad Externo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:43:43

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Analizador Automatizado de Bioquímica Grande para Laboratorio Central

En el numeral 2.10 Soporte técnico señalan lo siguiente:

El proveedor debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, el equipo de backup asumirá la carga de trabajo del equipo principal y viceversa, mientras se hagan los mantenimientos correctivos, en un periodo de tiempo razonable y fundamentado adecuadamente.

Se solicitan dos equipos, 1 para el laboratorio central y 1 para el laboratorio de emergencia. En la especificación del soporte técnico del equipo del laboratorio central, habla de un equipo back up, por favor se solicita al área usuaria aclarar si como equipo ¿Back up¿ se refiere al equipo considerado para el laboratorio de emergencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, es correcta su apreciacion. El equipo de Emergencia es Back up del equipo de Central y viciversa, el equipo de Emergencoa sera Bak up en caso que el equipo de Central no este operativo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:43:43

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Analizador Automatizado de Bioquímica para Laboratorio Emergencia.

En el numeral 2.10 Soporte técnico señalan lo siguiente:

El proveedor debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, el equipo de backup asumirá la carga de trabajo del equipo principal y viceversa, mientras se hagan los mantenimientos correctivos, en un periodo de tiempo razonable y fundamentado adecuadamente.

Se solicitan dos equipos, 1 para el laboratorio central y 1 para el laboratorio de emergencia. En la especificación del soporte técnico del equipo del laboratorio de emergencia, habla de un equipo back up, por favor se solicita al área usuaria aclarar si como equipo Back up se refiere al equipo considerado para el laboratorio central.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, es correcta su apreciacion. El equipo de Emergencia es Back up del equipo de Central y viceversa, el equipo de Emergencia sera Bak up en caso que el equipo de Central no este operativo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:43:43

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

8. GARANTIA MINIMA:

En consideraciones para los reactivos ofertados solicita lo siguiente:

Los reactivos deben ser nuevos, de primer uso; así mismo el periodo de garantía comercial tendrá una vigencia no menor a un (01) año y estará en atención a la oferta del contratista; el mismo que se contabilizará a partir del día siguiente de haberse otorgado la conformidad de recepción.Los reactivos deben ser nuevos, de primer uso; así mismo el periodo de garantía comercial tendrá una vigencia no menor a un (01) año y estará en atención a la oferta del contratista; el mismo que se contabilizará a partir del día siguiente de haberse otorgado la conformidad de recepción.

Respecto a la garantía mínima, al ser un proceso por un plazo de ejecución corto, y con una única entrega, se solicita amablemente al área usuaria considerar una vigencia de la garantía comercial por el mismo tiempo de duración del contrato, es decir de aproximadamente 3 meses

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No a lugar, ya que, en cada prueba bioquímica se declara explícitamente: TIEMPO DE EXPIRACIÓN: no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega (en caso de ser menor a 6 meses y mayor igual a 3 meses, esta debe ir acompañado de una carta de compromiso de canje. No se aceptará productos menores a 3 meses).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:43:43

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:
1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán de acuerdo al cronograma de entrega y regirán a partir del día siguiente de la "modificación" de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

A nuestro entender existe un error tipografico y consignaron e incluyeron en el numeral 1.9 la palabra modificación.

Solicitamos amablemente al comite especial sustituir la palabra Modificación por Notificación debido que existe un error tipografico en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: a Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
el comité de selección le aclara su consulta es en una sola entrega después de recibir la notificacion de la orden de compra en un plazo de 7 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:43:43

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9.PLAZO DE ENTREGA señala que regirán a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, mientras en la pagina 44 de las bases señalan que el plazo se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la orden de compra correspondiente

Solicitamos amablemente al comite especial aclarar desde que momento se empieza a contabilizar la entrega si es a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra O a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección le aclara su consulta es en una sola entrega después de recibir la notificacion de la orden de compra en un plazo de 7 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/VO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:43:43

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Observamos las bases que no han consignado el CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN.

Solicitamos amablemente al comite especial incluir lo consultado en las bases para evitar futuros vicios de nulidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: a Página: 131

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE SU OBSERVACIÓN EL ARTÍCULO EN MENCIÓN NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN LA PRESENTE SELECCIÓN SÍRVASE REVISAR BIEN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:52:51

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente al comite especial suprimir de la sección de formatos, el Anexo 6 Precio de la oferta por precios unitarios debido a que el presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA y con la finalidad de evitar malas interpretaciones entre los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Formatos Literal: a Página: 147

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/VO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:10:33

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

EN EL ITEM AGUJA PARA EXTRACCIÓN MULTIPLE PARA TOMA AL VACIO 21 G X 1" EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SE SOLICITA 20G X 1", LO CUAL ES UNA INCONGRUENCIA.

OBSEVAMOS LAS BASES SOLICITANDO ESPECÍFIQUE LA MEDIDA CORRECTA DE LA AGUJA PARA EXTRACCIÓN MÚLYIPLE PARA TOMA AL VACIO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: --- Página: 115

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

INCISO 29.10 DEL ART. 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se modifica las especificaciones por error tipográfico, debe decir 21G X 1"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:10:33

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

EN LA ESCOBILLA PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO DE 150 MM, SOLICITAN COMO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LARGO DE 150 MM, PERO ES VISTO QUE LA LONGITUD NO ES EXACTA POR CUANTO EL PRODUCTO REQUIERE CORTE Y ESTE PUEDE VARIOR EN UN PORCENTAJE DE APROXIMADAMENTE 5%. OBSERVAMOS LAS BASES SOLICITANDO SE ACEPTE UNA VARIACIÓN DEL 5% EN LA LONGITUD O SU EQUIVALENTE EN MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: --- Página: 116

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

INCISO 29.10 DEL ART 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se modifica las especificaciones se acepta VARIACIÓN DE 5%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:10:33

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

EN EL ÍTEM 6: ESCOBILLA PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO DE 400 MM, SOLICITAN COMO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LARGO DE 400 MM, PERO ES VISTO QUE LA LONGITUD NO ES EXACTA POR CUANTO EL PRODUCTO REQUIERE CORTE Y ESTE PUEDE VARIAR EN UN PORCENTAJE DE APROXIMADAMENTE 5%. OBSERVAMOS LAS BASES SOLICITANDO SE ACEPTE UNA VARIACIÓN DEL 5% EN LA LONGITUD O SU EQUIVALENTE EN MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: -- Página: 116

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

INCISO 29.10 DEL ART 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se modifica las especificaciones se acepta VARIACIÓN DE 5%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:10:33

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

EN EL SUB ÍTEM 32: FENOL SOLUCIÓN AL 5%, SOLICITAN LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y FICHA DE SEGURIDAD COMO SE ADVIERTE DE FORMA OCULTA SE ESTA SOLICITANDO DOS DOCUMENTOS QUE NO SON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y QUE NO HA SIDO REQUERIDO EN LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DE LAS BASES. OBSERVAMOS LAS BASES SOLICITANDO SE SUPRIMA EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y LA FICHA TÉCNICA DE LAS CARACTERÍSTICAS POR NO CORRESPONDER ESTA A UNA CARCATERÍSTICA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** --- **Página:** 121

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 16 DEL DS 082-2019-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se suprime el certificado de análisis y la ficha técnica de seguridad de las características, por no corresponder esta a una carcaterística.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:10:33

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

EN EL SUB ÍTEM 34: KIT TINCION GRAM X 500 ML, SOLICITAN LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y FICHA DE SEGURIDAD COMO SE ADVIERTE DE FORMA OCULTA SE ESTA SOLICITANDO DOS DOCUMENTOS QUE NO SON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y QUE NO HA SIDO REQUERIDO EN LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DE LAS BASES. OBSERVAMOS LAS BASES SOLICITANDO SE SUPRIMA EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y LA FICHA TÉCNICA DE LAS CARACTERISTICAS POR NO CORRESPONDER ESTA A UNA CARCATERÍSTICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: --- Página: 121

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 16 DEL DS 082-2019-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se suprime el certificado de análisis y la ficha técnica de seguridad de las características, por no corresponder esta a una carcaterística.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:10:33

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

EN EL SUB ÍTEM 35: KIT ZIELH X FRASCOS X 500 ML, SOLICITAN LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y FICHA DE SEGURIDAD COMO SE ADVIERTE DE FORMA OCULTA SE ESTA SOLICITANDO DOS DOCUMENTOS QUE NO SON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y QUE NO HA SIDO REQUERIDO EN LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DE LAS BASES. OBSERVAMOS LAS BASES SOLICITANDO SE SUPRIMA EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y LA FICHA TÉCNICA DE LAS CARACTERÍSTICAS POR NO CORRESPONDER ESTA A UNA CARCATERÍSTICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: --- Página: 121

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 16 DEL DS 082-2019-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, se suprime el certificado de análisis y la ficha técnica de seguridad de las características, por no corresponder esta a una carcaterística.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:10:33

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

EN EL SUB ÍTEM 36: COMBO ROTAVIRUS - ADENOVIRUS PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ROTAVIRUS Y/O ADENOVIRUS EN HECES, SOLICITAN COMO CARACTERÍSTICA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANALISIS DEL LOTE A INGRESAR.

RESULTA QUE LOS POSTORES NO SABEMOS A CIENCIA CIERTA QUE LOTE SE INTERNARÁ A LA ENTIDAD, YA QUE EL PRODUCTO ES RENOVADO DE ACUERDO A CADA IMPORTACIÓN Y DEPENDE DEL INS EL TIEMPO QUE DEMORE EN EMITIR EL INFORME DE ENSAYO QUE APROXIMADAMENTE ES DE 30 DÍAS CALENDARIOS ENTRE LA TOMA DE MUESTRAS Y LA EMISIÓN DEL INFORME DE ENSAYO, POR TANTO SE ESTARIA DIRECCIONANDO LA COMPRA A UNA EMPRESA QUE CUENTE CON EL PRODUCTO EN STOCK Y LA PRUEBA REALIZADA, LO CUAL VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO Y SE ESTARÍA DIRECCIONANDO LA COMPRA VULNERANDO EL ARTÍCULO 16 D ELA LEY Y 29 DEL REGLAMENTO:

OBSERVAMOS LAS BASES SOLICITANDO SE SUPRIMA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL LOTE A INGRESAR EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: --- Página: 121

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY. ART 16 DEL DS 082-2019-EF INCISO 29.4 DEL ART 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, la Certificación del INS sera OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE LA IPRESS DEL HMC

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:10:33

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

EN EL SUB ÍTEM 37: DENGUE DUO (ANTIGENO NS1 Y IgG / IgM) PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA, SOLICITAN COMO CARACTERÍSTICA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL LOTE A INGRESAR.

RESULTA QUE LOS POSTORES NO SABEMOS A CIENCIA CIERTA QUE LOTE SE INTERNARÁ A LA ENTIDAD, YA QUE EL PRODUCTO ES RENOVADO DE ACUERDO A CADA IMPORTACIÓN Y DEPENDE DEL INS EL TIEMPO QUE DEMORE EN EMITIR EL INFORME DE ENSAYO QUE APROXIMADAMENTE ES DE 30 DÍAS CALENDARIOS ENTRE LA TOMA DE MUESTRAS Y LA EMISIÓN DEL INFORME DE ENSAYO, POR TANTO SE ESTARÍA DIRECCIONANDO LA COMPRA A UNA EMPRESA QUE CUENTE CON EL PRODUCTO EN STOCK Y LA PRUEBA REALIZADA, LO CUAL VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO Y SE ESTARÍA DIRECCIONANDO LA COMPRA VULNERANDO EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY Y 29 DEL REGLAMENTO:

OBSERVAMOS LAS BASES SOLICITANDO SE SUPRIMA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: -- Página: 122

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DEL DS 082-2019-EF ART 16 DEL DS 082-2019-EF INCISO 29.4 DEL ART. 29 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lugar, la Certificación del INS sera OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null