

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-1-2024-HLEV-CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO - CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE PACIENTES ASEGURADOS Y AMBULATORIOS DE HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:21:03

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases administrativas en la paginas 27 hasta el 78 detallan:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3. CARACTERISTICAS TECNICAS

Se observan las bases respecto a las fichas de homologación adjuntas, puesto que existen fichas de homologación actualizadas y publicadas en el portal de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS de acuerdo a la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 445-2024/MINSA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, SE CONSIDERA LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE. POR LO TANTO, SE INCLUIRÁN LAS NUEVAS FICHAS HOMOLOGADAS (VERSION 02), CORRESPONDIENTE PARA LOS CUATRO (04) ITEMS OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-HLEV-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO - CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE PACIENTES ASEGURADOS Y AMBULATORIOS DE HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:21:03

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases administrativas en las paginas 66 hasta la 78 detallan: CAPITULO III
REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM 4: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N°24G X 3/4" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Se solicita al comité aclarar si el ítem 4 solicita con alas o sin alas de fijación, ya que la ficha homologada adjunta en las bases no concuerda con la descripción del ítem del objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 0 **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, SE ACLARA LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE. CABE PRECISAR QUE PARA LA VERSION 02 DEL ITEM EN MENCIÓN, SE INDICA QUE LO REQUERIDO ES SIN ALAS DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-HLEV-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO - CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE PACIENTES ASEGURADOS Y AMBULATORIOS DE HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:21:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Catéter endovenoso periférico 18 G x 1 1/4 in con dispositivo de bioseguridad

II DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1.1. Verificación documentaria

Tabla N°1. Documentos a presentar por el contratista

- Copia simple del acta de muestreo
- Copia simple del informe de ensayo emitido por el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del Insituto Nacional de Salud (INS) o por cualquier laboratorio de la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad de Medicamentos y afines del sector salud.

Se solicita aclarar, si se requiere Control de Calidad, de ser el caso indicar en qué número de entrega se deberá de realizar el control, debido a que no registra en las bases un cronograma de control de calidad, se debe tener en consideración que al solicitar este tipo de controles eleva el costo del producto a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE ACLARA LA PRETENSION DEL PARTICIPANTE, TODA VEZ QUE EL CONTROL DE CALIDAD SERÁ SOLICITADO PARA LA PRIMERA ENTREGA, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE LAS SIGUIENTES ENTREGAS PROVENDRAN DEL MISMO LOTE. A LO CONTRARIO SI FUERA DISTINTO AL PRIMER CASO, QUE EN LAS POSTERIORES ENTREGAS , SE INTERNE UN LOTE DIFERENTE, ENTONCES SERÁ NECESARIO ADJUNTAR UN NUEVO CONTROL DE CALIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-HLEV-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO - CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE PACIENTES ASEGURADOS Y AMBULATORIOS DE HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:21:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Catéter endovenoso periférico 20 G x 1 1/4 in con dispositivo de bioseguridad

II DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1.1. Verificación documentaria

Tabla N°1. Documentos a presentar por el contratista

- Copia simple del acta de muestreo
- Copia simple del informe de ensayo emitido por el Centro Nacional de Control de Calidad (INS) o por cualquier laboratorio de la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad de Medicamentos y afines del sector salud.

Se solicita aclarar, si se requiere Control de Calidad, de ser el caso indicar en qué número de entrega se deberá de realizar el control, debido a que no registra en las bases un cronograma de control de calidad, se debe tener en consideración que al solicitar este tipo de controles eleva el costo del producto a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE ACLARA LA PRETENSION DEL PARTICIPANTE, TODA VEZ QUE EL CONTROL DE CALIDAD SERÁ SOLICITADO PARA LA PRIMERA ENTREGA, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE LAS SIGUIENTES ENTREGAS PROVENDRAN DEL MISMO LOTE. A LO CONTRARIO SI FUERA DISTINTO AL PRIMER CASO, QUE EN LAS POSTERIORES ENTREGAS , SE INTERNE UN LOTE DIFERENTE, ENTONCES SERÁ NECESARIO ADJUNTAR UN NUEVO CONTROL DE CALIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-HLEV-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO - CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE PACIENTES ASEGURADOS Y AMBULATORIOS DE HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:21:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Catéter endovenoso periférico 22 G x 1 in con dispositivo de bioseguridad

II DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1.1. Verificación documentaria

Tabla N°1. Documentos a presentar por el contratista

- Copia simple del acta de muestreo
- Copia simple del informe de ensayo emitido por el Centro Nacional de Control de Calidad (INS) o por cualquier laboratorio de la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad de Medicamentos y afines del sector salud.

Se solicita aclarar, si se requiere Control de Calidad, de ser el caso indicar en qué número de entrega se deberá de realizar el control, debido a que no registra en las bases un cronograma de control de calidad, se debe tener en consideración que al solicitar este tipo de controles eleva el costo del producto a ofertar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE ACLARA LA PRETENSION DEL PARTICIPANTE, TODA VEZ QUE EL CONTROL DE CALIDAD SERÁ SOLICITADO PARA LA PRIMERA ENTREGA, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE LAS SIGUIENTES ENTREGAS PROVENDRAN DEL MISMO LOTE. A LO CONTRARIO SI FUERA DISTINTO AL PRIMER CASO, QUE EN LAS POSTERIORES ENTREGAS , SE INTERNE UN LOTE DIFERENTE, ENTONCES SERÁ NECESARIO ADJUNTAR UN NUEVO CONTROL DE CALIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-HLEV-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO - CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE PACIENTES ASEGURADOS Y AMBULATORIOS DE HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:21:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Catéter endovenoso periférico 24 G x 3/4 in con dispositivo de bioseguridad y alas de fijación

II DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1.1. Verificación documentaria

Tabla N°1. Documentos a presentar por el contratista

- Copia simple del acta de muestreo
- Copia simple del informe de ensayo emitido por el Centro Nacional de Control de Calidad (INS) o por cualquier laboratorio de la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad de Medicamentos y afines del sector salud.

Se solicita aclarar, si se requiere Control de Calidad, de ser el caso indicar en qué número de entrega se deberá de realizar el control, debido a que no registra en las bases un cronograma de control de calidad, se debe tener en consideración que al solicitar este tipo de controles eleva el costo del producto a ofertar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE ACLARA LA PRETENSION DEL PARTICIPANTE, TODA VEZ QUE EL CONTROL DE CALIDAD SERÁ SOLICITADO PARA LA PRIMERA ENTREGA, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE LAS SIGUIENTES ENTREGAS PROVENDRAN DEL MISMO LOTE. A LO CONTRARIO SI FUERA DISTINTO AL PRIMER CASO, QUE EN LAS POSTERIORES ENTREGAS , SE INTERNE UN LOTE DIFERENTE, ENTONCES SERÁ NECESARIO ADJUNTAR UN NUEVO CONTROL DE CALIDAD. CABE PRECISAR QUE PARA LA VERSION 02 DEL ITEM EN MENCIÓN, SE INDICA QUE LO REQUERIDO ES SIN ALAS DE FIJACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-HLEV-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO - CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE PACIENTES ASEGURADOS Y AMBULATORIOS DE HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:21:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señalan en la pagina 14 en el numeral 1.2 objeto de la convocatoria un cuadro con el detalle de 4 ítems, sinembargo, en la página 15 - cronograma de entrega y página 79-Anexo 2 cantidad y cronograma de entrega, se observa un cuadro que dice ITEM PAQUETE 1 y contiene 4 SUB ITEMS.
Por lo antes expuesto agradeceremos aclarar si el proceso es por ítems o por paquete

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 0 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA PRETENSION DEL PARTICIPANTE, TODA VEZ QUE EL OBJETO DE LA CONTRATACION ES POR ITEM. POR LO TANTO, SE PROCEDERA A MODIFICAR Y SUPRIMIR LAS PALABRAS : "PAQUETE" Y "SUB ITEMS".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null