

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 15/09/2023

Hora de envío : 18:55:46

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

C) Contar con buenas practicas de Distribución y transporte ( BPT ) De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 833-2015/MINSA con fecha del 23 de diciembre del 2015 en el rubro V. Ámbito de Aplicación, se indica que el presente Manual es de cumplimiento obligatorio para las droguerías y almacenes especializados que participan en el proceso de distribución y trasporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional y, que posteriormente mediante la Resolución Ministerial Nº 1000-2016/MINSA del 27 de diciembre del 2016 se Resuelve modificar el artículo 2 en el rubro V. Ámbito de aplicación del documento técnico: Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Resolución Ministerial Nº 833-2015/MINSA, conforme al siguiente detalle:

¿V. Ámbito de Aplicación: El presente manual es de cumplimiento obligatorio para las droguerías y almacenes especializados que participan a nivel nacional en el proceso de distribución y transporte de productos farmacéuticos, así como de dispositivos médicos que requieran condiciones de temperatura refrigerada y temperatura congelada.¿ Por lo expuesto, los productos a los cuales participamos requieren ser almacenados y transportados a una temperatura ambiente, lo que no nos hace obligatorio certificar en Buenas Prácticas de Distribución y Transporte.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: VIII Literal: C Página: 27

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observacion , dado el objeto de la contratacion se suprimira el CBPDyT

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:55:46

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACIÓN Nº1

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1 Documentos de presentación obligatoria

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas

En este punto solicitamos al comité evaluatoria considerar la presentación de Informe técnico, brochure, catalogo y/o Carta de fabricante, que permiten acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto a ofertar, dichos documentos avalados por el fabricante o representante de la marca.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.    **Literal:** d    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Observacion, d) El proveedor deberá adjuntar Catálogos, documentos emitidos por el fabricante y/o Fichas Técnicas del producto ofertado, para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:55:46

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACIÓN Nº2

CATÉTER PERCUTANEO CON INTRODUTOR 2FR, 2 LUMEN POR 30 CM

¿ Aguja introductora de acero inoxidable, 24 Ga y 0.75 mm de diámetro externo

De acuerdo con lo expuesto en la especificación técnica para este ítem, consultamos al comité si es posible ampliar el diámetro exterior de la aguja introductora y considerar la presentación de ¿0.72 mm y/o 0.75 mm¿, ya que esto no afecta, ni limita el funcionamiento del mismo, puesto que la variación es muy mínima.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 0    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 15/09/2023

Hora de envío : 18:55:46

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACIÓN N°3

CATÉTER PERCUTANEO PELABLE 1FR, 2 LUMEN POR 20 CM

¿ 1 introductor pelable de 26 G

En este punto, se solicita al comité, si es posible la aceptación de introductores de 26 o 24 ga, puesto que la distribución del introductor de 26 g se encuentra sin producción hasta la fecha en el país. Cabe resaltar que el introductor de 24 g cuenta con las características necesarias para ser compatible con catéteres percutaneo de este calibre (1 fr).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 0    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:40

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Habiendo revisado la EETT del ítem 1: catéter percutaneo con introductor pelable 1 FR por 20 cm, en kit de instalación requieren: 1 introductor pelable 26 G.

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria ampliar la medida de la aguja introductora de 26 G a 24 G.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2º

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:40

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Habiendo revisado la EETT del ítem 1: catéter percutaneo con introductor pelable 1 FR por 20 cm, en kit de instalación requieren: cinta métrica descartable, pinza de acero inoxidable, lazo hemostático de silicona plana desechable, 1 introductor pelable 26 G y 1 conector neutro (libre de agujas).

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria que los siguiente componentes del kit de instalación sean opcionales:pinza de acero, conectores libre de aguja y lazo hemostatico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2º

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion, el kit es necesario por la seguridad del paciente y disminuye los costos porque ya no se requiere solicitar los mismos por separados

El postor debera ceñirse a lo solicitado en las Bases, toda vez que del estudio de mercado realizado se evidencia la pluralidad de postores que pueden atender con el requerimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:40

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Habiendo revisado la EETT del ítem 1: catéter percutaneo con introductor pelable 1 FR por 20 cm, en dimensiones requieren: diámetro externo 0,40 mm.

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria ampliar el diámetro externo desde 0,35 mm a 0,40mm

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2º

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion, porque afecta el diametro interno

El postor debera ceñirse a lo solicitado en las Bases, toda vez que del estudio de mercado realizado se evidencia la pluralidad de postores que pueden atender con el requerimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:40

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Habiendo revisado la EETT del ítem 1: catéter percutaneo con introductor pelable 1 FR por 20 cm, en dimensiones requieren: diámetro interno 0,20 mm.

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria ampliar el diámetro interno desde 0,17 mm a 0,20mm

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2º

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion, a menor diametro, mayor riesgo de oclusion.

El postor debera ceñirse a lo solicitado en las Bases, toda vez que del estudio de mercado realizado se evidencia la pluralidad de postores que pueden atender con el requerimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:40

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Habiendo revisado la EETT del ítem 1: catéter percutaneo con introductor pelable 1 FR por 20 cm, en dimensiones requieren: flujo: 1,50 ml/min

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria considerar flujo desde 1 ml/min

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2º

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion, porque a menor flujo mayor riesgo de flebitis y formacion de trombo

El postor debera ceñirse a lo solicitado en las Bases, toda vez que del estudio de mercado realizado se evidencia la pluralidad de postores que pueden atender con el requerimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:40

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Habiendo revisado la EETT del ítem 2: catéter percutaneo con introductor 2 FR 2 lumen por 30 cm, en kit de instalación requieren: aguja introductora de acero inoxidable 24 Ga y 0,75 mm de diámetro externo.

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria ampliar el diámetro externo desde 0.5 mm hasta 0.75 mm

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2º

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:40

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Habiendo revisado la EETT del ítem 2: catéter percutaneo con introductor 2 FR 2 lumen por 30 cm, en kit de instalación requieren: cánula pelable de polietileno de alta densidad transparente de 10 Ga, 15.50mm de longitud y 1,14 mm de diámetro externo.

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria ampliar: cánula pelable de polietileno de alta densidad transparente de 10 Ga, 18 m de longitud y 1,1 mm de diámetro externo

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2º

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:40

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Habiendo revisado la EETT del ítem 2: catéter percutaneo con introductor 2 FR 2 lumen por 30 cm, requieren kit de instalación.

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria que los siguiente componentes del kit de instalación sean opcionales: pinza de acero, conectores libre de aguja y lazo hemostático.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2º

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion, el kit es necesario por la seguridad del paciente y disminuye los costos porque ya no se requiere solicitar los mismos por separados

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:40

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Habiendo revisado la EETT del ítem 2: catéter percutaneo con introductor 2 FR 2 lumen por 30 cm, en sus dimensiones requieren: diámetro externo 0,64 mm

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria ampliar el diámetro externo de 0.64 mm a 0.60 mm

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2º

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion, porque afecta el diametro interno

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATETER PERCUTANEO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HRDT

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:40

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Habiendo revisado la EETT del ítem 2: catéter percutaneo con introductor 2 FR 2 lumen por 30 cm, en sus dimensiones requieren: flujo 2x 3,0 ml/min.

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria que el caudal sea desde 1.45 ml a 3 ml/min

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2º

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion, a menor diametro, mayor riesgo de oclusion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null