

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

**1.9 PLAZO DE ENTREGA**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán de la siguiente manera, el plazo de entrega de los equipos será de 27 días calendarios y 3 días calendario para la instalación, puesta en marcha, pruebas y capacitación, teniendo un total de 30 días calendario contabilizando desde el día siguiente de suscrito el contrato y/o notificada la orden de compra y/o notificación por parte de la entidad, (lo que ocurriera primero según sea el caso).

### OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requieren importación, y para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 35 DÍAS; el plazo de entrega de los equipos será de 32 días calendarios y 3 días calendario para la instalación, puesta en marcha, pruebas y capacitación, teniendo un total de 35 días calendario contabilizando desde el día siguiente de suscrito el contrato y/o notificada la orden de compra y/o notificación por parte de la entidad, (lo que ocurriera primero según sea el caso).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.9      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA: El plazo de entrega establecido es de 60 días calendarios, por lo que su solicitud no es pertinente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Que cumpla con Estándar ANSI/ASHRAE 110-1995

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar cabinas digestoras de gases que cumplan con estándares equivalentes al ANSI/ASHRAE 110-1995, tales como EN 14175 o ISO 14644, o otros ya que estos estándares internacionales también garantizan el rendimiento adecuado en la extracción de humos y protección del usuario. Aceptar esta equivalencia permitirá una mayor pluralidad de opciones entre fabricantes que cumplen con normas internacionales reconocidas."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA: La tecnología consideradas en las bases está referida al control de partículas en ambientes de laboratorio; la propuesta realizadas por el postulante, está referida a salas comunes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Exteriores e Internas (An. 1000xProf. 750xAlt. 2200 mm)

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar dimensiones exteriores en internas (An. 1000xProf. 750xAlt. 2200 mm)±10%), ya que estas tolerancias mínimas no afectan el rendimiento funcional de la cabina digestora de gases. La variación de medidas permite mayor pluralidad de proveedores sin comprometer la eficiencia en la extracción de humos ni la seguridad del usuario."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA: Con la finalidad de permitir la mayor concurrencia de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 21

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ruido: 60 dB(A)

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar un nivel de ruido de hasta 68 dB(A), ya que esta ligera variación se encuentra dentro de los parámetros de operación segura y no afecta el desempeño de la cabina ni el confort del usuario. Esta apertura permitirá considerar opciones adicionales de fabricantes que ofrecen equipos con características similares."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA: La propuesta realizada por el postulante de 68 dB está muy cercano a ser considerado como ruido alto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo cuello: 290 mm de diámetro

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar un diámetro del tubo cuello de 280 mm a 300 mm, ya que estas variaciones no impactan la eficiencia del sistema de extracción de humos. La aceptación de este rango ampliado garantizará una mayor pluralidad de opciones entre fabricantes."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA: Con la finalidad de permitir la mayor concurrencia de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 21

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lámpara UV y Lámpara Fluorescente

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar lámparas UV y fluorescentes con potencias equivalentes a (20 W para UV y 15 W para fluorescente)±5 W , ya que estas diferencias no comprometen la funcionalidad ni la seguridad del equipo. Esta apertura permitirá mayor disponibilidad de alternativas en el mercado."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA: No se acepta ± 5W, ya que estaría permitiendo fluorescentes de 10W. La característica quedaría como: 15- 20 Watts para UV y 15 W para fluorescente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 21

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mesa de trabajo

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar mesas de trabajo con materiales equivalentes al polímero fenólico, tales como acero inoxidable con recubrimiento epóxico o cerámicas técnicas, ya que estos materiales ofrecen resistencia química, retención de líquidos y durabilidad similares, garantizando el mismo desempeño en aplicaciones de laboratorio."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA: Por la zona el acero inoxidable de todas manera se daña.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabina de Seguridad Biológica - Cámara de Bioseguridad Tipo II (A2)

Focos UV: 4 focos de 15 Watts

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar 'Focos UV de 15 W o rango de 10-15 W', ya que un rango de potencia en los focos UV garantiza la efectividad en la esterilización y desinfección. Este ajuste permitirá la inclusión de equipos que cumplen con la función requerida y amplía la disponibilidad de proveedores con especificaciones técnicas cercanas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA: Disminuir la potencia no garantiza la efectividad de la esterilización

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabina de Seguridad Biológica - Cámara de Bioseguridad Tipo II (A2)

Tiempo de exposición UV: 5 a 30 minutos

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar 'Tiempo de exposición UV: 5 a 30 minutos o ajustable según fabricante', ya que algunos equipos permiten un rango programable de exposición UV que se ajusta automáticamente según el protocolo requerido. Este cambio no afecta la funcionalidad de esterilización y permitirá una mayor disponibilidad de equipos en el mercado."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA: El tiempo solicitado es el establecido y el rango dado es amplio. No precisarlo, deja incierta la característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabina de Seguridad Biológica - Cámara de Bioseguridad Tipo II (A2)

Filtros HEPA: Eficiencia de 99.99% para partículas de 0.2 o 0.3 micras

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar 'Filtros HEPA con una eficiencia mínima del 99.97% para partículas de hasta 0.3 micras', ya que esta especificación sigue cumpliendo con los estándares internacionales para la filtración en cabinas de seguridad biológica tipo II. Esto permitirá ampliar la pluralidad de opciones de proveedores, sin comprometer la calidad del aire y la protección del usuario."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA: Significa disminuir la calidad del aire de la cabina, además que debe de retener partículas de 0.2 micras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabina de Seguridad Biológica - Cámara de Bioseguridad Tipo II (A2)

Dimensiones internas: Aprox. 60 x 120 x 75 cm

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar 'Dimensiones internas aproximadas: 60 x 120 x 75 cm  $\pm$ 10% o segun fabricante', ya que las dimensiones pueden variar ligeramente según el diseño del fabricante sin afectar la funcionalidad ni la capacidad del equipo. Este cambio permitirá incluir más opciones de equipos que cumplan con las funciones requeridas."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA: Con la finalidad de permitir la mayor concurrencia de postores, se acepta: 60 x 120 x 75 cm  $\pm$ 10%. NO SE ACOGE: "o según fabricante, pues es no precisar el tamaño, lo que podría traer inconvenientes en el espacio destinado para su instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 22

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabina de Seguridad Biológica - Cámara de Bioseguridad Tipo II (A2)

Velocidad de entrada de aire: 0.51-0.53 m/s

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar 'Velocidad de entrada de aire: 0.5 - 0.55 m/s', ya que esta variación mínima en la velocidad de aire no afecta el rendimiento de la cabina ni el nivel de protección ofrecido. Esto permitirá incluir una mayor variedad de opciones de equipos que cumplan con las funciones requeridas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA: Con la finalidad de permitir la mayor concurrencia de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. ÁG 22

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabina de Seguridad Biológica - Cámara de Bioseguridad Tipo II (A2)

Volumen de aire de escape: 460 m³/hora

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar 'Volumen de aire de escape: 450 - 480 m³/hora', ya que esta variación permite considerar equipos de distintos fabricantes que cumplen con los requerimientos de flujo de aire y protección del usuario. Esto fomentará una mayor pluralidad de postores."

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA: Con la finalidad de permitir la mayor concurrencia de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 22

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mini Cámara de Electroforesis Horizontal

Trio de geles: 15x7, 16x10, 15x15 cm

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar 'Trio de geles: 15x7 cm, 15x10 cm, 15x15 cm o variantes dentro de un rango estándar de tamaño', ya que existen configuraciones y tamaños de geles flexibles que son igualmente efectivos para realizar electroforesis. Esto permitirá una mayor pluralidad en los proveedores que pueden ofrecer modelos con diferentes configuraciones de tamaño."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA: Pues el tamaño solicitado es de 15x7 cm, 15x10 cm, 15x15 cm . Y NO SE ACOGE: o variantes dentro de un rango estándar de tamaño.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mini Cámara de Electroforesis Horizontal

Cada camara debe incluir: la camara de electroforesis, un huego deBandejas UV: 15x7, 15x10, 15x15 cm (dos juegos) , 02 Peines para distintos números de mezclas

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar 'Bandejas UV de tamaños equivalentes', ya que existen bandejas UV que cumplen con la misma funcionalidad y protección sin necesariamente coincidir con las dimensiones exactas solicitadas. Esto permitirá una mayor competitividad y variedad entre los proveedores.". Por otro lado "Se solicita al honorable Comité aceptar 'Peines para distintos números de mezclas o compatibles con el modelo de cámara', ya que diferentes proveedores ofrecen peines que permiten configuraciones de separación flexibles para las muestras. Esto ampliará la gama de opciones sin afectar la funcionalidad de la cámara."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA: Los tamaños de los geles requeridos son los que se necesitan para los proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL(MINI):02

Volumen de buffer: 225-250 ml

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar 'Volumen de buffer: 225 ml o mayor', ya que algunas cámaras tienen un rango de volumen ajustable o ligeramente mayor sin afectar el rendimiento del proceso de electroforesis. Esto brindará más opciones sin comprometer la calidad de la separación de las muestras."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA: El objetivo de la compra de mini cámara es reducir el volumen de buffer en experiencias de control de experimentos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, FISIOLÓGIA Y REPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA Y REGIÓN ANCASH APROBADO CON RESOLUCION 127-2021-CU-R-UNS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:44:45

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL(MINI):02

Dimensiones de la cámara: 9x21x9 cm

Consulta:

"Se solicita al honorable Comité aceptar 'Dimensiones de la cámara: 9x21x9 cm o dimensiones similares dentro de un rango funcional o según fabricante', ya que las cámaras de diferentes fabricantes pueden tener ligeras variaciones en las dimensiones sin afectar la eficiencia del equipo. Esta flexibilidad permitirá la participación de más proveedores que cumplen con las especificaciones."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA: El objetivo de la compra es contar con mini cámaras para evitar el gasto de buffer y demás en pruebas pequeñas. Está acorde para tamaño de geles de 7 x 7 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA