

**ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 25-2023-GSRCH-1
PRIMERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Andahuaylas, a los 06 días del mes de Diciembre del año 2023, en la Oficina de la Dirección de Abastecimientos SS.AA de la Gerencia Sub Regional Chanka del Gobierno Regional de Apurímac, a las 11:00 horas, se constituye el Comité de Selección designados mediante Resolución Administrativa N° 133-2023-GRA-GSRCH-SGADM, estando presentes los siguientes miembros, Presidente el ING. PERCY MIURA BADOS LUIS, Primer Miembro el ING. DANTE Y. PERALTA DAMIANO, Segundo Miembro la CPC. FLOR R. TRUYENQUE QUISPE, a fin de efectuar la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada AS N° 25-2023-GSRCH-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL NIVEL I-2 DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI – ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

La admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se procede en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y las bases integradas del procedimiento de selección.

El registro de participantes, de acuerdo al cronograma establecido a través de la plataforma del SEACE se registraron de forma electrónica los siguientes participantes:

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Proveedor con RUC | 20131308095 | AMEZAGA ARELLANO S.A.C.INGENIEROS | 10/11/2023 | Válido | | 10/11/2023 | 20131308095 |
| 2 | Proveedor con RUC | 20379331042 | MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA | 06/11/2023 | Válido | | 06/11/2023 | 20379331042 |
| 3 | Proveedor con RUC | 20392988565 | CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C. | 03/11/2023 | Válido | | 03/11/2023 | 20392988565 |
| 4 | Proveedor con RUC | 20482344969 | INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C. | 06/11/2023 | Válido | | 06/11/2023 | 20482344969 |
| 5 | Proveedor con RUC | 20517698131 | BERTONATI TECHNOLOGIES S.A. | 03/11/2023 | Válido | | 03/11/2023 | 20517698131 |
| 6 | Proveedor con RUC | 20529457554 | CORPORACION DACMAR S.A.C. | 29/11/2023 | Válido | | 29/11/2023 | 20529457554 |
| 7 | Proveedor con RUC | 20545309191 | CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C. | 03/11/2023 | Válido | | 03/11/2023 | 20545309191 |
| 8 | Proveedor con RUC | 20556092339 | SALUD Y BIENESTAR MEDICAL PERU E.I.R.L. | 03/11/2023 | Válido | | 03/11/2023 | 20556092339 |
| 9 | Proveedor con RUC | 20565935861 | IMPORTACIONES VASMED S.A.C. | 03/11/2023 | Válido | | 03/11/2023 | 20565935861 |
| 10 | Proveedor con RUC | 20600293851 | UNIDADES MOVILES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PERU E.I.R.L.- UNIMEQ PERU E.I.R.L. | 29/11/2023 | Válido | | 29/11/2023 | 20600293851 |
| 11 | Proveedor con RUC | 20601375304 | AMBULANCIAS EMMA S.A.C. | 03/11/2023 | Válido | | 03/11/2023 | 20601375304 |
| 12 | Proveedor con RUC | 20603238029 | RUFIO S.A.C. | 06/11/2023 | Válido | | 06/11/2023 | 20603238029 |
| 13 | Proveedor con RUC | 20604158762 | CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C. | 06/11/2023 | Válido | | 06/11/2023 | 20604158762 |
| 14 | Proveedor con RUC | 20606057548 | LUCES Y SEÑALIZACION WUIN S.A.C. | 08/11/2023 | Válido | | 08/11/2023 | 20606057548 |
| 15 | Proveedor con RUC | 20607536563 | CORPORACION ICEMONT S.A.C. | 06/11/2023 | Válido | | 06/11/2023 | 20607536563 |
| 16 | Proveedor con RUC | 20609448858 | AXONMEDI-K S.A.C. | 04/11/2023 | Válido | | 04/11/2023 | 20609448858 |
| 17 | Proveedor con RUC | 20609607123 | MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C. | 06/11/2023 | Válido | | 06/11/2023 | 20609607123 |

Acto seguido se da a conocer la presentación de ofertas de forma electrónica, de los siguientes postores:

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL TIPO I EQUIPADA, PARA ELM PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE SALUD EN EL NIVEL I-2 DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC"

| Nro. ítem | Descripción del ítem | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1 | AMBULANCIA RURAL TIPO I EQUIPADA | | | |
| 20392988565 | CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C. | 01/12/2023 | 17:41:45 | Electronico |
| 20482344969 | INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C. | 01/12/2023 | 18:40:31 | Electronico |
| 20545309191 | CORPORACIÓN PERUANA JADIRSA S.A.C. | 01/12/2023 | 22:18:39 | Electronico |

Se procede con la verificación de la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases del procedimiento de selección y la determinación si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas.

Se determinó lo siguiente:

| N° | PARTICIPANTES | DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | | | | | | | Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados | ESTADO |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE | Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas. | Declaración Jurada de Plazo de Entrega | Promesa de consorcio de ser el caso | Precio de la Oferta S/ (Anexo 6) | | |
| | | (Anexo N° 1) | | (Anexo N° 2) | (Anexo N° 3) | (Anexo N° 4) | (Anexo N° 5) | | | |
| 1 | CONVERSIONES SAN JOSÉ PERÚ S.A.C. | SI | SI | SI | NO | SI | No Corresponde | SI | SI | NO ADMITIDO |
| 2 | INVERSIONES LEOVEN PERÚ S.A.C. | SI | SI | SI | SI | SI | No Corresponde | SI | SI | ADMITIDO |
| 3 | CORPORACIÓN PERUANA JADIRSA S.A.C | SI | SI | SI | NO | SI | No Corresponde | SI | SI | NO ADMITIDO |

Observaciones:

Respecto a la **NO ADMISIÓN** del postor **CONVERSIONES SAN JOSÉ PERÚ S.A.C.**, se debe a que hay propuestas que no están cumpliendo con las especificaciones técnicas, en vista que en el anexo 3 declara cumplir con las especificaciones técnicas y al revisar las condiciones el postor no cumple con lo declarado según los componentes, por lo que estaría brindando información inexacta según detalles:

DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO BÁSICO PARA LA AMBULANCIA RURAL TIPO I

PAG. 77 BALON DE OXIGENO FIJO

C) COMPONENTES

SE REQUIERE EN EL ITEM C04: DOS (02) FLUJOMETROS DE 0 A 15 LPM PARA LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA

EL POSTOR SUSTENTA CON PAG. 80 RANGO DE FLUJO DE ½ 15 LPM

POR LO TANTO, EL POSTOR NO CUMPLE CON OFERTAR LO SOLICITADO

D) ACCESORIOS

SE REQUIERE EN EL ITEM D01: DOS (02) HUMIFICADORES REUSABLES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

EL POSTOR SUSTENTA CON PAG. 81 ES REUTILIZABLE Y TEMPERATURA DE DESINFECCIÓN MAX 134°, NO INDICA QUE SEA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

POR LO TANTO, EL POSTOR NO CUMPLE CON OFERTAR LO SOLICITADO

PAG. 83 BALÓN DE OXIGENO PORTATIL

D) ACCESORIO

SE REQUIERE EN EL ITEM D01: UN (01) HUMIFICADOR REUSABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

EL POSTOR SUSTENTA CON PAG. 86 ES REUTILIZABLE Y TEMPERATURA DE DESINFECCIÓN MAX 134°, NO INDICA QUE SEA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

SE REQUIERE EN EL ITEM D02: DOS (02) HUMIFICADORES REUSABLES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

EL POSTOR SUSTENTA CON PAG. 86 ES REUTILIZABLE Y TEMPERATURA DE DESINFECCIÓN MAX 134°, NO INDICA QUE SEA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

POR LO TANTO, EL POSTOR NO CUMPLE CON OFERTAR LO SOLICITADO

PAG. 105 MALETÍN DE MEDICAMENTOS

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES

SE REQUIERE EN EL ITEM B01) DE MATERIAL ALUMINIO O SINTETICO

EL POSTOR SUSTENTA CON PAG. 106, NO INDICA EN SU PROPUESTA, DE QUE MATERIAL ESTÁ HECHO EL MALETIN DE MEDICAMENTOS

POR LO TANTO, EL POSTOR NO CUMPLE CON OFERTAR LO SOLICITADO

PAG. 109 MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES

SE REQUIERE EN EL ITEM B01) DE MATERIAL ALUMINIO O SINTETICO

EL POSTOR SUSTENTA CON PAG. 111, NO INDICA EN SU PROPUESTA, DE QUE MATERIAL ESTÁ HECHO EL MALETIN DE MEDICAMENTOS

POR LO TANTO, EL POSTOR NO CUMPLE CON OFERTAR LO SOLICITADO

Respecto a la **NO ADMISIÓN** del postor **CORPORACIÓN PERUANA JADIRSA S.A.C.**, se debe a que hay propuestas que no están cumpliendo con las especificaciones técnicas en vista que en el anexo 3 declara cumplir con las especificaciones técnicas y al revisar las condiciones el postor no cumple con lo declarado según los componentes, por lo que estaría brindando información inexacta según detalles que se detallan a continuación:

DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO BÁSICO PARA LA AMBULANCIA RURAL TIPO I

PAG. 0045 ASPIRADOR DE SECRECIONES

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES

SE REQUIERE EN EL ITEM B01) PRESIÓN REGULABLE DE 80 A 500 MMHG O RANGO MAS AMPLIO

EL POSTOR SUSTENTA CON PAG. 0047, SUSTENTA VACIO MÁXIMO (AJUSTABLE) 600 MMHG, PERO NO INDICA NI SUSTENTA EL VALOR DE SU VACIO MÍNIMO, QUE DE ACUERDO A LO SOLICITADO ES 80 MMHG.

D) ACCESORIOS

SE REQUIERE EN EL ITEM D02: DIEZ (10) CÁNULAS DE SUCCIÓN ADULTOS, D03: DIEZ (10) CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICA, D04: DIEZ (10) CÁNULAS DE SUCCIÓN NEONATAL Y D05: DIEZ (10) FILTROS ANTIBACTERIANO, EL POSTOR NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEM D02, D03, D04 Y D05.

POR LO TANTO, EL POSTOR NO CUMPLE CON OFERTAR LO SOLICITADO

PAG. 0048 BALÓN DE OXIGENO FIJO

C) COMPONENTES

SE REQUIERE EN EL ITEM C03: MANÓMETRO DE OXÍGENO DE 0 A 2500 PSI O MAS, CON SALIDA REGULADA A 50 PSI PARA LA ALIMENTACIÓN DE TOMAS DE LA AMBULANCIA

EL POSTOR SUSTENTA CON PAG. 0050, NO INDICA SALIDA REGULADA IGUAL A 50 PSI, NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE C03: FLUJÓMETRO DE 0 A 15 LPM PARA LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA, NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE D01: DOS (02) HUMIDIFICADORES REUSABLES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.

POR LO TANTO, EL POSTOR NO CUMPLE CON OFERTAR LO SOLICITADO

PAG. 0051 BALÓN DE OXIGENO PORTATIL

C) COMPONENTES

SE REQUIERE EN EL ITEM C03: MANÓMETRO DE OXÍGENO DE 0 A 2500 PSI O MAS, CON SALIDA REGULADA A 50 PSI PARA LA ALIMENTACIÓN DE TOMAS DE LA AMBULANCIA

EL POSTOR SUSTENTA EL ITEM C03 CON PAG. 0052, DONDE NO INDICA CUMPLIMIENTO DE MANOMETRO DE OXIGENO DE 0 A 2500 PSI, NO SUSTENTA SALIDA REGULADA IGUAL A 50 PSI, NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE C03: FLUJÓMETRO DE 0 A 15 LPM PARA LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA.

D) ACCESORIOS

SE REQUIERE EN EL ITEM D01: UN (01) HUMIDIFICADORES REUSABLES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE, Y D02: DOS (02) HUMIDIFICADORES REUSABLES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.

EL POSTOR SUSTENTA EL ITEM D01 Y D02 CON PAG. 0053, DONDE NO INDICA CUMPLIR CON OFERTAR CON LO SOLICITADO EN LOS ITEM D01 Y D02

POR LO TANTO, EL POSTOR NO CUMPLE CON OFERTAR LO SOLICITADO

PAG. 0090 MALETÍN DE MEDICAMENTOS

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES

SE REQUIERE EN EL ITEM B01: DE MATERIAL ALUMINIO O SINTETICO

EL POSTOR SUSTENTA EL ITEM B01 CON PAG. 0091, EL POSTOR NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE B01 EN RELACIÓN AL MATERIAL DEL MALETÍN DE MEDICAMENTOS (ALUMINIO O SINTÉTICO)

POR LO TANTO, EL POSTOR NO CUMPLE CON OFERTAR LO SOLICITADO

PAG. 0093 MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES

SE REQUIERE EN EL ITEM B01: DE MATERIAL ALUMINIO O SINTETICO

EL POSTOR SUSTENTA EL ITEM B01 CON PAG. 0095-A, EL POSTOR NO INDICA CUMPLIMIENTO DE B01 EN RELACIÓN AL MATERIAL DEL MALETÍN DE MEDICAMENTOS (ALUMINIO O SINTÉTICO)

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, llegando al siguiente resultado:

| N° | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | ESTADO |
|----|--------------------------------|---|----------|
| | | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
| 1 | INVERSIONES LEOVEN PERÚ S.A.C. | CUMPLE | CALIFICA |

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

| N° | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | ORDEN DE PRELACIÓN |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | Precio | Puntaje | Plazo | Puntaje | |
| 1 | INVERSIONES LEOVEN PERÚ S.A.C. | S/ 293,000.00 | 70 | 15 días | 30 | 1° |

Finalmente con fecha 06/12/2023, visto el cuadro de EVALUACION y CALIFICACIÓN, este Comité de Selección procede con el otorgamiento de la BUENA PRO del procedimiento de selección de AS N° 25-2023-GSRCH-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL NIVEL I-2 DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI – ANDAHUAYLAS – APURIMAC.

| Otorgamiento de la buena Pro: | |
|---|---|
| De acuerdo con los resultados de orden de prelación, el comité de selección otorga la buena pro al postor que ocupa el primer lugar en el orden de prelación: | |
| INVERSIONES LEOVEN PERÚ S.A.C. RUC N° 20482344969 | S/ 293,00.00 (DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES) |

Sin otro asunto a tratar se dio por concluido el presente acto, siendo las catorce horas del día 06 de diciembre del 2023, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad y para su publicación de los resultados en la plataforma SEACE.

FIRMADO EN EL ORIGINAL

ING. DANTE Y. PERALTA
DAMIANO
Primer Miembro

FIRMADO EN EL ORIGINAL

ING. PERCY MIURA BADOS LUIS
PRESIDENTE

FIRMADO EN EL ORIGINAL

CPC. FLOR R. TRUYENQUE
QUISPE
Segundo Miembro

