

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código : 20613290690

Fecha de envío : 14/04/2025

Nombre o Razón social : CORPORACION SBV E.I.R.L.

Hora de envío : 16:29:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN 1

ARGUMENTO:

En las especificaciones técnicas indican que la condición biológica de los Kits de ropa quirúrgica por 15 y 6 piezas es estéril por ETO.

OBSERVACIÓN:

Por lo antes mencionado, indicar que nuestro laboratorio solo realiza, solamente el proceso de esterilización a vapor.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usaria aclaran la consulta debido a que el tipo de esterilización es por ETO, lo cual es utilizado en el área médica desde hace más de 60 años y es un método de esterilización recomendado como ideal para aquellos elementos que no pueden esterilizarse con las técnicas tradicionales de calor y/o vapor, por lo que el postor debe ceñirse a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20613290690	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION SBV E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:26

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ARGUMENTO:

En las especificaciones técnicas del kit de ropa quirúrgica por 15 y 6 piezas, indica que el sobre de papel grado médico con polipropileno debe estar dentro de un sobre de papel grado médico en una bolsa de polietileno.

OBSERVACIÓN:

Por lo antes mencionado, solicitamos confirmar si la bolsa de polietileno será por cada kit.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria aclaran la consulta que la bolsa de polietileno será por cada kit.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:32:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para los Kits de Ropa de 15 piezas y 6 piezas, están solicitando entre las características de condición biológica estéril por ETO.

Por una mayor pluralidad de postores y ofertas, el método de esterilización, sería recomendable también por considerar sería por vapor presurizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios que rigen las contrataciones, Art 2 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría aclaran que el tipo de esterilización es por ETO, lo cual es utilizado en el área médica desde hace más de 60 años y es un método de esterilización recomendado como ideal para aquellos elementos que no pueden esterilizarse con las técnicas tradicionales de calor y/o vapor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:32:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 15 piezas, solicitan mandil quirúrgico L

No solicitan medidas del mandil L, dimensiones, mayormente suelen ser recomendable de largo 120 cm x ancho 155 cm, mangas 60x32 +/-5%

Podría confirmar las medidas del mandil para cada kit.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios que rigen las contrataciones, Art 2 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se acoge la consulta respecto mandil quirurgico talla L y se confirma las medidas propuestas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:32:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 6 piezas, solicitan mandil talla estándar.

No solicitan medidas, si es mandil talla L como el kit de 15 piezas, dimensiones, mayormente suelen ser recomendable de largo 120 cm x ancho 155 cm, mangas 60x32 +/-5%

Podría confirmar las medidas del mandil talla estándar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios que rigen las contrataciones, Art 2 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría aclara la consulta respecto mandil quirurgico talla estandar. Largo: 105 +/- 5 cm y Ancho: 60 +/- 5 cm y largo de manga 50 a 60 - cm. por lo que el postor debe ceñirse a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:32:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 15 piezas, solicitan 2 sabanas quirúrgicas con pegamento fijador para la piel

No especifica las medidas del ancho del Pegamento fijador (cinta adhesiva para la piel) de cada sabana. Confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios que rigen las contrataciones, Art 2 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinacion con el Area Usuaría aclara que se deja a criterio y que se sea el mas usual del pegamento fijador para cada sabana.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:32:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 15 piezas, solicitan funda de mayo con refuerzo de plástico

Consulta se refiere el refuerzo puede ser de la misma tela? ¿Qué medida tendrá el refuerzo?

Confirmar respuestas a las 2 consultas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios que rigen las contrataciones, Art 2 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinacion con el Area Usuaría aclara que se deja a criterio y que se sea el mas usual para las cirugías

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:32:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 15 piezas, solicitan poncho abdominal con bolsillo 2.40 y pegamento fijador.

No especifica la cantidad de bolsillo.

La medida del bolsillo es 2.40 cm? ¿largo o ancho? Largo x ancho igual 2.40 cm?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios que rigen las contrataciones, Art 2 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el Area usuaria aclaran la consulta las medidas del poncho abdominal con bolsillo 2.40 cm x 1.8 cm, con bolsillo y pegamento fijador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO		

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:32:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 15 piezas, solicitan poncho abdominal con bolsillo 2.40 y pegamento fijador.

No especifica las medidas del Adhesivo (Pegamento fijador para la piel). ¿Con qué medida cada adhesivo que va en el poncho?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios que rigen las contrataciones, Art 2 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinacion con el Area Usuaría que, se deja a criterio y que se sea el mas usual para las cirugías

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:32:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicita para Kits de ropa de 15 piezas, solicitan 5 campos con adhesivos.

No especifica las medidas de cada Adhesivo. Confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios que rigen las contrataciones, Art 2 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinacion con el Area Usuaría se deja a criterio y que se sea el mas usual para las cirugías

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:32:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicita para Kits de ropa de 15 piezas, solicitan 1 campos con envoltorio con refuerzo.

Refuerzo ser de la misma tela. Confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo los principios que rigen las contrataciones, Art 2 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinacion con el Area Usuaría aclara que, se deja a criterio y que se sea el mas usual para las cirugías

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20555589574	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:36:45

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las presentes bases en:
CAPITULO III
3.1 Especificaciones Técnicas
ITEM PAQUETE 1
KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 PIEZAS
KIT DE ROPA QUIRURGICA X 6 PIEZAS

En las bases solicitan:
Condición Biológica: estéril por ETO

Al respecto debemos indicar que en las Bases Administrativas se está requiriendo como documento de presentación y cumplimiento obligatorio el Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas e Insumos de uso Médico Quirúrgico ¿ BPM que en su artículo °128 establece que el Óxido de Etileno debe utilizarse únicamente cuando ningún otro método es viable como son el Vapor Presurizado, Plasma y Rayos Gamma, más aún si es que es sabido que existen más de un fabricante que utiliza para la esterilización en su producto el Vapor presurizado.
Adicionalmente debemos indicar algo muy importante para la salud y la vida del personal profesional como sus pacientes: el Óxido de Etileno tiene efectos nocivos contra la salud al ser un irritante cutáneo y de las mucosas y en contacto con la piel pueden causar enrojecimiento, piel seca, sensación de quemarse, dolor etc., y si entra en contacto con los ojos pueden provocar enrojecimiento, dolor y visión borrosa, pudiendo causar asimismo efectos cancerígenos y mutativos al contacto con seres humanos, por lo que es contraproducente y peligroso para los Kits, que se elaboran con tela no tejida de polipropileno SMS (Spunbond ¿ Meltblown - Spunbond) sean esterilizados por óxido de etileno.

Es importante indicar que el material SMS contiene una capa interna de Meltblown que impide el paso de bacterias hasta un 98% por lo tanto, retiene por más tiempo las partículas de óxido de etileno, siendo este el principal motivo para que las Buenas Prácticas de Manufactura BPM indique que los métodos a utilizar para esterilizar sean otros métodos de esterilización como son:
1.Vapor Presurizado,
2.Plasma
3.Rayos Gamma métodos no tóxicos

ASIMISMO, HACEMOS DE CONOCIMIENTO QUE, EN PROCESOS ANTERIORES, ALGUNAS EMPRESAS HAN QUERIDO SORPRENDER y CONFUNDIR AL USUARIO Y AL COMITE DE SELECCIÓN INDICANDO QUE ¿los métodos de esterilización a alta temperatura que se realizan entre 121° C a 134° C durante periodos de tiempo de 10 a 15 minutos, pueden afectar las propiedades de la Tela No Tejida de Polipropileno SMS. Lo cual es falso puesto que la tela no tejida de polipropileno SMS es fabricada a más de 300ª C de temperatura, por lo que nos preguntamos, si el producto es fabricado a más de 300ª de temperatura, como 121ª C a 134ª C podría dañarlo, lo que sí es verdad que Óxido de Etileno es un gas tóxico y dañino para la salud del ser humano.

Por eso las Buenas Prácticas de Manufacturas son claras al indicar en el artículo °128 se establece que el Óxido de Etileno debe utilizarse únicamente cuando ningún otro método es viable como son el Vapor Presurizado, Plasma y Rayos Gamma

Por lo expuesto y en salvaguarda de la salud del personal usuario como de los pacientes de vuestra entidad y cumplir con el artículo 128ª de las Buenas Prácticas de Manufactura que establece que el Óxido de Etileno debe utilizarse únicamente cuando ningún otro método es viable OBSERVAMOS PARA QUE SE CUMPLA CON EL artículo 128ª de las Buenas Prácticas de Manufactura Que es de cumplimiento obligatorio se INCORPORE en las especificaciones técnicas de las bases
ITEM PAQUETE 1
KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 PIEZAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

KIT DE ROPA QUIRURGICA X 6 PIEZAS

Método de esterilización:

- 1.Vapor Presurizado
- 2.Plasma
- 3.Rayos Gamma métodos no tóxicos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria no acogen la observación y aclaran que el tipo de esterilización es por ETO, lo cual es utilizado en el área médica desde hace más de 60 años y es un método de esterilización recomendado como ideal para aquellos elementos que no pueden esterilizarse con las técnicas tradicionales de calor y/o vapor. Asimismo, este tipo de esterilización cuenta con Certificaciones ISO9001 e ISO 13485 cuyo dispositivo médico haya sido esterilizado con el método de óxido de etileno, debe cumplir con los límites máximos permitidos de residuos de esterilización por óxido de etileno según la norma técnica de referencia autorizada en su registro sanitario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20555589574	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:36:45

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las presentes bases en:

CAPITULO III

3.1 Especificaciones Técnicas

ITEM PAQUETE 1

KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 PIEZAS

En las bases solicitan:

Componentes:

Dos (02) sabanas quirúrgicas con pegamento fijador

Una (01) funda de mayo, con refuerzo de plástico

Un (01) Poncho abdominal adulto con bolsillo 2.40 y pegamento fijador

Cinco (05) campos estériles adhesivos

Un (01) campo con envoltorio con refuerzo

Una (01) sobremesa plastificada y/o con refuerzo de sms de 60 gr.

Asimismo, se puede visualizar que no indican medidas en los componentes del Kit de ropa quirúrgica x 15 piezas.

CONSULTA:

Solicitamos al comité sírvase indicar las medidas de los componentes del Kit de ropa quirúrgica x 15 piezas

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría aclaran la consulta las medidas de los componentes del kit de 15 piezas: Cuatro (04) mandil quirúrgico talla L Largo 120 cm x ancho 155 cm, mangas 60x32 +/-5%. Dos (02) sabanas quirúrgicas de 150 cm x 2.0 m con pegamento fijador, Una (01) funda de mayo 50cm x 1.10 cm, con refuerzo de plástico.Un (01) poncho abdominal adulto 2.40 cm x 1.8 cm, con bolsillo y pegamento fijador.Cinco (05) campos simples estériles adhesivos 90cm x 90cm.Un (01) campo con envoltorio con refuerzo que sea el mas usual para cirugías. Un (01) sobremesa plastificado 2.20 x 1.50 m, plastificado y/o con refuerzo de SMS de 60 gr. + 3 toallas adicional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION(KIT DE ROPA QUIRÚRGICA X 15 Y 6 PIEZAS) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI- RED DE SALUD HUANUCO-DIRESA HUANUCO

Ruc/código :	20555589574	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:36:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las presentes bases en:
CAPITULO III
3.1 Especificaciones Técnicas
ITEM PAQUETE 1
KIT DE ROPA QUIRURGICA X 16 PIEZAS

En las bases solicitan:
Envase mediatO: Caja de cartón u otro material (plástico), resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y distribución.

CONSULTA:
¿Solicitamos al comité sírvase indicar si se refiere a la Bolsa de polietileno?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinacion con el Area Usuaria confirman que la bolsa de polietileno de Alta Densidad (HDPE) sera por cada kit.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null