

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS N°43-2023-GERESA/LL
----------	-----------------------	-------------------------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL	<p>En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 13:00 horas, se reunieron los integrantes del comite designados mediante formato N° 004 AS N°43-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS N° 43-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2596379: ADQUISICIÓN DE DOS (02) ESTERILIZADOR ELECTRICOS DE VAPOR VERTICAL PARA HOSPITAL LEONCIO PRADO DE HUAMACHUCO", a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>
----------	-------------------------------------	--

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente			
	Primer Miembro	ING. ALEJANDRO GONZALO PIZARRO PEREZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			
	Segundo Miembro	ING CARLOS RICARDO VARGAS CARRERA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES	<p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th><th style="width: 65%;">Nombre o razón social del participante</th><th style="width: 30%;">RUC</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PINEDO MORI LLESYKA</td><td>10068050362</td></tr> <tr><td>2</td><td>SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO</td><td>10104942330</td></tr> <tr><td>3</td><td>DONGO QUISPERIMA WILBER</td><td>10257302976</td></tr> <tr><td>4</td><td>GONZALES CCOYA PERCY YON</td><td>10410553746</td></tr> <tr><td>5</td><td>AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.</td><td>20100162238</td></tr> <tr><td>6</td><td>H.W.KESSEL S.A.C.</td><td>20100329205</td></tr> <tr><td>7</td><td>DBG SOLUCIONES S.A.C</td><td>20451829913</td></tr> <tr><td>8</td><td>BAIRES S.A.C.</td><td>20464408623</td></tr> <tr><td>9</td><td>BAYOMED HEALTH PERU SAC</td><td>20480981775</td></tr> <tr><td>10</td><td>VITALTEC S.A.C.</td><td>20501645517</td></tr> <tr><td>11</td><td>DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.</td><td>20501887286</td></tr> <tr><td>12</td><td>BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.</td><td>20505867077</td></tr> <tr><td>13</td><td>CESPI PERU S.A.C.</td><td>20523412486</td></tr> <tr><td>14</td><td>J Y N PROVEEDORES S.A.C.</td><td>20536685261</td></tr> <tr><td>15</td><td>GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.</td><td>20553377308</td></tr> <tr><td>16</td><td>SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C.</td><td>20563131846</td></tr> <tr><td>17</td><td>ASECO PERU S.A.C.</td><td>20565911920</td></tr> <tr><td>18</td><td>IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.</td><td>20600811364</td></tr> <tr><td>19</td><td>STBIOMEDICAL S.A.C.</td><td>20601785324</td></tr> <tr><td>20</td><td>BIO ALMEDIC E.I.R.L.</td><td>20602142206</td></tr> <tr><td>21</td><td>VPM PROVEEDORES S.R.L.</td><td>20602922597</td></tr> <tr><td>22</td><td>INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU E.I.R.L.</td><td>20603344341</td></tr> <tr><td>23</td><td>SAINT INDUSTRY E.I.R.L.</td><td>20603346344</td></tr> <tr><td>24</td><td>CF DISMED S.A.C.</td><td>20603460554</td></tr> <tr><td>25</td><td>MEDICA INNOVADORA S.A.C.</td><td>20604125490</td></tr> <tr><td>26</td><td>MAYAR MEDICA S.A.C.</td><td>20604187916</td></tr> <tr><td>27</td><td>TECNO IMAGEN PERU S.A.C.</td><td>20604458944</td></tr> <tr><td>28</td><td>TAMI SERVICIOS Y VENTAS E.I.R.L.</td><td>20604822964</td></tr> <tr><td>29</td><td>UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.</td><td>20605046127</td></tr> <tr><td>30</td><td>FRAJMAC E.I.R.L.</td><td>20605991794</td></tr> <tr><td>31</td><td>TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.</td><td>20606008024</td></tr> <tr><td>32</td><td>HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.</td><td>20606042044</td></tr> <tr><td>33</td><td>JAR SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.</td><td>20606158671</td></tr> <tr><td>34</td><td>TECNOLOGIA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.</td><td>20609110865</td></tr> </tbody> </table>	N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	PINEDO MORI LLESYKA	10068050362	2	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	10104942330	3	DONGO QUISPERIMA WILBER	10257302976	4	GONZALES CCOYA PERCY YON	10410553746	5	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238	6	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205	7	DBG SOLUCIONES S.A.C	20451829913	8	BAIRES S.A.C.	20464408623	9	BAYOMED HEALTH PERU SAC	20480981775	10	VITALTEC S.A.C.	20501645517	11	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286	12	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	20505867077	13	CESPI PERU S.A.C.	20523412486	14	J Y N PROVEEDORES S.A.C.	20536685261	15	GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.	20553377308	16	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C.	20563131846	17	ASECO PERU S.A.C.	20565911920	18	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	20600811364	19	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324	20	BIO ALMEDIC E.I.R.L.	20602142206	21	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597	22	INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU E.I.R.L.	20603344341	23	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344	24	CF DISMED S.A.C.	20603460554	25	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490	26	MAYAR MEDICA S.A.C.	20604187916	27	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944	28	TAMI SERVICIOS Y VENTAS E.I.R.L.	20604822964	29	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	20605046127	30	FRAJMAC E.I.R.L.	20605991794	31	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024	32	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044	33	JAR SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	20606158671	34	TECNOLOGIA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.	20609110865
N°	Nombre o razón social del participante	RUC																																																																																																									
1	PINEDO MORI LLESYKA	10068050362																																																																																																									
2	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	10104942330																																																																																																									
3	DONGO QUISPERIMA WILBER	10257302976																																																																																																									
4	GONZALES CCOYA PERCY YON	10410553746																																																																																																									
5	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238																																																																																																									
6	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205																																																																																																									
7	DBG SOLUCIONES S.A.C	20451829913																																																																																																									
8	BAIRES S.A.C.	20464408623																																																																																																									
9	BAYOMED HEALTH PERU SAC	20480981775																																																																																																									
10	VITALTEC S.A.C.	20501645517																																																																																																									
11	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286																																																																																																									
12	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	20505867077																																																																																																									
13	CESPI PERU S.A.C.	20523412486																																																																																																									
14	J Y N PROVEEDORES S.A.C.	20536685261																																																																																																									
15	GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.	20553377308																																																																																																									
16	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C.	20563131846																																																																																																									
17	ASECO PERU S.A.C.	20565911920																																																																																																									
18	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	20600811364																																																																																																									
19	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324																																																																																																									
20	BIO ALMEDIC E.I.R.L.	20602142206																																																																																																									
21	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597																																																																																																									
22	INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU E.I.R.L.	20603344341																																																																																																									
23	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344																																																																																																									
24	CF DISMED S.A.C.	20603460554																																																																																																									
25	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490																																																																																																									
26	MAYAR MEDICA S.A.C.	20604187916																																																																																																									
27	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944																																																																																																									
28	TAMI SERVICIOS Y VENTAS E.I.R.L.	20604822964																																																																																																									
29	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	20605046127																																																																																																									
30	FRAJMAC E.I.R.L.	20605991794																																																																																																									
31	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024																																																																																																									
32	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044																																																																																																									
33	JAR SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	20606158671																																																																																																									
34	TECNOLOGIA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.	20609110865																																																																																																									

5	DETALLE DE LOS POSTORES				
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :				
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	
	1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	17/11/2023	19:27:41	
	2	CONSORCIO FRAJMAC E.I.R.L. - SAINT INDUSTRY E.I.R.L	17/11/2023	23:53:05	
	3	CESPI PERU S.A.C.	17/11/2023	09:03:48	
4	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	17/11/2023	23:54:16		
6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.				
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS				
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:				
	ITEM N° 01(PAQUETE): IOARR 2596379: ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO PARA HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD				
	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión		
	1	POSTOR : CONSORCIO FRAJMAC EIRL - SAINT INDUSTRY EIR	NO CUMPLE NI ACREDITA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA EVALUACION TECNICA REALIZADA POR LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE		
	ITEM 2 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS				
	1	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	NO CUMPLE NI SUSTENTA LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA EVALUACION TECNICA REALIZADA POR LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE		
	2	CESPI PERU S.A.C.	NO CUMPLE NI SUSTENTA LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA EVALUACION TECNICA REALIZADA POR LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE		
	3	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	NO CUMPLE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA EVALUACION TECNICA REALIZADA POR LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE		
	8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN			
		De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:			
		N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	
	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		
	9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
9.1		DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA			
N°		Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial	
1		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	
9.2		DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN			
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.					
10	ACUERDO ADOPTADO				
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, declaran DESIERTO LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°43-2023-GERESA/LL, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.				



ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ
Presidente Titular



ING. ALEJANDRO GONZALO PIZARRO PEREZ
Primer Miembro



ING CARLOS RICARDO VARGAS CARRERA
Segundo Miembro

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

TEM N° 01(PAQUETE): ¿IOARR 2596379: ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICO PARA HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿

BASES INTEGRADAS		POSTOR : CONSORCIO FRAJMAC EIRL - SAINT INDUSTRY EIRL
A.	ADMISIÓN DE OFERTA	
Documentación de presentación obligatoria		
Documentos para la admisión de la oferta		
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SI CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE
e)	SUTENTO DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS	
EQUIPO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR		
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
A01	MODELO HORIZONTAL	SI CUMPLE
A02	LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA INTERIOR MAYOR O IGUAL A 50 LT	SI CUMPLE
A03	CÁMARA Y PUERTA CONSTRUIDOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O AISI 316 O SUPERIOR	SI CUMPLE
A04	EQUIPO AUTÓNOMO (NO REQUIERE CONEXIONES DE AGUA, NI DESAGÜE)	SI CUMPLE
A05	CON BOMBA DE VACÍO	SI CUMPLE
A06	MECANISMO O MEDIO PARA EL DRENAJE DEL AGUA, PARA PERMITIR LA LIMPIEZA Y CAMBIO DE AGUA DEL RESERVORIO DE AGUA.	SI CUMPLE
A07	PANTALLA DIGITAL DE VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, FASES DE PROCESOS, ALARMAS U OTROS.	SI CUMPLE
A08	SOFTWARE ÍNTEGRAMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL	SI CUMPLE
A09	POTENCIA DE CONSUMO DEL EQUIPO NO MAYOR A 3KW	SI CUMPLE
A10	EQUIPO CON CERTIFICACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN: ASME U OTRA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EQUIVALENTE.	SI CUMPLE
A11	MANÓMETRO ANALÓGICO O DIGITAL INDICADOR DE LA PRESIÓN INTERIOR DE LA CÁMARA	SI CUMPLE
SISTEMA DE SEGURIDAD		
A12	SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE LA PUERTA CON CÁMARA A PRESIÓN	SI CUMPLE
A13	PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CALENTAMIENTO DE LA CÁMARA	SI CUMPLE
A14	VÁLVULA DE SEGURIDAD CONTRA SOBRE PRESIÓN DE LA CÁMARA	SI CUMPLE
A15	PUERTA DE CIERRE SEGURO Y HERMÉTICO PROVISTA DE AISLAMIENTO TÉRMICO	SI CUMPLE
A16	CON UNO (01) O DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA PT 100	NO ACREDITA EL TIPO DE SENSOR PT100
CONTROL		
A17	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR	SI CUMPLE
A18	DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO	SI CUMPLE
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN		
A19	TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN: 121 °C Y 132 O 34°C	SI CUMPLE
A20	CINCO (05) PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN PRE DETERMINADOS COMO MÍNIMO	SI CUMPLE
A21	CON PROGRAMA DE PRUEBA DE BOVIE & DICK	SI CUMPLE
A22	UN PROGRAMA CON PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN TIEMPO Y TEMPERATURA AJUSTABLES POR EL USUARIO	SI CUMPLE
A23	CON FASE DE SECADO	SI CUMPLE
PANEL DIGITAL DE VISUALIZACIÓN E INDICADORES		
A24	PRESIÓN EN LA CARA EN LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN Y /O MANÓMETRO	SI CUMPLE
A25	TEMPERATURA DE LA CÁMARA EN LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN	SI CUMPLE
A26	BAJO NIVEL DE AGUA	SI CUMPLE
A27	FASE DEL PROCESO	SI CUMPLE
A28	PUERTA ABIERTA	SI CUMPLE
A29	ALARMA DE FALLA Y CÓDIGO DE ERROR DE FALLA	SI CUMPLE
A30	FIN DE PROCESO	SI CUMPLE
COMPONENTES		
B01	IMPRESORA INCORPORADA PARA REGISTRO DEL PROCESO	SI CUMPLE
B02	CON INTERRUPTOR GENERAL DE ENCENDIDO / APAGADO	SI CUMPLE
SE DEBERA CONSIGNAR LA MARCA, MODELO, FABRICACION Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES OFERTADOS		
EQUIPO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 150L		
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
A01	EQUIPO ESTILIZADOR AUTO SOPORTADO, DISPUESTO DE MANERA VERTICAL, QUE PERMITA REGULAR NIVEL HORIZONTAL DE BASE	SI CUMPLE
A02	CAPACIDAD DE LA CÁMARA INTERIOR COMPRENDIDA EN UN RANGO DE 145 L A 150L	SI CUMPLE
A03	CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 O AISI 316 O SUPERIOR	SI CUMPLE
A04	PANTALLA DIGITAL EN IDIOMA ESPAÑOL PARA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO	SI CUMPLE
A05	PUERTO USB PARA REGISTRO DE DATOS	SI CUMPLE
A06	PUERTO RS 232 PARA IMPRESIÓN DE PARÁMETROS POR ORDENADOR.	SI CUMPLE
A07	EQUIPO AUTÓNOMO, NO REQUIERE DE CALDERO EXTERNO NI CONEXIONES DE AGUA	SI CUMPLE
A08	PROVISTO DE DRENAJE, PARA PERMITIR ELIMINACIÓN DE AGUA RESIDUAL	SI CUMPLE
A09	PUERTA DE CIERRE SEGURO Y HERMÉTICO PROVISTA DE AISLAMIENTO TÉRMICO	SI CUMPLE
A10	POTENCIA DE CONSUMO DEL EQUIPO, NO MAYOR A 7.5 KW	SI CUMPLE
A11	EQUIPO CON CERTIFICACIÓN DE RECIPIENTE A PRESIÓN: ASME U OTRA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EQUIVALENTE Y CERTIFICACIÓN CALIDAD: ISO9001:2008 O ISO9001:2015 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	NO ACREDITA CERTIFICACION INTERNACIONAL EQUIVALENTE A ASME
A12	MANÓMETRO ANALÓGICO O DIGITAL INDICADOR DE LA PRESIÓN INTERIOR DE LA CÁMARA	SI CUMPLE
A13	CON BOMBA DE VACÍO: CICLO DE PRE Y POST VACÍO	SI CUMPLE
CONTROL		
A14	PANEL DE CONTROL UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO, CON INTERRUPTOR GENERAL DE ENCENDIDO	SI CUMPLE
A15	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR	SI CUMPLE
A16	CON CÓDIGO PARA ACCEDER A LA PROGRAMACION	SI CUMPLE
A17	CON DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO O AUTO AJUSTE	SI CUMPLE
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN		

A18	TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DESDE 105 °C HASTA 134 °C	SI CUMPLE
A19	NUEVE (09) PROGRAMAS COMO MÍNIMO DE ESTERILIZACIÓN PREDETERMINADOS Y/O CONFIGURABLES POR EL USUARIO	SI CUMPLE
A20	CON PROGRAMA DE PRUEBA DE BOVIE & DICK	SI CUMPLE
A21	VISUALIZACIÓN DE FASES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	SI CUMPLE
A22	FIN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	SI CUMPLE
A23	TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN DE 3 HASTA 59 MINUTOS O RANGO MAYOR	SI CUMPLE
A24	TIEMPO DE SECADO DE 20 A 60 MINUTOS O RANGO MAYOR	SI CUMPLE
SE DEBERA CONSIGNAR LA MARCA, MODELO, FABRICACION Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES OFERTADOS		SI CUMPLE
EQUIPO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 50L		
A	CARACTERISTICAS GENERALES	
A01	EQUIPO ESTERILIZADOR AUTOSOPORTADO, DISPUESTO DE MANERA VERTICAL, QUE PERMITA REGULAR NIVEL HORIZONTAL DE LA BASE.	SI CUMPLE
A02	CAPACIDAD DE LA CAMARA INTERIOR COMPRENDIDA EN UN RANGO DE 45L A 50L.	SI CUMPLE
A03	CAMARA DE ESTERILIZACION, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 O AISI 316 O SUPERIOR.	SI CUMPLE
A04	PANTALLA DIGITAL EN IDIOMA ESPAÑOL PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS Y REPRESENTACION GRAFICA DEL PROCESO.	SI CUMPLE
A05	PUERTO USB PARA REGISTRO DE DATOS	SI CUMPLE
A06	PUERTO RS232 O TECNOLOGIA INALAMBRICA, PARA IMPRESION DE PARAMETROS POR ORDENADOR.	SI CUMPLE
A07	EQUIPO AUTONOMO, NO REQUIERE DE CALDERO EXTERNO NI CONEXIONES DE AGUA.	SI CUMPLE
A08	PROVISTO DE DRENAJE, PARA PERMITIR ELIMINACION DE AGUA RESIDUAL.	SI CUMPLE
A09	PUERTA DE CIERRE SEGURO Y HERMETICO, PROVISTA DE AISLAMIENTO TERMICO.	SI CUMPLE
A10	POTENCIA DE CONSUMO DEL EQUIPO, NO MAYOR A 3KW.	SI CUMPLE
A11	EQUIPO CON CERTIFICACION DE RECIPIENTES A PRESION: ASME U OTRA CERTIFICACION INTERNACIONAL EQUIVALENTE Y CERTIFICACION DE CALIDAD: ISO 9001:2008 SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD.	NO ACREDITA CERTIFICACION INTERNACIONAL EQUIVALENTE A ASME
A12	MANOMETRO ANALOGICO O DIGITAL INDICADOR DE LA PRESION INTERIOR DE LA CAMARA.	SI CUMPLE
A13	CON BOMBA DE VACIO: CICLOS DE PRE Y POST VACIO.	SI CUMPLE
CONTROL		
A14	PANEL DE CONTROL UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO, CON INTERRUPTOR GENERAL DE ENCENDIDO.	SI CUMPLE
A15	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR.	SI CUMPLE
A16	CON CODIGO PARA ACCEDER ALA PROGRAMACION	SI CUMPLE
A17	CON DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO O AUTO AJUSTE	SI CUMPLE
PROCEDO DE ESTERILIZACION		
A18	TEMPERATURAS DE ESTERILIZACION DESDE 105° C HASTA 134 ° C.	SI CUMPLE
A19	NUEVE (09) PROGRAMAS COMO MINIMO DE ESTERILIZACION PREDETERMINADOS Y/O CONFIGURABLES POR EL USUARIO.	SI CUMPLE
A20	CON PROGRAMA DE PRUEBA DE BOVIE Y DICK.	SI CUMPLE
A21	VISUALIZACION DE FASES DE PROCESO DE ESTERILIZACION.	SI CUMPLE
A22	FIN DEL PROCESO DE ESTERILIZACION	SI CUMPLE
A23	TIEMPO DE ESTERILIZACION DE 3 HASTA 59 MINUTOS O RANGO MAYOR	SI CUMPLE
A24	TIEMPO DE SECADO DE 20 A 60 MINUTOS O RANGO MAYOR.	SI CUMPLE
PANEL DE VISUALIZACION E INDICADORES		
A25	PRESION EN LA CAMARA EN LA PANTALLA DE VISUALIZACION Y/O MANOMETRO	SI CUMPLE
A26	TEMPERATURA DE LA CAMARA EN LA PANTALLA DE VISUALIZACION	SI CUMPLE
A27	BAJO NIVEL DE AGUA	SI CUMPLE
A28	FASE DEL PROCESO	SI CUMPLE
A29	PUERTA ABIERTA	SI CUMPLE
A30	ALARMA DE FALLA Y CODIGO DE ERROR DE FALLA	SI CUMPLE
A31	FIN DEL PROCESO	SI CUMPLE
SEGURIDAD Y ALARMAS		
A32	CON SISTEMA DE SEGURIDAD O BLOQUEO, PARA EVITAR QUE LA PUERTA DE LA AUTOCLAVE SE ABRA DURANTE EL PROCESO, O CUANDO SE ENCUENTRA PRESURIZADA.	SI CUMPLE
A33	DISPOSITIVO DE PROTECCION DE APERTURA DE PUERTA POR SOBREPRESION	SI CUMPLE
A34	SISTEMA DETECTOR DE NIVEL DE AGUA CON ALARMA AUDIO VISUAL, CON APAGADO AUTOMATICO, PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL ELEMENTO CALEFACTOR.	SI CUMPLE
A35	ALARMA DE FALLA Y CODIGO DE ERROR DE FALLA	SI CUMPLE
A36	RECONOCIMIENTO DE PUERTA ABIERTA O MAL CERRADA	SI CUMPLE
A37	VALVULA DE SEGURIDAD O PRESOSTATO CONTRA LA SOBREPRESION DEL CALDERO Y/O CAMARA DE ESTERILIZACION	SI CUMPLE
B	COMPONENTES	
B01	IMPRESORA INCORPORADA O EXTERNA PARA REGISTRO DEL PROCESO.	SI CUMPLE
B02	DOS (02) CESTOS O CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO MALLA	SI CUMPLE
B03	DOS (02) CONTENEDORES	SI CUMPLE
B04	DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA.	SI CUMPLE
B05	MANGUERA EXTERNA PARA DRENAJE DE AGUA RESIDUAL	SI CUMPLE
SE DEBERA CONSIGNAR LA MARCA, MODELO, FABRICACION Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES OFERTADOS		SI CUMPLE
Además, presentaran la siguiente documentación:		
a)	<ul style="list-style-type: none"> Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus componentes a nombre del Postor o terceros, segun la nORMATIVA vigente de la Digemid no aceptando un sumario de varios para cumplir con las características del bien ofertado; los periféricos y accesorios deberán demostrar que no requieren Registro Sanitario de acuerdo con la lista de Productos de clasificación de insumos; para el caso de los bienes que no lo requieren, se deberá adjuntar la DECLARACION jurada de materiales y Equipos que no estan sujetos a Reregistros Sanitario (Anexo N10 de los parametros) Declaración jurada de servicio de Post-Venta para acreditar el punto 6 de las ET. Declaración jurada de Garantía Comercial para acreditar el punto D01 de las ET. y el punto 8 de los parametros (CON UN PERIODO NO MENOR A TRES(03) AÑOS SEGÚN ET) 	SI CUMPLE
b)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE
c)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	NO APLICA
d)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	S/. 399,000.00
CUMPLE DOCUMENTOS DE ADMISION DE OFERTAS		NO CUMPLE DOCUMENTOS MINIMOS PARA ADMISION DE OFERTA
B	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	

B.01	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,012,500.00 (Un millón doce mil quinientos con 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo 1 tener la condición de micro y pequeña empresa se acredita una experiencia de S/ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: ESTERILIZADORES EN GENERAL, EQUIPOS MEDICOS UTILIZADOS EN CENTRAL DE ESTERILIZACION, EQUIPO MEDICOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO</p>	NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION
C.01	<p>C FACTOR DE EVALUACIÓN</p> <p>PRECIO</p> <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p>i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>	NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION




ITEM 02: CENTRIFUGA DE 24 TUBOS		BASES INTEGRADAS		POSTOR : BIOMEDICAL CARE SYSTEMS SAC	POSTOR : CESPI PERU SAC	POSTOR : DIAGNOSTICA PERUANA SAC
A.		ADMISIÓN DE OFERTA				
		Documentación de presentación obligatoria				
		Documentos para la admisión de la oferta				
A.		ADMISIÓN DE OFERTA				
		Documentación de presentación obligatoria				
		Documentos para la admisión de la oferta				
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.					
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
e)	SUTENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
EQUIPO: CENTRIFUGA PARA TUBOS						
CARACTERÍSTICAS GENERALES						
A.		SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A01	DE MESA, CAPACIDAD PARA 24 O MAS TUBOS					
A02	CARACA METÁLICA CON RECURRIMIENTO EPOXÍDO O DE ACERO INOXIDABLE O SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DE CADA FABRICANTE	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A03	SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A04	VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTOR COMPRENDIDO HASTA 5000 RPM O MAS	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A05	MOTOR DE INDUCCIÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A06	PANEL DE CONTROL DIGITAL, PANTALLA TOUCH SCREEN TÁCTIL O PANTALLA TOUCH TECLADO	NO CUMPLE, OFERTA PERILLAS Y TECLAS DE TOQUE EN EL PANEL DE CONTROL		NO CUMPLE, OFERTA PANTALLA DIGITAL CON BOTONES TIPO MEMBRANA		SI CUMPLE
A07	PANEL DE CONTROL CON LECTURA DIGITAL DE TIEMPO Y VELOCIDAD RPM/RCF	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A08	CÁMARA DE CENTRIFUGADO DE ACERO INOXIDABLE O MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A09	PANEL DE CONTROL A PRUEBA DE DERRAMES	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A10	HASTA 5 O MÁS MODALIDADES DE PROGRAMACIÓN	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A11	RANGO DE VELOCIDAD :500 O MENOS RPM O MAS HASTA 6000 RPM O MAS, CON PASOS DE 100 RPM O MENOS	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A12	PRESELECCIÓN DE TIEMPO DESDE 30 SEGUNDOS O MENOS HASTA 99 MINUTOS MAS PASOS DE 10 SEG O MENOS	NO ACREDITA CUMPLIR " PASOS DE 10 SEGUNDOS"		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A13	PRESELECCIÓN DE 3 O MÁS, RAMPAS DE RANGOS DE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A14	DISPOSITIVOS MANUALES DE APERTURA DE LA TAPA EN CASO DE EMERGENCIA	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A15	SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRIFUGA CÓDIGO DE ERROR	NO CUMPLE, EL POSTOR OFERTA "MENSAJE DE ERROR"		NO CUMPLE, OFERTA "MENSAJE DE EMERGENCIA"		SI CUMPLE
A16	CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE PUERTA ABIERTA	SI CUMPLE		NO ACREDITAR "INDICADOR DE PUERTA ABIERTA"		SI CUMPLE
A17	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON SENSOR DE EXCESO D VELOCIDAD	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A18	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON SENSOR DE SOBRE CALENTAMIENTO DEL MOTOR	NO ACREDITA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A19	SEGURO ELÉCTRICO PAR APERTURA DE TAPA	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
A20	NIVEL DE RUIDO MENOR DE 65 DB, MÁXIMA VELOCIDAD	SI CUMPLE		NO ACREDITA " A MÁXIMA VELOCIDAD"		SI CUMPLE
COMPONENTES						
B		SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
B01	UN (01) ROTOR OSCILANTE ANTE O BASCULANTE CON CONTENEDORES Y SISTEMA DE SEGURIDAD	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
B02	VENTICUATRO (24) O MAS ADAPTADORES DE UNA POSICIÓN PARA TUBOS DE 12.5 X75 O 13X 75	NO CUMPLE, OFERTA 13X105		SI CUMPLE		SI CUMPLE
B03	VENTICUATRO (24) O MAS ADAPTADORES DE UNA POSICIÓN PARA TUBOS DE 12X100MM	no cumple, OFERTA 12.5X100		SI CUMPLE		NO CUMPLE, oferta 13x100mm
B04	VENTICUATRO (24) O MAS ADAPTADORES DE UNA POSICIÓN PARA TUBOS DE16X100MM	NO CUMPLE OFERTA 16.5X105MM		SI CUMPLE		SI CUMPLE
B05	TRES (03) GRADILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE ALOJAR 10 O MAS TUBOS D ENSAYO	SI CUMPLE		NO ACREDITA PRESENTARLO EN SU OFERTA		SI CUMPLE
B06	UNA (01) FUNDA DE PROTECCIÓN	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE
SE DEBERA CONSIGNAR LA MARCA, MODELO, FABRICACION Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES OFERTADOS						
Además, presentaran la siguiente documentación:						
a)	<ul style="list-style-type: none">• Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus componentes a nombre del Postor o terceros, según la normativa vigente de la Digidat no aceptando un sumario de varios para cumplir con las características del bien ofertado; los periféricos y accesorios deberán demostrar que no requieren Registro Sanitario de acuerdo con la lista de Productos de clasificación de Insumos, para el caso de los bienes que no lo requieren, se deberá adjuntar la DECLARACIÓN jurada de materiales y Equipos que no están sujetos a Registros Sanitarios (Anexo N10 de los parámetros)• Declaración jurada de servicio de Post-Venta para acreditar el punto 6 de las ET.• Declaración jurada de Garantía Comercial para acreditar el punto 001 de las ET. y el punto 8 de los parámetros (CON UN PERIODO NO MENOR A TRES(03) AÑOS SEGÚN ET)			NO CUMPLE, NO ADJUNTA ANEXO 10		SI CUMPLE

b)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		NO CUMPLE, NO SEPARA EL PLAZO DESAGREGADO DE ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SI CUMPLE	
c)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).		no aplica	no aplica	
d)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	57990	52580	66700	
CUMPLE DOCUMENTOS DE ADMISION DE OFERTAS					
B	REQUISITOS DE CALIFICACION				
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
B.01	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 126,416.67 (Ciento veinte y seis Mil cuatrocientos Dieciséis con 67/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo 1 tener la condición de micro y pequeña empresa se acredita una experiencia de S/ 15,000.00 (Quince Mil y 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares.</p>				
C	Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos utilizados en el Servicio de Laboratorio clínico				
	FACTOR DE EVALUACION				
	PRECIO				
C.01	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $PI = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p>Oi = Oferta PI = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>				
		NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION	NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION	NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION	
		NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION	NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION	NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION	