

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/VO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, observamos que para el SUB ITEM N°3 AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 21mm" X 100 UND existe un error con respecto a la descripción del producto en referencia a la pulgada 21 mm", y que en realidad hace referencia a la medida de 1". Por lo que y con el fin de evitar incongruencias, solicitamos se modifique la descripción del SUB ITEM, quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°3 AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1"

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** IV      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano no acoge su consulta, ya que dicho producto si existe en el mercado, motivo por el cual deberá ceñirse de los solicitado en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que se realice una corrección para el SUB ITEM N°6 CINTRA MATRIZ CELULOIDE DE 0.05 X 10 ML SOBRE X 50 UND. Con respecto a la medida en "ML", el cual debe de ser "MM". Por lo que, solicitamos a la Entidad realizar la corrección para ese producto quedando de la siguiente manera:

- CINTRA MATRIZ CELULOIDE DE 0.05 X 10 MM SOBRE X 50 UND

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano acoge su consulta, por haber consignado con error la medida:

Debe decir:

- CINTRA MATRIZ CELULOIDE DE 0.05 X 10 MM SOBRE X 50 UND

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá en las bases integradas

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/VO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos se amplíe el volumen solicitado para el SUB ITEM N°8 EUGENOL LIQUIDO X 20 ML. Aceptando también la presentación en 15 ML. Con el fin de tener una maor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano no acoge su consulta, ya que dicho producto si existe en el mercado, motivo por el cual deberá ceñirse de los solicitado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores del Comité, para el SUB ITEM N°17 IONÓMERO DE VIDRIO CEMENTACIÓN POLVO/LIQUIDO 15 GR/ 6 ML, solicitamos acepte también la presentación de 8 ML, quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°17 IONÓMERO DE VIDRIO CEMENTACIÓN POLVO/LIQUIDO 15 GR/6 A 8 ML

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano acoge en parte su consulta, puesto que la presentación es la más comercial en el mercado y para mayor pluralidad de postores se ampliará la presentación del mencionado producto e incluirá en la formulación de las bases, quedando de la siguiente manera:

IONÓMERO DE VIDRIO CEMENTACIÓN POLVO/LIQUIDO 15 GR/6 ML A 8 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ampliará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Señores del Comité, para el SUB ITEM N°19 IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURACIÓN POLVO/LIQUIDO ¿ 5 GR/3 ML, solicitamos acepte también la presentación de 2.5 a 2.6 ML, quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°19 IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURACIÓN POLVO/LIQUIDO ¿ 5 GR/3 ML o 2.5 ML a 2.6 ML

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano acoge su consulta, por lo que se ampliara la medida para mayor pluralidad de postores:

Debe decir:

SUB ITEM N° 19  
IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURACIÓN POLVO/LIQUIDO 5 GR/ 3 ML ó 3GR/2.6 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ampliará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores del Comité, para el SUB ITEM N°26 RESINA FILTEK Z-250, informamos que dicho producto no se encuentra actualmente disponible en el mercado. Por lo que, se solicita a la Entidad aceptar la siguiente alternativa:

- 4 JERINGAS X 3 GR (A1 A2 A3 B2) + ADHESIVO SINGLE BOND X 6 GR + 60 PINCELES + PORTA PINCEL + PORTA RESINA

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara su consulta, ya que dicho producto si existe en el mercado, sin embargo, se precisará lo siguiente:

SUB ITEM N°26 RESINA UNIVERSAL TIPO FILTEK Z-250

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del Comité, para el SUB ITEM N°27 RESINA FOTOCURADO FILTEK Z350 XT DE 4 JERINGAS 4G C/U ADHESIVO ADPER SINGLER BOND 6G + DESMINERALIZANTE JERINGA 9 ML, informamos que dicho producto no se encuentra actualmente disponible en el mercado. Por lo que, se solicita a la Entidad aceptar la siguiente alternativa:

- 4 JERINGA (A1, A2, A3, B2) + SINGLE BOND 6 GR + ACIDO GRABADOR ORTOFOSFORICO 3 X 3GR + 60 MICROBROCHAS + 1 PORTA ESCOBILLA + 1 DISPENSADOR DE RESINA

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara su consulta, ya que dicho producto si existe en el mercado, sin embargo, se precisará lo siguiente:

SUB ITEM N°27 RESINA FOTOCURADO TIPO FILTEK Z350 XT DE 4 JERINGAS 4G C/U ADHESIVO ADPER SINGLER BOND 6G + DESMINERALIZANTE JERINGA 9 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que en el SUB ITEM N°36 PRUEBA RÁPIDA DE MALARIA X 25 DETER, existe una contradicción en lo indicado en la descripción del producto con la información detallada en las eett. En la descripción del producto se indica que piden una prueba x 25 determinaciones y en las eett piden x 50 determinaciones. Por lo que y con el fin de evitar incongruencias. Solicitamos a la Entidad modificar la descripción en las eett, quedando de la siguiente manera:

- Forma de presentación: x 25 determinaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano acoge su consulta, por haber consignado con error la presentación, el cual se modificará de la siguiente forma:

Debe decir:

Forma de presentación: x 25 determinaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en la integración de las bases



Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**  
Señores del Comité, solicitamos aclare que EQUIPO utiliza la Entidad para el SUB ITEM N°39 PRUEBA RÁPIDA PARA HBSAG X 30 DETER.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** IV      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Este órgano aclara la consulta, el tipo de prueba rápida solicitada no requiere de ningún tipo de equipo para ser procesada, La prueba rápida HBsAg es un inmunoensayo cromatográfico que detecta la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) en sangre, suero o plasma y el MÉTODO de procesar la muestra es: Dispensar la sangre en el área del espécimen del casete de prueba.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que en las EETT del SUB ITEM N°41 REACTIVO PARA AMILASA X 60 CC x 120ML, piden la METODOLOGÍA: MÉTODO ENZIMÁTICO. Ante ello, solicitamos a la Entidad aceptar también el MÉTODO CINÉTICO. Pues para dicho reactivo no corresponde el METODO ENZIMATICO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, y se considerará como metodología el Método cinético

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Señores del Comité, para el SUB ITEM N°42 REACTIVO PARA BILIRRUBINA DIRECTA Y TOTAL X 250 DET (MÉTODO CINÉTICO O CON ESTÁNDAR). Aclaramos que dichos productos son diferentes, por lo que solicitamos modificar la descripción del producto, quedando de la siguiente manera:

- REACTIVO PARA BILIRRUBINA DIRECTA X 250 DET
- REACTIVO PARA BILIRRUBINA TOTAL X 250 DET (MÉTODO CINÉTICO O CON ESTÁNDAR)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara su consulta se está solicitando de manera conjunta los dos tipos de reactivos de bilirrubina por esa razón se pone las condiciones método cinético o con estándar por lo que se deberá considerar según le corresponda a cada uno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Señores del Comité, para el SUB ITEM N°56 REACTIVO PARATHEVENON EN HECES, solicitamos aclarar si contiene PIRAMIDON, ACIDO ACETICO 50% Y PERÓXIDO DE HIDROGENO.

Acápiteme de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara su consulta, en dicho reactivo debe contener (Ácido Acético Piramidón, peróxido de hidrogeno)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Señores del Comité, para el SUB ITEM N°59 SET P/AGLUTINACIONES TÍFICA, PARATIF Y BRUCELLA. Solicitamos se modifique las EETT en relación al EL KIT CONTIENE: PARATIFICO A, PARATIFICO B, TIFICO H, TIFICO O Y BRUCELLA ABORTUS) X 5 ML. Dado que están solicitando 4 Frascos, cuando en realidad se trataría 5 FRASCOS YA QUE SOLICITAN QUE CONTENGA PARATIFICO A, PARATIFICO B, TIFICO H, TIFICO O Y BRUCELLA ABORTUS X 5 ML. Por lo que y con el fin de evitar incongruencias, solicitamos se modifique dicha observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, por lo que es correcta su apreciación, el cual se corregirá de la forma siguiente:

DEBE DECIR:

Descripción: AGLUTINACIÓN PARATÍFICO (A, B, H, O) X 5 ML X 5 FRASCOS  
KIT DE ANTIGENOS FEBRILES (A, B, H, O, BRUCELLAS) X 5 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá en la integración de ls bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/VO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que el SUB ITEM N°61 TUBO AL VACIO C/GEL SEPARADOR SIN ANTICUAGULANTE X 100 UND TAPA AMARILLA. Las EETT estarían siendo dirigidas hacia una determinada marca en el mercado, pues Dice: \*Las paredes externas deberán permitir la adherencia firmemente de la etiqueta de código de barras, y más abajo dice: Observación: \*El material de procedencia "China" no cumple con dichas condiciones. Esto limita la venta de productos de procedencia China, eso no permite que otros postores presenten su producto. Por lo que se solicita se suprima el material de procedencia "China".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, y se suprimirá el párrafo de la parte de:

Observación: El material de Procedencia ¿China¿ no cumple con dichas condiciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos para los SUB ITEMS 61, 63 y 64, existe un error. pues en ambos especifican que viene con "gel separador, sin anticoagulante, con activador de coagulación". Por lo que, solicitamos a la Entidad aclare cual sera el contenido correspondiente a cada Sub Item y suprimir el contenido que no corresponde.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta, y se aclara en los siguientes tubos al vacío:

SUB ITEM N° 61:  
Características: Tubo de Plástico de 13 mm de diámetro por 100 mm de Longitud de 5 a 6 ml. de capacidad, con gel separador, sin anticoagulante, con tapa hermética perforable, (¿)

SUB ITEM N° 62:  
Tubo al Vacío 3.6ml X 100 UU (Tapa Celeste con Citrato de Sodio) Activador Anticoagulante.

Tubo Plástico para extracción de sangre, transparente y limpio, etiquetado adecuadamente, sin cubrir el Tubo en su totalidad Paquete X 100 Und

SUB ITEM N° 63:  
Características: Tubo de Plástico de 13 mm de diámetro por 75 mm de Longitud de 3 ml. de capacidad, con Activador de Coagulación, con tapa hermética perforable, (¿)

SUB ITEM N° 64:  
Características: Tubo de Plástico de 13 mm de diámetro por 100 mm de Longitud de 5 a 6 ml. de capacidad, sin aditivos.  
Este Órgano en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, por lo que es correcta su apreciación, el cual se corregirá los productos como No estériles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°74 Y 75, observamos que piden lo siguiente:

Características: Empaque individual con propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.

Ante ello, solicitamos a al Entidad suprimir la característica de "esterilidad", pues ambos productos son NO ESTÉRILES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, por lo que es correcta su apreciación, el cual se corregirá los productos como No estériles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá en la integración de las bases.



Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°76 BAJALENGUAS (DEPRESORES DE MADERA) X 100 UU, referente al Material: Madera con bordes circulares, solicitamos también acepte que el producto cuente CON BORDES EXTERNOS REDONDOS. Con el fin de no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano no acoge su consulta, ya que dicho producto si existe en el mercado, motivo por el cual deberá ceñirse de los solicitado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°77 CABESTRILLO. Solicitamos se agregue las siguiente características:

- Longitud del Antebrazo (39-42 cm)
- Color: Azul o Negro

Con el fin de evitar incongruencias y asegurar el cumplimiento de las especificaciones del producto de acuerdo a lo requerido por la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara la consulta realizada por el participante, que las medidas deberán ser según la medida equivalente a la talla L de acuerdo a la marca a ofertar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de la bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto a los SUB ITEMS N°78 y 79. No se especifica el material correspondiente al EMPAQUE DOBLE de los CAMPOS QUIRÚRGICOS. Por lo que, y para asegurar el cumplimiento de las EETT del producto, sin caer en incongruencias. Solicitamos se agregue las siguientes características en relación al EMPAQUE:

- Doble envase individual:
- Externo: Sobre de papel grado medico
- Interno: Bolsa de Polietileno

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano acoge su consulta, por lo que se adicionara características en su empaque, y se considerara de la siguiente forma:

- Debe decir:
- EMPAQUE:
- ¿ Doble envase individual
  - ¿ Externo: Sobre de papel grado medico
  - ¿ Interno: Bolsa de Polietileno
  - ¿ Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
  - ¿ Peel open
  - ¿ Exento de partículas extrañas, Echabas y aristas cortantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ampliará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto a los SUB ITEMS 81, 82 y 83. Solicitamos acepte que los catéteres puedan ser de material de POLURETANO O TEFLON O FEP. Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano no acoge su consulta, ya que dicho producto si existe en el mercado, motivo por el cual deberá ceñirse de los solicitado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°84 CONTENEDOR PARA ELIMINACIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO CONTAMINADO PUNZO CORTANTE (RECIPIENTE DE CARTON PARA RESIDUOS PUNZO CORTANTES) 7 LITROS A MAS, no se están aclarando ciertas características fundamentales para su validación. Por lo que, solicitamos a la entidad, agregar las siguientes características para asegurar la calidad del producto:

- Empaque: BOLSA X 5 UND / CAJON X 50 UND
- Bolsa de polietileno para la parte interna con espesor de 60 ¿ 120 micrones que cumple con la norma de bioseguridad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara la consulta realizada por el participante, La presentación del empaque deberán ser de acuerdo a la marca a ofertar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisara en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°87 ESPARADRAPO HIPOALERGENICO IMPERMEABLE (TELA) X 6 CORTES, observamos que existe un error con respecto a la siguiente característica:

DIMENSIONES:

- Caja x 6 cortes x 30 cm. 1-4", 1-3", 2-2", 1-1"

Dichas dimensiones no existen para la presentación de 6 cortes, por lo que, solicitamos suprimir dicha característica, agregando la correcta:

DIMENSIONES:

- Caja x 6 cortes. 50 mm x 9.2 m

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta en parte y se considerara de la siguiente forma:

Debe decir:

DIMENSIONES:

Caja x 6 cortes. 5 cm x 9.1 m

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°88 GASA QUIRÚRGICA ABSORBENTE 10 X 10 CM, solicitamos aclarar si la cantidad por sobre será de 5 unidades y si la cantidad de pliegues será de 16. Con el fin de evitar incongruencias al momento de presentar la oferta de parte de los postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara su consulta, por lo que es correcta su apreciación, por lo que deberá presentar en sobre de 5 unidades, de 16 pliegues.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°90 GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL N° 7 ½ (PAR). Solicitamos se amplíe el rango de Espesor de látex de 0.20 a 0.30 mm, a 0.18 a 0.30 mm. Con el fin de no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: IV      **Página:** 90

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta y se considerara de la siguiente forma:

Espesor de látex de 0.18 a 0.30 mm,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en la integración de las bases.



Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°97 LOCIÓN ACARICIDA 25% X 60 ml. Solicitamos AMPLIAR EL PORCENTAJE DEL COMPONENTE DE 25 % A 30%. Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano no acoge su consulta, ya que dicho producto si existe en el mercado, motivo por el cual deberá ceñirse de los solicitado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°98 SABANAS DESCARTABLE ESTERIL, observamos que no se están especificaciones características fundamentales para asegurar la calidad del producto. Por lo que, solicitamos a la Entidad agregar las siguientes características:

- CON ADHESIVO
- TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO SMS
- DOBLE ENVASE INDIVIDUAL:
- EXTERNO SOBRE DE PAPEL GRADO MEDICO
- INTERNO BOLSA DE POLIETILENO

Con el fin de asegurar la calidad de fabricación del producto.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara la consulta realizada por el participante, en vista que en el mercado existen pluralidad de marcas, tipos y modelos, dicho producto se solicita de acuerdo a las EETT determinadas por el área usuaria con lo que las características adicionales serán de acuerdo a la marca a ofertar siempre y cuando aseguren el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto a los SUB ITEMS 102 y 103, observamos que piden que el empaque sea en sobre de papel que contiene 1 unidad, cabe aclarar que las vendas de yeso se comercializan en en bolsa de plástico individual. Por lo que, solicitamos a la entidad modificar dicho empaque, aceptando que los productos vengan en Bolsa de plástico x 01 unidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario, es correcta su apreciación y se modificara el papel por bolsa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que para el caso de los productos que no requieran de R.S. no sea obligatorio la presentación del Certificado BPM, al no estar regulado por el mismo. Dicha exclusión sera sustentado mediante la presentación del LISTADO DIGEMID y/o CONSULTA DIGEMID donde figure que el producto mencionado no cuenta con R.S.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara la consulta formulada por el participante que, en vista de ser un documento que avala los procedimientos y controles que se aplican en la elaboración de los productos, a fin de garantizar su calidad e inocuidad no puede ser excluido sin embargo será solicitado para la suscripción de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:58

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que para los productos que no cuenten con R.S. no sea obligatoria la presentación del PROTOCOLO O CERTIFICADO DE ANALISIS, dado que muchos productos que no cuentan con R.S. no suelen contar con protocolo. Por lo que, Y como sustentación de dicho requisito, se acepte la presentación de: Ficha Técnica, Informe Técnico Catalogo, Folleteria y/o Análisis Técnico que pueda corroborar el cumplimiento de las EETT solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara la consulta formulada por el participante, que en vista de ser un documento que garantiza que el análisis para identificar que las medidas de seguridad adoptadas usada en los procesos son efectivas y confiables sin embargo será solicitado para la suscripción de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:51:06

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**  
Señores del Comité, solicitamos que para el SUB ITEM N°80 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, especifique si requiere que sea Adulto, Pediátrico o Neonatal.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** IV      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Este Órgano aclara su consulta, en las bases se especifica claramente que son para adultos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:56:12

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos se aclare si el contenido es el correcto para cada uno de los Sub Items:

- SUB ITEM N°61: Gel separador (Tubo amarillo)
- SUB ITEM N°62: Citrato de Sodio (Tubo celeste)
- SUB ITEM N°63: EDTA (Tubo Lila)
- SUB ITEM N°64: Sin Aditivo (Tubo rojo)

Con el fin de evitar incongruencias con lo indicado en las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta, y se aclara en los siguientes tubos al vacío:

SUB ITEM N° 61:  
Características: Tubo de Plástico de 13 mm de diámetro por 100 mm de Longitud de 5 a 6 ml. de capacidad, con gel separador, sin anticoagulante, con tapa hermética perforable,(¿)

SUB ITEM N° 62:  
Tubo al Vacío 3.6ml X 100 UU (Tapa Celeste con Citrato de Sodio) Activador Anticoagulante.

Tubo Plástico para extracción de sangre, transparente y limpio, etiquetado adecuadamente, sin cubrir el Tubo en su totalidad Paquete X 100 Und

SUB ITEM N° 63:  
Características: Tubo de Plástico de 13 mm de diámetro por 75 mm de Longitud de 3 ml. de capacidad, con Activador de Coagulación, con tapa hermética perforable, (¿)

SUB ITEM N°64:  
Características: Tubo de Plástico de 13 mm de diámetro por 100 mm de Longitud de 5 a 6 ml. de capacidad, sin aditivo, que no tienda a formar aerosoles al abrirlo, (¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:17:30

**Observación: Nro. 32**

**Consulta/Observación:**

están solicitando la presentación del certificado de buenas prácticas de manufactura de más de 100 sub ítems lo cual afecta la eficacia y eficiencia de la contratación y genera una barrera en la contratación que restringe la contratación visto que las empresas importadoras o fabricantes nacionales no entregan este documento al no estar obligadas de acuerdo a lo establecido en el DS 016-2011-SA, motivo por el que observamos las bases solicitando se suprima la presentación del certificado de buenas prácticas de manufactura en la etapa de presentación de ofertas y estas se presenten a la entrega de los bienes y/o se supriman de las bases.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** h    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de la Ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge en parte su observación, en vista de contar con más participación de postores se considerará de la siguiente manera:

Se considerará como declaración jurada el compromiso de la entrega del CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA en el literal h), en la presentación de documentos para la suscripción de contrato de ser adjudicado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará en la integración de las bases



Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:17:30

**Observación: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

Solicitan la presentación de protocolo de análisis.  
Resulta que se estan solicitando mas de 100 sub ítems en el ítem paquete y siendo que las cantidades son pequeñas las empresas importadoras o fabricantes solo etregan el protocolo de análisis una vez que realices la compra del producto farmacéutico, por este motivo observamos las bases solcitando que el protocolo de análisis se supriman de las bases

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** e    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 de la ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge en parte su observación, en vista de contar con más participación de postores se considerará de la siguiente manera:

Se considerará como declaración jurada el compromiso de la entrega del PROTOCOLO y/o CERTIFICADO DE ANALISIS en el literal e), en la presentación de documentos para la suscripción de contrato de ser adjudicado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:17:30

**Observación: Nro. 34**

**Consulta/Observación:**

señores comite de seleccion se solicita la evaluacion de presentacion las muestras, las mismas que son para verificar características y requisitos funcionales de la forma que esta realizando de los bienes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** --                    **Literal:** --                    **Página:** --

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario no acoge su observación por lo que se deberá ceñirse de lo solicitado en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:17:30

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Estimados señores comite, en el siguiente producto aguja dental tipo carpule descartable N°30X 21MM X 100 UND se solicita aceptar la siguiente medida (0.3x21mm)/30 para evitar problemas en la presentacion de documentos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario, es correcta su apreciación y se modificará en la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:17:30

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Estimados señores comite selección el siguiente item ionomero de vidrio restauracion polvo/liquido 5g/3ml (la composicion liquido es de 2.6 o a mas se solicita se acepte

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: -- Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario acepta en parte su consulta para una mayor de participación de postores, por lo que se considerara de la forma siguiente:

SUB ITEM 19.-

Ionómero de vidrio restauración polvo/liquido 5g/ 3ml ó 3g/2.6ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ampliará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:17:30

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

señores comite de seleccion la pasta para profilaxis dental x 50gr se solicita que se acepte que sea a mas ya que seria favorable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: -- Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario acepta en parte su consulta para una mayor de participación de postores, por lo que se considerara de la forma siguiente:

SUB ITEM 23.-

PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL X 50 GR a mas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ampliará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UE 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:17:30

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

señores comite de seleccion en el item 28 la aguja para extraccion multiple de sangre al vacio 21gx1 x 100und pero en su denominacion dice 20g y 21g cual seria la medida ya que en el item 4 se repite con el 20g se solicita aclarar el item.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: -- Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano acoge su consulta, por lo que es correcta su apreciación, el cual se ha consignado con error su descripción y denominación, se modificara de la siguiente forma:

SUB ITEM 28.-

DESCRIPCION:

AGUJA PARA EXTRACCIÓN MÚLTIPLE DE SANGRE AL VACÍO 20G X 1¿ X 100 UND

Denominación: AGUJA PARA EXTRACCIÓN MÚLTIPLE AL VACÍO 20G X 1¿ X 100 UND

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DENTAL E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMPONENTE TERRESTRE DEL CE VRAEM AF-2025

Ruc/código :	20610100474	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	VILAWAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:17:30

**Consulta:** Nro. 39

**Consulta/Observación:**  
señores comite de seleccion en el item 30 del producto camara para recuento de gr y go de neubauer de vidrio se solicita se omita la palabra GR Y G8 y se modifique con la siguiente medida 0.025mm2

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4.1      **Literal:** --      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Este Órgano en coordinación con el usuario acepta su consulta para una mayor de participación de postores, por lo que se considerara de la forma siguiente:

SUB ITEM 30.-

CÁMARA PARA RECuento NEUBAUER DE VIDRIO DE 0.0025 mm2

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se corregirá en la integración de las bases