

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-UTES N°6 S.P.T.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de reactivos para analizador de quimioluminiscencia

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	17:08:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Desde la pág. 20 hasta la 42 se describen las características técnicas de los reactivos, en cuanto a la metodología en todos dice: Ensayo Inmunoluminométrico  
Solicitamos amablemente al comite de seleccion ACLARE si es correcta nuestra apreciacion y lo requerido es ensayo de quimioluminiscencia

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3    Literal: 1    Página: 20  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con en Informe N° 556-2024-GRLL-GRDS/UTES N°T.E.D-OT-SISMED del área suaria, se acepta parcialmente lo solicitado, quedará de la siguiente manera: Ensayo Inmunoluminométrico o ensayo de quimioluminiscencia, "sándwich"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-UTES N°6 S.P.T.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de reactivos para analizador de quimioluminiscencia

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	17:08:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Desde la pág. 20 hasta la 42 se describen las características técnicas de los reactivos, en cuanto a los consumibles y accesorios dice:

Star 1  
Star 2  
Solicitamos al comité de selección en coordinación con el usuario si es correcta nuestra apreciación y lo solicitado es Starter 1 y Starter 2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con en Informe N° 556-2024-GRLL-GRDS/UTES N°T.E.D-OT-SISMED del área usuaria, e acepta parcialmente, quedará de la siguiente manera: Star 1 o Starter 1, Star 2 o Starter 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-UTES N°6 S.P.T.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de reactivos para analizador de quimioluminiscencia

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	17:08:27

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Desde la pág. 20 hasta la 42 se describen las características técnicas de los reactivos, en cuanto a la solicitud de que dentro del kit de reactivos se encuentre incluido diluyente, el presente proceso de selección es para reactivos de la marca maglumi, los cuales no incluyen diluyente dentro de su kit, mantener esta característica viola el principio de equidad que rige las contrataciones y limita así la participación de los postores

Solicitamos amablemente al comité AMPLIAR el requerimiento al solicitar el diluyente como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con en Informe N° 556-2024-GRLL-GRDS/UTES N°T.E.D-OT-SISMED del área suaria, se acoge a la consulta, y se indicará diluyente (opcional). Se precisa que, El postor deberá garantizar la inclusión de cantidad suficiente de consumibles y otros accesorios inherentes de los reactivos necesarios para llevar a cabo el proceso en las determinaciones solicitadas y/o hasta agotar stock de los reactivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-UTES N°6 S.P.T.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de reactivos para analizador de quimioluminiscencia

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	17:08:27

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Desde la pág. 20 hasta la 42 se describen las características técnicas de los reactivos, en cuanto a la solicitud de cubetas,  
Solicitamos amablemente al comité de selección ACLARE si es correcta nuestra apreciación y las cubetas solicitadas para los equipos Maglumi 600 y Maglumi 2000, son racks de 6 cubetas cada uno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con en Informe N° 556-2024-GRLL-GRDS/UTES N°T.E.D-OT-SISMED del área usuaria, se precisa que pueden ser racks de 6 cubetas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null