

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Nomenclatura :	AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:21:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 19 de las bases administrativas, en el numeral 2.5. Perfeccionamiento del Contrato indican que el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA sito en Av. Simón Bolívar S/N en los horarios de 8:00am a 15:30pm.

Teniendo en consideración que hay postores que se encuentran en distintos departamentos del país, se solicita poder incluir adicionalmente que el postor ganador de la buena pro pueda presentar los documentos para perfeccionar el contrato por medio de la mesa de partes virtual de la Entidad ya que de esta manera se cumpliría con el principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato y se cumpliría correctamente con el objeto de la contratación.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 2    Literal: 2.5    Página: 19  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la OBSERVACION.- La documentacion para el perfeccionamiento del Contrato, debe presentarse por MESA DE PARTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA en forma fisica sito en Av. Simón Bolívar S/N en los horarios de 8:00am a 16:00pm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:21:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Página 21. Capítulo III Requerimiento 3.1 Especificaciones técnicas

En las características del Analizador de quimioluminiscencia para banco de sangre, indican que este cuenta con ¿50 o más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra.

Se solicita al comité ACLARAR si se refiere a las 7 pruebas de banco de sangre procesadas en simultáneo, característica indispensable para su requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la CONSULTA al PARTICIPANTE.-Que el procesamiento en simultaneo hace referencias a las 7 pruebas de banco de sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:21:39

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Página 22. Capítulo III Requerimiento 3.1 Especificaciones técnicas

En las características del Analizador de quimioluminiscencia para banco de sangre, indican que este cuenta con ¿uso de puntas descartables para el pipeteo de muestras¿.

Considerar esta característica significa un direccionamiento del proceso, violando el Principio de Libre Concurrencia y Pluralidad de Postores.

Se solicita al comité evaluador que considere una propuesta de un analizador con una tecnología de lavado en 4 pasos y unidad de lavado independiente con una tecnología tipo vortex y sin contacto. Este diseño de lavado garantiza una buena separación de las partículas, asegurando un nivel de arrastre mínimo.

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACOGE la OBSERVACION del participante.- Quedando de la siguiente manera. se aceptará analizador con otras tecnologías de lavado para el pipeteo de muestras; sonda de acero y/o titanio ; con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Uso de punta descartable y otras tecnologías de lavado (sonda de acero y/o titanio) para el pipeteo de muestras.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA #1

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSUMOS PARA INMUNO SEROLOGIA literal 4.2 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ESPECIALES TECNICAS DEL BIEN: ítem 4.2.1 características técnicas en MUESTRA BIOLOGICA para los 7 marcadores serológicos mencionan suero o plasma. Conociendo el impacto negativo que puede generar el contar con un solo tipo de muestra biológica, mala toma de muestra (volumen insuficiente, hemolisis), mala identificación. solicitamos al comité especial precisar que el tipo de muestra biológica sea Suero y Plasma con EDTA y CPD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.1 Literal: 4.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la CONSULTA.- Con la finalidad de contar con metodologías que permitan el cumplimiento de protocolos que incluyen utilización de contramuestras de plasma frente a un resultado reactivo del donante (gestión del riesgo), la cual formara parte de las bases integradas quedando de la siguiente manera.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

MUESTRAS BIOLÓGICAS: SUERO y PLASMA con EDTA y CPD.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONSULTA #2

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSUMOS PARA INMUNO SEROLOGIA literal 4.2 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ESPECIALES TECNICAS DEL BIEN: ítem 4.2.1 características técnicas para los 7 marcadores serológicos en FECHA DE EXPIRACION: solicitan mayor a 6 meses del ingreso al área de almacenamiento de servicio de farmacia. Considerando que los productos solicitados son reactivos de fuente biológica, se solicita amablemente al comité de selección que se acepten fechas de expira no menor de 4 meses a partir del ingreso a almacén por cada entrega o carta de compromiso de canje al momento de internamiento de los reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.1 Literal: 4.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la CONSULTA.- Quedando de la siguiente manera se aceptaran reactivos con 04 meses a partir del ingreso al almacén por cada entrega con carta de compromiso de canje al momento de internamiento de los reactivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fecha de expiración: 4 meses a partir del ingreso del ingreso al área de Almacenamiento del Servicio de Farmacia y por cada entrega con carta de compromiso de canje al momento de internamiento de los reactivos.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSULTA #3

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSUMOS PARA INMUNO SEROLOGIA literal 4.2 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ESPECIALES TECNICAS DEL BIEN: ítem 4.2.1 características técnicas para los 7 marcadores serológicos en ACCESORIOS mencionan: con calibrador, control e insumos complementarios suficiente para el trabajo optimo. para el caso de CONTROLES Y CALIBRADORES la AACC en mayo del 2022 publica el artículo ¿The benefits of choosing an independent QC material ¿incluye estudios de los errores generados por fallas en la reconstitución de los materiales de control y calibradores, que en el peor de los casos son errores que se camuflan pues la falla es en ambos componentes y recién pueden ser evidenciados por incongruencias en los resultados de los pacientes y en el peor de los casos, ya habiendo tomado alguna decisión clínica. Dicho esto, y para disminuir todo riesgo de presencia de errores generados por la reconstitución de los controles y/o calibradores, se solicita al comité que especifique de manera precisa que todos los controles, calibradores y reactivos involucrados en el procesamiento de los ensayos sean líquidos y listos para su uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la CONSULTA.- Quedando de la siguiente manera los controles, calibradores y reactivos involucrados en el procesamiento deberan ser líquidos y listos para su uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisa que tanto los CONTROLES, CALIBRADORES y REACTIVOS sean líquidos y listos para su uso.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA #4

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSUMOS PARA INMUNO SEROLOGIA literal 4.2 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ESPECIALES TECNICAS DEL BIEN: ítem 2 HEPATITIS B ANTI CORE TOTAL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA en METODOLOGIA mencionan: quimioluminiscencia convencional. Con sensibilidad no menor del 100% y especificidad no menos del 99,5% en donantes de sangre. No se considera los limites superior/inferior del intervalo de confianza. en el mercado existen la metodología te Tipo Competitivo y No Competitivo. Conociendo el riesgo que se generaría en un ensayo tipo Competitivo frente a una situación de arrastre o lavado deficiente es el de brindar un resultado FALSAMENTE NO REACTIVO generando un impacto negativo médico legal, y además, en búsqueda de estandarizar la interpretación de resultados, así como la zona gris del Banco de Sangren de la institución, se solicita que el marcador HEPATITIS B ANTICORE TOTAL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA sea del tipo No Competitivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que con la finalidad de evitar contaminación cruzada por arrastre en la fase de lavado lo cual puede darse en las metodología competitivas y podría desencadenar problemas médicos legales, acoge parcialmente la consulta del participante para el reactivo HEPATITIS B ANTICORE TOTAL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA la metodología a usar sea No Competitivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

METODOLOGIA. Quimioluminiscencia no competitiva.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONSULTA #5

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSUMOS PARA INMUNO SEROLOGIA literal 4.2 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ESPECIALES TECNICAS DEL BIEN: ítem 6 ANTICUERPO ANTI- TREPONEMA PALLIDUM TOTAL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA en METODOLOGIA mencionan: quimioluminiscencia convencional. Con sensibilidad no menor el 100% y especificidad no menor del 99,5% en donantes de sangre. No se considera los limites superior/inferior del intervalo de confianza. Considerando que en el mercado mundial existen diversas marcas con la metodología de Quimioluminiscencia con distintas sensibilidades y especificidades a la solicitada en el presente proceso y todas ellas con excelente nivel de confiabilidad. Nuestro reactivo ofertado de la marca Architect (Abbott) cuenta con una sensibilidad de 99% y especificidad mayor de 99,5 %, valor extraído a partir de rigurosas evaluaciones con paneles de seroconversión de alta calidad lo cual lo hacen un reactivo altamente confiable, uno de los líderes a nivel mundial en cuanto pruebas infecciosas. Por lo antes expuesto y en cumplimiento de los principios de libertad de concurrencia y competencia solicitamos al Comité Especial se sirva ampliar para el ítem 6 ANTICUERPO ANTI- TREPONEMA PALLIDUM TOTAL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA una sensibilidad de 99% y especificidad mayor igual a 99,5 %.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.2      Literal: 6      Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE LA CONSULTA, se amplía para el ítem 6 ANTICUERPO ANTI- TREPONEMA PALLIDUM TOTAL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA una sensibilidad de 99% y especificidad mayor igual al 99,5%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

METODOLOGIA: Quimioluminiscencia con sensibilidad de 99% y especificidad mayor e igual 99.5% en donantes de sangre. No se considera los limtes superior/inferior del intervalo de confianza.



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTA #6

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSUMOS PARA INMUNO SEROLOGIA literal 4.2 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ESPECIALES TECNICAS DEL BIEN: ítem 7 ANTICUERPO ANTITRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) IgG METODO QUIMIOLUMINISCENCIA en METODOLOGIA solicitan: quimioluminiscencia convencional. Con sensibilidad no menor del 100% y especificidad no menor del 99,5% en donantes de sangre. No se considera los limites superior/inferior del intervalo de confianza. Considerando que en el mercado mundial existen diversas marcas con la metodología de Quimioluminiscencia con distintas sensibilidades y especificidades a la solicitada en el presente proceso y todas ellas con excelente nivel de confiabilidad. Nuestro reactivo ofertado de la marca Architect (Abbott) cuenta con una sensibilidad de 99% y especificidad de 99,5 %, valor extraído a partir de rigurosas evaluaciones con paneles de seroconversión de alta calidad lo cual lo hacen un reactivo altamente confiable, uno de los líderes a nivel mundial en cuanto pruebas infecciosas. Por lo antes expuesto y en cumplimiento de los principios de libertad de concurrencia y competencia solicitamos al Comité Especial se sirva ampliar para el ítem 7 ANTICUERPO ANTITRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) IgG METODO QUIMIOLUMINISCENCIA una sensibilidad de 99% y especificidad de 99,5 %.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE LA CONSULTA, se amplía para el ítem 7 ANTICUERPO ANTITRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) IgG METODO QUIMIOLUMINISCENCIA una sensibilidad de 99% y especificidad de 99,5 %.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

METODOLOGIA: Quimioluminiscencia convencional. Con sensibilidad de 99% y especificidad de 99.5% en donantes de sangre. No se considera los limites superior/inferior del intervalo de confianza.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSULTA #7

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSUMOS PARA INMUNO SEROLOGIA ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE EN CESION en CARACTERISTICAS solicitan: identificación automática de muestras, calibradores y controles que permitan y garanticen la trazabilidad diaria. Considerando que nuestro equipo a ofertar permite la identificación automática de muestras, reactivos y mientras que para el caso calibradores y controles, vienen por separado cuya fecha de expira va entre los 4 meses respectivamente de tal manera que al ser ingresados en el equipo manualmente sus registros permanecen grabados en la memoria del equipo durante estos meses de vigencia. En tal sentido por lo antes expuesto solicitamos al Comité Especial se sirva considerar como opcional la identificación automática para calibradores y controles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE LA CONSULTA que se aceptara de manera opcional la identificación automática de calibradores y controles internos, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Identificación automática de muestras y será opcional la identificación de calibradores y controles internos que permitan y garanticen la trazabilidad diaria.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONSULTA #8

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSUMOS PARA INMUNO SEROLOGIA ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE EN CESION en CARACTERISTICAS solicitan: uso de puntas descartables para el pipeteo de muestras (de tubo primario a la cubeta de reacción). Considerando que en el mercado mundial existen diversas marcas con otras características de punta para el pipeteo de muestra con un excelente nivel de confiabilidad. Se solicita al comité especial en coordinación con el área usuaria considerar como opcional el uso de punta descartable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE LA CONSULTA y se aceptara de manera opcional el uso de punta descartable, con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Uso de punta descartable y otras tecnologías de lavado (sonda de acero y/o titanio) para el pipeteo de muestras.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CONSULTA #9

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSUMOS PARA INMUNO SEROLOGIA ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE EN CESION en ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO solicitan: no mayor a 24 meses anteriores a la fecha de fabricación, con certificado de manufactura que se entregara junto con el equipo. Basándonos en los lineamientos para la elaboración del plan multianual de mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los Establecimientos de Salud ¿según la Resolución Ministerial N.º 533-2016-MINSA; donde en ANEXO ¿02 "Listado de equipos estratégicos Médicos" se acepta una vida útil de 5 años para "Analizador Serológico¿. Solicitamos amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria aceptar un equipo con una antigüedad no mayor de 05 años de fabricación a partir de la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la consulta y aclara que la antigüedad del equipo no debe ser mayor a 5 años a la presentación a la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO: No debe ser mayor a 5 años a la presentación de la oferta, con certificado de manufactura que se entregará junto con el equipo.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CONSULTA #10

En el numeral 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO lteral k) solicitan Programa de mantenimiento, en el cual se establezca el mantenimiento preventivo mínimo de tres (03) veces durante el período que permanezca el Equipo en la Entidad. Dicho mantenimiento será ejecutado por un profesional y/o técnico con conocimientos en ingeniería electrónica y/o ingeniería biomédica debidamente certificado. Considerando que cada fabricante establece un programa de Mantenimiento Preventivo enfocado en garantizar el buen estado del instrumentó. Se solicita al comité especial en coordinación con el área usuaria aceptar el programa de Mantenimiento preventivo establecido por el fabricante del equipo a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: k Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta del participante se aceptara el programa de Mantenimiento preventivo según lo establecido por el fabricante del equipo a ofertar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Se acepta el programa de Mantenimiento preventivo según lo establecido por el fabricante del equipo a ofertar

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Nomenclatura :	AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

**Consulta:** Nro. 14  
**Consulta/Observación:**  
CONSULTA #11

En el Capítulo III, sub ítem 4.2 Características y condiciones especiales técnicas del bien, en la página 18 de las presente bases se indica en ¿PRESENTACIÓN DEL BIEN¿ que:

- ITEM N° 01 Anticuerpo anti VIH 1 ¿ 2 Antígeno P24 (Combo) quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpos anti VIH 1 ¿ 2 y antígeno P24 en empaque adecuado.
- ITEM N° 02 Hepatitis B anti core total método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpo anti Core en empaque adecuado.
- ITEM N° 03 Hepatitis B Antígeno de superficie (HBsAg) Método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de antígeno de superficie de Hepatitis B en empaque adecuado.
- ITEM N° 04 Hepatitis C anticuerpo anti HCV método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpos contra Hepatitis C en empaque adecuado con antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos. Opcional contra la región NS5.
- ITEM N° 05 Anticuerpo anti HTLV I-II método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpos contra antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos del HTLV I-II en empaque adecuado.
- ITEM N° 06 Anticuerpo anti treponema pallidum total método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpos totales (IgG + IgM) contra antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos: Tpn15, Tpn17 y Tpn47 del Treponema pallidum (o denominaciones equivalentes) en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de seis meses a partir de la fecha de entrega.
- ITEM N° 07 Anticuerpo antitrypanosoma cruzi (Chagas) IgG método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en empaque adecuado que contenga antígenos de tripanosoma cruzi para la detección de anticuerpos IgG o IgG + IgM.

Considerando que por su naturaleza en el Banco de Sangre (tamizaje) solo se emiten resultados cualitativos (Reactivos/No Reactivos) con la finalidad de estandarizar la detección de los 7 marcadores, solicitamos amablemente al comité que estos ensayos sean de ¿carácter cualitativo¿ y al ser una característica propia de cada bien esta característica sea sustentada por el inserto del reactivo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 4.2      **Página:** 18  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACOGE la consulta de su representada, considerando la finalidad y naturaleza de cada uno de los 7 ensayos solicitados en la presente adquisición que es la detectar la presencia o ausencia de un determinado anticuerpo y/o antígeno, acepta la apreciación realizada y precisa que en cada uno de los 7 ítem de presentación del bien debe indicar: ¿detección CUALITATIVA¿.

En el Capítulo III, sub ítem 4.2 Características y condiciones especiales técnicas del bien, en la página 18 de las presente bases se indica en ¿PRESENTACIÓN DEL BIEN¿ que:

- ITEM N° 01 Anticuerpo anti VIH 1 ¿ 2 Antígeno P24 (Combo) quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpos anti VIH 1-2 y antígeno P-24 en empaque adecuado. Detección cualitativa.
- ITEM N° 02 Hepatitis B anti core total método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpo anti Core en empaque adecuado. Detección cualitativa.
- ITEM N° 03 Hepatitis B Antígeno de superficie (HBsAg) Método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de antígeno de superficie de Hepatitis B en empaque adecuado. Detección cualitativa.
- ITEM N° 04 Hepatitis C anticuerpo anti HCV método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpos contra Hepatitis C en empaque adecuado con antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos. Opcional contra la región NS5. Detección cualitativa.
- ITEM N° 05 Anticuerpo anti HTLV I-II método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

	Específico	III	4.2	18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

detección de anticuerpos contra antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos del HTLV I-II en empaque adecuado. Detección cualitativa.

- ITEM N° 06 Anticuerpo anti treponema pallidum total método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpos totales (IgG + IgM) contra antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos: Tpn15, Tpn17 y Tpn47 del Treponema pallidum (o denominaciones equivalentes) en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de seis meses a partir de la fecha de entrega. Detección cualitativa.

- ITEM N° 07 Anticuerpo antitrypanosoma cruzi (Chagas) IgG método quimioluminiscencia: Presentación del bien: Reactivos para la detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en empaque adecuado que contenga antígenos de tripanosoma cruzi para la detección de anticuerpos IgG o IgG + IgM. Detección cualitativa.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CONSULTA #12

En el capítulo II del procedimiento de selección, 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, de la presente adquisición no hace mención que características se deben acreditar como mínimo según las especificaciones técnicas de los productos ofertados por lo que, solicitamos amablemente al comité que las características a sustentar sean:

- Presentación
- Metodología
- Muestra biológica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la CONSULTA al participante.- La documentacion de catálogos/Folletería/Carta (precisando resaltado o subrayado el punto donde se indica el cumplimiento del requisito técnico) elaborada por el fabricante del reactivo y/o del equipo, por un tercero, dueño de la marca o compañía a la que pertenece calificado técnicamente para ello. La información presentada en la Folletería debe ser congruente con la información presentada en la propuesta técnica del postor y a su vez con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases. Para el reactivo se deberá acreditar REACTIVOS: PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA, Y MUESTRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CONSULTA #13

En el capítulo II del procedimiento de selección, 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, de la presente adquisición no hace mención que características se deben acreditar como mínimo según las especificaciones técnicas del analizador de quimioluminiscencia para banco de sangre en cesión de uso por lo que, solicitamos amablemente al comité que las características a sustentar sean:

- Tipo
- Metodología
- Performance
- Características
- Muestra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la CONSULTA al participante.- La documentacion de catálogos/Folletería/Carta (precisando resaltado o subrayado el punto donde se indica el cumplimiento del requisito técnico) elaborada por el fabricante del reactivo y/o del equipo, por un tercero, dueño de la marca o compañía a la que pertenece calificado técnicamente para ello. La información presentada en la Folletería debe ser congruente con la información presentada en la propuesta técnica del postor y a su vez con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases. Para el equipo debera acreditar:

TIPO, METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICAS, MUESTRAS y ANTIGUEDAD DEL EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CONSULTA 14

En el literal e.4 de la sección de documentos para la admisión de la oferta de las Bases Administrativas, se consigna como documento de presentación obligatoria el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte. Al respecto, es pertinente precisar que el Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, emitido por la Autoridad Sanitaria competente, contempla en su capítulo de contratos, que el desarrollo de actividades de distribución y transporte puede ser realizado por un tercero, bajo los requisitos que establece la referida norma. Por lo que, resulta válido que las empresas puedan tercerizar dichos servicios, bajo el cumplimiento de las condiciones previstas en los dispositivos normativos.

En ese sentido, y en aras de cumplir con los Principios de Libre Concurrencia, Igualdad de trato, Competencia, Eficacia y Eficiencia, en el sentido de que se fomente una mayor participación de postores que tercerizan el servicio de distribución y transporte, solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación del área usuaria, disponga que la exigencia de la certificación de buenas prácticas de distribución y transporte pueda ser válidamente acreditada mediante la presentación de un Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte a nombre de tercero que presta el servicio de distribución y transporte al postor participante, para lo cual, deberá acreditarse con la presentación del Contrato de Servicios y el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte a nombre del tercero.

En esa línea, proponemos que el literal e.4 contenga la siguiente redacción:

¿e.4 Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte. En caso el postor no cuente con el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte o este se encuentre en proceso de renovación, se permitirá que los postores presenten un Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte a nombre del tercero que le presta los servicios de distribución y transporte, debiendo adjuntar además el Contrato de Servicios suscrito entre ellos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: E4 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la consulta y precisa en caso el postor no cuente con el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte o este se encuentre en proceso de renovación, se permitirá que los postores presenten un Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte a nombre del tercero que le presta los servicios de distribución y transporte, debiendo adjuntar además el Contrato de Servicios suscrito entre ellos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificado de Buenas Prácticas de distribución y transporte, se permitirá que los postores presenten un certificado a nombre del tercero que le presta los servicios de distribución y transporte debiendo adjuntar el contrato de servicio suscrito entre ellos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CONSULTA 15

PAG 24 SOFTWARE DE GESTION LABORATORIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SOFTWARE DE GESTION

SE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR ACEPTAR SOFTWARE 100% WEB Y 100% ESCRITORIO DE MANERA QUE EXISTA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la consulta y precisa aceptar software 100% web o 100% escritorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOFTWARE DE GESTIÓN LABORATORIAL : Software 100% web o 100% escritorio que registre todos los procesos que se realizan en banco de sangre en idioma español.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

CONSULTA 16

CAPITULO 3 PAGINA 24 , ESPESCIFICACIONES TECNICAS DE SOFTWARE DE GESTION:

SE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR EN CONJUNTO CON EL AREA USUARIA ACLARAR EL SIGUIENTE REQUIERIMIENTO SOLICITADO EN LAS BASES:

¿DEBERA FACILITAR LA BUSQUEDA E IDENTIFICACION,INEQUIVOCA DE DONANTES, POR CAMPOS COMO :

POR EJEMPLO: APELLIDOS Y NOMBRES, DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, NÚMEROS DE DONANTES, PARA CADA DONANTE SE DEBERA CARGAR LA INFORMACIÓN DE LOS OFRECIMIENTOS Y DONACIONES ANTERIORES Y LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES Y PRUEBAS REALIZADAS¿.

SE SOLICITA ACALARAR A ¿QUE HACE REFERENCIA EL TERMINO INFORMACION DE LOS OFRECIMIENTOS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se refiere a las donaciones realizadas anteriormente, por lo que se colocará "¿ la información de las donaciones anteriores¿"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

CONSULTA 17

CAPITULO III PAGINA 24 , ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOFTWARE DE GESTION:

SOLICITAMOS QUE PUEDAN ACEPTAR SOFTWARE QUE IMPRIMA LAS ETIQUETAS CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN , RELACIONADA CON EL DONANTE Y LA DONACIÓN.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** A      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACOGE la consulta y ACEPTAR SOFTWARE QUE IMPRIMA LAS ETIQUETAS CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN , RELACIONADA CON EL DONANTE Y LA DONACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se acepta software que imprima las etiquetas con el registro de la información relacionada al donante y la donación.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

CONSULTA 18

CAPITULO III PAGINA 24 , ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOFTWARE DE GESTION:

SE CONSULTA AL COMITÉ EVALUADOR ACLARAR QUE INFORMACIÓN SE DESEA ESCANEAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se puedan ingresar resultados de pre- donación como son resultados hematológicos para realizar aferesis u otros exámenes que amerite al momento de la atención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

CONSULTA 19  
CAPITULO III PAGINA 24 , ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOFTWARE DE GESTION:  
Se solicita retirar el registro de la información de los reactivos utilizados entendiéndose marca, lote, fecha de expira de los mismos, ya que esa información se tiene en los datos de almacenamiento de los analizadores. Por lo que se solicita mantener la información de los analizadores, tales como: marca, modelo y número de serie

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la consulta y precisa mantener la información de los analizadores, tales como: marca, modelo y número de serie

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
El módulo deberá administrar la información de los equipos analizadores de las pruebas de Inmunoserología e inmunohematológica como tipo de equipo, marca, modelo, número de serie de los analizadores.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

CONSULTA 20

CAPITULO III PAGINA 24 , ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOFTWARE DE GESTION:

EN LAS BASES INDICAN PERMITIR LA GESTION DE SEROTECA, SE SOLICITA ACLARAR SI LO QUE SE NECESITA ES : QUE EL SOFTWARE PUEDA BUSCAR EL RESULTADO DE LOS HISTÓRICOS UNA DETERMINADA MUESTRA DEL PACIENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA QUE SE NECESITA QUE EL SOFTWARE PUEDA BUSCAR EL RESULTADO DE LOS HISTÓRICOS DE UNA DETERMINADA MUESTRA DEL PACIENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

CONSULTA 21

CAPITULO III PAGINA 24 , ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOFTWARE DE GESTION:

EN LAS BASES SOLICITAN LOS SIGUIENTE:

¿ PERMITIR CITACIÓN MEDICA, DE DONANTES( CON SEROLOGIA RESULTADOS REACTIVOS, INDETERMINADOS ETC), A TRAVES DE IMPRESIÓN DE CARTAS DE CITACION.

¿ PERMITIR CALENDARIZACIONDE CITAS MEDICAS.

¿ PERMITIR REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE DONANTES( CARTAS , LLAMADAS, CONSERJERIA MEDICAS,DERIVACIÓN, OBSERVACIONES MEDICAS.

SE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR, QUE ACEPTE EL DETALLE DE SEGUIMIENTO DE DONANTES A TRAVÉS DE CARTAS Y/O LLAMADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE y se precisa que le software con respecto al DETALLE DE SEGUIMIENTO DE DONANTES sea A TRAVÉS DE CARTAS Y/O LLAMADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Envío de notificaciones a donantes observados por correo electrónico o llamadas.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-OEC/HRM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS para INMUNDO SEROLOGIA - BANCO DE SANGRE con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:59:15

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

CONSULTA 22

CAPITULO III PAGINA 24 , ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOFTWARE DE GESTION:

EN LAS BASES SOLICITAN LOS SIGUIENTE:

¿ ENVIO DE NOTIFICACIONES A DONANTES A TRAVES DE CORREOS ELECTRONICOS.

SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR EN CONJUNTO CON EL ÁREA USUARIA ACEPTAR QUE SE EMITAN NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO Ó LLAMADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE y se precisa ACEPTAR QUE SE EMITAN NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO Ó LLAMADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Envío de notificaciones a donantes observados por correo electrónico o llamadas.