

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 10/07/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 23:37:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el presente capítulo en la descripción de especificaciones técnicas se ha descrito únicamente las especificaciones técnicas de los reactivos y no del analizador en sesión de uso. como observamos que el menú de pruebas solicitados no incluye algún reactivo que requiera la metodología módulo ISE para electrolitos. consultamos al comité especial en coordinación con el área usuaria tenga bien incluir en el requerimiento las especificaciones técnicas del equipo en sesión de uso sin módulo ISE

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, Con respecto a la consulta se revisara y añadira las Especificaciones Tecnicas del analizador en sesion de uso, las modificaciones se visualizaran en las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 10/07/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 23:41:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité aceptar como bienes similares para acreditar la experiencia del postor a: REACTIVOS DE LABORATORIOS EN GENERAL, apelando a los bienes requeridos en el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, con respecto a su consulta de la experiencia del postor, se considera bienes similares a lo siguiente: Venta de material médico de uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas y centros de salud especializados, y/o los reactivos de Laboratorio en general de uso en equipos automatizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:53:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:
Adquisición por sesión en uso.

Accesorios.

Entendemos que necesitan equipos automatizados bioquímicos de alto performance, por lo que solicitamos que aclaren, si por cada analizador bioquímico instalado también se deberá instalar un equipo de agua para su correcto funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, con respecto a la consulta sobre los accesorios que incluiremos: Destilador de agua con conexión directa a cada equipo de Bioquímico automatizado, con equipos de aire acondicionado para conservar temperatura ambiente óptima, Computadoras, ticketeras, impresoras con sus respectivas tintas, papel bond.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:53:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:
Adquisición por sesión en uso.

Accesorios.

Teniendo en consideración que la ciudad de ica se caracteriza por elevadas temperaturas solicitamos considerar también como accesorios de presentación obligatoria la instalación de aires acondicionados por cada equipo automatizado instalado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, con respecto a la consulta sobre los accesorios que incluire: Destilador de agua con conexion directa a cada equipo de Bioquimico automatizado, con equipos de aire acondicionado para conservar temperatura ambiente optima, Computadoras, ticketeras, impresoras con sus respectivas tintas, papel bond.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:53:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA Y/O SUSCRIPCION DE CONTRATO, (lo que se de primero), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Solicitamos al comité de selección precisar que el plazo de entrega inicia a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, con la finalidad de evitar confusiones al momento de la entrega.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta, Con respecto a la consulta se precisa que el plazo de entrega inicia a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:53:43

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases, solicitan :

Equipo de respaldo: Se solicita espectrofotómetro de respaldo y software de control de muestras procesadas

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten lo siguiente

Espectrofotómetro de respaldo o analizador bioquímico automatizado de 400 pruebas por hora

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, con respecto a la consulta sobre el equipo de respaldo: se solicitara 02 equipos iguales (uno para el Laboratorio Central y otro para el Laboratorio de Emergencia) con una performance de 600 pruebas por hora como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:53:43

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

De ser afirmativa la consulta anterior, solicitamos precisar si los postores debemos acreditar lo siguiente: Componentes, muestra biológica, accesorios

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, Con respecto a la consulta sera parte de los documentos de admision la carta de fabricante que consigne: Presentacion, Caracteristicas, Metodologia, Muestra Biologica; ello adjunto al anexo 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:53:43

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases, solicitan :

Control de calidad interno e interlaboratorial.

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten lo siguiente

Control de calidad interno y

Control de calidad interlaboratorial o control EXTERNO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, con respecto al control de calidad interno e interlaboratorial, se aceptará como control de calidad interno y control de calidad interlaboratorial y/o control externo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20505110651

Fecha de envío : 10/07/2023

Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 18:53:43

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Solicitamos al comité de selección precisar si los postores debemos acreditar especificaciones técnicas mediante la presentación de folleto, manual o documento emitido por el fabricante.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, Con respecto a la consulta sera parte de los documentos de admision la carta de fabricante que consigne: Presentacion, Caracteristicas, Metodologia, Muestra Biologica; ello adjunto al anexo 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:53:43

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Proteína C reactiva ultrasensible.

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten la oferta de reactivo con la siguiente denominación:

Proteína C reactiva ultrasensible o Proteína C reactiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, con respecto a la consulta del ítem correspondera a Proteina C reactiva ultrasensible y/o Proteina C reactiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:53:43

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan:

Adquisición por sesión en uso, entendemos que la compra incluye equipo en sesión de uso.

Entendemos que incluye analizador automatizado de bioquímica de 600 pruebas fotométricas por hora y de 400 pruebas fotométricas por hora.

¿Es correcto nuestro entender?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, que se solicita 02 unidades de equipos biomedicos automatizados (uno para el laboratorio central y otro para el laboratorio de emergencia) con una performance de 600 pruebas por hora como minimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:53:43

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:
Adquisición por sesión en uso.

Solicitamos al comité de selección precisar cuantos equipos bioquimicos automatizados solicitan y si el performance es de 600 y/o 400 pruebas por hora.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, que se solicita 02 unidades de equipos biomedicos automatizados (uno para el laboratorio central y otro para el laboratorio de emergencia) con una performance de 600 pruebas por hora como minimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null