

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-DIRIS-LN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO: RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGA / 4 G KIT

Ruc/código : 20609453584

Fecha de envío : 15/10/2024

Nombre o Razón social : GRUPO MEDICO MEDINA E.I.R.L.

Hora de envío : 12:53:40

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

CONSULTA RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGA/ 4G KIT

Observamos que, en el presente procedimiento de selección correspondiente a RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS/ 4G solicitan como parte del Kit, ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO GEL 37% COLOR AZUL; al respecto, cabe resaltar que en el mercado peruano existen alternativas de color del producto, que ofrecen y cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas del presente requerimiento; por lo que, solicitamos al área usuaria y al comité de selección que, con el fin de una mayor pluralidad de marcas y postores puedan AMPLIAR el criterio. Quedando de la siguiente manera:

ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO GEL 37%

- GEL COLOR AZUL O PÚRPURA (VIOLETA)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: 3.1

Página: 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, en cuanto a 1) ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO GEL 37% se ha creído conveniente considerar el siguiente parámetro de 35 a 40% y 2) en cuanto al color del gel también se está considerando el color purpura (violeta) dichas características van a promover la pluralidad de postores que se encuentran en condición de cumplir con los requisitos.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade lo siguiente en c) Acido Ortofosfórico gel 37%: .."Gel de color azul o purpura o verde (acido fosfórico u ortofosfórico en gel de 35 a 40% - ácido grabador de esmalte)".

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-DIRIS-LN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO: RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGA / 4 G KIT

Ruc/código :	20477361618	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LUVADENT IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	22:28:56

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**  
RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 jeringa/4 g KIT  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
b) Adhesivo:  
Composición Bis-GMA,HEMA, BHT, etanol o agua o acetona.

En el mercado existen diversas marcas con composiciones parecidas y/o similares; aceptadas y usadas por los diversos usuarios de las entidades estatales como privadas.  
Solicitamos al Comité de Selección, ACEPTE TAMBIÉN la siguiente composición para el Adhesivo:

b) Adhesivo:  
Composición: Bis GMA, HEMA y/o BHT  
etanol o agua o acetona

Lo solicitado es concordante con los Principios que rigen las Contrataciones del Estado, como los Principios de Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen; Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas.

Acápíte de las bases :    Sección: Específico    Numeral: .    Literal: .    Página: 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No, acogemos la observación sobre Adhesivo en cuanto a su Composición: BIS, GMA, HEMA y/o BHT. Debido a que el HEMA (2-Hidroxietilmetacrilato) es un monómero hidrofílico mientras que el BHT es un antioxidante que se adiciona a la resina. Por tanto, son componentes diferentes que conforman el sistema de adhesivo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-DIRIS-LN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO: RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGA / 4 G KIT

Ruc/código :	20477361618	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LUVADENT IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	22:28:56

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

RESINA FOTOCURABLE (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 jeringa/4 g KIT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

a) Resina fotocurable kit:

Colores: A1, A2, A3 y B2

En el mercado existen variedad de marcas con colores diversos los cuales son los mas usados y aceptados por los usuarios de las entidades del Estado así como de manera particular, por lo indicado solicitamos al Comité de Selección, ACEPTEN TAMBIÉN esta combinación de colores:

Colores: A2, A3, A3.5 y B2

Lo solicitado es concordante con los Principios que rigen las Contrataciones del Estado, como los Principios de Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen; Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No, acogemos la observación sobre los Colores: A2, A3, A3.5 y B2. Debido a que la necesidad requerida por el area usuaria es la señalada en las bases. el color A1 es uno de los tonos más blancos disponibles con mucha luminosidad para zonas incisal o vestibular mientras que el color A3.5 es un tono más oscuro es una resina dental que se usa para las caras proximales posteriores de los dientes

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null