

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	12:04:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los repuestos y consumibles seran entregado por ustedes?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III. Página: 23.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el proveedor es el que debe suministrar los repuestos y/o consumibles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	12:04:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
En caso el contratista tenga que proporcionar los repuestos y consumibles de cada equipo, nos pueden enviar los números de partes ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III. Página: 23.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que el proveedor debe primero realizar un diagnóstico para determinar los repuestos y/o consumibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	12:04:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Se les realizo dignostico a sus equipos para saber que repuestos se tiene que cambiar ? Favor de proporcionar el informe de diagnostico

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III. **Página:** 23.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que no existe diagnóstico previo al solicitado en los presentes TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	12:04:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Favor enviar el modelo de los equipos, así como los marca de los equipos que faltan.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se incluiran los modelos y marca de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se han incluido en el numeral III, Descripción de los trabajos parte I, Descripción del servicio de Diagnóstico y/o mantenimiento correctivo de equipos de laboratorio de la facultad de ingeniería ambiental y de recursos naturales.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	12:04:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el conductimetro que soluciones de que puntos necesita?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: III. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el proveedor lo verificara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	12:04:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor de considerar la formación académica de Ing. Químicos al especialista en equipos de laboratorio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se considera la formacion academica de Ing. Quimico especialista en equipos de laboratorio en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Perfil del Personal Clave
Un (01) Especialista en Equipos de laboratorio Profesión: Técnico en electrónica industrial, técnico en electrónica, Ingeniero Químico..

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	12:04:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor de considerar como servicios similares a: calibración y/o mantenimiento y/o verificación de equipos de laboratorio en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C. Página: 36.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que consideramos servicios similares a : mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o calibración y/o verificación de equipos de laboratorio en general y/o clinicos,equipos electrónicos en colegios,universidades , industrias,etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia del postor:
(...)Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o calibración y/o verificación de equipos de laboratorio en general y/o clinicos,equipos electrónicos en colegios,universidades , industrias,etc. (...)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Ruc/código :	20606103922	Fecha de envío :	09/01/2025
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES BIOMEDICAS PERUANAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:23:23

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Buenas tardes

Consultamos al OEC, Si se podría AMPLIAR la formación academica del personal clave al grado de Bachiller en Ingeniería electrónica, personal ideneo que también cumple las mismas funciones técnicas al igual que la. Formación académica del personal clave propuesto.

Consultamos esto para una mayor concurrencia y pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el personal clave debe ser el considerado en los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null