

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-200-2023-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA LAVA CHATAS PARA LA OBRA: ¿REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA UPSS EMEREGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

Ruc/código : 20565911920

Nombre o Razón social : ASECO PERU S.A.C.

Fecha de envío : 02/01/2025

Hora de envío : 13:18:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Plazo de entrega: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendarios,

Sin embargo líneas abajo se indica que el tiempo de entrega del equipo en el almacén del Hospital Honorio Delgado Espinoza será en 45 días a la firma del contrato.

Indicamos una incongruencia de plazos de entrega.

En ese sentido debemos de indicar que el equipo que representamos es europeo y que el fabricante toma conocimiento del pedido inmediatamente después de confirmado el otorgamiento de la buena pro, en ese momento se inicia el proceso de producción de la unidad, la cual demora al rededor de 30 días, más el tránsito por vía marítima desde Europa no podríamos entregaro en 45 días.

Consideramos que un tiempo de 120 días luego de recibda la Orden de Compra es un tiempo más real, este tiempo incluye el tránsito marítimo, desaduanaje y envío a la ciudad de Arequipa.

El Comité de Selección ampliará el plazo de entrega a 120 días luego de enviada la Orden de Compra por considerarse razonable?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 45 DIAS A LA FIMA DEL CONTRATO.

CABE ACLARAR QUE EL PLAZO TOTAL ES DE 55 DIAS CALENDARIOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PRIMIGENIAS.

LA CONSULTA QUE ACLARADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-200-2023-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA LAVA CHATAS PARA LA OBRA: ¿REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA UPSS EMEREGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

Ruc/código :	20565911920	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	ASECO PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:18:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Puesta en funcionamiento/instalación de 5 días calendarios.
En ese sentido deseamos saber si en el punto de instalación del equipo se encuentra un equipo similar, con lo cual es importante saber si el personal de mantenimiento del hospital se encargará del desmontaje del equipo antiguo, de tal forma de dejar libre el espacio para la instalación del nuevo equipo.
El Comité de Selección podrá indicarnos si el espacio se encontrará libre para la instalación del nuevo equipo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EL AMBIENTE ESTA DISPONIBLE PARA SU INSTALACION.

LA CONSULTA QUEDA ACLARADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-200-2023-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA LAVA CHATAS PARA LA OBRA: ¿REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA UPSS EMEREGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

Ruc/código :	20565911920	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	ASECO PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:18:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Puesta en funcionamiento/instalación de 5 días calendarios.
En ese sentido deseamos saber si en el punto de instalación del equipo se encuentra un equipo similar, con lo cual es importante saber si el personal de mantenimiento del hospital se encargará del desmontaje del equipo antiguo, de tal forma de dejar libre el espacio para la instalación del nuevo equipo. En el caso que el desmontaje del equipo lo realizaría el proveedor, consideramos necesario que se amplíe el tiempo a 10 días calendarios.
El Comité de Selección aceptará el plazo solicitado de 10 días calendarios?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EL AMBIENTE ESTA DISPONIBLE PARA SU INSTALACION.

LA CONSULTA QUEDA ACLARADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-200-2023-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA LAVA CHATAS PARA LA OBRA: ¿REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA UPSS EMEREGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

Ruc/código : 20565911920

Fecha de envío : 02/01/2025

Nombre o Razón social : ASECO PERU S.A.C.

Hora de envío : 13:18:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Formatos de Recepción / Formato N°1, Hoja de Presentación del Producto / Sustento de Cumplimiento de características técnicas.

En este formato se indican cada una de las características técnicas y el sustento correspondiente en la literatura del fabricante, deseamos consultar si esta información del fabricante puede ser considerada en idioma del fabricante, es decir en inglés.

El Comité de Selección aceptará la propuesta técnica del fabricante en idioma inglés?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II

Literal: 2.2

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE SE ACEPTARA DOCUMENTACION TECNICA EN IDIOMA DEIFERENTE AL ESPAÑOL ADJUNTANDO OBLIGATORIAMENTE LA TRADUCCION CERTIFICADA.

LA CONSULTA QUEDA ACLARADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-200-2023-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA LAVA CHATAS PARA LA OBRA: ¿REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA UPSS EMEREGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

Ruc/código :	20565911920	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	ASECO PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:18:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: C03 Desagüe con conexión a la aled (Tipo P) o a l piso (Tipo S), según sea el caso de preinstalación del equipo.

Deseamos saberer cuál de los dos tipos de desagüe es el que cuenta el hospital.

El Comité de Selección puede señalar cuál es el tipo de desagüe que tiene el hospital para la instalación de este equipo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: EETT Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EN EL AMBIENTE SE CUENTA CON UN DUCTO DE DESAGUE EN PISO TIPO S DE 4".

LA CONULTA QUEDA ACLARADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-200-2023-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA LAVA CHATAS PARA LA OBRA: ¿REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA UPSS EMEREGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

Ruc/código : 20565911920

Nombre o Razón social : ASECO PERU S.A.C.

Fecha de envío : 02/01/2025

Hora de envío : 13:18:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita:

Mejora 1: El bien (marca) ofertado cuenta con ISO 9001.

Mejora 2: El bien (marca) ofertado cuenta con ISO 13485.

Para este requerimiento deseamos saber si es posible presentar las certificaciones ISO en idioma inglés.

El Comité de Selección aceptará la presentación de las certificaciones ISO 9001 y 13485 en idioma inglés?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. IV **Literal:** G. **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE SE ACEPTARAN CERTIFICADOS EN OTROS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL PRESENTANDO OBLIGATORIAMENTE LA TRADUCCION CERTIFICADA.

LA CONSULTA QUEDA ACLARADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-200-2023-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA LAVA CHATAS PARA LA OBRA: ¿REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA UPSS EMEREGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

Ruc/código : 20565911920

Fecha de envío : 02/01/2025

Nombre o Razón social : ASECO PERU S.A.C.

Hora de envío : 13:18:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: C.1 Experiencia del personal clave

Personal 01: Responsable de instalación del equipo.

Experiencia profesional: Título profesional de Ingeniero Electrónico o Ingeniero Biomédico o Ingeniero Mecatrónico o Lic. En Equipos Electromédicos.

Deseamos saber si pueden considerar en este perfil a un Técnico Electrónico con amplia experiencias en la instalación de Lavachatas y demás equipos.

El Comité de Selección aceptará como personal clave para la instalación del equipo a un Técnico Electrónico con amplia experiencia en la instalación de Lavachatas y demás equipos?

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: C

Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES INICALES.

LA CONSULTA QUEDA ACLARADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null