

FORMATO																																																																				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)																																																																				
1. DATOS GENERALES																																																																				
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		4/09/2024																																																																		
1.2 ÁREA USUARIA		DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA																																																																		
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGIA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES-HRDT																																																																		
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0006 DIAGNOSTICO ETIOLOGICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA																																																																		
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		34																																																																		
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			-----																																																															
		Documento que declaró la viabilidad			-----																																																															
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																																																				
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		OFICIO N°000083-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-DPCAP/ HOJA DE ENVIO N° 000040-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-DPCAP(ULTIMA VERSION)			Fecha de recepción		18/04/2024 - 15/07/2024																																																											
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		9/05/2024		De oficio				Con motivo de observaciones		X																																																								
		Fecha de la tercera versión		19/06/2024		De oficio				Con motivo de observaciones		X																																																								
		Fecha de la cuarta versión		15/07/2024		De oficio				Con motivo de observaciones		X																																																								
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		x		NO																																																														
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				POR SER BIENES SIMILARES , Y A FIN DE GARANTIZAR UNA EFICIENTE CONTRATACION. ASI MISMO EN LA INDAGACION DE MERCADO SE PUEDE EVIDENCIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES CON LA CAPACIDAD DE PRESENTARSE AL REFERIDO PROCESO																																																														
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X (ITEM PAQUETE)		NO																																																														
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X																																																												
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación																																																												
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X																																																												
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia																																																												
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																																																																		
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																																																																				
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>OFICIO N° 000837-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-OL</td><td>3/05/2024</td></tr><tr><td colspan="8">TIPOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS, DOCUMENTACION OBLIGATORIA(METODOLOGIA-CALIBRADORES)</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>OFICIO N° 001159-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-OL</td><td>4/06/2024</td></tr><tr><td colspan="8">Sobre TERMINO "CONTROL RH" y "CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y/O CONTRO DE CALIDAD DE USO DIARIO ", DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA(CATALOGOS Y/O FICHA TECNICA PARA REACTIVO -EQUIPO), AMPLIAR ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO , , performance del equipo.</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>OFICIO N° 001439-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-OL</td><td>26/06/2024</td></tr><tr><td colspan="8">AMPLIAR METODOLOGIA DE REACTIVOS Y DE EQUIPOS EN CESION DE USO, AMPLIAR DE TARJETAS A CASSETTE DE ACUERDO A METODOLOGIA DE COLUMNAS, DETERMINACION DEL ANTIGENO D DEBIL</td></tr></table>													N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	1	2				2	OFICIO N° 000837-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-OL	3/05/2024	TIPOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS, DOCUMENTACION OBLIGATORIA(METODOLOGIA-CALIBRADORES)								1	5				5	OFICIO N° 001159-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-OL	4/06/2024	Sobre TERMINO "CONTROL RH" y "CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y/O CONTRO DE CALIDAD DE USO DIARIO ", DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA(CATALOGOS Y/O FICHA TECNICA PARA REACTIVO -EQUIPO), AMPLIAR ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO , , performance del equipo.								1	4				4	OFICIO N° 001439-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-OL	26/06/2024	AMPLIAR METODOLOGIA DE REACTIVOS Y DE EQUIPOS EN CESION DE USO, AMPLIAR DE TARJETAS A CASSETTE DE ACUERDO A METODOLOGIA DE COLUMNAS, DETERMINACION DEL ANTIGENO D DEBIL							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																													
1	2				2	OFICIO N° 000837-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-OL	3/05/2024																																																													
TIPOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS, DOCUMENTACION OBLIGATORIA(METODOLOGIA-CALIBRADORES)																																																																				
1	5				5	OFICIO N° 001159-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-OL	4/06/2024																																																													
Sobre TERMINO "CONTROL RH" y "CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y/O CONTRO DE CALIDAD DE USO DIARIO ", DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA(CATALOGOS Y/O FICHA TECNICA PARA REACTIVO -EQUIPO), AMPLIAR ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO , , performance del equipo.																																																																				
1	4				4	OFICIO N° 001439-2024-GRLL-GGR-GRS-HRDT-OL	26/06/2024																																																													
AMPLIAR METODOLOGIA DE REACTIVOS Y DE EQUIPOS EN CESION DE USO, AMPLIAR DE TARJETAS A CASSETTE DE ACUERDO A METODOLOGIA DE COLUMNAS, DETERMINACION DEL ANTIGENO D DEBIL																																																																				

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	2				2	HOJA DE ENVIO N°000018-2024-GRLL-GGRS-HRDT-DPCAP	9/05/2024
SE INCLUIRA EN LAS EE. TT. (PRESENTACION-REACTIVO), CALIBRADORES-OPCIONAL							
1	5				5	HOJA DE ENVIO N°000025-2024-GRLL-GGRS-HRDT-DPCAP	19/06/2024
se modificara al termino "CONTROL" y "CONTROL DE CALIDAD INTERNO", DEBE INCLUIR " KIT DE ANTIGENO ANTIDIEGO a+, TODOS LOS REACTIVOS LISTOS PARA SU USO EN PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO", DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA (SE AMPLIA A CARTA O DOCUMENTO POR EL FABRICANTE), NO SE AMPLIA LA ANTIGUEDAD DEL EQUIPO DADO QUE CADA AÑO HAY MEJORAS EN EQUIPOS QUE AYUDAN AL OPERADOR Y RESULTADOS OBTENIDOS.							
1	4				4	HOJA DE ENVIO N°000040-2024-GRLL-GGRS-HRDT-DPCAP	15/07/2024
SE AMPLIA METODOLOGIA A AGLUTINACION EN MICROESFERAS DE VIDRIO PARA REACTIVO Y EQUIPO EN CESION DE USO, SE AMPLIA A TARJETA O CASSETTE PARA GRUPO SANGUINEO GLOBULAR ABD-COOMS DIRECTO, SE AMPLIA A :COMBINACION DE UN CASSETTE PARA DETERMINAR ANTI - D DEBIL MAS UN ANTISUERO MONOCLONAL EN FRASCO AUTOMATIZABLE CAPAZ DE DETECTAR DVI.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	<p>SE AMPLIA EN REACTIVO PARA TRIFICACION DE GRUPO SANGUINEO CELULAR Y SERICO -PRESENTACIONO ANITA, ANTI B , ANTI D, CONTROL, CELULAS A1 Y CELULAS B(DEPENDIENDO DE LA METODOLOGIA OFERTADA), SE AMPLIA EN DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA: LAS EE. TT DE LOS REACTIVOS INMUNOMEHATOLOGICOS PARA ACREDITAR SON.....(CONTROLES Y CALIBRADORES, DE CORRESPONDER).</p> <p>PARA LOS REACTIVOS EN LAS KIT PARA TIPIFICACION DE GRUPO SANGUINEOS CELULAR Y SERICO Y KIT PARA TIPIFICACION DE FENOTIPO EXTENDIDO ERITROCITARIO SE CONSIDERO EL TERMINO " CONTROL " EN EL ITEM PRESENTACION, EN LAS EE.TT. DE LOS REACTIVOS : ACCESORIOS ...CONTROL DE CALIDAD INTERNO, DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA:a)El proveedor deberá adjuntar Catálogos y/o Fichas Técnicas y/o brochures, dosiers, y/o carta o documento emitido por el fabricante del producto ofertado (Reactivos para Inmunohematología y Equipos Analizadores Automatizados para Inmunohematología).</p> <p>SE AMPLIA METODOLOGIA A AGLUTINACION EN MICROESFERAS DE VIDRIO PARA REACTIVO Y EQUIPO EN CESION DE USO, SE AMPLIA A TARJETA O CASSETTE PARA GRUPO SANGUINEO GLOBULAR ABD-COOMS DIRECTO, SE AMPLIA A:COMBINACION DE UN CASSETTE PARA DETERMINAR ANTI - D DEBIL MAS UN ANTISUERO MONOCLONAL EN FRASCO AUTOMATIZABLE CAPAZ DE DETECTAR DVI.</p>						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/07/2024			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
DIAGNOSTICA PERUANA SAC, PLATINUM CORP S.R.L.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
BORAD, ORTHO							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4							

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES