

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código : 20602216609

Fecha de envío : 27/11/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

Hora de envío : 17:15:11

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

6.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar la licitación por ítem, y no por paquete, ya que dicha condición limita a muchos postores que cuentan con algunos de los equipos para ofertarlos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 6

Literal: 6.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: De acuerdo con el artículo 2, literal f) de la Ley de Contrataciones del Estado, el enfoque es asegurar eficiencia y eficacia mediante la selección de un único proveedor especializado en la venta, instalación y soporte de los equipos requeridos. Esta estrategia, aunque permite la oferta de diversas marcas, facilita la gestión unificada de garantías y soporte, evitando complicaciones inherentes a la coordinación con múltiples empresas. La igualdad de trato entre los participantes, según el literal b) del mismo artículo, se respeta dado que la indagación de mercado confirmó la existencia de varios postores aptos para cubrir el requerimiento completo. Por lo tanto, mantener el proceso de selección como un paquete completo es esencial para la efectividad y eficiencia del servicio final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	17:23:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

6.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES

SE OBSERVA

Se solicita muy amablemente, al honorable Comité, que para permitir la pluralidad de postores, tome a bien que la licitación sea por ítem, y no por un paquete total, debido a que ello no permite la libre participación de empresas que cuentan con algunos de los equipos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 6.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: De acuerdo con el artículo 2, literal f) de la Ley de Contrataciones del Estado, el enfoque es asegurar eficiencia y eficacia mediante la selección de un único proveedor especializado en la venta, instalación y soporte de los equipos requeridos. Esta estrategia, aunque permite la oferta de diversas marcas, facilita la gestión unificada de garantías y soporte, evitando complicaciones inherentes a la coordinación con múltiples empresas. La igualdad de trato entre los participantes, según el literal b) del mismo artículo, se respeta dado que la indagación de mercado confirmó la existencia de varios postores aptos para cubrir el requerimiento completo. Por lo tanto, mantener el proceso de selección como un paquete completo es esencial para la efectividad y eficiencia del servicio final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código :	10224878805	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	TREJO LUGO YUDY INES	Hora de envío :	19:30:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

En las bases estándar se observa que están considerando como bienes similares a (SIMULADORES, MAQUETAS, Y MANIQUÍES). Considerar solo estos bienes similares para la experiencia limita la participación de los ofertantes viéndose un claro direccionamiento de las especificaciones para favorecer a algunos participantes. Vulnerando los principios: "Libertad de concurrencia, Igualdad de trato, Competencia e Integridad"

Por tal se solicita al Comité de Selección considerar como BIENES SIMILARES a equipos medios y/o equipos médicos en general. Quedado de la siguiente manera:

simuladores y/o maquetas y/o maniqués y/o equipos médicos en general.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libertad de concurrencia, Igualdad de trato, Competencia e Integridad

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Es importante precisar que los bienes similares deben ser específicamente equipos pertenecientes a las categorías de maquetas, simuladores, maniqués y entrenadores. Esta especificación se debe a que dichos productos están enfocados en la educación en ciencias médicas y salud. Por lo tanto, para garantizar un soporte adecuado y capacitaciones alineadas con su propósito didáctico, el postor ganador debe demostrar experiencia en estos tipos de productos. Aunque algunos equipos médicos puedan parecer similares debido a su asociación con la medicina, no se incluyen en esta categoría. Esto se debe a que los equipos médicos varían ampliamente en complejidad y no todos poseen la naturaleza didáctica requerida para este proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código :	10224878805	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	TREJO LUGO YUDY INES	Hora de envío :	19:30:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

En las bases estándar se observa, el plazo de entrega de 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, según el siguiente detalle: 01 Entrega de los bienes en el almacén del IOARR ¿(110) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato¿. 02 Instalación y puesta en funcionamiento de los bienes (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de la entrega del bien. En el mercado existen empresas que podemos entregar los bienes en menor tiempo máximo de 80 días para la entrega e instalación y no fuimos invitados para participar en el estudio de mercado. Considerar el tiempo de 120 días sería un plazo muy largo para la entrega de los equipos. Vulnerando los principios: "Libertad de concurrencia, Publicidad, Eficacia y Eficiencia"

Por tal se solicita al Comité de Selección considerar como plazo de entrega 80 días calendarios para la entrega e instalación. Quedando de la siguiente manera:

El plazo de entrega de 80 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, según el siguiente detalle: 01 Entrega de los bienes en el almacén del IOARR (70) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 02 Instalación y puesta en funcionamiento de los bienes (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de la entrega del bien.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.9.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libertad de concurrencia, Publicidad, Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Reducir el tiempo de entrega estimado obtenido de la indagación de mercado no solo lo invalidaría, haciendo que deba retrotraerse el proceso, sino que, al contrario de lo que menciona el participante en su observación, reduce la libre concurrencia de postores. Así mismo, notar que los participantes son libres de entregar tiempos de entrega menores a los solicitados en las bases sin que esto sea motivo de descalificación, ya que estos tiempos son máximos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código :	10224878805	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	TREJO LUGO YUDY INES	Hora de envío :	19:30:16

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

En las bases estándar se observa, que consideraron como factor de evaluación únicamente el PRECIO. El plazo de entrega de 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En el mercado existen empresas que podemos entregar los bienes en menor tiempo máximo de 80 días para la entrega e instalación y no fuimos invitados para participar en el estudio de mercado. Considerar el tiempo de 120 días sería un plazo muy largo para la entrega de los equipos. Vulnerando los principios: "Libertad de concurrencia, Publicidad, Eficacia y Eficiencia" Por tal se solicita al Comité de Selección considerar como factores de evaluación el PLAZO DE ENTREGA para la entrega e instalación. Quedado de la siguiente manera:
Factores de evaluación: A. PRECIO CON (80 PUNTOS), B. PLAZO DE ENTREGA (20 PUNTOS)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Publicidad, Eficacia y Eficiencia y Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Reducir el tiempo de entrega estimado obtenido de la indagación de mercado no solo lo invalidaría, haciendo que deba retrotraerse el proceso, sino que, al contrario de lo que menciona el participante en su observación, reduce la libre concurrencia de postores. Así mismo, notar que los participantes son libres de entregar tiempos de entrega menores a los solicitados en las bases sin que esto sea motivo de descalificación, ya que estos tiempos son máximos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código : 20562629034

Nombre o Razón social : PLUSYSTEM E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/11/2023

Hora de envío : 22:42:31

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

8.1...

El proveedor presentará las certificaciones de calidad del producto ofertado emitido por el fabricante, para la entrega e instalación de los bienes.

De acuerdo a lo expuesto en el PRONUNCIAMIENTO N° 594-2013/DSU, que puede ser encontrado en el siguiente link: https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Pronunciamentos/2013/Pron%20594-2013%20INSTITUTO_NACIONAL%20DE%20SALUD%20ADS%20019-2013%20%28Adquisicion%20de%20lavador%20microplacas%29.doc

Se indica lo siguiente ¿Respecto a la Observación N° 6, que cuestiona el certificado de garantía comercial solicitado, corresponde precisar que el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados en el proceso de selección es el contratista, independientemente de su calidad de representante, distribuidor, importador o fabricante.

En el presente caso, se está requiriendo una carta de garantía emitida por el fabricante de los equipos o por el postor, es decir, se exige la intervención del fabricante en un proceso de selección para la adquisición de diversos equipos, lo cual no resulta congruente con lo expuesto precedentemente, porque el único responsable de cumplir con la garantía ofertada es el contratista.¿

En este mismo pronunciamiento se indica que tampoco debe solicitarse una carta de representación exclusiva emitida por el fabricante por las mismas razones, ya que el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados en el proceso de selección es el contratista.

Bajo esta misma lógica, solicitar la intervención del fabricante para emitir un certificado de calidad del producto, contraviene lo dispuesto por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado en este y otros pronunciamientos, por lo que solicita se suprima dicho requerimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Respecto a la observación presentada sobre la solicitud de una garantía emitida por el fabricante, es importante aclarar que, en este proceso de selección, no se está requiriendo una garantía comercial del fabricante, sino certificaciones de calidad del producto. Como se indica en el pronunciamiento del OSCE, la responsabilidad de ejecutar la garantía recae en el contratista. La razón para solicitar estas certificaciones es asegurar que los productos cumplen con un estándar mínimo de calidad, lo que reduce la probabilidad de recurrir a la garantía por defectos de fabricación o diseño. En cuanto a la garantía comercial, esta debe ser proporcionada por el postor, tal como se especifica en la página 24, numeral 7, inciso 7.6 ¿GARANTÍA COMERCIAL¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

¿ Introducción a los programas de simulación y demostración del uso del software

¿ (...)

¿ Uso del software aplicable, exploración de características avanzadas del software en casos de simulaciones de casos clínicos específicos

Solicitamos retirar estas características, toda vez que no aplican a los simuladores solicitados en la presente adjudicación simplificada, ya que se solicitan simuladores de habilidades que no utilizan software.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se aclara que en las bases integradas se colocará que estas actividades serán necesarias solo en caso de que el postor entregue equipamiento que posea software. De no contar con tal, no se exigirá.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Introducción a los programas de simulación y demostración del uso del software si el producto cuenta con uno

Uso del software aplicable, exploración de características avanzadas del software en casos de simulaciones de casos clínicos específicos. En caso de que el producto no cuente con software, este requerimiento no es exigible

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Si pasado las 48 horas de comunicado el efecto, para reemplazar los bienes defectuosos y/o reemplazo de equipos y/o cambiado por incumplimiento de la garantía.

CONSULTA:

Los bienes tienen un tiempo de entrega de 120 días calendario en atención a que son bienes fabricados en el extranjero que deben ser fabricados a pedido e importados. Teniendo esto en consideración, solicitar el cambio o reemplazo en un plazo de 48 horas no sería razonable, considerando que el estudio de mercado ha determinado que el tiempo en que los bienes pueden ser entregados a la entidad es de 120 días.

Consideramos que, si bien no se pueden brindar otros 120 días para realizar el cambio requerido, un tiempo prudente para poder realizar la exportación temporal para su importación en el mismo estado por garantía del fabricante es de al menos 40 días calendario, por lo que solicitamos tomen ese tiempo para el reemplazo de los equipos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se considerará un plazo máximo de 40 días calendarios para reemplazo solo de aquellos bienes que deben ser importados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si pasado los 40 días calendarios de comunicado el efecto, para reemplazar los bienes defectuosos y/o reemplazo de equipos y/o cambiado por incumplimiento de garantía, toda vez que estos bienes requieran de ser importados.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código : 20562629034

Nombre o Razón social : PLUSYSTEM E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/11/2023

Hora de envío : 22:42:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Realista ¿pop¿ y el reflujo confirma la aguja está en posición correcta.

CONSULTA:

Ambas características mencionadas ¿pop¿ y ¿reflujo¿ confirman la realización del correcto procedimiento. Con la finalidad de contar con pluralidad de postores sugerimos acepta al menos una de las dos.

Quedando de la siguiente manera:

*Realista ¿pop¿ o reflujo confirma que la aguja está en la posición correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 1

Página: 20

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se requieren tanto pop y reflujo para la observación y práctica de ambas técnicas que son útiles en la confirmación de la realización del procedimiento, debiéndose presentar ambas características para la aceptación del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Simulador para examen de oído con otoscopio real.

CONSULTA:

*Por favor aclarar si es necesario entregar un otoscopio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: La entrega de un otoscopio no está considerada dentro del requerimiento, pero el simulador debe ser capaz de poder trabajar con uno real.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código : 20562629034

Nombre o Razón social : PLUSYSTEM E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/11/2023

Hora de envío : 22:42:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Diferentes tamaños de pupila se pueden ajustar en 3 pasos (2, 3.5, 5 mm)

CONCULTA:

Con la finalidad de contar con pluralidad de postores sugerimos modificar la característica de la siguiente manera:

* tamaños de pupilas ajustables

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: El requerimiento ya indica que los tamaños de pupila son ajustables en 3 pasos (2, 3.5 y 5mm). Es decir, se debe contar con, como mínimo con esos tres ajustes de pupila, independientemente de la forma en la que se ejecuta dicho ajuste.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código :	20296021408	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:43:07

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con respecto a los requisitos de formación del personal clave, dado que se tratan de equipos que requieren un alto grado de especialización para garantizar la calidad del servicio de post venta, solicitamos al comité que en pro del principio de Eficiencia y Eficacia que rige a las contrataciones con el Estado solicite que el capacitador cuente además con la acreditación del fabricante para ejercer la labor de instalación y capacitación de sus productos. Esto aplica para los simuladores de examen de oído y ojo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: De conformidad a los Pronunciamientos y Resoluciones del Tribunal del OSCE mediante el cual señalan lo siguiente: (...) las entidades deben promover la más amplia participación de postores y simplificar los procesos de contratación, por lo tanto no se puede pedir documentos adicionales innecesarios y restrictivos, en la etapa de presentación de ofertas, a los que ya están establecidos en las Bases Estándar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE EQUIPOS PARA EL IOARR ADQ DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA SEDE CENTRAL ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DIST DE HVCA PROV DE HVCA DPTO DE HVCA

Ruc/código :	20296021408	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:43:07

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se especifica un total de 120 días para la ejecución, divididos en 110 días para la entrega y 10 días adicionales para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Sin embargo, no se detalla si el período de capacitación está incluido dentro de este plazo total. Por ello, solicito al comité confirmar si la capacitación forma parte de los 10 días destinados a la instalación y puesta en funcionamiento, o si se considera una actividad adicional que extiende el plazo de 120 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.9.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: El plazo de 10 días adicionales no considera capacitación, solo instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, pudiéndose dar la capacitación dentro de este periodo o en uno posterior de acuerdo con la conveniencia y disponibilidad del personal a capacitar. No obstante, la culminación de la capacitación es indispensable para el otorgamiento de la conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.