

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consultamos si podemos hacer entregas parciales:

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 100 KG ¿ PLAZO DE ENTREGA 45 DÍAS CALENDARIO

SECADORA DE ROPA, CAPACIDAD 50 KG/CARGA ¿ PLAZO DE ENTREGA 90 DÍAS CALENDARIO

PLANCHADORA DE SABANAS (CALANDRA), CAPACIDAD 75KG/H. PLAZO DE ENTREGA 100 DIAS CALENDARIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** I **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que el plazo es por el ítem paquete; por lo tanto el plazo de entrega es según lo solicitado en las bases del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA

Sírvase aclarar si el Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 debe decir:

Certificado de seguridad del sistema eléctrico de la maquina objeto de la convocatoria como es la LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 100 KG: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 y de este modo garantizar que el certificado eléctrico en cuestión certifica a la máquina que se va a adquirir y no a cualquier otra máquina

Sírvase aclarar si el Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 debe decir:

Certificado de seguridad del sistema eléctrico de la maquina objeto de la convocatoria como es la LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 100 KG: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 y de este modo garantizar que el certificado eléctrico en cuestión certifica a la máquina que se va a adquirir y no a cualquier otra máquina

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que el certificado en mención será validado, con la presentación de dicho certificado en alguno de los equipos ofertados, Así mismo, se precisa que dicho certificado debiera indicar el modelo ofertado del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

f.-Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA, 60204-1, (Cualquiera de los certificados emitidos por institucion competente), se debiera presentar como minimo para alguno de los equipos ofertados, debiendo indicar el modelo ofertado por el postor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA:
Sírvasse aclarar si el Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de maquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 debe decir:
Certificado de seguridad del sistema eléctrico de la maquina objeto de la convocatoria como es la PLANCHADORA DE SABANAS (CALANDRA), CAPACIDAD 75KG/H: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 y de este modo garantizar que el certificado eléctrico en cuestión certifica a la maquina que se va a adquirir y no a cualquier otra máquina

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que el certificado en mención será validado, con la presentación de dicho certificado en alguno de los equipos ofertados, Así mismo, se precisa que dicho certificado debiera indicar el modelo ofertado del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

f.-Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA, 60204-1,(Cualquiera de los certificados emitidos por institucion competente), se debiera presentar como minimo para alguno de los equipos ofertados, debiendo indicar el modelo ofertado por el postor.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Sírvase aclarar si el Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 debe decir:

Certificado de seguridad del sistema eléctrico de la maquina objeto de la convocatoria como es la SECADORA DE ROPA, CAPACIDAD 50 KG/CARGA UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 y de este modo garantizar que el certificado eléctrico en cuestión ha sido certificada y no a cualquier otra máquina

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que el certificado en mención será validado, con la presentación de dicho certificado en alguno de los equipos ofertados, Así mismo, se precisa que dicho certificado debiera indicar el modelo ofertado del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

f.-Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA, 60204-1,(Cualquiera de los certificados emitidos por institucion competente), se debiera presentar como minimo para alguno de los equipos ofertados, debiendo indicar el modelo ofertado por el postor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Observamos que debe MODIFICARSE, en aplicación del Principio de c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, puesto que el Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 es incoherente con el fin de la convocatoria y debe modificarse como sigue:

¿Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas de Lavandería: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 relacionada exclusivamente con la marca, modelo, año de fabricación y serie de las máquinas objeto de la convocatoria y de este modo garantizar que el certificado eléctrico en cuestión certifica a las maquinas que se va a adquirir y que ya están fabricadas o están ya en poder del CONTRATISTA y no cualquier otra máquina que no sería entregada por el CONTRATISTA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** f **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que dicho certificado debiera indicar como minimo el modelo ofertado del bien. Así mismo, se indica que el certificado en mención será validado, con la presentación de dicho certificado en alguno equipos ofertados,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

f.-Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA, 60204-1,(Cualquiera de los certificados emitidos por institucion competente), se debiera presentar como minimo para alguno de los equipos ofertados, debiendo indicar el modelo ofertado por el postor.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

OBSERVACION:

Teniendo en cuenta la Resolución N°551-2013-TC-S1, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha precisado lo siguiente:

¿Las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridos como documentos de presentación obligatoria; ¿. (¿) estas certificaciones acreditan una serie de estándares patrocinados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), que son de acogimiento voluntario, es decir, su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna. Observamos que g) Copia del certificado ISO 10472 debe suprimirse de las presentes bases en PRESENTACION OBLIGATORIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se indica que dicha normativa ISO es lo minimo requerido. Así mismo se precisa El ISO 10472 es una serie de normas que proporciona directrices y requisitos de seguridad para el diseño, la construcción e instalación de equipos de lavandería industrial. La serie ISO 10472 se enfoca en garantizar que los equipos de lavandería industrial sean seguros para los trabajadores que los operan y para el entorno en el que se utilizan.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS.-A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, que los siguientes bienes solicitados como similares no tienen relación con los bienes de la contratación puesto que tienen diferente uso y suministros de vapor, agua, aire:

BIENES DE LA CONTRATCIÓN

Lavadora centrífuga automática de 2 puertas (barrera sanitaria), industrial 100 kg: Equipo electromecánico que facilita el lavado de las prendas sucias, provenientes de los distintos servicios del establecimiento de salud.

Lava ropa sucia y contaminada, usando vapor de 100 psi, de temperatura de hasta 164°C cumpliendo con la norma peruana

Secadora de ropa, capacidad 50 kg/carga: Equipo electromecánico no hermético, que facilita el proceso de secado mediante la introducción forzada de aire caliente en el interior de un tambor giratorio, dentro del cual va dando vueltas lentamente las prendas y/o telas húmedas.

Seca ropa limpia descontaminada, usando vapor de 100 psi, de temperatura de hasta 164°C

Planchadora de sabanas (calandra), capacidad 75 kg/h: Equipo electromecánico no hermético, que se componen de rodillos y sirve para planchar telas y prendas, provenientes del proceso de lavado, en el servicio de lavandería.

Seca y plancha ropa limpia descontaminada, usando vapor de 100 psi, de temperatura de hasta 164°C

BIENES SOLICITADOS COMO SIMILARES

Cabina de eliminación de manchas: Elimina manchas, No usa vapor, usa aire seco caliente y productos químicos

Generador de vapor para plancha: Equipo Eléctrico hermético que produce vapor, Usa agua para generar vapor que será usada en una plancha manual para planchar ropa

Esterilizador de calor seco: Equipo eléctrico que esteriliza ropa lavada, seca, limpia, descontaminada, Usando aire seco caliente de hasta 180°C

Esterilizador horizontal a vapor: Equipo electromecánico hermético, que esteriliza ropa lavada, seca, limpia, descontaminada, usando vapor de máximo 32 psi y temperatura de 134°C

Esterilizador vertical a vapor: Equipo electromecánico hermético que esteriliza instrumental quirúrgico, usando vapor de máximo 32 psi y temperatura de 134°C

Generador (de vapor) eléctrico: Equipo eléctrico hermético que usa agua para generar vapor que será usada en una autoclave horizontal a vapor

Equipos de desinfección: Equipo electromecánico que desinfecta instrumental quirúrgico, usa agua tratada y aire caliente, no usa vapor

En conclusión deben admitirse como Bienes similares: Lavadoras, Secadoras, Planchadoras de sabanas (calandra), centrífugas y prensas planchadoras de cualquier tamaño y uso y calderas para propiciar la mayor participación de postores

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 3.1	Literal: 17	Página: 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que los bienes similares se encuentra definidos dentro del requerimiento, sin embargo, a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara dicho requisito, permitiendo participar con "Lavadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, secadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, planchadora (calandria) de cualquier capacidad de uso hospitalario."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AGREGAR EN BIENES SIMILARES: ¿. "Lavadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, secadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, planchadora (calandria) de cualquier capacidad de uso hospitalario y equipos de esterilizacion y desinfeccion hospitalaria"

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Observamos

a) Facturación, Requisitos: El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3,000,000.00 en aplicación del *PRINCIPIO b) Igualdad de trato*. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

Es aceptado que los factores de evaluación sirven para verificar si los postores cuentan con capacidades necesarias para ejecutar el contrato, sin embargo se antepone a este factor que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia y puesto que este alto monto S/ 3,000,000.00 es el resultado de aplicar la compra en PAQUETE, solicitamos se disminuya a S/ 1,000,000.00 para fomentar la pluralidad de concurrentes al proceso de selección, es decir, estimular que haya el mayor número de postores o posibles interesados al proceso y no que estos se desalienten e intimiden como ocurre a los postores que son micro y pequeñas empresas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se modificara el monto facturado total a 1 millón, con lo que se garantiza la experiencia de la empresa que atendera nuestro requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/1,000,000.00 (Un Millón con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTAMOS RESPETUOSAMENTE,

Se revise el Resumen Ejecutivo de las actuaciones preparatorias de la presente convocatoria, para evaluar si la Entidad ha tenido en cuenta que existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento de experiencia de S/ 3,000,000.00 para incluirlo en el requisito de calificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité Especial, ACLARA que la etapa de resumen ejecutivo se cumplió dentro lo estipulado por las normativas vigentes del OSCE y en el marco de la Ley de contrataciones y su reglamento vigente, además se aclara que en la etapa de actuaciones preparatorias no es obligatoria que los postores presenten el total de la Experiencia del Postor en la Especialidad debido a que en la etapa de procedimiento de selección dichos postores podran consorciarse para cumplir el valor solicitado como experiencia en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSULTA: sirva aclararnos si el personal de recepción mencionado en el FORMATO 2, será personal de GERESA o del HOSPITAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** FORMATO 2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que el personal de la recepcion es tanto personal de la GERESA como del Hospital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS, que la Especificación del equipo E-51 el numeral 8.06 las imágenes están borrosas y las letras no son posible leerlas y siendo las bases un factor que influye en nuestro precio de oferta, por favor háganos llegar los planos con posibilidad de lectura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.06 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de la Ley de Contrataciones, c) Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que en las bases integradas se brindara la descripcion textual con descripcion del concreto que deberá tener las características que se detallarán en la especificación 8.06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

8.06:

Construcción de una base de concreto armado de 10 cm de altura mínima, y según detalles:

Con malla electrosoldada,

Con Fc= 210 kg/cm2

Enchape de contrazócalo en todo el perímetro de la base de concreto armado, de la misma calidad y color de piso del ambiente, de tipo sanitario.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN: respetuosamente observamos, que en la Especificación del equipo E-56 el numeral 7.05 las imágenes están borrosas y las letras no son posible leerlas y siendo las bases un factor que influye en nuestro precio de oferta, por favor háganos llegar los planos con posibilidad de lectura

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 7.05 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, C) TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisara en las bases integradas la descripcion textual del concreto que deberá tener las características que se detallarán en la especificación 7.05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SECADORA DE ROPA

7.05:

Medidas de 10 cm de altura mínima, y según los detalles siguientes:

Enchape de contrazócalo en todo el perímetro de la base de concreto armado, de la misma calidad y color del ambiente.

Con acabado sanitario

Con malla electrosoldada de 6x6/10-10 corrida.

Con Fc= 210 kg/cm2

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20518063791	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALARIA MASTER SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:12:41

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EL POSTOR INTERESADO DEBERÁ REALIZAR UNA VISITA DE PRE-INSTALACIÓN, RECONOCIENDO EL FUTURO EMPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y COMPONENTES, METRADOS, TRABAJOS DE PRE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACONDICIONAMIENTOS, CON LA FINALIDAD DE TOMAR PLENO CONOCIMIENTO DE LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD Y ELABORAR SU PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA. SE SUSTENTARÁ MEDIANTE UNA DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR, CONSULTAMOS y solicitamos nos indique cuando puede ir nuestro personal especializado para tomar pleno conocimiento de lo requerido y hacerle llegar nuestra propuesta técnico-económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 7.01 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta instalacion pues estamos en la modalidad llave en mano, donde el postor es responsable de la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

Nos dirigimos respetuosamente al Comité de Selección para que tenga en consideración el PRONUNCIAMIENTO N° 945- 2019/OSCE-DGR relacionado con el Certificado de Seguridad eléctrica, y observamos que debe SUPRIMIRSE de la Pag N° 16 ¿ Sección Específica -Capítulo 1 ¿ 2.2 Documentación de presentación obligatoria ¿ 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta ¿ F) en aplicación del Principio de a) Libertad de Concurrencia: Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que dicho certificado garantiza la seguridad del usuario al operar el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 15
Consulta/Observación:
OBSERVACIÓN:
La Norma ISO 10472 está compuesta por 6 normas:

- UNE-EN ISO 10472-1:2009
Normas Vigente / 2009-01-14
Requisitos de seguridad para la maquinaria de lavandería industrial. Parte 1: Requisitos comunes. (ISO 10472-1:1997).
- UNE-EN ISO 10472-2:2008
Normas Vigente / 2008-12-30
Requisitos de seguridad para la maquinaria de lavandería industrial. Parte 2: Máquinas lavadoras y lavadoras-centrifugadoras. (ISO 10472-2:1997).
ISO/IEEE 110
- UNE-EN ISO 10472-3:2009
Normas Vigente / 2009-01-14
Requisitos de seguridad para la maquinaria de lavandería industrial. Parte 3: Túneles de lavado, que incluyen las máquinas de componentes. (ISO 10472-3:1997).
- UNE-EN ISO 10472-4:2009
Normas Vigente / 2009-01-14
Requisitos de seguridad para la maquinaria de lavandería industrial. Parte 4: Secadoras de aire. (ISO 10472-4:1997).
- UNE-EN ISO 10472-5:2009
Normas Vigente / 2009-02-11
Requisitos de seguridad para maquinaria de lavandería industrial. Parte 5: Planchas, alimentadoras y plegadoras. (ISO 10472-5:1997)
- UNE-EN ISO 10472-6:2009
Normas Vigente / 2009-02-11
Requisitos de seguridad para maquinaria de lavandería industrial. Parte 6: Prensas para planchado y termofusión. (ISO 10472-6:1997).
- En consecuencia observamos que las presentes bases deben exigir 3 certificados ISO 10472- X APLICADOS A CADA EQUIPO CONVOCADA OBJETO DE LA CONVOCATORIA, y no un ISO 10472 GENERAL, debiendo decir:
- Para la LAVADORA CENTRIFUGA automática de 2 puertas (barrera sanitaria), industrial 100 kg adjuntar *Copia del Certificado UNE-EN ISO 10472-2:2008 - Normas Vigente / 2008-12-30*
Requisitos de seguridad para la maquinaria de lavandería industrial. *Parte 2*: Máquinas lavadoras y LAVADORAS-CENTRIFUGADORAS. (ISO 10472-2:1997)*.
- Para la SECADORA de ropa, capacidad 50 kg/carga adjuntar *Copia del Certificado UNE-EN ISO 10472-4:2009 - Normas Vigente / 2009-01-14*
Requisitos de seguridad para la maquinaria de lavandería industrial. *Parte 4: SECADORAS de aire. (ISO 10472-4:1997)*.
- Para la PLANCHADORA DE SABANAS (CALANDRA), CAPACIDAD 75 KG/H adjuntar *Copia del UNE-EN ISO 10472-5:2009 ¿ Normas Vigente / 2009-02-11*
Requisitos de seguridad para maquinaria de lavandería industrial. *Parte 5: PLANCHAS, alimentadoras y

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

plegadoras. (ISO 10472-5:1997)*

Y con esto dar cumplimiento al Principio e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que se ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que dicho certificado serán exigibles como minimo para la lavadora y la secadora, las cuales deberan sustentar ISO 10472-2 y ISO 10472-4, respectivamente. Así mismo, dentro de dicho certificado debera identificarse el modelo ofertado como minimo.

Asi también, se precisa que considerando las respuestas de la consulta 98 y 101. Se ampliará la consideración de poder sustentar dicho requisito con el certificado CE siempre y cuando se indique el cumplimiento o seguimiento de la normativa iso solicitada, para los modelos ofertados de lavadora y secadora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

G) Copia del certificado ISO 10472 Requisitos de seguridad para la máquina de lavandería industrial (para lavadora y para la secadora, debiendo indicar el modelo ofertado)(Se podra acreditar a travez del CE siempre y cuando dentro de dicho certificado indique el modelo del equipo ofertado, y el cumplimiento o aplicacion o seguimiento, del ISO10472)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Nos dirigimos respetuosamente al Comité de Selección para que tenga en consideración el PRONUNCIAMIENTO N° 945- 2019/OSCE-DGR relacionado con 4. SERVICIO DE POSTVENTA para garantizar la disponibilidad de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles, otros materiales y servicios dentro del territorio nacional del Perú, por el periodo de 05 años, debiendo adjuntar la DECLARACION JURADA DE SERVICIO DE POST VENTA firmada por el representante legal de la empresa. Así mismo, el postor deberá estar autorizado por el fabricante.

Observamos que debe SUPRIMIRSE de la Pag N°23- Parámetros ¿ 4. Servicio Post Venta en aplicación del Principio de a) Libertad de Concurrencia: Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Cabe mencionar que la autorización que debe dar el fabricante de las maquinas de lavanderia que comercializamos para garantizar repuestos y accesorios por el periodo de 5 años es costoso puesto que tienen que añadir a su SISTEMA ISO 9000 este nuevo producto o proceso y les toma un tiempo prudencial no certificable

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que la autorizacion del fabricante es importante pues Así se garantiza que el postor puede brindar un servicio postventa de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respetuosamente observamos el termino Profesional (Ingeniero mecánico electricista o ingeniero mecatrónico o ingeniero electrónico en C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, Requisitos: no admitiendo al profesional ingeniero mecánico, ingeniero electricista,

Nuestra observación se sustenta en la afirmación que ninguno de los profesionales tienen incluido en su curricula de estudios el curso de instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de equipos de lavandería iguales o similares a los de la convocatoria, en consecuencia que para dar mayor participación y pluralidad de postores, deben admitirse también a los Profesionales Ingenieros mecánicos e Ingenieros Electricistas teniendo en cuenta además que el CIP (Colegio de Ingenieros del Perú) agrupa a los ingenieros mecánicos e ingenieros mecánicos electricistas en el CAPITULO DE INGENIEROS MECANICOS Y MECANICOS ELECTRICISTAS y a los ingenieros electricistas e ingenieros electrónicos en el CAPITULO ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: C.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que lo solicitado es un ingeniero mecanico electricista, el cual maneja los componentes mecanicos y electricos de los equipos de lavanderia. Sin embargo, no se podria solicitar solo ing mecanico o solo ingeniero electricissta por que no cubriria la atencion del total de la composicion tecnologia del equipo de lavanderia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respetuosamente observamos que para dar mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos también califiquen como personal clave a los TECNICOS DE ESPECIALIDAD AFIN, como Técnico Electricistas, Técnico Mecánico, Técnico Mecatrónico, que cuentan con igual de experiencia que los solicitados, por lo cual solicito puedan ampliar el criterio para que exista pluralidad de postores y no este dirigido a empresas que cuentan con tales profesionales y técnicos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: C1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que se ampliara dicho requisito de profesion de tecnico, permitiendo presentar un tecnico mecatronico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Personal Técnico (técnico electrónico o técnico electromecánico o tecnico mecatronico o bachiller en ingeniería electrónica
o bachiller en ingeniería mecatrónica)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respetuosamente observamos que la experiencia que están requiriendo para el personal técnico es en EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, el cual no guarda relación con el objeto de la convocatoria que son EQUIPOS DE LAVANDERÍA, en consecuencia debería suprimirse el termino EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO y ser reemplazado en EQUIPOS DE LAVANDERIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: C1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE,se precisa que los equipos de lavanderia se encuentran dentro de la definicion de equipamiento hospitalario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respetuosamente observamos el termino DURANTE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO del ANEXO N° 13 en el punto: Servicio de mantenimiento post-venta durante a vida útil del equipo.

Teniendo en cuenta que son tres equipos de diferente uso, diferente diseño constructivo, diferente aplicación, tendrá diferente horas de uso, diferente calidad de materiales, observamos que debe decir el anexo 13 lo siguiente:

Servicio de mantenimiento post venta para la lavadora, secadora y calandra de 3 años

NOTA: se ha tenido en cuenta la GARANTIA Y MANTENIMIENTO indicadas en las características técnicas de los equipos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO 13 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE se precisa que el postventa debe ser acorde a la garantía solicitada en el procedimiento de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Documentos para la admisión de la oferta literal h y ANEXO 13

Servicio de mantenimiento post-venta, durante 3 años como minimo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

CONSULTA:

1.06 PUERTAS CON CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO CÓMO MÍNIMO

Consultamos si la entidad aceptará que el vidrio templado esté instalado en una parte fija y segura de la lavadora, evitando de este modo que no esté instalado en las puertas, puesto que el operador por su manejo rudo, causa siempre su rotura

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 1.06 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que el vidrio templado deberá estar instalado en la parte batiente de la puerta. Se precisa que la ubicación del vidrio en la parte batiente de la puerta proporciona una visión clara del interior de la lavadora, lo que ayuda a evitar accidentes al cargar o descargar la ropa. Los usuarios pueden ver si hay objetos o prendas atrapadas antes de abrir la puerta, lo que reduce el riesgo de lesiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

1.10 TAMBOR DIVIDIDO EN DOS (02) COMPARTIMIENTOS.

Consultamos al comité si aceptará tambor dividido en tres (3) compartimientos logrando que la lavadora tenga mayor rapidez en la descarga porque no se empelota o enreda la ropa como ocurre en una lavadora con dos compartimiento, disminuyendo además el mayor consumo de potencia inicial para vencer la inercia al momento de la carga y descarga por desequilibrio en la carga cuando está lleno un solo compartimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 1.10 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se indica que con solo dos compartimientos, la carga y la descarga de la lavadora son más simples y rápidas. Los usuarios no tienen que preocuparse por distribuir la carga en tres compartimientos diferentes, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo requeridos para realizar estas tareas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

2.08 FACTOR ¿G¿ DE 320 O SUPERIOR. PARA REDUCCION DE LA HUMEDAD RESIDUAL Y ACORTAR EL TIEMPO DE SECADO

Consultamos al COMITÉ si en estudio de mercado, los participantes han asegurado que la humedad residual será del 40% con factor G de 320, que acorta el tiempo de secado a 15 minutos por carga

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 2.08 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que lo mínimo aceptado es un factor G de 320. Se precisa que un mayor factor "g", ayuda a eliminar más agua de la carga de ropa durante el centrifugado. Esto puede reducir significativamente el tiempo de secado necesario para la ropa, lo que a su vez puede aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos asociados con el funcionamiento de la lavadora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

7.03 MANGUERA DE SUMINISTRO: UNA DE AGUA FRÍA, AGUA BLANDA Y OTRA DE AGUA CALIENTE CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES ESTANDARIZADOS.

La Entidad no detalla las dimensiones de largo x diámetro y material de fabricación de la manguera de suministro de agua fría, agua blanda y otra de agua caliente, que afecta el precio final de nuestra oferta económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 7.03 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que la longitud necesaria de las manguera para conexión de agua blanda, agua fría y agua caliente no es mayor a los diez metros cada uno. Respecto a los demas detalles solicitados se precisa que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta instalacion pues estamos en la modalidad llave en mano, donde el postor es responsable de la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento. Por ultimo, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

7.03:

Manguera de suministro: una de agua fría, agua blanda y otra de agua caliente con sus respectivos conectores estandarizados. La distancia del punto de suministro hasta la lavadora no es mayor de diez metros. Respecto al diametro y material sera de acuerdo al adecuado funcionamiento del bien ofertado.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

7.04 KIT DE CONEXIÓN PARA EL DRENAJE

La Entidad no especifica los componentes del kit de conexión para el drenaje y tampoco detalla las dimensiones de largo x diámetro y material de fabricación del KIT DE CONEXIÓN PARA EL DRENAJE, que afecta el precio final de nuestra oferta económica

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: E-51

Literal: 7.04

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que la longitud necesaria de las manguera para conexión de agua blanda, agua fría y agua caliente no es mayor a los diez metros cada uno. Respecto a los demas detalles solicitados se precisa que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta instalacion pues estamos en la modalidad llave en mano, donde el postor es responsable de la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento. Por ultimo, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

7.04:

Kit de conexión para el drenaje. El punto de drenaje estará ubicado debajo de la lavadora

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

8.02 CONEXIONADO DE LA LÍNEA DE VAPOR Y DESAGUE
TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE VAPOR DISPONIBLE HACIA LA LAVADORA, HACIENDO USO DE ACCESORIOS ESTANDARIZADOS
La Entidad no detalla la longitud de las tuberías de suministro de vapor ni de drenaje disponible hacia la lavadora, tampoco detalla el diámetro ni el material de construcción de estas, que afecta el precio final de nuestra oferta económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.02 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE,se precisa que el punto de conexión de linea de vapor así como el punto de desfogue de vapor remanente estará ubicado a menos de diez metros de donde se ubicarán las lavadoras.

Se incluirá esta información en la especificación 8.02 para conocimiento de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

8.02:

Conexión para línea de vapor y desfogue.
Tramo comprendido desde la tubería de suministro de vapor disponible hacia la lavadora, haciendo uso de accesorios estandarizados.
Los puntos de suministro y desfogue estarán a menos de 10 metros de la ubicación de la lavadora

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

8.03 CONEXIONADO ELÉCTRICO
TENDIDO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DISPONIBLES HASTA EL TABLERO DE CONTROL DE LA LAVADORA (BLOQUE TERMINAL).
La Entidad no detalla la longitud del tendido eléctrico de alimentación, tramo comprendido desde las salidas eléctricas disponibles hasta el tablero de control de la lavadora (bloque terminal), tampoco detalla el calibre de los cables del tendido eléctrico, ni el material de fabricación de esta, ni indica si el tendido eléctrico será aéreo o empotrado en pared o empotrado en piso, que afecta el precio final de nuestra oferta económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.03 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que el tablero eléctrico para conexión de la lavadoras estarán ubicadas a una distancia no mayor de diez metros. Respecto a los demas detalles solicitados se precisa, que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta entrega, instalacion y puesta en funciomamiento, pues estamos en la modalidad llave en mano. Por ultimo, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

8.03:

Conexión eléctrico
Tendido eléctrico de alimentación, tramo comprendido desde las salidas eléctricas disponibles hasta el tablero de control de la lavadora (bloque terminal).
Tableros para conexión ubicados a una distancia no mayor a diez metros de la ubicación de la lavadora

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

8.04 CONEXIONADO NEUMÁTICO
TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL DISPONIBLE HACIA LA LAVADORA, HACIENDO USO DE ACCESORIOS ESTANDARIZADOS.
La Entidad no detalla la longitud del tramo comprendido desde la tubería de suministro de aire comprimido disponible hacia la lavadora, tampoco detalla el diámetro de la tubería de suministro de aire, ni el material de construcción de esta, ni indica si el tendido eléctrico será aéreo o empotrado en pared o empotrado en piso o adosado en pared, que afecta el precio final de nuestra oferta económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.04 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que el punto de conexión de aire comprimido estará ubicado a una distancia no mayor a diez metros de la ubicación de la lavadora.
Respecto a los demas detalles solicitados se precisa, que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta instalacion pues estamos en la modalidad llave en mano, donde el postor es responsable de la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento. Por ultimo, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

8.04

Conexionado neumático
Tramo comprendido desde la tubería de suministro de aire comprimido industrial disponible estará ubicado a una distancia no mayor a diez metros hacia la lavadora, haciendo uso de accesorios estandarizados.
Suministro e instalación de una unidad de tratamiento final de aire comprimido (unidad de mantenimiento, regulador de presión y filtro).

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE TRATAMIENTO FINAL DE AIRE COMPRIMIDO (UNIDAD DE MANTENIMIENTO, REGULADOR DE PRESIÓN Y FILTRO).

La entidad no especifica la capacidad del flujo de aire versus presión de la unidad de tratamiento de aire, que según estas, varían de precio, que afecta el precio final de nuestra oferta económica

Acápite de las bases :Sección: Específico

Numeral: E-51

Literal: 8.04

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que la entidad suministrará una unidad de tratamiento de aire comprimido (junto con sus accesorios y consumibles) el cual será ubicada en un ambiente aparte. El postor solo deberá hacer la conexión del equipo al punto del aire comprimido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

8.04

Conexionado neumático
Tramo comprendido desde la tubería de suministro de aire comprimido industrial disponible estará ubicado a una distancia no mayor a diez metros hacia la lavadora, haciendo uso de accesorios estandarizados.
Suministro e instalación de una unidad de tratamiento final de aire comprimido (unidad de mantenimiento, regulador de presión y filtro).

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

8.05 CONEXIONADO HIDRÁULICO
TRAMO COMPRENDIDO DESDE LOS PUNTOS DISPONIBLES DE AGUA HACIA LA LAVADORA, HACIENDO USO DE ACCESORIOS ESTANDARIZADOS.
La Entidad no detalla la longitud del tramo comprendido desde los puntos disponibles de agua hacia la lavadora haciendo uso de accesorios estandarizados, tampoco detalla el diámetro de la tubería de suministro de agua, ni el material de fabricación de esta, ni indica si el tendido hidraulico será aéreo o empotrado en pared o empotrado en piso o adosado en pared, que afecta el precio final de nuestra oferta económica

Tampoco detalla lo relacionado con el AGUA TRATADA y el AGUA CALIENTE, que afecta el precio final de nuestra oferta económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.05 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que el punto de suministro de agua estará ubicado a menos de diez metros desde la ubicación de la lavadoras. Respecto a los demas detalles solicitados se precisa, que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta instalacion pues estamos en la modalidad llave en mano, donde el postor es responsable de la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento. Por ultimo, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta.

Se precisarán esos detalles en la especificación 8.05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

8.05

Conexionado hidráulico
Tramo comprendido desde los puntos disponibles de agua hacia la lavadora, haciendo uso de accesorios estandarizados. La distancia desde el punto de suministro no es mayor a diez metros.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Observamos que La entidad no detalla que el zócalo de la base de concreto armado debe ser del TIPO SANITARIO, que afecta el precio final de nuestra oferta económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.06 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que en las bases integradas se brindara la descripcion textual con descripcion del concreto que deberá tener las características que se detallarán en la especificación 8.06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

8.06:

Construcción de una base de concreto armado de 10 cm de altura mínima, y según detalles:

Con malla electrosoldada,

Con Fc= 210 kg/cm2

Enchape de contrazócalo en todo el perímetro de la base de concreto armado, de la misma calidad y color de piso del ambiente, de tipo sanitario.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

8.07 CONSTRUCCIÓN DE BARRERA SANITARIA
CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 O 316 DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA NIVEL DE FONDO DE VIGA (ALTURA REFERENCIAL: 3.12 METROS), CON PERFILES CUADRADOS Y PLANCHAS DE 1.2 mm DE ESPESOR, PROFUNDIDAD DE PARED DE 80 mm A 100 mm COMO MÁXIMO.
La Entidad solo detalla la altura y espesor de la barrera sanitaria, faltando el detalle del ANCHO de la barrera sanitaria, tampoco detalla el material de los perfiles cuadrados, ni las dimensiones del perfil cuadrado, tampoco detalla el material de las planchas, que afecta el precio final de nuestra oferta económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.07 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que lo solicitado es lo minimo requerido para la barrera sanitaria, Así mismo se indica que los datos de ancho, material de perfil cuadrado, dimension del perfil entre otros, deberan se acorde a lo recomendado por el fabricante del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

8.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBAS PARA DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LAVADO. La entidad no detalla la cantidad de productos que debe dosificar el sistema de bombas para dosificación de productos de lavado, puesto que existen dosificadores de 1, 3, 5, 9 salidas que afecta el precio final de nuestra oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.08 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que para garantizar un óptima lavado, esta deberá trabajar como mínimo con tres bombas para dosificación de productos de lavado. Se incluirá este detalle en la especificación 8.08

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

8.08:

Suministro e instalación de tres (03) sistema de bombas para dosificación de productos de lavado cómo mínimo.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

8.10 SEÑALIZACIÓN, ETIQUETAS Y/O RÓTULOS.

La entidad no detalla que se tiene que señalar, ni las dimensiones y materiales de las etiquetas y/o rotulos

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: E-51 Literal: 8.10 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que la señalización, etiquetas y rótulos deberán ser proveidos e instalados por el postor. Dicha señalización debe diferenciar los puntos de agua, aire, vapor, electrico cómo mínimo.
Debiendo realizar dicha señalización segun la recomendacion de cada fabricante y en concordancia con la normativa existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

8.10

Señalización, etiquetas y/o rótulos de puntos de agua, vapor, eléctrico, aire comprimido, area de lavadería, etc. segun la recomendacion de cada fabricante y en concordancia con la normativa existente.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

De la revisión de las bases 8.00 CONDICIONES DE ADECUACIÓN, INSTALACIONES Y PRE-INSTALACIONES, 8.01 EL POSTOR INTERESADO DEBERÁ REALIZAR UNA VISITA DE PREINSTALACIÓN, RECONOCIENDO EL FUTURO EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES, METRADOS, TRABAJOS DE PRE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACONDICIONAMIENTOS, CON LA FINALIDAD DE TOMAR PLENO CONOCIMIENTO DE LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD Y ELABORAR SU PROPUESTA TÉCNICA ¿ ECONÓMICA. SE SUSTENTARÁ MEDIANTE UNA DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR.

Notamos que la entidad solicita que el POSTOR INTERESADO DEBERÁ REALIZAR UNA VISITA DE PREINSTALACIÓN, y no menciona UNA VISITA DE INSTALACIÓN, sin embargo las presentes bases no precisan en que momento el proveedor deberá brindar dicha información ni en que momento LA ENTIDAD le dará los detalles de su requerimiento para ELABORAR SU PROPUESTA TÉCNICA ¿ ECONÓMICA.

Deberá indicarse el espacio necesario para su instalación y operatividad?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: E-51 Literal: 8.00 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta entrega, instalacion y puesta en funcionamiento , pues estamos en la modalidad llave en mano. Por tanto, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta. Por ultimo, dentro de las especificaciones técnicas se detallan los requerimientos minimos del equipo y servicios conexos necesarios para su adecuada pre instalacion e instalacion correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Observamos las presentes bases y solicitamos respetuosamente al comité especial precisar en qué momento u etapa deberá el proveedor brindar dicha información y del mismo modo en que momento u etapa la ENTIDAD brindará detalles de su requerimiento para elaborar su propuesta técnica ¿ económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.0 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de la instalacion y puesta en funcionamiento del mismo, por tanto debera tomar en cuenta todos los detalles necesario en su oferta . Por ultimo una vez el postor sea adjudicado cordinara con la entidad el inicio de las actividades de pre instalacion, instalacion y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD NO da detalles de su requerimiento en las siguientes características técnicas:

03 MANGUERA DE SUMINISTRO: UNA DE AGUA FRÍA, AGUA BLANDA Y OTRA DE AGUA CALIENTE CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES ESTANDARIZADOS.

7.04 KIT DE CONEXIÓN PARA EL DRENAJE

8.02 CONEXIONADO DE LA LÍNEA DE VAPOR Y DESAGUE

TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE VAPOR DISPONIBLE HACIA LA LAVADORA, HACIENDO USO DE ACCESORIOS ESTANDARIZADOS

8.03 CONEXIONADO ELÉCTRICO

TENDIDO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DISPONIBLES HASTA EL TABLERO DE CONTROL DE LA LAVADORA (BLOQUE TERMINAL).

8.04 CONEXIONADO NEUMÁTICO

TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL DISPONIBLE HACIA LA LAVADORA, HACIENDO USO DE ACCESORIOS ESTANDARIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE TRATAMIENTO FINAL DE AIRE COMPRIMIDO (UNIDAD DE MANTENIMIENTO, REGULADOR DE PRESIÓN Y FILTRO).

8.05 CONEXIONADO HIDRÁULICO

TRAMO COMPRENDIDO DESDE LOS PUNTOS DISPONIBLES DE AGUA HACIA LA LAVADORA, HACIENDO USO DE ACCESORIOS ESTANDARIZADOS.

Tampoco detalla lo relacionado con el AGUA TRATADA y el AGUA CALIENTE

del numeral 8.06 Observamos que La entidad no detalla que el zocalo de la base de concreto armado debe ser del TIPO SANITARIO

8.07 CONSTRUCCIÓN DE BARRERA SANITARIA

CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 O 316 DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA NIVEL DE FONDO DE VIGA (ALTURA REFERENCIAL: 3.12 METROS), CON PERFILES CUADRADOS Y PLANCHAS DE 1.2 mm DE ESPESOR, PROFUNDIDAD DE PARED DE 80 mm A 100 mm COMO MÁXIMO.

8.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBAS PARA DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LAVADO.

8.10 SEÑALIZACIÓN, ETIQUETAS Y/O RÓTULOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.03 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que las consulta presentadas ya han sido contestadas en las consultas/observaciones N° 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 respectivamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

OBSERVACION:

De la revisión de las bases 8.00 CONDICIONES DE ADECUACIÓN, INSTALACIONES Y PRE-INSTALACIONES, Señores del comité, con la finalidad de poder realizar lo solicitado les pedimos precisar (distancia entre puntos eléctricos, conexiones o salidas de agua dura, conexiones o salidas de agua tratada, conexiones o salidas de agua caliente, conexiones o salidas de vapor, drenaje etc.) así mismo solicitamos adicionar los planos del área para de esta manera poder ofertar la propuesta de manera integral.

Nótese que, el presente proceso ser rige bajo la MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LLAVE EN MANO esto indica que también incluye la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos [actividades de Acondicionamiento de los Ambientes, de Montaje o Instalación]por ello, consideramos que dada la alta complejidad y tamaño de los equipos, es necesario conocer las condiciones del área que se realizaran en el área con respecto a (distancia entre puntos eléctricos, conexiones de agua, conexiones de vapor etc.) dado que es una información valiosa para poder presentar una propuesta de manera integral

Ley 30225

Art. 2

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio Orespeta las excepciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 8.00 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que se procederá a detallar todos los puntos concernientes a la preinstalación los cuales están mencionados en las especificaciones 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09 y 8.10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

OBSERVACION:

e) Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO Nº 14) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias; también se empleará hasta una carta de fabricante para sustentar como máximo dos (02) características técnicas del mismo. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 100 KG.

- 1.01 al 1.12
- 2.01 al 2.10
- 3.01 al 3.04
- 4.01
- 5.01 al 5.07
- 6.01 al 6.02
- 7.01 al 7.07
- 9.01 al 9.03

SECADORA DE ROPA, CAPACIDAD 50 KG/CARGA

- 1.01 al 1.315
- 2.01 al 2.07
- 3.01 al 3.04
- 4.01
- 5.01 al 5.02
- 6.01

PLANCHADORA DE SABANAS (CALANDRA), CAPACIDAD 75 KG/H

- 1.01 al 1.13
- 3.01 al 2.09
- 3.01 al 3.07
- 4.01
- 5.01 al 5.02

Al respecto, cabe señalar que mediante resolución Nº 2034-2018-TCE-S1, el tribunal de Contrataciones del Estado, ha señalado que ¿no es posible acreditar la totalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales del Fabricante, ello atendiendo a que la información requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad

Por lo tanto, la entidad debe especificar con claridad que aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida

En ese sentido se advierte que la entidad estaría solicitando de forma general acreditar ¿cada una de las especificaciones técnicas solicitadas¿ lo cual no se condeciría con lo señalado previamente

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que dentro de las bases se esta solicitando claramente los puntos a acreditar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, a travez de Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, Así mismo a fin de brindar libre concurrencia, se permitira hasta una carta de fabricante para sustentar como maximo dos (02) características técnicas, en caso existiera algun punto no claro dentro de la informacion propia del fabricante. Para con ello garantizar al comite evaluador que los bienes cumplen

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

	Específico	2.2.1.1	e	16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

fielmente lo minimo requerido por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Observamos que el postor es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos de conformidad con el artículo 38 del la Ley de Contrataciones del estado. En todos los casos no debería existir contradicción entre los manuales, catálogos, folletos planos, figuras o imágenes que sustentan los bienes ofertados objeto de la convocatoria, con el sustento literal correspondiente del mismo fabricante, en consecuencia observamos que de existir contradicción en los documentos emitidos por el fabricante, deben primar los gráficos sobre la parte literal por ser esas contradicciones ajenas al postor y no deberían ser descalificadas las propuestas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 16.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que de existir discordancia entre el sustento grafico y literal, dicha especificacion no será considerada valida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Consultamos si 1.02 CAPACIDAD DE CARGA POR CICLO: MAYOR A 50 KILOGRAMOS (KG). es para las secadoras que cumplan con la relación de carga 1:20 es decir que el tambor cumpla con la norma ISO que pretenden igualar criterios de igualdad y homogeneidad en la fabricación de los equipos de lavandería indica 2.1) Relación de carga es la cantidad de ropa que puede cargarse según el volumen del TAMBOR de la lavadora o secadora:
Por cada kilo de ropa el tambor de una secadora debe tener 20 litros, por lo tanto el termino debería quedar:
1.02 CAPACIDAD DE CARGA POR CICLO: MAYOR A 50 KILOGRAMOS (KG)., RELACIÓN DE CARGA 1:20

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 1.02 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que lo minimo requerido es la capacidad de 50 kilogramos. Así mismo, para el caso de la relación de carga, esta deberá ser de acuerdo a la disponibilidad de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

CONSULTA

1.04 ROBUSTA CONSTRUCCIÓN: PANEL FRONTAL Y TAMBOR, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE

Sírvase aclarar si aceptarán acero inoxidable AISI 403, según la tecnología de los fabricantes europeos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 1.04 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que el material del panel frontal y tambor tambien puede ser el acero inoxidable AISI 304 en caso sea de un acero inoxidable de mejor calidad tambien se aceptara, pero este debe ser demostrado en la etapa de presentación de ofertas y recepcion del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

1.06 TAMBOR PERFORADO (ORIFICIOS EMBUTIDOS) A LA LARGO DE TODO SU CUERPO, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA CORRIENTE DE AIRE RADIAL

Sírvase aclarar si también debe garantizarse la máxima corriente de aire axial, en el tambor de la secadora

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 1.06 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que lo mínimo que se aceptará es que el tambor deberá presentar perforaciones para garantizar la máxima corriente de aire radial. En caso el postor pueda ofrecer una mejora tecnológica, esta será aceptada siempre en cuando cumpla lo solicitado en la especificación 1.06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

1.08 CON PROGRAMAS PREDEFINIDOS DE SECADO Y PROGRAMAS LIBRES PARA EL USUARIO.

Sírvase aclarar cuantos programas predefinidos aceptará el Comité como válidos y cuantos programas libres para el usuario

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 1.08 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que la cantidad de programas predeterminados dependerá de la tecnología de cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

2.02 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA MEDIANTE CORREAS PARA TRABAJO PESADO.

Consultamos si el Comité aceptará sistema de transmisión vía motor-reductor libre de mantenimiento, evitando de este modo el cambio anual de las correas por desgaste en el uso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 2.02 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que lo requerido es que la secadora trabaje con un sistema de transmisión de potencia mediante correas ya que las correas pueden ayudar a absorber las vibraciones y reducir el ruido generado por la transmisión de potencia, lo que puede ser importante en entornos hospitalarios donde se busca mantener un ambiente tranquilo. Así mismo, las correas pueden proporcionar una mayor flexibilidad en términos de ajuste de la velocidad de la secadora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

La entidad no detalla la longitud de los tramos, la cantidad de componentes a suministrar, el o los materiales de los componentes, tanto de la línea de vapor como la del retorno de condensado, y por su alto precio no podemos hacer nuestra oferta económica integral.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: E-56Literal: 7.02Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado DETALLA que el tramo desde la secadora hasta el punto de suministro de vapor no es mayor a diez metros. Respecto a los accesorios para conexión, se precisa, que en todo momento durante la convocatoria el postor podrá realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de la instalacion y puesta en funcionamiento del mismo, por tanto debera tomar en cuenta todos los detalles necesario en su oferta . Por ultimo una vez el postor sea adjudicado cordinara con la entidad el inicio de las actividades de pre instalacion, instalacion y puesta en funcionamiento.

Se detallará el tramo en la especificación 7.02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SECADORA DE ROPA

7.02:

Tramo comprendido desde la tubería de suministro de vapor disponible hacia la secadora, no mayor a diez metros, haciendo uso de accesorios estandarizados como filtros en "y", válvulas, codos, tees, uniones universales, entre otros, de corresponder. Línea de retorno de condensado, desde la secadora hasta la tubería de retorno disponible, haciendo uso de accesorios estandarizados como filtros en "y", válvulas, codos, tees, uniones universales, trampa termodinámica, visor de condensado, entre otros, de corresponder. Línea de desagüe desde la secadora hasta el drenaje disponible.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

Que la entidad no detalla ni la longitud del tramo comprendido desde las salidas eléctricas disponibles hasta el tablero de control de la secadora, tampoco el calibre de los conductores ni la calidad de los materiales de estos y en consecuencia no podemos hacer nuestra oferta económica integral

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 7.03 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que el tramo desde la secadora hasta el eléctrico no es mayor a diez metros. Respecto a los accesorios para conexión eléctrica, se precisa, que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de la instalacion y puesta en funcionamiento del mismo, por tanto debera tomar en cuenta todos los detalles necesario en su oferta . Por ultimo una vez el postor sea adjudicado cordinara con la entidad el inicio de las actividades de pre instalacion, instalacion y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SECADORA DE ROPA

7.03:

Tendido eléctrico de alimentación, tramo comprendido desde las salidas eléctricas disponibles hasta el tablero de control de la secadora. El tramo no es mayor a diez metros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

La entidad no detalla que la base tiene que ser con zócalo sanitario, y tampoco da las medidas de estas, y no se puede hacer la oferta económica integral

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 7.05 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisara en las bases integradas la descripción textual del concreto que deberá tener las características que se detallarán en la especificación 7.05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SECADORA DE ROPA

7.05:

Medidas de 10 cm de altura mínima, y según los detalles siguientes:

Enchape de contrazócalo en todo el perímetro de la base de concreto armado, de la misma calidad y color del ambiente.

Con acabado sanitario

Con malla electrosoldada de 6x6/10-10 corrida.

Con Fc= 210 kg/cm2

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

La entidad tiene que indicar la cantidad de etiquetas y/o rótulos para la señalización para incluir su costo en nuestra oferta económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 7.07 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que la señalización, etiquetas y rótulos deberán ser proveidos e instalados por el postor. Dicha señalización debe diferenciar los puntos de agua, aire, vapor, electrico cómo mínimo.

Debiendo realizar dicha señalización segun la recomendacion de cada fabricante y en concordancia con la normativa existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SECADORA DE ROPA

7.07

Señalización, etiquetas y/o rótulos de puntos de agua, vapor, eléctrico, aire comprimido, area de lavadería, etc. segun la recomendacion de cada fabricante y en concordancia con la normativa existente.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Notamos que la entidad solicita que el POSTOR INTERESADO DEBERÁ REALIZAR UNA VISITA DE PREINSTALACIÓN, y no menciona UNA VISITA DE INSTALACIÓN, sin embargo las presentes bases no precisan en qué momento el proveedor deberá brindar dicha información ni en qué momento LA ENTIDAD le dará los detalles de su requerimiento para ELABORAR SU PROPUESTA TÉCNICA ¿ ECONÓMICA.

Deberá indicarse el espacio necesario para su instalación y operatividad?

Observamos las presentes bases y solicitamos respetuosamente al comité especial precisar en qué momento u etapa deberá el proveedor brindar dicha información y del mismo modo en que momento u etapa la ENTIDAD brindará detalles de su requerimiento para elaborar su propuesta técnica - económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 7.01 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta instalacion pues estamos en la modalidad llave en mano, donde el postor es responsable de la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento. Por ultimo, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD NO da detalles de su requerimiento en las siguientes características técnicas:

7.02 CONEXIONADO DE LA LÍNEA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO

TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE VAPOR DISPONIBLE HACIA LA SECADORA, HACIENDO USO DE ACCESORIOS ESTANDARIZADOS COMO FILTROS EN "Y", VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES UNIVERSALES, ENTRE OTROS, DE CORRESPONDER. LÍNEA DE RETORNO DE CONDENSADO, DESDE LA SECADORA HASTA LA TUBERÍA DE RETORNO DISPONIBLE, HACIENDO USO DE ACCESORIOS ESTANDARIZADOS COMO FILTROS EN "Y", VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES UNIVERSALES, TRAMPA TERMODINÁMICA, VISOR DE CONDENSADO, ENTRE OTROS, DE CORRESPONDER. LÍNEA DE DESAGUE DESDE LA SECADORA HASTA EL DRENAJE DISPONIBLE.

7.03 CONEXIONADO ELÉCTRICO

TENDIDO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DISPONIBLES HASTA EL TABLERO DE CONTROL DE LA SECADORA

7.05 CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE CONCRETO Y ESTRUCTURA MEDIDAS ACORDE A LAS DIMENSIONES DE LA SECADORA, DE 10 cm DE ALTURA MÍNIMA, Y SEGÚN DETALLES:

ENCHAPE DE CONTRAZÓCALO EN TODO EL PERÍMETRO DE LA BASE DE CONCRETO ARMADO,DE LA MISMA CALIDAD Y COLOR DE PISO DEL AMBIENTE.

7.07 SEÑALIZACIÓN, ETIQUETAS Y/O RÓTULOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-56 Literal: 7.02 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que las consultas/observaciones ya fueron respondidas en los puntos N° 46, 47, 48 y 49

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

De la revisión de las bases 7.00 CONDICIONES DE ADECUACIÓN, INSTALACIONES Y PRE-INSTALACIONES, Señores del comité, con la finalidad de poder realizar lo solicitado les pedimos precisar (distancia entre puntos eléctricos, conexiones o salidas de agua dura, conexiones o salidas de agua tratada, conexiones o salidas de agua caliente, conexiones o salidas de vapor, drenaje etc.) así mismo solicitamos adicionar los planos del área para de esta manera poder ofertar la propuesta de manera integral.

Nótese que, el presente proceso ser rige bajo la MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LLAVE EN MANO esto indica que también incluye la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos [actividades de Acondicionamiento de los Ambientes, de Montaje o Instalación]por ello, consideramos que dada la alta complejidad y tamaño de los equipos, es necesario conocer las condiciones del área que se realizaran en el área con respecto a (distancia entre puntos eléctricos, conexiones de agua, conexiones de vapor etc.) dado que es una información valiosa para poder presentar una propuesta de manera integral

Ley 30225

Art. 2

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio Orespeta las excepciones

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: E-56Literal: 7.00Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que los datos solcitados por el proveedor serán indicados en la especificacion 7.00. Así mismo se indica que el equipo SECADORA no trabaja con agua ni drenaje, solo es con vapor y electricidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

7.00 CONDICIONES DE ACDECUACIONES, INSTALACIONES Y PRE-INSTALACIONES:

Datos Tecnicos:

SECADORA:

Conexiones electricas:

- Distancia del punto de suministro a la secadora: No mayor a diez metros

Conexión de vapor:

-Distancia del punto de suministro a la secadora: No mayor a diez metros

-Presion de vapor: 8-10 bar

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:
Sírvasse aclarar si debe contar con tecnología de ahorro de energía eléctrica, y/o de energía calorífica, y/o energía radiante

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** E-53 **Literal:** 1.08 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que la tecnología de ahorro es de tipo eléctrico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Sírvase aclarar si el comité aceptará rodillo fabricado en acero pulido, que permite una buena conducción del calor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-53 Literal: 1.09 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que se aceptará que el rodillo sea fabricado en acero siempre en cuando este permita una buena conducción de calor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Consultamos si su especialista ha hecho los cálculos para que la calandra con rodillo de 630 mm de diámetro, vapor de 80 a 100 psi producirá 75 kg/hora con ropa conteniendo humedad residual del 45%, porque según nuestros cálculos tendría que ser alimentada con vapor de 120 a 150 psi

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-53 Literal: 2.01 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que el suministro de presión de vapor será de 10 a 11 bar con lo cual se logrará alcanzar la capacidad cómo mínimo de 75 kg/hora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Consultamos si aceptarán paneles fabricados en acero pintado o acero protegido/acabado skin plate como otro material similar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** E-53 **Literal:** 2.03 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que también se aceptará acero skin plate cómo material similar para el planchador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

La entidad tiene que indicar la longitud comprendido desde las salidas eléctricas disponibles hasta el tablero de control de la calandra, así como los calibres de los conductores y los materiales de fabricación de estos, también debe indicar si el tendido de los conductores será aéreo, embutido en el piso, embutido en la pared o endosado para hacer incluirlos en nuestra oferta

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: E-53

Literal: 6.02

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALEMENTE, se indica que la distancia máxima entre el planchador y el tablero eléctrico no excede de los diez metros. Respecto a los demas detalles solicitados se precisa, que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta instalacion pues estamos en la modalidad llave en mano, donde el postor es responsable de la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento. Por ultimo, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta. Se detallará esta característica en la especificación 6.02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PLANCHADORA DE SABANAS

6.02:

Tendido eléctrico de alimentación, tramo comprendido desde las salidas eléctricas disponibles hasta el tablero de control de la calandra (bloque terminal). Distancia no mayor a diez metros

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

La entidad debe indicar la longitud del tramo de tubería de suministro de vapor y la de retorno de condensado, así como indicar la cantidad, los materiales de fabricación, modelos, capacidad, diámetro, de los componentes a instalar

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: E-53

Literal: 6.03

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa,que la distancia desde el suministro de vapor hasta el planchador no excede de los 10 metros.
Respecto a los accesorios a utilizar se precisa que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes de la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta instalacion pues estamos en la modalidad llave en mano, donde el postor es responsable de la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento. Por ultimo, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PLANCHADORA DE SABANAS

6.03:

Tramo comprendido desde la tubería de suministro de vapor disponible hacia la calandra (tramo no mayor a diez metros), haciendo uso de accesorios estandarizados como filtros en ¿y¿, válvulas, codos, tees, uniones universales, entre otros, de corresponder. Línea de retorno de condensado, desde la calandra hasta la tubería de retorno disponible, haciendo uso de accesorios estandarizados como filtros en ¿y¿, válvulas, codos, tees, uniones universales, trampa termodinámica, visor de condensado, entre otros, de corresponder. Línea de desagüe desde la calandria hasta el drenaje disponible.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

La entidad debe indicar que el zócalo debe ser del tipo sanitario

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: E-53

Literal: 6.04

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que las condiciones de la base de concreto será detalladas en la especificación 6.04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PLANCHADORA DE SABANAS

6.04:

Medidas de 10 cm de altura mínima, y según los detalles siguientes:
Enchape de contrazócalo en todo el perímetro de la base de concreto armado, de la misma calidad y color del ambiente.
Con acabado sanitario
Con malla electrosoldada de 6x6/10-10 corrida.
Con Fc= 210 kg/cm2

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

La regla principal en la suma alzada es que el precio no cambia. Siendo el SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA, un contrato en donde se estipula un monto total fijo antes de iniciar con ¿cantidades, magnitudes y calidades fijas y claramente definidas¿ en la compra de bienes o ejecución de una o más parte de un servicio, observamos las siguientes características técnicas que cambian el precio de nuestra oferta, y siendo estas características de un alto valor, nos vemos imposibilitados de cotizar porque el desconocimiento indicado en las siguientes características técnicas cambia el precio de nuestra oferta, siendo estas las siguientes:

La entidad debe indicar el recorrido que aceptará en la instalación del ducto o ductos de vahos, así como el material a emplear, su longitud, espesor y diámetro

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: E-53

Literal: 6.06

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que el recorrido desde el planchador hasta el punto de conexión del ducto de vahos no es mayor a diez metros. Respecto a los demas detalles solicitados se precisa que serán acorde a la recomendacion de cada fabricante. Así mismo, se precisa que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones de la pre instalacion de su equipo. Por otro lado, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta entrega, instalacion y puesta en funcionamiento pues estamos en la modalidad llave en mano. Por ultimo, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PLANCHADORA DE SABANAS

6.06

Suministro e instalación de ductería de descarga de aire, empalmado desde la salida o salidas de vahos del planchador hasta la el punto de desfogue no es mayor a diez metros.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

Notamos que la entidad solicita que el POSTOR INTERESADO DEBERÁ REALIZAR UNA VISITA DE PREINSTALACIÓN, y no menciona UNA VISITA DE INSTALACIÓN, sin embargo las presentes bases no precisan en qué momento el proveedor deberá brindar dicha información ni en qué momento LA ENTIDAD le dará los detalles de su requerimiento para ELABORAR SU PROPUESTA TÉCNICA ¿ ECONÓMICA.

Deberá indicarse el espacio necesario para su instalación y operatividad?

Observamos las presentes bases y solicitamos respetuosamente al comité especial precisar en qué momento u etapa deberá el proveedor brindar dicha información y del mismo modo en que momento u etapa la ENTIDAD brindará detalles de su requerimiento para elaborar su propuesta técnica ¿ económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-53 Literal: 6.01 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que en todo momento durante la convocatoria el postor podra realizar la visita técnica para realizar los calculos correspondientes para dimensiones la pre instalacion de su equipo. Así mismo, el postor es responsable de ver todos los detalles necesarios para la correcta instalacion pues estamos en la modalidad llave en mano, donde el postor es responsable de la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento. Por ultimo, al realizar la visita técnica el postor podra consultar a la entidad detalles que considere o necesite para su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20506388806	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HOSPITALIA EQUIPOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:21

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD NO da detalles de su requerimiento en las siguientes características técnicas:

6.02 CONEXIONADO ELÉCTRICO

TENDIDO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DISPONIBLES HASTA EL TABLERO DE CONTROL DE LA CALANDRA (BLOQUE TERMINAL).

6.03 CONEXIONADO DE LA LÍNEA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO

TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE VAPOR DISPONIBLE HACIA LA CALANDRA, HACIENDO USO DE ACCESORIOS ESTANDARIZADOS COMO FILTROS EN ¿Y¿, VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES UNIVERSALES, ENTRE OTROS, DE CORRESPONDER.

LÍNEA DE RETORNO DE CONDENSADO, DESDE LA CALANDRA HASTA LA TUBERÍA DE RETORNO DISPONIBLE, HACIENDO USO DE ACCESORIOS ESTANDARIZADOS COMO FILTROS EN ¿Y¿, VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES UNIVERSALES, TRAMPA TERMODINÁMICA, VISOR DE CONDENSADO, ENTRE OTROS, DE CORRESPONDER. LÍNEA DE DESAGUE DESDE LA CALANDRIA HASTA EL DRENAJE DISPONIBLE.

6.04CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE CONCRETO ARMADO

MEDIDAS ACORDE A LAS DIMENSIONES DE LA CALANDRA, DE 10 cm DE ALTURA MÍNIMA Y SEGÚN DETALLES:

6.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA DE DESCARGA DE AIRE, EMPALMADO DESDE LA SALIDA O SALIDAS DE VAHOS, DE CONFIGURACIÓN EN CONCORDANCIA CON LA INFRAESTRUCTURA Y SALIDA HACIA EL EXTERIOR, TERMINADO EN SOMBRERO TIPO CHINO U OTRA MODALIDAD QUE IMPIDA EL INGRESO DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-53 Literal: 6.02 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que estos puntos ya han sido respondidos en las consultas/observaciones N° 57, 58, 59 Y 60

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Consultamos si el Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 debe especificar al detalle que las maquinas cumplen con las normas UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 y especificar en que Sección, en que Regla y en que Sub Regla si correspondiera cumple con la normativa sobre SEGURIDAD DE SISTEMAS ELECTRICOS DE MAQUINAS (nota: estamos usando la clasificación del CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD - UTILIZACIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que se podrá acreditar con cualquiera de las normativas solicitadas dependiendo del pais de origen. Así mismo, indicar que son normativas internacionales estandarizadas para la seguridad electrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Ponemos a su consideración la consulta siguiente: El Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de maquinas es para las máquinas iguales o similares a las de la convocatoria o es para máquinas en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que debe presentar como minimo el certificado de alguno de los equipos ofertados, debiendo indicar el modelo del bien ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Ponemos a su consideración la consulta siguiente: el Certificado de seguridad de sistemas eléctricos debe ser original o se aceptarán copias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que para la presentación de ofertas se puede presentar una copia a color del certificado original, debiendo ser legible y debera adjuntarse su traduccion en caso corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Ponemos a su consideración: el Certificado de seguridad de sistemas eléctricos al ser emitido por Institución extranjera, tiene que ser valida por el Ministerio de Relaciones Exteriores ¿ Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, consultamos si aceptarían una copia del certificado emitido con institución extranjera sin el requisito de ser validado por el Ministerio de Relaciones Exteriores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que siendos los certificados emitidos por institucion extranjera acreditada, no será necesario validarla por el ministerio de relaciones exteriores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Ponemos a su consideración la consulta siguiente: aceptarán copia del Certificado de seguridad de sistemas eléctricos emitido por Institución Competente extranjera

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que si se aceptara copia a color de dicho certificado. Así mismo, se precisa que dicho certificado debiera tener la traduccion correspondiente en caso sea necesario al idioma castellano. Por ultimo, aclarar que basta con presentar el certificado de algunos de los equipos ofertados donde se debiera indicar el modelo del equipo ofertado como minimo para acreditar dicho punto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

CONSULTA:
Ponemos a su consideración la consulta siguiente: siendo la normativa para calificar a un INSTITUTO COMPETENTE en el extranjero que el Perú, consultamos que competencias debe cumplir el INSTITUTO COMPETENTE para que el CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA sea aceptado como valido por el COMITÉ

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que debe ser una entidad acreditadora de seguridad electrica, que pueda realizar los test o pruebas de seguridad electrica basado en directivas como : LVD 2014/35/CE o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Consultamos si en el ESTUDIO DE MERCADO, las empresas que han presentado su oferta, han hecho adjuntado el Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de maquinas de Lavandería: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1 mencionando el modelo, marca, serie, año de fabricación, procedencia de estas porque de no ser así, estaría certificando maquinas que no serán recepcionadas por la ENTIDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité Especial, ACLARA que de la revisión del expediente de contratación, se pudo evidenciar que los parámetros solicitan el Certificado de seguridad de sistemas eléctricos para la admisión de la oferta, por lo que esto es obligatorio en la etapa de procedimiento de selección mas no en la etapa de actuaciones preparatorias, por lo que los participantes deben acreditar este requisito de manera obligatoria en la etapa de presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

En nuestra calidad de fabricante nacional no contamos con el CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA hasta que tengamos construidas las máquinas de lavanderia, y estas puedan ser certificada por INSTITUTO COMPETENTE, en consecuencia por el principio b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto, observamos que debe suprimirse de 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta el numeral F

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que lo minimo requerido es contar con modelos de productos que ya cuenten con el certificado de seguridad electrica, a fin de garantizar la seguridad electrica del usuario ante el uso continuo del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS:
En nuestra calidad de fabricante nacional no contamos ni con el CERTIFICADO ISO 10472-2, ni con el CERTIFICADO ISO 10472-4, tampoco con el CERTIFICADO ISO 10472-5 para la lavadora centrifugadora, secadora, planchadora respectivamente hasta que las tengamos construidas y estas puedan ser certificadas por INSTITUTO COMPETENTE, en consecuencia por el principio b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto, observamos que debe suprimirse de 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta el numeral G

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se indica que dicha normativa ISO es lo minimo requerido. Así mismo se precisa El ISO 10472 es una serie de normas que proporciona directrices y requisitos de seguridad para el diseño, la construcción e instalación de equipos de lavandería industrial. La serie ISO 10472 se enfoca en garantizar que los equipos de lavandería industrial sean seguros para los trabajadores que los operan y para el entorno en el que se utilizan.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

Observamos el termino EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO que no tiene relación con el objeto de la convocatoria en C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, Requisitos:

Cuatro años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de equipamiento hospitalario, puesto que equipos como RESONADOR MAGNETICO, TOMOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X, ESTERILIZADOR, CARROS DE ROPA SUCIA Y LIMPIA, ESCOBA Y RECOGEDOR DE BASURA SON PARTA DEL EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO y no tienen relación con el objeto de la convocatoria debiendo esta exigencia como sigue:

Cuatro años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos de la convocatoria iguales o similares

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE,se precisa que los equipos de lavanderia se encuentran dentro de la definicion de equipamiento hospitalario.Por tanto el requerimiento si guarda relacion con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20554484850	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	JIM CORPORATION TRADING PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:07

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Consultamos si 1.02 CAPACIDAD DE CARGA POR CICLO: 100 KILOGRAMOS (KG) CÓMO MÍNIMO es para lavadoras que cumplan con la Relación de Carga 1:10 es decir que el tambor cumpla con la norma ISO que pretenden igualar criterios de igualdad y homogeneidad en la fabricación de los equipos de lavandería indica 2.1) Relación de carga es la cantidad de ropa que puede cargarse según el volumen del TAMBOR de la lavadora o secadora:
Por cada kilo de ropa el tambor debe tener 10 litros, por lo tanto el termino debería quedar:
1.02 CAPACIDAD DE CARGA POR CICLO: 100 KILOGRAMOS (KG) CÓMO MÍNIMO, RELACIÓN DE CARGA 1:10

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 1.02 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE , se precisa que lo minimo requerido es la capacidad de 100 kilogramos. Así mismo, para el caso de la relación de carga, esta deberá ser de acuerdo a la disponibilidad de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

f.-Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1. Cualquiera de los certificados emitido por Institución competente.

En cuanto a la presentación de certificaciones internacionales, los diversos pronunciamientos y directivas del OSCE, no está permitido la restricción de participación de pluralidad de marcas y postores mediante la solicitud de certificaciones; por tanto, en atención a los Principios de Transparencia y libertad de Concurrencia e igualdad de trato

Resolución N° 551-2013-TC-S1, ha precisado lo siguiente: ¿Las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria; sin embargo, sí sería razonable otorgar determinado puntaje a aquellos postores que cuenten con dichas certificaciones (¿)

Asimismo cabe mencionar que edichos certificados eléctricos corresponden a equipos importados, mas no equipos NACIONALES, restringiendo habiertamente la participación de diferentes marcas y postores.

Consulta:

Con la finalidad de no vulnerar y restringir la participación de marcas y postores. Solicitamos respetuosamente considerar la presentación del inciso f de manera facultativa y no como documento de presentación obligatoria

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 2.2

Literal: f

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que el certificado solicitado es el minimo requerido para garantizar la seguridad electrica del usuario ante el uso continuo del equipo. Así mismo, se precisa que dicho certificado se validara con la presentación de alguno de los equipos ofertados, donde se debe indicar el modelo del bien ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Copia del certificado ISO 10472 Requisitos de seguridad para la máquina de lavandería industrial

En cuanto a la presentación de certificaciones internacionales, los diversos pronunciamientos y directivas del OSCE, no está permitido la restricción de participación de pluralidad de marcas y postores mediante la solicitud de certificaciones; por tanto, en atención a los Principios de Transparencia y libertad de Concurrencia e igualdad de trato

Resolución N° 551-2013-TC-S1, ha precisado lo siguiente: ¿Las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria;

En vista que las certificaciones ISO no constituyen una condición determinante para la operatividad y/o calidad de los bienes y servicios que una Entidad requiere adquirir o contratar, no pueden ser considerados como requerimientos técnicos mínimos.

Artículo 2 de la Ley: ¿c) Principio de Transparencia¿ - Artículo 16 de la Ley: ¿Requerimiento¿ - Artículo 29 del Reglamento: ¿Requerimiento¿ - Opinión N° 130-2009/DTN - Resolución N° 551-2013-TC-S1

Consulta:

Con la finalidad de no vulnerar y restringir la participación de marcas y postores. Solicitamos respetuosamente considerar la presentación de dicho certificado manera facultativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: g Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se indica que dicha normativa ISO es lo mínimo requerido. Así mismo se precisa El ISO 10472 es una serie de normas que proporciona directrices y requisitos de seguridad para el diseño, la construcción e instalación de equipos de lavandería industrial. La serie ISO 10472 se enfoca en garantizar que los equipos de lavandería industrial sean seguros para los trabajadores que los operan y para el entorno en el que se utilizan.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Observación: Nro. 76
Consulta/Observación:
F) Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1. de los certificados emitido por Institución competente.

Solicitamos al comité especial permita la pluralidad de marcas y postores, sin mayor restricción, en ese sentido permita se presente de manera facultativa dicho certificado que corresponde a equipos europeos y no permitiendo la participación de equipos nacionales.

Observación la restricción de dicho requerimiento en la presentación de documentación obligatoria vulnerando la ley de contrataciones y su reglamento, por lo que solicitamos se presente de manera facultativa.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** f **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley: ¿c) Principio de Transparencia¿ - Artículo 16 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que el certificado solicitado es el minimo requerido para garantizar la seguridad electrica del usuario ante el uso continuo del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Observación: Nro. 77

Consulta/Observación:

Copia del certificado ISO 10472 Requisitos de seguridad para la máquina de lavandería industrial.

Solicitamos al comité especial permita la pluralidad de marcas y postores, sin mayor restricción, en ese sentido permita se presente de manera facultativa.

Observación la restricción de dicho requerimiento en la presentación de documentación obligatoria vulnerando la ley de contrataciones y su reglamento, por lo que solicitamos se presente de manera facultativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: g Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley: ¿c) Principio de Transparencia¿ - Artículo 16 de la Ley: ¿Requerimiento¿ - Art

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se indica que dicha normativa ISO es lo minimo requerido. Así mismo se precisa El ISO 10472 es una serie de normas que proporciona directrices y requisitos de seguridad para el diseño, la construcción e instalación de equipos de lavandería industrial. La serie ISO 10472 se enfoca en garantizar que los equipos de lavandería industrial sean seguros para los trabajadores que los operan y para el entorno en el que se utilizan.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Observación: Nro. 78
Consulta/Observación:
6.-REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR

Según los requisitos que debe cumplir el proveedor, se verifica que solicitan como perfil del proveedor: dedicado a la comercialización y/o venta de equipos iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Sin embargo contradictoriamente, verificarnos que en el estudio de mercado se ha realizo con empresas que no se dedican al rubro de lavandería; en ese sentido solicitamos puedan adjuntar el detalle del cuadro comparativo de las empresas participantes en el estudio de mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley: ¿c) Principio de Transparencia¿

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité Especial NO ACOGE, se aclara al participante que de la validación del estudio de mercado, se corrobora la existencia de pluralidad de postores y marcas, con lo cual, se desvirtua una afectacion al principio de libre concurrencia, igualdad de trato y competencia prescrito en el literal a), b) y e) del artículo 2 del TUO de la ley 30225 (decreto supremo N°082-2019-EF)

Así mismo se aclara que los bienes similares se encuentras definidos en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave,

Profesional, Ingeniero mecánico electricista... considerando la complejidad de la ejecución en la implementación del proyecto, solicitamos pueda considerarse tambien Ingeniero Industrial

En ese sentido quedando de la siguiente manera:

Profesional (ingeniero mecánico electricista o ingeniero mecatrónico o ingeniero electrónico)
Cantidad: 01
Responsable de la instalación y capacitación del equipo
Cuatro (04) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o y/o INGENIERO INDUSTRIAL mantenimiento , de equipamiento hospitalario.
La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: c Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, los equipos a adquirir tienen componentes mecanicos, electricos y electronicos, por tanto no corresponde a la ingenieria industrial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Como bienes similares se está considerando : CABINA DE ELIMINACION DE MANCHAS, GENERADOR DE VAPOR PARA PLANCHA, ESTERILIZADOR DE CALOR SECO. ESTERILIZADOR HORIZONTAL A VAPOR, ESTERILIZADOR VERTICAL A VAPOR, AUTOCLAVE, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO,EQUIPOS DE DESINFECCION.

Sin embargo, el proceso es de equipos de lavandería, para lo cual correspondería establecer bienes similares como Lavadoras industriales de todas las capacidades, secadoras industriales de todas las capacidades, calandrias de planchado de todas las capacidades, prensas de planchado; ya que los equipos esterilizadores no corresponden bienes similares al objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que los bienes similares se encuentra definidos dentro del requerimiento, sin embargo, a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara dicho requisito, permitiendo participar con "Lavadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, secadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, planchadora (calandria) de cualquier capacidad de uso hospitalario."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AGREGAR EN BIENES SIMILARES: ¿. "Lavadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, secadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, planchadora (calandria) de cualquier capacidad de uso hospitalario y equipos de esterilizacion y desinfeccion hospitalaria"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Observación: Nro. 81

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Observamos

Que no se están considerando bienes similares al objeto de la convocatoria, sino mas bien bienes que no tienen mayor relación con equipos de lavandería.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley: ¿c) Principio de Transparencia¿

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que los bienes similares se encuentra definidos dentro del requerimiento, sin embargo, a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara dicho requisito, permitiendo participar con "Lavadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, secadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, planchadora (calandria) de cualquier capacidad de uso hospitalario."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AGREGAR EN BIENES SIMILARES: ¿. "Lavadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, secadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, planchadora (calandria) de cualquier capacidad de uso hospitalario y equipos de esterilizacion y desinfeccion hospitalaria"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

1.09CON SISTEMA DE PESAJE EN KG, VALOR MOSTRADO EN PANTALLA.

De acuerdo a las diversas experiencias generadas en campo para equipos de barrera sanitaria con sistema de pesaje, está demostrado que genera lentitud en la parte operativa del proceso ya que el peso no es exacto generando a que los programas de lavado no estén acorde al tipo de prenda a procesar; en ese sentido se recomienda que el pesaje se realice antes del ingreso al equipo con la finalidad de evitar demoras en el proceso de lavado.

Por lo expuesto solicitamos al comité especial considerar como opcional el punto 1.09

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** E-51 **Literal:** 1.09 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se indica que a fin de promover una mayor participación de postores se considerará la opción 1.09 de carácter opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

1.09

Con sistema de pesaje en kg, valor mostrado en pantalla (opcional)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

E-51 LAVADORA

2.02 POTENCIA DE MOTOR ELÉCTRICO MENOR O IGUAL A 15 kW.

Señores del comité, cada fabricante de acuerdo a normas realiza el diseño, fabricación y ensamblaje del equipo con medidas, potencias, de acuerdo a su diseño, no obstante, ello, en estricto cumplimiento de la capacidad del equipo; por tanto debe ser indicado por el fabricante o postor a fin de no vulnerar y restringir la participación de marcas y postores.

Asimismo, de acuerdo a la les de contrataciones Ley 30225 Art. 2, menciona

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones

Por lo expuesto, consultamos respetuosamente al comité si con la finalidad de una mayor pluralidad y participación de postores aceptaran ¿Motor eléctrico de 15kw O la potencia indicada por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.02 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se indica que la máxima potencia que se aceptará del motor eléctrico de la lavadora será 15 kW. Se precisa que un motor que consume poca potencia eléctrica significa utilizará menos energía durante su funcionamiento. Esto se traduce en un menor consumo de electricidad, lo cual aminora los costos de energía a largo plazo para el hospital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

6.01 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO CON DOBLE RELACIÓN 220 (3F+T) VAC, CON FRECUENCIA DE 60 HZ.

Señores del comité, con la finalidad que no exista ambigüedad en lo solicitado y ofertado por los postores, solicitamos aclarar a que se refiere tensión de alimentación de DOBLE RELACIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 6.01

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que el término "doble relación" no tiene ningun significado por lo cual será retirado de la especificación 6.01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

6.01

Tensión de alimentación trifásica 220 (3F+T) VAC, con frecuencia de 60 Hz.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

7.01KIT DE BARRERA SANITARIA INCLUIDO

Señores del comité, por favor aclarar a que se refiere kit de barrera sanitaria INCLUIDO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.01

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que el kit de barrera sanitaria hace referencia a las empaquetaduras de las puertas. Se precisa que el kit de barrera sanitaria en el contexto de las lavadoras hospitalarias generalmente se refiere a un conjunto de elementos utilizados para garantizar la seguridad y la prevención de la contaminación cruzada durante el proceso de lavado de textiles en entornos hospitalarios. Se detallará la especificación 7.01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

7.01

Kit de barrera sanitaria incluido (empaquetadura de la puerta y filtros, en caso sea requerido)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

DIMENSIONES MÁXIMAS

PROFUNDIDAD TOTAL: 160 cm

ANCHO TOTAL: 190 cm

ALTO TOTAL: 220 cm

LAVADORA INDUSTRIAL

A11

Señores del comité, cada fabricante de acuerdo a normas realiza el diseño, fabricación y ensamblaje del equipo con medidas, potencias, de acuerdo a su diseño, no obstante, ello, en estricto cumplimiento de la capacidad del equipo; por tanto debe ser indicado por el fabricante o postor a fin de no vulnerar y restringir la participación de marcas y postores.

Asimismo, de acuerdo a la les de contrataciones Ley 30225 Art. 2, menciona

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones

Por lo expuesto, consultamos respetuosamente al comité si con la finalidad de una mayor pluralidad y participación de postores aceptaran Medidas generales indicadas por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que las dimensiones indicadas en la especificación 9.01, 9.02 y 9.03 son las dimensiones máximas permitidas por el ambiente existente. Todo equipo será aceptado siempre y cuando no exceden las medidas indicadas en las especificaciones observadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

1.04 ROBUSTA CONSTRUCCIÓN: PANEL FRONTAL Y TAMBOR, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE

Señores del comité solicitamos confirmar si el acero inoxidable deberá ser en calidad AISI 304 ó que calidad solicitan?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.04 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que el material del panel frontal y tambor tambien puede ser el acero inoxidable AISI 304 en caso sea de un acero inoxidable de mejor calidad tambien se aceptara, pero este debe ser demostrado en la etapa de presentación de ofertas y recepcion del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

DIMENSIONES MÁXIMAS

PROFUNDIDAD TOTAL: 145 cm

ANCHO TOTAL: 135 cm

ALTURA TOTAL: 240 cm

Señores del comité, cada fabricante de acuerdo a normas realiza el diseño, fabricación y ensamblaje del equipo con medidas, potencias, de acuerdo a su diseño, no obstante, ello, en estricto cumplimiento de la capacidad del equipo; por tanto debe ser indicado por el fabricante o postor a fin de no vulnerar y restringir la participación de marcas y postores.

Por lo expuesto, consultamos respetuosamente al comité si las dimensiones indicadas por el fabricante.ç

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.13 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que las dimensiones solicitadas en las especificaciones 1.13, 1.14 y 1.15 son las dimensiones máxima que el área permite para garantizar un trabajo adecuado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20418933381	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	17:09:38

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

DIMENSIONES MÁXIMAS:

ANCHO TOTAL: 376 cm

PROFUNDIDAD TOTAL: 118 cm

ALTURA TOTAL: 170 cm

Señores del comité, cada fabricante de acuerdo a normas realiza el diseño, fabricación y ensamblaje del equipo con medidas, potencias, de acuerdo a su diseño, no obstante, ello, en estricto cumplimiento de la capacidad del equipo; por tanto debe ser indicado por el fabricante o postor a fin de no vulnerar y restringir la participación de marcas y postores.

Por lo expuesto, consultamos respetuosamente al comité si las dimensiones deberán ser indicadas por el fabricantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.11 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que las dimensiones solicitadas en las especificaciones 1.11, 1.12 y 1.13 son las dimensiones máxima que el área permite para garantizar un trabajo adecuado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:38:12

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN LAS BASES, LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SOLICITADA ES DE 3 MILLONES, DICHA EXPERIENCIA ES EXCESIVA Y RESTRICTIVA, PUES NUESTRA EMPRESA QUE CUENTA CON PRODUCTOS EUROPEOS Y AMERICANOS NO PODRA PARTICIPAR POR DICHA EXPERIENCIA, A PESAR DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS. POR TANTO SOLICITAMOS SIRVASE REDUCIR LA EXPERIENCIA Y SOLICITAR UN MILLON Y MEDIO DE SOLES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se modificara el monto facturado total a 1 millon, con lo que se garantiza la experiencia de la empresa que atendera nuestro requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/1,000,000.00 (Un Millón con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:38:12

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

SOBRE LA CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL, ESTAN SOLICITANDO UN PERSONAL PROFESIONAL Y UN PERSONAL TECNICO, CON UN TIEMPO DE EXPERIENCIA BASTANTE ELEVADO, AL RESPECTO SOLICITAMOS AL COMITE SIRVASE REQUERIR EXPERIENCIA DE AL MENOS 24 MESES, CON LA Q SE GARANTIZARA EL PLENO CONOCIMIENTO DE LOS BIENES MATERIA DE CONTRATACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se redujera la experiencia a 24 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Responsable de la instalación y capacitación del equipo

Dos (02) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento, de equipamiento hospitalario.

Responsable del mantenimiento del equipo

Dos (02) años o más de experiencia en el mantenimiento y/o reparación, de equipamiento hospitalario

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:38:12

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

CONSULTAMOS QUE DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE ADMISION DE OFERTA SOLICITAN UNA CARTA DE FABRICANTE, ENTENDEMOS QUE DICHA CARTA DEBE AUTORIZAR AL POSTOR A PODER REALIZAR DICHA DECLARACION?, ASI MISMO EN EL CASO DE UN CONSORCIO AMBOS MIEMBROS DEBERAN TENER DICHA CARTA DE AUTORIZACION O BASTARA CON QUE SOLO EL ENCARGADO DEL POST VENTA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: E Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que su apreciacion es correcta, el fabricante debera autorizar al postor a poder realizar dicha declaracion jurada en detalle. En caso de consorcio bastara con que el o los integrantes responsables del post venta, cuenten con dicha carta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:38:12

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:
EN EL EQUIPO LAVADORA, EN EL PUNTO 7.07 SOLICITAN IMPRESORA , AL RESPECTO CONSULTAMOS DICHA IMPRESORA DEBERA ESTAR INTEGRADA AL EQUIPO?, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 7.01 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que la impresora puede estar integrada al equipo o conectada de manera externa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:51:21

Observación: Nro. 94

Consulta/Observación:

CONSIDERAMOS QUE EL MONTO DE 3,000,000.00 DE EXPERIENCIA DE POSTOR SOLICITADO, ES DEMASIADO ALTA, POR LO QUE OBSERVAMOS QUE SE SOLICITE AL MENOS 2,000,000.00 CON LO QUE SE PUEDE DEMOSTRAR UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR, PERMITIENDO QUE EMPRESAS EMERGENTES TENGAN MAYOR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se modificara el monto facturado total a 1 millon, con lo que se garantiza la experiencia de la empresa que atendera nuestro requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/1,000,000.00 (Un Millón con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:51:21

Observación: Nro. 95

Consulta/Observación:

UBICAMOS QUE EN EL PUNTO 8.01 (LAVADORA), 7.01(SECADORA), 6.01 PLANCHADORA; ESTAN SOLICITANDO SE REALIZE UNA VISITA TECNICA PARA PODER VER TODOS LOS PORMENORES QUE SE NECESITARAN PARA UNA ADECUADA PRE INSTALACION DE LAS MAQUINAS, SIN EMBARGO OBSERVAMOS DICHA ESPECIFICACION PUES ADICIONAL A ELLO, A FIN DE PODER REALIZAR UNA ADECUADA OFERTA SOLICITAMOS AL COMITE NOS PUEDAN INDICAR AL MENOS LOS DATOS DE : VALOR DE PRESION DE VAPOR, VALOR DE PRESION DE SUMINISTRO DE AGUA, VALOR DE PRESION DE AIRE COMPROMIDO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA TERMINAR DE DEFINIR EL EQUIPO A OFERTAR A SU ENTIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51,53,56 Literal: 8.17.16.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que se ampliara las especificaciones correspondiente a preinstalación de cada item, detallando los datos solicitados.

8.00 Lavadora

7.00 Secadora

6.00 Planchador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.01 LAVADORA

Agua fria, caliente, osmotica:

- Distancia del punto de suministro a la lavadora: No mayor a diez metros.
- Presion de entrada suministrada: 4 - 5 PSI

Conexión de vapor:

- Distancia del punto de suministro a la lavadora. No mayor a diez metros.
- Presion de vapor: 8 - 10 bar.

Aire comprimido:

- Distancia del punto suministrado a la lvadora: No mayor a diez metros.
- Presion de entrada: 7 bar como maximo.

7.01 SECADORA

Conexión de vapor:

- Distancia del punto de suministro a la secadora. No mayor a diez metros.
- Presion de vapor: 8 - 10 bar.

6.01 PLANCHADOR

Conexión de vapor:

- Distancia del punto de suministro al planchador. No mayor a diez metros.
- Presion de vapor: 10 - 11 bar.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:57:28

Observación: Nro. 96

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LOS BIENES SIMILARES, SOLICITAMOS AL COMITE TAMBIEN AMPLIAR ACEPTANDO EQUIPOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION EN GENERAL, TODO ELLO A FIN DE PODER TENER UNA LIBRE COMPETENCIA Y TRATO IGUALITARIO COMO LO ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE, se precisa que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara dicho requisito, permitiendo participar con Equipos de Esterilizacion y desinfeccion de uso hospitalario.

Se indica también que se acogió otros BIENES SIMILARES en las observaciones 7, 80 y 81.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AGREGAR EN BIENES SIMILARES: ¿. "Lavadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, secadora de cualquier capacidad de uso hospitalario, planchadora (calandria) de cualquier capacidad de uso hospitalario y equipos de esterilizacion y desinfeccion hospitalaria"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:57:28

Observación: Nro. 97

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 03 SUB ITEMS DEL ITEM PAQUETE, PUES NO HAY UNA DEFINICION CLARA DE INFORMACION TECNICA RELEVANTE PARA LA PRE INSTALACION DE CADA EQUIPOS, POR TANTO SOLICITAMOS SIRVASE AL MENOS BRINDARNOS LOS DATOS TECNICOS DE RELEVANCIA PARA LA OPTIMA PRE INSTALACION Y POSTERIOR INSTALACION DE DICHOS BIENES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que el postor podra realizar una visita técnica a fin de ver los detalles correspondientes a la pre instalacion del equipo. Así mismo, al ser un proceso llave en mano, el postor será responsable de la instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606934425	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	VALMED CARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:15

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

Se observa que el literal "g" del numeral 2.2 CONTENIDO DE OFERTAS solicita un certificado ISO el cual pocas marcas por consiguiente restringe la participación de otras marcas atentando contra el principio de Pluralidad de Postores. Muchos fabricantes ofrecen el certificado CE el cual habilita a cualquier fabricante a vender sus equipos en Europa. Para obtener dicho certificado, es importante cumplir lo más altos estándares de calidad durante la fabricación del equipo lo garantice un buen desempeño durante todo su ciclo de vida.

Solicitamos a la Entidad considerar ampliar el literal "g" aceptando también el certificado CE en lugar del certificado ISO.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: G Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito, aceptando tambien la presentación del certificado CE, siempre y cuando dentro de dicho certificado se indique el cumplimiento o aplicacion o seguimiento del ISO solicitado para la lavadora y secadora, debiendo indicar el modelo del bien ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

G) Copia del certificado ISO 10472 Requisitos de seguridad para la máquina de lavandería industrial (para lavadora y para la secadora, debiendo indicar el modelo ofertado)(Se podra acreditar a travez del CE siempre y cuando dentro de dicho certificado indique el modelo del equipo ofertado, y el cumplimiento o aplicacion o seguimiento, del ISO10472)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606934425	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	VALMED CARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:15

Observación: Nro. 99

Consulta/Observación:

Se recomienda a la Entidad considerar la mejara de la especificación 1.01 el cual solicita que la cuba y el tambor estén fabricados en acero AISI 304. Sin embargo, todos los equipos de lavandería, producto de la humedad y otros factores, tiende a ofrecer un ambiente corrosivo lo cual poco a poco va dañando a los equipos. Para ayudar a que los equipos sean más resistentes, recomendamos mejorar la especificación 1.01 de la siguiente manera:
"Lavadora con cuba y tambor fabricado en acero inoxidable, AISI 316L como mínimo"

Esta mejora ayudará a que la Entidad cuente con un equipo con una resistecia mayor a la conveccional logrando así alargar el tiempo de vida útil del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa que lo minimo requerido es AISI 304, en caso el postor oferte AISI 316L, este será aceptado, por tanto se ampliara dicho requisito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAVADOR CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA)

1.01 LAVADORA CON CUBA Y TAMBOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304 O AISI 316L

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606934425	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	VALMED CARE S.A.C.	Hora de envío :	19:12:15

Observación: Nro. 100

Consulta/Observación:

Debido al gran uso que tienen los programas predeterminados, ya que ayudan a agilizar el uso de las lavadoras reduciendo el tiempo de programación del lavado, secado, enjuague entre otros.

Observamos que la especificación 1.08 solicita un cantidad mínima de programas predeterminados los cuales, según lo mencionado anteriormente, ofrecen muchas ventajas funcionales.

Por tanto, se sugiere a la Entidad considerar la mejora de la especificación 1.08 del siguiente modo:

"Con treinta (30) programas predefinidos de lavado cómo mínimo. Con posibilidad de añadir y modificar programas de lavado así tambien, debe permitir seleccionar programas favoritos para un rápido acceso"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se indica que lo mínimo aceptado será que la lavadora tenga ocho programas predefinidos. En caso el postor pueda ofrecer más programas predeterminados, esto también será aceptado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	21:31:33

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

En el literal "g" de la página 16 se solicita el certificado ISO 10472. Se consulta al Comité si también se puede presentar otro certificado que garantice la buena performance de los equipos solicitados durante su funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: G Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que SE ACOGE PARCIALMENTE, se precisa a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito, aceptando tambien la presentación del certificado CE, siempre y cuando dentro de dicho certificado se indique el cumplimiento o aplicacion o seguimiento del ISO solicitado para la lavadora y secadora, debiendo indicar el modelo del bien ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

G) Copia del certificado ISO 10472 Requisitos de seguridad para la máquina de lavandería industrial (para lavadora y para la secadora, debiendo indicar el modelo ofertado)(Se podra acreditar a travez del CE siempre y cuando dentro de dicho certificado indique el modelo del equipo ofertado, y el cumplimiento o aplicacion o seguimiento, del ISO10472)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	21:31:33

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

En el literal "f" de la página 16 se solicita lo siguiente

"Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1"

Se consulta, ¿si se debe presentar el certificado de seguridad de cada una de esas organizaciones o solo una de ellas?

Se hace la consulta debido a que no todos los equipos presentan certificados de todas las instituciones solicitadas lo cual originaria una restricción de otras marcas, atentando contra la Pluralidad de Postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: F Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que el certificado de seguridad electrica puede ser presentada por cualquiera de las organizaciones indicadas, dependiendo del pais de origen. Así mismo, a fin de brindar pluralidad de postores, para acreditar dicho punto , bastara con presentar al menos el certificado de alguno de los equipos ofertados, debiendo indicar el modelo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20604458944	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:37:40

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

En el literal "g" de la página 16 se solicita lo siguiente:
"Copia del certificado ISO 10472 Requisitos de seguridad para la maquina de lavandería industrial"
Se consulta, ¿si el pedido del certificado ISO es solo para la lavadora o también para el resto de equipos?

Se hace la presente consulta a fin de poder ofrecer la opción más adecuada acorde a la necesidad del área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: G Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que es para el equipo Lavadora y Secadora, debiendo identificarse el modelo del equipo ofertado en el proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20604458944	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:37:40

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

En el literal "f" de la página 16 se solicita lo siguiente:

"Certificado de seguridad de sistemas eléctricos de máquinas: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA 60204-1"

Se consulta, ¿si el pedido del certificado de seguridad es solo para la lavadora o también para el resto de equipos?

Se hace la presente consulta a fin de poder ofrecer la opción más adecuada acorde a la necesidad del área usuaria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1 **Literal:** F **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que para acreditar dicho punto , bastara con presentar al menos el certificado de alguno de los equipos ofertados, debiendo indicar el modelo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20604458944	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:37:40

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

Se pide a la Comité Especial aclarar la siguiente consulta referente a la especificación 1.01.

¿ la cuba y el tambor deben ser fabricados en acero inoxidable AISI 304 o solo el tambor?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-51 Literal: 1.01 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que tanto la cuba y el tambor deben estar fabricado del mismo material

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20372156512	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	Hora de envío :	23:11:02

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:
El comité es sus bases documento de presentación obligatoria requiere una carta del fabricante sustente por lo menos 2 características, al respecto consultamos al comité de selección que tipo de características son las que requieren que se acredite o es de libre elección? Solicitamos al comité de selección absolver dicha consulta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que dicha carta de fabricante para sustentar las especificaciones técnicas, no es de caracter obligatorio, es en caso no se pueda demostrar algun punto tecnico dentro de catalogos, manuales, datasheet, instructivos, etc del fabricante. A fin de cumplir con acreditar el pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20372156512	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	Hora de envío :	23:11:02

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

El comité de selección requiere certificado de sistemas de seguridad eléctrica de las máquinas y al final de los citados certificados indican cualquiera de los certificados emitidos por entidad competente.

Enr se sentido formulamos la siguiente consulta con la sola presentación de uno de los certificados se da por cumplida dicha exigencia o requieren la presentación de todos los certificados. Y la otra consulta es si la presentación es por cada equipo que requieren en el paquete objeto de la contratación. De ser así eso sería una exigencia excesiva y restringe la participación de potenciales proveedores. Solicitamos al comité de selección absolver dicha consulta.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2.1Literal: ePágina: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA, que para acreditar dicho punto , bastara con presentar al menos el certificado de alguno de los equipos ofertados, debiendo indicar el modelo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20372156512	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	Hora de envío :	23:11:02

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

El comité se selección en las presentaciones las bases requieren Certificado Iso 10472 requisitos de seguridad para la máquina de lavandería industrial.

Al respecto este certificado es solo para la lavadoras o para los ítems.

Y consultamos al comité de selección si en su estudio de mercado las empresas que cotizaron cumplía. Con este requisito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: G Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que dicha normativa ISO para la lavadora y secadora, garantiza la seguridad y los estandares minimos para la operación en Maquinarias de Lavandería ofertada. Así mismo, se precisa que la consulta " consultamos al comité de selección si en su estudio de mercado las empresas que cotizaron cumplía" corresponde responder al comite de seleccion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20372156512	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	Hora de envío :	23:11:02

Observación: Nro. 109

Consulta/Observación:

Comunicamos al comité de selección que existen sendos pronunciamientos que indican que los Isos no se requieren como documentos de presentación obligatoria e indican que estos puedan ser parte de Factores de evaluación. Solicitamos al comité revisar pronunciamientos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: F , g Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libre participación y concurrencia, principio de eficiencia y eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se indica que dicha normativa ISO es lo minimo requerido. Así mismo se precisa El ISO 10472 es una serie de normas que proporciona directrices y requisitos de seguridad para el diseño, la construcción e instalación de equipos de lavandería industrial. La serie ISO 10472 se enfoca en garantizar que los equipos de lavandería industrial sean seguros para los trabajadores que los operan y para el entorno en el que se utilizan.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20372156512	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	Hora de envío :	23:11:02

Observación: Nro. 110

Consulta/Observación:

El comité de selección en su bases Requisitos de calificación experiencia del postor requieren en bienes similares varios equipos mecánicos, equipos hospitalarios.

Al respecto solicitamos al comité de selección incluir en bienes similares a Plantas generadoras de oxígeno el cual es un equipo Hospitalario siendo este un equipo electromecanico así como los eequipos que requieren como similares en la experiencia del postor.

Así mismo precisamos que contamos con los profesionales y técnicos requeridos los cuales cumplen con la formación académica y experiencia requerida para la ejecución de lo requerido en las presentes bases.

Motivo por cuál solicitamos se incluye lo lo requerido a concordancia con el principio de libertad de participación y concurrencia así como el principio y Eficacia y eficiencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libertad de participación y concurrencia, principio de eficiencia y Eficacia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que la planta de oxigeno es un equipo que genera oxigeno medicinal, por tanto no se encuentra dentro del rubro de los equipos de lavado, desinfeccion, esterilizacion, limpieza, que se estan considerando como bienes similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20372156512	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	Hora de envío :	23:11:02

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

En Factor de evaluación se podría incluir como factor de evaluación mejora a las Especificaciones técnicas el suministro de consumibles que se requieren para el lavado de la ropa hospitalaria, mejora que convendría al hospital toda vez que durante un tiempo no se preocupe por la adquisición de suministros para el lavado de ropa hospitalaria.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: ..Literal: ..Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA que lo solicitado por el postor no se encuentra dentro de lo contemplado una Mejora a las especificaciones técnicas, segun las bases estandarizadas del OSCE vigente. Ademas que tampoco se considero en los actos preparativos para la realizacion de este proceso publico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR: 2590393 ¿REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, PLANCHADORA DE SABANAS Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20372156512	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	Hora de envío :	23:11:02

Observación: Nro. 112

Consulta/Observación:

El comité de selección en sus especificaciones técnicas de los equipos requieren unas medidas únicas y exactas, al respecto no vemos que hayan establecido rangos de más o menos centímetros a fin de que otras empresas fabricantes tengan la oportunidad de ofertas sus equipos dado que con esas medidas sería difícil participar.

El cuál evidenciaría un direccionamiento con determinado postor lo cual es prohibido y restringido por la Ley de contrataciones de estado y su reglamento vigente.

Motivo por el cual solicitamos ampliar las medidas de los equipos conas o menos centímetros o caso y que sería lo mejor es que nos brinde las medidas de área de dónde se instalarán los equipos toda vez que esto serviría para tener la referencia exacta de las medidas de los equipos y presentar nuestra oferta en función a las medidas del área donde se posicionaran los equipos a instalar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: .. Literal: .. Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libertad de participación y concurrencia y principio de eficiencia y eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado expresa que NO SE ACOGE, se precisa que las dimensiones indicadas en la especificación 9.01, 9.02 y 9.03 son las dimensiones máximas permitidas por el ambiente existente. Todo equipo será aceptado siempre en cuando no exceden las medidas indicadas en las especificaciones observadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null