

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516920123 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L. | Hora de envío : | 16:42:24 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A29- ADQUISICIÓN DE IMAGEN 2D Y 3D. CON MOVIMIENTOS INTELIGENTES QUE PERMITE LA OBTENCIÓN DE 180° DE INFORMACIÓN ESCANEADA.

El arco en C de nuestra representada, permite obtener imágenes 2D y 3D en un escaneo progresivo de 180° para obtener imágenes de toda el área de interés. Adicionalmente, permite la toma de 400 imágenes en cada una de las formas de trabajo ya sea en modo pediátrico (con dosis reducida) o modo adulto o paciente obeso. Con esto, logra una calidad de imagen óptima

CONSULTA:

Se solicita:

Confirmar o precisar si lo esperado del modo 3D es que se obtengan un mínimo de 400 imágenes en todos los modos para obtener imágenes de alta calidad, incluso en modos de baja dosis.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5.2.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion precisa que el arco en C 3D debe tener la capacidad de tomar imágenes en pacientes pediátricos y adultos. ES DECIR Con capacidad de capturar imágenes en pacientes pediátricos y adultos, para el caso de pacientes pediátricos se debe obtener las imágenes con una menor dosis de radiación. Es decir con capacidad de capturar como mínimo de 300 imágenes en todos sus modos (adulto, pediátrico y obeso) para poder obtener una reconstrucción de buena calidad, con la mayor cantidad de información y la menor cantidad de radiación dependiendo del tipo de paciente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con capacidad de capturar imágenes en pacientes pediátricos y adultos, para el caso de pacientes pediátricos se debe obtener las imágenes con una menor dosis de radiación. Es decir con capacidad de capturar como mínimo de 300 imágenes en todos sus modos (adulto, pediátrico y obeso) para poder obtener una reconstrucción de buena calidad, con la mayor cantidad de información y la menor cantidad de radiación dependiendo del tipo de paciente

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516920123 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L. | Hora de envío : | 16:42:24 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

B15- CON UN (01) MONITOR DE 31.5 PULGADAS COMO MÍNIMO (CON PANTALLA DIVISIBLE EN DOS ÁREAS) O 02 MONITORES DE 18 PULGADAS COMO MÍNIMO, 4K UHD O UHD, CON BRILLO MÁXIMO DE 600 CD/M2 O MÁS, DE ALTA RESOLUCIÓN DE CALIDAD DIAGNÓSTICA Y DE GRADO MÉDICO

OBSERVACIÓN:

Nuestra representada cuenta con un monitor dual que consta de dos pantallas de 19¿ grado médico con calidad diagnóstica, pero al ser pequeños, estos no cuentan con una resolución de 4K o UHD, sino una resolución de 1280 x 1024, lo cual es óptimo para trabajar en sala de operaciones. Permite visualizar las imágenes en muy buena calidad para un procedimiento óptimo.

Se solicita:

A fin de propiciar libre acceso y participación de proveedores, se solicita ampliar el requerimiento de la resolución y aceptar también 1280 x 1024 píxeles y en el caso que se ofrezca los 02 monitores ofrecidos, acepten de 18 pulgadas o más

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5.2.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE: Art. 2°. Numerales: a), b), e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de selección en coordinacion con el area usuaria precisa que a fin d fomentar una mayor pluralidad de participantes se ACOGE la observacion por lo que se acepta, en conjunto con la consulta 9 del postor Siemens Healthcare S.A.C., se modifica de la siguiente manera:

B15 CON UN(01) MONITOR DE 31.5 PULGADAS COMO MÍNIMO (CON PANTALLA DIVISIBLE EN DOS ÁREAS) CON RESOLUCIÓN 4K UHD O UHD O 02 MONITORES DE 18 PULGADAS COMO MÍNIMO, CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1280X1024, TFT, CON BRILLO MÁXIMO DE 600 CD/M2 O MÁS, DE ALTA RESOLUCIÓN DE CALIDAD DIAGNÓSTICA Y DE GRADO MÉDICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B15 CON UN(01) MONITOR DE 31.5 PULGADAS COMO MÍNIMO (CON PANTALLA DIVISIBLE EN DOS ÁREAS) CON RESOLUCIÓN 4K UHD O UHD O 02 MONITORES DE 18 PULGADAS COMO MÍNIMO, CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1280X1024, TFT, CON BRILLO MÁXIMO DE 600 CD/M2 O MÁS, DE ALTA RESOLUCIÓN DE CALIDAD DIAGNÓSTICA Y DE GRADO MÉDICO

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516920123 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L. | Hora de envío : | 16:42:24 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta.

OBSERVACIÓN:

No se ha considerado demostrar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo dentro de los documentos para la admisión de la oferta (documentos de presentación obligatoria). Lo cual puede ser considerado como un riesgo para la Entidad, toda vez que no podrá dar fe del cumplimiento de las ofertas presentadas por los postores, con relación a las EETT del equipo.

En esa línea, a fin de hacer eficiente y eficaz el proceso de contratación, solicitamos se agregue acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D como parte de los documentos obligatorios en la presentación de la oferta, sustentar las especificaciones técnicas a través de folletos, manuales (manual técnico y manual de usuario), catálogos, declaración jurada del fabricante y/o carta del fabricante u otros documentos similares.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: c), f)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de eleccion en coordinacion con el area usuaria acoge en parte, se considerará en las bases integradas, como documentación obligatoria, acreditar las especificaciones indicadas en el Requerimiento, Capitulo III de las Bases, El postor deberá presenta la Hoja de presentación del producto ofertado indicando claramente las partes, marca, procedencia, componentes, accesorios que lo conforman y año de fabricación. Se adjuntará, Brochure, catálogos, manuales, folletería, instructivos u declaración jurada del fabricante y/o carta del fabricante u otros documentos similares del equipo ofertado, se deberá demostrar fehacientemente las especificaciones técnicas siguientes, de A01 al A29 y del B01 al B15 solicitadas por el Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II.2,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor deberá presenta la Hoja de presentación del producto ofertado indicando claramente las partes, marca, procedencia, componentes, accesorios que lo conforman y año de fabricación. Se adjuntará, Brochure, catálogos, manuales, folletería, instructivos u declaración jurada del fabricante y/o carta del fabricante u otros documentos similares del equipo ofertado, se deberá demostrar fehacientemente las especificaciones técnicas siguientes, de A01 al A29 y del B01 al B15 solicitadas por el Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II.2,

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516920123 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L. | Hora de envío : | 16:42:24 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta.

h) CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE COMPONENTES, REPUESTOS E INSUMOS: emitido por el fabricante o por el postor de los equipos, debe expresar compromiso para el suministro al HRL de los componentes, repuestos e insumos originales o nuevas versiones emitidas por el fabricante para el funcionamiento de los equipos ofertados, por un periodo no menor a DIEZ (10) años a partir de la fecha del acta de recepción y conformidad de los equipos.

CONSULTA:
Favor aclarar o precisar que estamos en lo correcto, respecto a la Entidad a la que proporcionaremos el compromiso de suministro:

h) CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO DE COMPONENTES, REPUESTOS E INSUMOS: emitido por el fabricante o por el postor de los equipos, debe expresar compromiso para el suministro al HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2 PIURA de los componentes, repuestos e insumos originales o nuevas versiones emitidas por el fabricante para el funcionamiento de los equipos ofertados, por un periodo no menor a DIEZ (10) años a partir de la fecha del acta de recepción y conformidad de los equipos.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** CAP. II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa que la Carta de Compromiso de Componentes, Repuestos e insumos, deberá ser emitido por el fabricante o por el postor de los equipos, debe expresar compromiso al HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2 PIURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516920123 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L. | Hora de envío : | 16:42:24 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

2. FINALIDAD PUBLICA

Contar con el equipamiento de alta especialidad con tres sistemas de observación binocular para ser usados en cirugías cerebrales y espinales de alta complejidad microquirúrgica, así como para la asistencia más precisa para la remoción de tumores con controles robotizados y a su vez cuenta con un instrumento de microinspeccion para las zonas donde el microscopio no puede acceder (permite visualizar canales estrechos y explorar cavidades) necesario para brindar un servicio de neurocirugía del Departamento de Cirugía, mejorando con ello la calidad de vida de los pacientes del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2.

OBSERVACIÓN:

La descripción del equipo biomédico descrito líneas arriba pertenece a un equipo biomédico distinto al objeto de la contratación, solicitamos corregir dicho extremo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con ocasión de las bases integradas, se corregirá el nombre objeto de la contratación, el cual sera: Equipo de Rayos X Rodable Arco en C en 3D

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Contar con el equipamiento de alta especialidad Equipo de Rayos X Rodable Arco en C en 3D con lo cual se realizaran procedimientos e intervenciones quirúrgicas en neurocirugía, traumatología y urología permitiendo la obtención de imágenes in situ y dinámico en segmento anatómico intervenido identificando la ubicación de prótesis, catéter y dispositivos, necesario para brindar un servicio de neurocirugía del Departamento de Cirugía, mejorando con ello la calidad de vida de los pacientes del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2.

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516920123 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L. | Hora de envío : | 16:42:24 |

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
A CAPACIDAD LEGAL

- 1. Registro Sanitario y/o certificado de registro sanitario del bien ofertado, vigente a la fecha de presentación de la oferta y expedido por DIGEMID (¿.)
- 2. Certificado de Seguridad Eléctrica (¿)

OBSERVACIÓN:
Los documentos solicitados como requisitos de calificación, también se solicitan en el numeral 2.2.1.1 como documentación de presentación obligatoria, en esa línea solicitamos retirar dichos documentos, así como el requisito de calificación - capacidad legal - habilitación, con el propósito de que no se dupliquen en las bases, proporcionando información clara y coherente. De acuerdo a Ley.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.2 **Página:** 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: c)

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PROCEDERÁ A SUPRIMIR CON OCASIÓN A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A FIN DE EVITAR INCONSISTENCIAS EN EL PRESENTE PROCESO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:48:40 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el literal A23 de las Especificaciones Técnicas se establece lo siguiente:
A23 APLICACIONES PEDIÁTRICO, VASCULAR, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA Y CIRUGÍA GENERAL

Entendemos que la Entidad busca que el equipo pueda aplicarse en los segmentos detallados pero nuestra observación es en específico por la CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA. Por favor solicitamos amablemente a la Entidad brindar mayor información de lo que requiere que realice el arco en este aspecto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A23 **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL comité de selección en coordinación con el área usuaria, procede indicar lo siguiente: Para el literal A23, se busca que el Arco en C pueda ser utilizado en todas las especialidades, ya sea en modo 2D, 3D o vascular, en el caso de Cirugía plástica reconstructiva se refiere a la capacidad que el equipo permite trabajar en partes blandas y en modo vascular. Para mayor claridad, se MODIFICA A23 de la siguiente manera:
A23 - APLICACIONES PEDIÁTRICO, VASCULAR, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPERO, CIRUGÍA PLASTICA (CAPACIDAD DE TRABAJAR EN PARTES BLANDAS) Y CIRUGÍA GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A23 - APLICACIONES PEDIÁTRICO, VASCULAR, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPERO, CIRUGÍA PLASTICA (CAPACIDAD DE TRABAJAR EN PARTES BLANDAS) Y CIRUGÍA GENERAL

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:48:40 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el literal A24 de las Especificaciones Técnicas se establece lo siguiente:
A24 PAQUETE DE SOFTWARE COMPLETO PARA APLICACIONES CARDIACAS O PERFILES CARDIACO, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA GENERAL

Respecto a la aplicación en NEUROCIRUGÍA, por favor solicitamos amablemente a la Entidad confirmar qué tipo de software requerirá en el Arco en C para utilizarlo en neurocirugía.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A24 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL comité de selección en coordinación con el área usuaria indican que para la aplicación en neurocirugía, se solicita que el equipo trabaje en columna, cerebro y en los modos DSA (ANGIOGRAFIA POR SUSTRACCION DIGITAL), MSA (ANGIOGRAFIA DE SUSTRACCION DE OPACIFICACION MAXIMA) y RSA(ANGIOGRAFIA DE SUSTRACCION DE MAPEO DE RUTA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la aplicación en neurocirugía, se solicita que el equipo trabaje en columna, cerebro y en los modos DSA (ANGIOGRAFIA POR SUSTRACCION DIGITAL), MSA (ANGIOGRAFIA DE SUSTRACCION DE OPACIFICACION MAXIMA) y RSA(ANGIOGRAFIA DE SUSTRACCION DE MAPEO DE RUTA)

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:48:40 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el literal B15 de las Especificaciones Técnicas se establece lo siguiente:
B15 CON UN(01) MONITOR DE 31.5 PULGADAS COMO MÍNIMO (CON PANTALLA DIVISIBLE EN DOS ÁREAS) O 02 MONITORES DE 18 PULGADAS COMO MÍNIMO, 4K UHD O UHD, CON BRILLO MÁXIMO DE 600 CD/M2 O MÁS, DE ALTA RESOLUCIÓN DE CALIDAD DIAGNÓSTICA Y DE GRADO MÉDICO

Nuestro equipo cuenta con dos monitores de 19"" pero no son ""4K UHD O UHD"" como lo piden las Especificaciones Técnicas y esto limitaría nuestra participación y la pluralidad de postores. Por favor tener en cuenta que en el requerimiento hay 2 posibilidades de tamaños de monitores pero la tecnología 4k UHD aplica solamente para monitores de un tamaño más grande, por lo que en monitores de 19"" es físicamente imposible que puedan ubicarse más píxeles en el espacio.

Por favor considerar como alternativa los monitores LCD y TFT que cubrirían las tecnologías con monitores de 18"" o más. Además, tener en cuenta que los monitores TFT son un tipo de LCD con más ventajas, el cambio requerido no implica que TFT sea inferior, solo que se atribuye LCD o TFT a monitores de tamaños de 19¿ aproximadamente. Igualmente tener en cuenta que en el mercado solo hay un postor que cuenta con tecnología 4k UHD.

Siendo así y para lograr pluralidad de postores y que más de un fabricante participe, por favor solicitamos realizar la siguiente modificación:

B15 CON UN(01) MONITOR DE 31.5 PULGADAS COMO MÍNIMO (CON PANTALLA DIVISIBLE EN DOS ÁREAS) O 02 MONITORES DE 18 PULGADAS COMO MÍNIMO, 4K UHD O UHD O TFT, CON BRILLO MÁXIMO DE 600 CD/M2 O MÁS, DE ALTA RESOLUCIÓN DE CALIDAD DIAGNÓSTICA Y DE GRADO MÉDICO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B01 Página: 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

B15 CON UN(01) MONITOR DE 31.5 PULGADAS COMO MÍNIMO (CON PANTALLA DIVISIBLE EN DOS ÁREAS) CON RESOLUCIÓN 4K UHD O UHD O 02 MONITORES DE 18 PULGADAS COMO MÍNIMO, CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1280X1024, TFT, CON BRILLO MÁXIMO DE 600 CD/M2 O MÁS, DE ALTA RESOLUCIÓN DE CALIDAD DIAGNÓSTICA Y DE GRADO MÉDICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B15 CON UN(01) MONITOR DE 31.5 PULGADAS COMO MÍNIMO (CON PANTALLA DIVISIBLE EN DOS ÁREAS) CON RESOLUCIÓN 4K UHD O UHD O 02 MONITORES DE 18 PULGADAS COMO MÍNIMO, CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1280X1024, TFT, CON BRILLO MÁXIMO DE 600 CD/M2 O MÁS, DE ALTA RESOLUCIÓN DE CALIDAD DIAGNÓSTICA Y DE GRADO MÉDICO

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:48:40 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el literal D02 de las Especificaciones Técnicas se establece lo siguiente:
D02 UPS TECNOLOGÍA TRUE ONLINE DE INIMO 125% DE LA POTENCIA MÁXIMA DEL EQUIPO CON DISTROSION ARMONICA TOTAL:<=2%, EL UPS DEBE INCLUIR TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

Estimada entidad contratante, se solicita aceptar UPS recomendada por el fabricante para garantizar la compatibilidad con el equipo y para facilitar el traslado y movimiento del mismo pues ya no se tendría que depender de un UPS comprado localmente que no tendría posibilidad de moverse a pesar de que el Objeto de Contratación es un ARCO EN C RODABLE.

Por lo tanto, solicitamos realizar el siguiente ajuste:
D02 UPS TECNOLOGÍA TRUE ONLINE DE INIMO 125% DE LA POTENCIA MÁXIMA DEL EQUIPO CON DISTROSION ARMONICA TOTAL:<=2%, EL UPS DEBE INCLUIR TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO O UPS RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D02 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion acoge la observacion y se aceptará un UPS recomendado por el fabricante
Se modifica D02 a lo siguiente:
D02 UPS TECNOLOGÍA TRUE ONLINE DE MINIMO 125% DE LA POTENCIA MÁXIMA DEL EQUIPO CON DISTROSION ARMONICA TOTAL:<=2%, EL UPS DEBE INCLUIR TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO O UPS RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D02 UPS TECNOLOGÍA TRUE ONLINE DE MINIMO 125% DE LA POTENCIA MÁXIMA DEL EQUIPO CON DISTROSION ARMONICA TOTAL:<=2%, EL UPS DEBE INCLUIR TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO O UPS RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:48:40 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la sección 2.2.1.1 "Documentos de presentación obligatoria", no se menciona las Especificaciones Técnicas a sustentar.

Se solicita amablemente considerar sustentar las Especificaciones Técnicas del literal A01 hasta el B15 ya que corresponde al Bien Principal, que es el ""Equipo de Rayos X Rodable Arco en C 3D"". Adicional a ello, solicitamos amablemente confirmar si adjuntarán la Hoja de Presentación del Producto o es formato libre, ya que genera confusión entre los oferentes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria acoge, se considerará en las bases integradas, como documentación obligatoria, acreditar las especificaciones indicadas en el Requerimiento, Capítulo III de las Bases: El postor deberá presenta la Hoja de presentación del producto ofertado indicando claramente las partes, marca,procedencia, componentes, accesorios que lo conforman y año de fabricación. Se adjuntará, Brochure, catálogos, manuales, folletería, instructivos u declaración jurada del fabricante y/o carta del fabricante u otros documentos similares del equipo ofertado, se deberá demostrar fehacientemente las especificaciones técnicas siguientes, de A01 al A29 y del B01 al B15 solicitadas por el Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II.2.Ademas deberán presentar hoja de presentación del producto en formato libre, donde indicarán el numero de folio donde se acreditan el cumplimiento de las EETT solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor deberá presenta la Hoja de presentación del producto ofertado indicando claramente las partes, marca, procedencia, componentes, accesorios que lo conforman y año de fabricación. Se adjuntará, Brochure, catálogos, manuales, folletería, instructivos u declaración jurada del fabricante y/o carta del fabricante u otros documentos similares del equipo ofertado, se deberá demostrar fehacientemente las especificaciones técnicas siguientes, de A01 al A29 y del B01 al B15 solicitadas por el Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II.2.Ademas deberán presentar hoja de presentación del producto en formato libre, donde indicarán el numero de folio donde se acreditan el cumplimiento de las EETT solicitadas.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:48:40 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el "Anexo 6" - Precio de la Oferta

Sobre el precio de la Oferta señalado en los documentos para la admisión de la oferta, solicitamos al Comité de Selección confirmar que se disgregará el precio de acuerdo a lo siguiente:

1. Precio de prestación principal

2. Precio de prestación accesoría

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las bases contemplan el pago de la contraprestación a favor del contratista en UNICO PAGO, por lo que la oferta económica será conforme a lo señalado en el Anexo N° 6 de las bases de acuerdo a la normativa en materia de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :

LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :

1

Objeto de contratación :

Bien

Descripción del objeto :

ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:48:40 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la sección 2.2.1.1 "Documentos de presentación obligatoria", en el literal h) se indica lo siguiente:
h) Carta de Compromiso de suministro de componentes, repuestos e insumos.

Se solicita amablemente, confirmar si adjuntarán el modelo de la Carta de Compromiso o en todo caso mencionar si es formato libre.

Acápite de las bases :

Sección: Especifico

Numeral: 2.2.1.1

Literal: H

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que a carta de Compromiso materia de la presente consulta es en formato libre de cada participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:48:40 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la sección 2.2.1.1 ""Documentos de presentación obligatoria"", en el literal j) se indica lo siguiente:

j) Carta de Compromiso mediante el cual el contratista se compromete a que, durante el período de garantía ofertado, deberá brindar el mantenimiento (...)

Se solicita amablemente, confirmar si adjuntarán el modelo de la Carta de Compromiso o en todo caso mencionar si es formato libre.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** I **Página:** 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el area usuaria se precisa que a carta de Compromiso materia de la presente consulta es en formato libre de cada participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:48:40 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la sección 2.2.1.1 "Documentos de presentación obligatoria", en el literal e) se indica lo siguiente:

e) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario

Se solicita amablemente confirmar si el requerimiento aplica solo para el Bien Principal, que es el "" ""Equipo de Rayos X Rodable Arco en C 3D"" y no para sus periféricos y/o accesorios.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** E **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario solicitado, aplica sólo para el equipo principal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897 | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:54:04 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la sección 5.3.2 Mantenimiento preventivo, se indica lo siguiente:

Este mantenimiento será realizado en las instalaciones de la entidad (...)

Solicitamos a la entidad considerar que en caso de fallas de los equipos se requiere la reparacion y/o cambio de partes. En este sentido, el contratista solicitará el retiro del repuesto o componente a ser reemplazado por garantía, cuyos datos (marca, modelo, número de parte y/o serie) será registrado en un acta y será firmado por ambas partes. El ingreso del repuesto nuevo por parte del contratista se hará mediante guía de remisión debidamente sellado por el almacén del establecimiento de salud, donde se consignará la fecha del Ingreso del bien, componente a ser reemplazado por garantía, cuyos datos (marca, modelo, número de parte y/o serie) será registrado en un acta y será firmado por ambas partes. La modalidad de cambio de repuestos será la de recambio, es decir, la Entidad deberá devolver el repuesto al Contratista, cuando se requiera el cambio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.3.2 **Literal:** - **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con ocasión de la integración de bases, de ser el caso, se considerará como procedimiento lo siguiente: En caso de fallas de los equipos se requiere la reparacion y/o cambio de partes. En este sentido, el contratista solicitará el retiro del repuesto o componente a ser reemplazado por garantía, cuyos datos (marca, modelo, número de parte y/o serie) será registrado en un acta y será firmado por ambas partes. El ingreso del repuesto nuevo por parte del contratista se hará mediante guía de remisión debidamente sellado por el almacén del establecimiento de salud, donde se consignará la fecha del Ingreso del bien, componente a ser reemplazado por garantía, cuyos datos (marca, modelo, número de parte y/o serie) será registrado en un acta y será firmado por ambas partes. La modalidad de cambio de repuestos será la de recambio, es decir, la Entidad deberá devolver el repuesto al Contratista, cuando se requiera el cambio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases, de ser el caso, se considerará como procedimiento lo siguiente: En caso de fallas de los equipos se requiere la reparacion y/o cambio de partes. En este sentido, el contratista solicitará el retiro del repuesto o componente a ser reemplazado por garantía, cuyos datos (marca, modelo, número de parte y/o serie) será registrado en un acta y será firmado por ambas partes. El ingreso del repuesto nuevo por parte del contratista se hará mediante guía de remisión debidamente sellado por el almacén del establecimiento de salud, donde se consignará la fecha del Ingreso del bien, componente a ser reemplazado por garantía, cuyos datos (marca, modelo, número de parte y/o serie) será registrado en un acta y será firmado por ambas partes. La modalidad de cambio de repuestos será la de recambio, es decir, la Entidad deberá devolver el repuesto al Contratista, cuando se requiera el cambio

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X RODABLE ARCO EN C 3D PARA NEUROCIRUGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- IOARR 2654897

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600756011 | Fecha de envío : | 23/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | Hora de envío : | 23:57:37 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la sección 5.2.7 Mantenimiento preventivo, se indica lo siguiente:

Condiciones de garantía: Consideramos que el plazo de 03 días otorgado por la entidad no es razonable, considerando que para un diagnóstico y reparación adecuada de los equipos se requiere desmontarlos, montarlos e instalarlos nuevamente, sin contar que muchos casos se requerirá la importación de repuestos, actividades que superan el plazo de reparación otorgada. Por lo anterior antes expuesto, solicitamos a la entidad considerar que en el caso el equipo presente fallas, el proveedor deberá de atender la solicitud efectuada por la entidad (cualquier medio) dentro de las 48 horas hábiles procediendo a repararlo dentro de un plazo máximo de (15) quince días calendarios si la reparación requiere repuesto que sí necesita ser importado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.7 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el proveedor deberá de atender la solicitud efectuada por la entidad dentro de las 48 horas hábiles procediendo a repararlo dentro de un plazo máximo de (15) quince días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el proveedor deberá de atender la solicitud efectuada por la entidad dentro de las 48 horas hábiles procediendo a repararlo dentro de un plazo máximo de (15) quince días calendarios.