

CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2023-ESSALUD/RPS-1 "ADQUISICIÓN DE SISTEMA FLAT PANEL PARA USUARIO EN EQUIPOS DE RAYOS X DEL HOSPITAL II LUIS NEGREIROS VEGA"

I.- DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

I.1.- Documentos para la admisión de la oferta

EMPRESAS PARTICIPANTES	(a) D.J. DATOS POSTOR (Anexo 1)	(b) DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	(c) D.J. LITERAL b) DEL ART. 57, II, C.E. (Anexo 2)	(d) D.J. CUMPLIMIENTO ESP. TIC, CONTENIDAS NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LAS BASES (Anexo 3)	(e) D.J. PLAZO DE ENTREGA (Anexo 4)	(f) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (Anexo 5)	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (Anexo 6)	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
CORPORACION KLD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION KLD PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	1.El postor no presenta Registro Sanitario de los bienes ofertados. 2.El anexo N°4 Plazo de entrega al ser en la modalidad llave en mano: no indica el plazo de instalación y puesta en marcha, razón por la cual no se acepta la propuesta. 3.Para el ítem N°1, no sustenta el cumplimiento de las EET: no indica que el equipo cuente con 2 baterías tipo polímero de Li-ion de 4180 MAH o mayor, no indica el grado de protección IPX1 o mayor, no indica el rango de energía estándar 40 a 150 KVP, no indica modo de disparo AED (Deflexión automática de exposición), no indica la presentación de estación de trabajo tipo laptop y sus características, razón por la cual no se acepta la propuesta. 4.Para el ítem N°2, no sustenta el cumplimiento de las EET: no indica que el equipo cuente con 3 baterías tipo polímero de Li-ion de 4180 MAH o mayor, no indica el grado de protección IPX1 o mayor, no indica el rango de energía estándar 40 a 150 KVP, no indica la presentación de estación de trabajo con sistema operativo Windows 11, no indica Red Ethernet 10/100 Base T, razón por la cual no se acepta la propuesta. 5.Personal clave, no cumple con la presentación y validación de la SUNEDU, razón por la cual no se acepta la propuesta.
BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDO	1.Para el ítem N°1, no sustenta el cumplimiento de las EET: Lo solicitado por la institución y aclarado en la etapa de absolución de consultas y observaciones se indica: Área Efectiva 350 mm x 426 mm (11,4" x 17") es para áreas de neoradiología; lo ofertado por el postor en la pág. N°19 y N°22 es de Área Efectiva 427 mm x 427 mm (17" x 17"); no cumple con la solicitado, razón por la cual no se acepta la propuesta. 2.Para el ítem N°1, lo solicitado por la institución es una estación de trabajo tipo laptop con características, en la pág. N°24 el postor presenta folleto donde se visualiza estación de trabajo tipo PC con características y en las pág. N°23 al N°30 sustenta estación de trabajo tipo laptop, lo cual hay incongruencia en la presentación de su propuesta, razón por la cual no se acepta la propuesta.
DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDO	1.Para el ítem N°1, no sustenta el cumplimiento de las EET: Lo solicitado por la institución y aclarado en la etapa de absolución de consultas y observaciones se indica: Área Efectiva 350 mm x 426 mm (11,4" x 17") es para áreas de neoradiología; lo ofertado por el postor en la pág. N°21 y N°31 es de Área Efectiva 427 mm x 427 mm (17" x 17"); no cumple con la solicitado, razón por la cual no se acepta la propuesta. 2.El postor no presenta Registro Sanitario de los bienes ofertados, razón por la cual no se acepta la propuesta.

TECNOLOGIA ELECTROMEDICA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDO	<p>1. Para el ítem N°2, no sustenta el cumplimiento de las EETI en la pág. N°100 de la propuesta indica que el equipo cuenta con 2 baterías tipo, lo solicitado por la institución son 3 unidades de baterías; el postor presenta en la pág. N°132 Declaración jurada indicando el cumplimiento, mas no ha sido contemplado en las bases la presentación de declaraciones juradas para el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, razón por la cual la oferta es descalificada.</p> <p>2. La presente convocatoria es por ítem paquete el cual está conformado por ítem N°1 un (01) sistema de radiología directa con tecnología flat panel para equipo de rayos x rodable y el ítem N°2 dos (02) sistemas de radiología directa con tecnología flat panel para equipo de rayos x estacionario; el postor solo oferta el ítem N°2, razón por la cual su oferta es descalificada.</p>
---------------------------------	--------	--------	--------	-----------	--------	----------------	--------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- CALIFICACIÓN DE OFERTAS

POSTORES	CAPACIDAD LEGAL (Autorización Sanitaria del Establecimiento)	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADOS	OBSERVACIONES

III.- EVALUACIÓN DE OFERTAS

III.- EVALUACION DE OFERTAS						
POSTORES	M = Ocho Puntos O (100 puntos)		PUNTAJE	BONIFICACIÓN 5% MITE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN RELACIÓN
	PRECIO					

IV.- BUENA PRO

EMPRESA GANADORA DE LA BUENA PRO
DESIERTO