

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código : 20502853750

Nombre o Razón social : COVIDIEN PERU S.A.

Fecha de envío : 13/01/2025

Hora de envío : 10:53:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

C05 QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAS BIPOLAR: PARA SELLAS VASOS HASTA 7 MM DE DIAMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO, PINZA REUTILIZABLE, INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.

el sellado vascular bipolar, de vasos de hasta 7mm de diámetro, se refiere a tecnología de un bipolar avanzado. Asimismo, los instrumentos (pinzas) con los que contamos para esta tecnología, son instrumentos descartables. Por lo tanto, con el fin de promover la mayor participación de postores solicitamos al comité de selección ampliar las especificaciones técnicas de la siguiente manera:

C05 QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAS BIPOLAR: PARA SELLAS VASOS HASTA 7 MM DE DIAMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO, PINZA REUTILIZABLE O DESCARTABLE, INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA SU CONSULTA QUE EL EQUIPO DEBERA ESTAR APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO CON PINZA REUTILIZABLE DE SELLADO VASCULAR BIPOLAR DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA. POR LO TANTO, NO SE ACEPTA SU CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	10:53:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

E05: ELECTRODOS REUSABLES MONOPOLARES TAMAÑO CORTO: 10 TIPO CUCHILLA DE 10 MM O SEGÚN CADA FABRICANTE

con el fin de promover la mayor participación de postores solicitamos al comité de selección ampliar las especificaciones técnicas de la siguiente manera:

E05: ELECTRODOS REUSABLES O DESCARTABLES MONOPOLARES TAMAÑO CORTO: 10 TIPO CUCHILLA DE 10 MM O SEGÚN CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE REQUIERE EL AREA USUARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	10:53:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

E06: ELECTRODOS REUSABLES MONOPOLARES TAMAÑO LARGO: 10 TIPO CUCHILLA DE 10 MM O SEGÚN CADA FABRICANTE

con el fin de promover la mayor participación de postores solicitamos al comité de selección ampliar las especificaciones técnicas de la siguiente manera:

E06: ELECTRODOS REUSABLES O DESCARTABLES MONOPOLARES TAMAÑO LARGO: 10 TIPO CUCHILLA DE 10 MM O SEGÚN CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE REQUIERE EL AREA USUARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:10:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

A01 PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR

Se debe precisar que durante la configuración y programación del electrobisturi los valores para los procedimientos quirúrgicos deben ser visualizados claramente en pantalla.

Para esto, la utilización de una pantalla LCD TFT es lo más ideal para este equipo por su iluminación y resolución.

Con lo cual, solicitamos que la especificación técnica sea de la siguiente manera:

A01 PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION TIPO LCD (TFT) CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta y se concluye que se aceptara pantalla TIPO LCD (TFT) para una mejor visualización de parámetros de configuración y programación de acuerdo a la especialidad quirúrgica, por lo tanto se modificara la especificación A01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01: PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION TIPO LCD (TFT) CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:10:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

B03 UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO

En esta especificación técnica sugerimos que la salida para electrodo neutro de dos pines sea del tipo valleylab. Considerar que las diversas marcas existentes a nivel mundial fabrican sus electrodos neutros para conector valleylab debido a su mejor nivel de protección (REM) en comparación a otro tipo de conectores. Por esa razón, los electrobisturi de alta tecnología están diseñados para conectores del tipo valleylab.

Con lo cual, solicitamos que la especificación técnica sea de la siguiente manera:

B03 UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO TIPO VALLEYLAB

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

respecto a la salida electrodo neutro, se precisa que deberán ser de dos pines tipo valleylab apto para funcionamiento sin adaptadores , por lo tanto se modificara la especificación B03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03: UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO TIPO VALLEYLAB

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:10:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

C05 QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAR BIPOLAR: PARA SELLAR VASOS HASTA 7mm DE DIAMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO, PINZA REUTILIZABLE, INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE

Solicitamos la aclaración en esta especificación técnica dado que solicitan que el equipo pueda trabajar con una pinza de sellado, pero ¿Se debe entregar una pinza de sellado vascular bipolar como accesorio o solo basta sustentar que el electrobisturi tiene la capacidad para realizar sellado vascular con una pinza de sellado bipolar?

Solicitamos la aclaración de este punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta y se concluye que se deberá sustentar que el electrobisturí tiene la capacidad para realizar sellado vascular con una pinza de sellado bipolar .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:10:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

C05 QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAR BIPOLAR: PARA SELLAR VASOS HASTA 7mm DE DIAMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO, PINZA REUTILIZABLE, INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE

Para evitar la presencia de alguna contaminación cruzada y que no se pierda la efectividad del corte de la pinza de sellado vascular bipolar, sugerimos que la cuchilla de corte sea desechable.

La presencia de la cuchilla desechable cumple con la eficiencia en el corte después del sellado con lo cual se evita incomodidades al cirujano durante los procedimientos quirúrgicos.

Con lo cual, solicitamos que la especificación técnica sea de la siguiente manera:

C05 QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAR BIPOLAR: PARA SELLAR VASOS HASTA 7mm DE DIAMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO, PINZA REUTILIZABLE, INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE CON CUCHILLA DE CORTE DESECHABLE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta y se concluye que el equipo deberá estar apto para el funcionamiento con pinza reutilizable de sellado vascular bipolar debido que las especificaciones técnicas fueron solicitadas de acuerdo a las necesidades que requiere la Entidad. Por tanto, no se acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:09:35

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

A01 PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR

Se debe precisar que durante la configuración y programación del electrobisturi los valores para los procedimientos quirúrgicos deben ser visualizados claramente en pantalla.

Para esto, la utilización de una pantalla LCD TFT es lo más ideal para este equipo por su iluminación y resolución. Por lo cual, solicitamos al comité especial del presente proceso acepte que la especificación técnica sea de la siguiente manera:

A01 PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION TIPO LCD (TFT) CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta y se concluye que se aceptara pantalla TIPO LCD (TFT) para una mejor visualización de parámetros de configuración y programación de acuerdo a la especialidad quirúrgica, por lo tanto se modificara la especificación A01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01: PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION TIPO LCD (TFT) CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:09:35

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

B03 UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO

Existen en el mercado diversos fabricantes de equipos de electrobisturis cada uno diferenciándose entre sí, por lo que en esta especificación técnica sugerimos que la salida para electrodo neutro de dos pines sea del tipo valleylab. Considerando que las diversas marcas existentes a nivel mundial fabrican sus electrodos neutros para conector valleylab debido a su mejor nivel de protección (REM) en comparación a otro tipo de conectores.

Por lo cual, solicitamos al comité especial del presente proceso acepte que la especificación técnica sea de la siguiente manera:

B03 UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO TIPO VALLEYLAB

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA SALIDA DE ELECTRODO NEUTRO, SE PRECISA QUE DEBERAN SER DE DOS PINES TIPO VALLEYLAB, EL QUE ES APTO PARA EL FUNCIONAMIENTO SIN ADAPTADORES, POR LO TANTO SE MODIFICARA LA ESPECIFICACION B03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03: UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO TIPO VALLEYLAB

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:09:35

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

C05 QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAR BIPOLAR: PARA SELLAR VASOS HASTA 7mm DE DIAMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO, PINZA REUTILIZABLE, INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.

Solicitamos la aclaración en esta especificación técnica dado que solicitan que el equipo pueda trabajar con una pinza de sellado, pero ¿Se debe entregar una pinza de sellado vascular bipolar como accesorio o solo basta sustentar que el electrobisturi tiene la capacidad para realizar sellado vascular con una pinza de sellado bipolar?
Solicitamos la aclaración de este punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta y se concluye que se deberá sustentar que el electrobisturí tiene la capacidad para realizar sellado vascular con una pinza de sellado bipolar .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:09:35

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Electrobisturi monopolar, bipolar digital con sellador de vasos, electrobisturi, unidad de electrocirugía, electrobisturi con sellador de vasos.

Ante lo solicitado solicitamos al comité especial del presente proceso considere como experiencia del postor bienes similares a equipos como:

ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR DIGITAL CON PINZA HEMOSTATICA DE VASOS, ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR, ELECTROBISTURI MONOPOLAR - BIPOLAR DIGITAL, ELECTROBISTURI MONOPOLAR-BIPOLAR DIGITAL CON PINZA HEMOSTATICA DE VASOS, ELECTROBISTURI PARA CIRUGIA MONOPOLAR Y BIPOLAR DIGITAL, ELECTROBISTURI MONO-BIPOLAR DE POTENCIA ALTA, ELECTROBISTURI DE ALTA POTENCIA, ELECTROBISTURI MONOPOLAR, BIPOLAR DIGITAL CON SELLADOR DE VASOS, ELECTROBISTURI, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA y ELECTROBISTURI CON SELLADOR DE VASOS.

A fin de permitir la participación de varios postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la experiencia es un factor importante, que permite contratar a las empresas con mayor experiencia en el rubro de equipos de electrocirugía, por lo tanto se acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES:

ITEM 1: ELECTROBISTURI MONOPOLAR, BIPOLAR DIGITAL CON SELLADOR DE VASOS, ELECTROBISTURI, UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA, ELECTRUBISTURI CON SELLADOR DE VASOS, ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR DIGITAL CON PINZA HEMOSTATICA DE VASOS, ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR, ELECTROBISTURI MONOPOLAR - BIPOLAR DIGITAL, ELECTROBISTURI MONOPOLAR-BIPOLAR DIGITAL CON PINZA HEMOSTATICA DE VASOS, ELECTROBISTURI PARA CIRUGIA MONOPOLAR Y BIPOLA DIGITAL, ELECTROBISTURI MONO-BIPOLAR DE POTENCIA ALTA, ELECTROBISTURI DE ALTA POTENCIA.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:32:58

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA DE 0.3 MM X 18 CM.

Cada fabricante diseña sus electrodos con medidas específicas propias de la marca que distribuye. Establecer una especificación cerrada con una medida exacta favorece a un único fabricante, lo cual podría contravenir la Ley de Contrataciones del Estado al limitar la pluralidad y la libre competencia. En este sentido, y con el objetivo de garantizar una mayor participación de postores, solicitamos que la especificación se amplíe y se contemple la siguiente redacción: E08 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA APROX DE 0.3 MM O MENOS X 116 MM A MÁS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E08 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION Y SE CONCLUYE QUE PARA GENERAR PLURALIDAD DE POSTORES EN EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL E08 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE COLOCARA RANGO A LAS DIMENSIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E08 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA APROX DE 0.3 MM o Mayor X 18 cm -/+ 2cm

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:32:58

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

E09 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA ROMA DE 0.3 MM X 18 CM

Cada fabricante diseña sus electrodos con medidas específicas propias de la marca que distribuye. Establecer una especificación cerrada con una medida exacta favorece a un único fabricante, lo cual podría contravenir la Ley de Contrataciones del Estado al limitar la pluralidad y la libre competencia. En este sentido, y con el objetivo de garantizar una mayor participación de postores, solicitamos que la especificación se amplíe y se contemple la siguiente redacción: E09 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA ROMA APROX DE 0.3 MM O MENOS X 116 MM A MÁS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** E09 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA PARCIALMENTE SU OBSERVACION, Y SE CONCLUYE QUE PARA GENERAR PLURALIDAD DE POSTORES EN EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL E09 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE COLOCARA RANGO A LAS DIMENSIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E09 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA CON AISLAMIENTO DE PUNTA ROMA APROX DE 0.3 MM o Mayor X 18 cm +/- 2cm

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:32:58

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Plazo de entrega del bien: 45 días calendario;

El plazo de entrega no contemplan el tiempo de importación, desaduanaje y nacionalización, por lo que solicitamos para mayor participación de postores aceptar: Plazo de entrega 60 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. Se precisa que siendo el proceso en modalidad de ejecución de llave en mano, se debe indicar los plazos de entrega del bien, su instalación y puesta en funcionamiento en el anexo N° 04 de las bases, a su vez, aclara que el plazo total máximo es de 60 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:21

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

C05 - QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAR BIPOLAR, PARA SELLAR VASOS HASTA 7 MM DE DIÁMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO. PINZA REUTILIZABLE, INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.

Considerando que la pinza solicitada cuenta con cuchillas descartables y por lo tanto, no es 100% reusable, solicitamos al Comité Especial considerar aceptar también una (01) pinza de sellado vascular de hasta 7mm, laparoscópica, reusable, sin corte y adicionalmente, una tijera bipolar laparoscópica, tipo metzembaum, ambas 100% reutilizables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta que el equipo deberá estar apto para funcionamiento con pinza reutilizable sellado vascular bipolar debido que las especificaciones técnicas fueron solicitadas de acuerdo a las necesidades que requiere la Entidad. Por lo tanto no se acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:21

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

E08 - 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA DE 0.3 MM X 18 CM

Se solicita al Comité Especial precisar la forma: recta o bayoneta

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LOS ACCESORIOS DEBERA CONSIDERAR ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA DE FORMA PUNTEAGUDA. CABE PRECISAR QUE, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE REQUIERE LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:21

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

E08 - 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA DE 0.3 MM X 18 CM

Se solicita al Comité Especial considerar un margen razonable para la longitud de las pinzas de +/-2CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION Y SE CONCLUYE QUE PARA GENERAR PLURALIDAD DE POSTORES EN EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL E08 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE COLOCARA RANGO A LAS DIMENSIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E08 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA APROX DE 0.3 MM o Mayor X 18 cm -/+ 2cm

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:21

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

E09 - 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA DE 0.3 MM A MÁS X 18 CM

Se solicita al Comité Especial considerar un margen razonable para la longitud de las pinzas de +/-2CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA PARCIALMENTE SU OBSERVACION, Y SE CONCLUYE QUE PARA GENERAR PLURALIDAD DE POSTORES EN EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL E09 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE COLOCARA RANGO A LAS DIMENSIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E09 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA CON AISLAMIENTO DE PUNTA ROMA APROX DE 0.3 MM o Mayor X 18 cm +/- 2cm

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:59:37

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL

A01 PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR

Diferentes procedimientos quirúrgicos requieren configuraciones específicas (modos de corte, coagulación, niveles de potencia, etc.). Con más capacidad de almacenamiento, es posible guardar programas específicos para una gama más amplia de intervenciones lo que permite una mayor personalización por especialidad y procedimientos. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

A01 PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 400 O MÁS CONFIGURACIONES DE PROGRAMA INDIVIDUAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A01 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°, incisos a) g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE SE ACEPTARA PANTALLA TIPO LCD (TFT) PARA UNA MEJOR VISUALIZACION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE ACUERDO A LA ESPECIALIDAD QUIRURGICA, POR LO QUE SE MODIFCA EL NUMERAL A01 DE LAS ESPECIFICACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01: PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION TIPO LCD (TFT) CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:59:37

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL
B01 DOS (02) SALIDAS MONOPOLARES INDEPENDIENTES PARA CABLE CON CONECTOR ESTÁNDAR DE TRES
(03) GUIAS CADA UNA. CON SALIDA MONOPOLAR 08MM

La mayoría de los accesorios estándar utilizados en procedimientos quirúrgicos (como lápices monopolares, electrodos y cables) están diseñados para conectores de 4 mm. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:
B01 DOS (02) SALIDAS MONOPOLARES INDEPENDIENTES PARA CABLE CON CONECTOR ESTÁNDAR DE TRES
(03) GUIAS CADA UNA. CON SALIDA MONOPOLAR 08MM O 04MM

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B01 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°, incisos a) g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su observación, a su vez aclara que las especificaciones técnicas fueron solicitadas de acuerdo a las necesidades del área usuaria y el equipo deberá estar apto para la salida monopolar 8mm, a fin de evitar el uso de adaptadores de diferentes entradas para los cables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:59:37

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL

B03 UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO

La salida de un solo pin es el estándar más utilizado en equipos de electrocirugía, lo que la hace compatible con la mayoría de los electrodos neutros disponibles en el mercado. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

B03 UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES O UN PIN, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B03 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°, incisos a) g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. CON RESPECTO A LA SALIDA DE ELECTRODO NEUTRO DEBERAN SER DE DOS PINES TIPO VALLETYLAB, POR LO QUE SE ACLARA QUE SE ESTA REALIZANDO LA MODIFICACION DEL NUMERAL B03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03: UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO TIPO VALLEYLAB

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:59:37

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL

B04 ACTIVACION MEDIANTE INTERRUPTOR MANUAL Y/O PEDAL

El uso de un pedal elimina la necesidad de que el cirujano o asistente tengan que ajustar manualmente el electrobisturí, lo que ahorra tiempo y permite una cirugía más fluida. Al ubicar la salida del pedal en la parte posterior del equipo, los cables de los pedales quedan fuera de la zona de trabajo del cirujano y el personal quirúrgico. Esto reduce el riesgo de enredos y permite un entorno más despejado, lo que es fundamental en un quirófano. Es debido a esto que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

B04 ACTIVACION MEDIANTE PEDAL EN LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B04 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°, incisos a) g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE REQUIERE LA ENTIDAD. CABE PRECISAR QUE, LO DEFINIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO RESTRINGE SU PARTICIPACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:59:37

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL

C03 MODO MONOPOLAR COAGULACION SPRAY: 80W Ó MAYOR

El modo spray de 70 W es más que suficiente para coagular tejidos y vasos superficiales sin causar carbonización excesiva o quemaduras profundas. Con una potencia moderada, el cirujano tiene mayor control sobre la cantidad de energía aplicada, evitando efectos secundarios no deseados en áreas críticas. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

C03 MODO MONOPOLAR COAGULACION SPRAY: 70W Ó MAYOR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C03 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°, incisos a) g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE EN UN EQUIPO DE ALTA POTENCIA SE REQUIEREN VALORES ALTOS POR LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS Y ZONAS DE CAMPO OPERATORIO QUE SE VA A TRABAJAR EN EL PACIENTE. ES NECESATRIO CONSIDERAR QUE, EL PUNTO DE LA DOSIFICACION DE LA POTENCIA SE APLICA TANTO EN POTENCIAS ALTAS COMO EN LAS BAJAS, POR LO QUE ES IRRELEVANTE PROPONER VALORES BAJOS EN POTENCIAS QUE CAMBIARIA LA CONFIGURACION DEL EQUIPO, DADO QUE NO SERIA DE POTENCIA ALTA SINO DE POTENCIA MEDIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:59:37

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL
C05 QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAR BIPOLAR: PARA SELLAR VASOS HASTA 7mm DE DIAMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO, PINZA REUTILIZABLE. INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE

La posibilidad de utilizar pinzas de diferentes fabricantes permite al quirófano seleccionar instrumentos en función de sus necesidades presupuestarias, en lugar de estar limitado a un proveedor específico. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

C05 QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAR BIPOLAR DE DISTINTOS FABRICANTES: PARA SELLAR VASOS HASTA 7mm DE DIAMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO, PINZA REUTILIZABLE. INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C05 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°, incisos a) g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION, SE ACLARA QUE LOS EQUIPOS DEBEN COMUNICARSE DE FORMA TOTAL A FIN DE FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y GARANTIAS DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:59:37

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL

E08 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA DE 0.3MM X 18CM

Nuestra representada cuenta con una pinza de 0.5mm x 19cm, la variación es mínima y no afecta notablemente el rendimiento en términos de transferencia de energía, ya que ambos tamaños son suficientemente finos para garantizar precisión. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

E08 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA DE 0.3MM X 18CM O 0.5MM X 19 CM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E08 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°, incisos a) g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE A FIN DE GENERAR PLURALIDAD DE POSTORES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE COLOCARA RANGO EN LAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E08 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA APROX DE 0.3 MM o Mayor X 18 cm -/+ 2cm

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:59:37

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL

E09 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA ROMA DE 0.3MM A MAS X 18CM

Nuestra representada cuenta con una pinza de longitud de 19cm, la diferencia de 1 cm en la longitud de la pinza no tiene un impacto clínico significativo, ya que ambas longitudes son adecuadas para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

E09 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA ROMA DE 0.3MM A MAS X 18CM O 19 CM

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** E09 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°, incisos a) g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE PARA GENERAR PLURALIDAD DE POSTORES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE COLOCARA RANGO A LAS DIMENSIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E09 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA CON AISLAMIENTO DE PUNTA ROMA APROX DE 0.3 MM o Mayor X 18 cm -/+ 2cm

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:23:06

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

A01 PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR
Con más programas disponibles, los cirujanos y técnicos pueden seleccionar rápidamente configuraciones preestablecidas, lo que reduce el tiempo de preparación entre procedimientos. Por lo expuesto se solicita respetuosamente aceptar lo siguiente:

A01 PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 400 O MÁS CONFIGURACIONES DE PROGRAMA INDIVIDUAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** A01 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1341 ART.2 g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. ES NECESARIO PRECISAR QUE SE ACEPTARA PANTALLA TIPO LCD (TFT) PARA UNA MEJOR VISUALIZACION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION Y PROGRAMACION, POR LO QUE SE MODIFICA EL NUMERAL A01 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A01: PANTALLA DE FACIL VISUALIZACION TIPO LCD (TFT) CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:23:06

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

B01 DOS (02) SALIDAS MONOPOLARES INDEPENDIENTES PARA CABLE CON CONECTOR ESTÁNDAR DE TRES (03) GUIAS CADA UNA. CON SALIDA MONOPOLAR 08MM

Las salidas monopolares de 4 mm son el estándar global en la mayoría de los equipos de electrocirugía, lo que significa que la mayoría de los accesorios quirúrgicos, como lápices monopolares y cables, están diseñados para este tamaño. Por lo expuesto se solicita respetuosamente aceptar lo siguiente:

B01 DOS (02) SALIDAS MONOPOLARES INDEPENDIENTES PARA CABLE CON CONECTOR ESTÁNDAR DE TRES (03) GUIAS CADA UNA. CON SALIDA MONOPOLAR 08MM O 04MM

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** B01 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1341 ART.2 g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNCIAS FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, POR LO QUE EL EQUIPO DEBE ESTAR APTO PARA UNA SALIDA MONOPOLAR DE 8MM. ESTO A FIN DE EVITAR EL USO DE ADAPTADORES DE DIFERENTES ENTRADAS PARA LOS CABLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:23:06

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

B03 UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO

Un diseño más simple reduce el margen de error humano al conectar el electrodo neutro al equipo. Con dos pines, existe la posibilidad de una conexión incorrecta, especialmente en situaciones de estrés o alta carga de trabajo Por lo expuesto se solicita respetuosamente aceptar lo siguiente:

B03 UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES O UN PIN, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** B03 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1341 ART.2 g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION. CON RESPECTO A LA SALIDA DE ELECTRODO NEUTRO, SE PRECISA QUE DEBERA SER DE DOS PINES TIPO VALLEYLAB, POR LO QUE SE REALIZA LA MODIFCACION AL NUMERAL B03 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03: UNA (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO DE DOS PINES, COMPATIBLES CON LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO TIPO VALLEYLAB

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:23:06

Observación: Nro. 30
Consulta/Observación:
B04 ACTIVACION MEDIANTE INTERRUPTOR MANUAL Y/O PEDAL

Si el pedal está conectado en la parte frontal del equipo, hay un mayor riesgo de que los cables se extiendan a través del espacio de trabajo del quirófano, donde se podrían pisar o tropezar. Al tener los cables y la conexión en la parte posterior, estos riesgos se reducen significativamente. Por lo expuesto se solicita respetuosamente aceptar lo siguiente:

B04 ACTIVACION MEDIANTE PEDAL EN LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** B04 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1341 ART.2 g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE REQUIERE LA ENTIDAD. CABE PRECISAR QUE, LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFCACIONES TECNICAS NO RESTRINGE SU PARTICIPACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:23:06

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

C03 MODO MONOPOLAR COAGULACION SPRAY: 80W Ó MAYOR

El modo spray de 70 W es más que suficiente para coagular tejidos y vasos superficiales sin causar carbonización excesiva o quemaduras profundas. Por lo expuesto se solicita respetuosamente aceptar lo siguiente:

C03 MODO MONOPOLAR COAGULACION SPRAY: 70W Ó MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: C03 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1341 ART.2 g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE EN UN EQUIPO DE ALTA POTENCIA SE REQUIEREN VALORES ALTOS POR LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS Y ZONAS DE CAMPO OPERATORIO QUE SE VA A TRABAJAR EN EL PACIENTE. ES NECESATRIO CONSIDERAR QUE, EL PUNTO DE LA DOSIFICACION DE LA POTENCIA SE APLICA TANTO EN POTENCIAS ALTAS COMO EN LAS BAJAS, POR LO QUE ES IRRELEVANTE PROPONER VALORES BAJOS EN POTENCIAS QUE CAMBIARIA LA CONFIGURACION DEL EQUIPO, DADO QUE NO SERIA DE POTENCIA ALTA SINO DE POTENCIA MEDIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:23:06

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

C05 QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAR BIPOLAR: PARA SELLAR VASOS HASTA 7mm DE DIAMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO, PINZA REUTILIZABLE. INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE

Los fabricantes frecuentemente lanzan pinzas con mejoras técnicas (ergonomía, eficiencia en sellado, etc.). Una salida universal permite al equipo adaptarse a estas innovaciones sin necesidad de reemplazo o modificación. Por lo expuesto se solicita respetuosamente aceptar lo siguiente:

C05 QUE PERMITA TRABAJAR CON UNA PINZA DE SELLADO VASCULAR BIPOLAR DE DISTINTOS FABRICANTES: PARA SELLAR VASOS HASTA 7mm DE DIAMETRO Y CORTAR CON EL MISMO INSTRUMENTO, PINZA REUTILIZABLE. INSTRUMENTO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 5.2 **Literal:** C05 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1341 ART.2 g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION, SE ACLARA QUE LOS EQUIPOS DEBEN COMUNICARSE DE FORMA TOTAL A FIN DE FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y GARANTIAS DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:23:06

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

E08 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA DE 0.3MM X 18CM

La función de un electrodo bipolar tipo pinza es aplicar energía eléctrica de manera precisa entre dos ramas, permitiendo coagulación controlada sin afectar tejidos circundantes. Una pinza de 0.5MM X 19 CM cumplen esta función de manera adecuada, ya que las diferencias mínimas en tamaño no afectan significativamente la capacidad de coagulación. Por lo expuesto se solicita respetuosamente aceptar lo siguiente:

E08 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA DE 0.3MM X 18CM O 0.5MM X 19 CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: E08 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1341 ART.2 g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION Y SE CONCLUYE QUE PARA GENERAR PLURALIDAD DE POSTORES EN EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL E08 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE COLOCARA RANGO A LAS DIMENSIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E08 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA CON AISLAMIENTO DE PUNTA PUNTIAGUDA APROX DE 0.3 MM o Mayor X 18 cm +/- 2cm

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:23:06

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

E09 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA ROMA DE 0.3MM A MAS X 18CM

La función de un electrodo bipolar tipo pinza es aplicar energía eléctrica de manera precisa entre dos ramas, permitiendo coagulación controlada sin afectar tejidos circundantes. Una pinza con una longitud de 19 cm es igual de eficaz que una de 18 cm, los cirujanos pueden manejar ambas medidas con la misma eficacia, ya que están diseñadas para ofrecer precisión en espacios quirúrgicos similares. Por lo expuesto se solicita respetuosamente aceptar lo siguiente:

E09 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO DE PUNTA ROMA DE 0.3MM A MAS X 18CM O 19 CM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: E09 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1341 ART.2 g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE PARA GENERAR PLURALIDAD DE POSTORES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE COLOCARA RANGO A LAS DIMENSIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E09 02 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA CON AISLAMIENTO DE PUNTA ROMA APROX DE 0.3 MM o Mayor X 18 cm +/- 2cm

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:23:06

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se consideran bienes similares a los siguientes: ELECTROBISTURI MONOPOLAR, BIPOLAR DIGITAL CON SELLADOR DE VASOS, ELECTROBISTURI, UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA, ELECTROBISTURI CON SELLADOR DE VASOS.

LOS EQUIPOS CONVOCADOS ESTAN DESTINADOS PARA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL, CABE MENCIONAR QUE LOS BIENES SIMILARES SEÑALADOS FORMAN PARTE DE ESTAS AEREAS ASI TAMBIEN LAS LAMPARAS CIALITICAS ADEMAS DE OTROS ACTIVOS.

POR LO EXPUESTO, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACEPTAR TAMBIEN COMO BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES:

ELECTROBISTURIES EN GENERAL, LAMPARAS QUIRURGICAS O CIALITICAS

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1341 ART.2 a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE LA EXPERIENCIA DEBE SER EN EL RUBRO DE EQUIPOS DE ELECTROCIRUGIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CON CÓDIGO ÚNICO N° 2564543

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:10:10

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

A. Experiencia del Postor

Siendo que el objeto de la convocatoria pertenece al grupo de equipos de uso en quirófano solicitamos al comité aceptar que la experiencia del postor sea en equipos iguales o similares a Equipos de uso en quirófano. Aceptará el comité lo solicitado?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. SE ACLARA QUE LA EXPERIENCIA DEBE SER EN EL RUBRO DE EQUIPOS DE ELECTROCIRUGIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null