

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	21:31:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas para el producto Hormona Estimulante de Tiroides (TSH) solicitan que el producto cuente con "control negativo y positivo líquidos listos para su uso". Cabe señalar que no todos los fabricantes proporcionan los controles en forma líquida lista para su uso, sino también pueden proporcionarlo de forma liofilizada garantizando una mayor durabilidad del control. Por ello y en aras a la mayor participación de postores consultamos si ¿aceptarían que se oferte también controles negativo y positivo liofilizados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** --- **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE LOS CONTROLES EN FORMA LIOFOLIZADA GARANTIZAN MAYOR DURABILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCESORIOS

CONTROL NEGATIVO Y POSITIVO LIQUIDOS Y/O LIOFILIZADA LISTOS PARA SU USO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	21:31:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas para el producto Hormona Tiroxina Libre (FT4L) solicitan que el producto cuente con "control negativo y positivo líquidos listos para su uso". Cabe señalar que no todos los fabricantes proporcionan los controles en forma líquida lista para su uso, sino también pueden proporcionarlo de forma liofilizada garantizando una mayor durabilidad del control. Por ello y en aras a la mayor participación de postores consultamos si ¿aceptarían que se oferte también controles negativo y positivo liofilizados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: --- Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE LOS CONTROLES EN FORMA LIOFOLIZADA GARANTIZAN MAYOR DURABILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
ACCESORIOS
CONTROL NEGATIVO Y POSITIVO LIQUIDOS Y/O LIOFILIZADA LISTOS PARA SU USO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	21:31:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas para el producto Hormona Triyodotironina Libre (T3L) solicitan que el producto cuente con "control negativo y positivo líquidos listos para su uso". Cabe señalar que no todos los fabricantes proporcionan los controles en forma líquida lista para su uso, sino también pueden proporcionarlo de forma liofilizada garantizando una mayor durabilidad del control. Por ello y en aras a la mayor participación de postores consultamos si ¿aceptarían que se oferte también controles negativo y positivo liofilizados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: --- Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE LOS CONTROLES EN FORMA LIOFOLIZADA GARANTIZAN MAYOR DURABILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
ACCESORIOS
CONTROL NEGATIVO Y POSITIVO LIQUIDOS Y/O LIOFILIZADA LISTOS PARA SU USO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	21:31:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas para el producto Hormona paratiroidea solicitan que el producto cuente con "control negativo y positivo listos para su uso". Cabe señalar que algunos fabricantes proporcionan los controles en forma liofilizada garantizando una mayor durabilidad del control. Por ello y en aras a la mayor participación de postores consultamos si ¿aceptarían que se oferte también controles negativo y positivo liofilizados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: --- Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE LOS CONTROLES EN FORMA LIOFOLIZADA GARANTIZAN MAYOR DURABILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
ACCESORIOS
CONTROL NEGATIVO Y POSITIVO LIQUIDOS Y/O LIOFILIZADA LISTOS PARA SU USO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	21:31:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas para el producto CEA (ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO) solicitan que el producto cuente con "control negativo y positivo líquidos listos para su uso". Cabe señalar que no todos los fabricantes proporcionan los controles en forma líquida lista para su uso, sino también pueden proporcionarlo de forma liofilizada garantizando una mayor durabilidad del control. Por ello y en aras a la mayor participación de postores consultamos si ¿aceptarían que se oferte también controles negativo y positivo liofilizados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: --- Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE LOS CONTROLES EN FORMA LIOFOLIZADA GARANTIZAN MAYOR DURABILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
ACCESORIOS
CONTROL NEGATIVO Y POSITIVO LIQUIDOS Y/O LIOFILIZADA LISTOS PARA SU USO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	21:31:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas para el producto REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE VITAMINA B12 solicitan que el producto cuente con "control negativo y positivo listos para su uso". En este caso entendemos que estos controles pueden ser líquidos o liofilizados. Por ello y en aras a la mayor participación de postores consultamos si ¿aceptarían que se oferte también controles negativo y positivo liofilizados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: --- Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE LOS CONTROLES EN FORMA LIOFOLIZADA GARANTIZAN MAYOR DURABILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCESORIOS

CONTROL NEGATIVO Y POSITIVO LIQUIDOS Y/O LIOFILIZADA LISTOS PARA SU USO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	21:31:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas para el producto ÁCIDO FÓLICO O FOLATO solicitan que el producto cuente con "control negativo y positivo listos para su uso". En este caso entendemos que estos controles pueden ser líquidos o liofilizados. Por ello y en aras a la mayor participación de postores consultamos si ¿aceptarían que se oferte también controles negativo y positivo liofilizados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: --- Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE LOS CONTROLES EN FORMA LIOFOLIZADA GARANTIZAN MAYOR DURABILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
ACCESORIOS
CONTROL NEGATIVO Y POSITIVO LIQUIDOS Y/O LIOFILIZADA LISTOS PARA SU USO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	21:31:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas para el producto REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PROCALCITONINA solicitan que el producto cuente con "control negativo y positivo listos para su uso". En este caso entendemos que estos controles pueden ser líquidos o liofilizados. Por ello y en aras a la mayor participación de postores consultamos si ¿aceptarían que se oferte también controles negativo y positivo liofilizados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: --- Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN CONSIDERAR LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE LOS CONTROLES EN FORMA LIOFOLIZADA GARANTIZAN MAYOR DURABILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADICIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
ACCESORIOS
CONTROL NEGATIVO Y POSITIVO LIQUIDOS Y/O LIOFILIZADA LISTOS PARA SU USO.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	21:31:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT del equipo se solicita que cuento compartimento de muestras y reactivos refrigerados (2° a 8°C) Cabe señalar que para procesar las muestras se requiere que estas esten temperadas a temperatura ambiente, por lo que se hace innecesario que el area de muestras esté refrigerada, por ello consultamos si ¿podria considerarse como opcional que el compartimento de muestras sea refrigerado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: --- Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN QUE EL COMPARTIMIENTO DE MUESTRAS DEBEN ESTAR A TEMPERATURA NORMAL Y EL COMPARTIMIENTO DE REACTIVOS DEBEN ESTAR EN TEMPERATURA (2-8° CENTIGRADOS).

SE SOLICITA A LOS POSTORES CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null