

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-ESSALUD/CEABE..-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA, MONITOR DE GASTO ENERGETICO.

Ruc/código : 20464133187

Nombre o Razón social : TECNOMEDIS S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 20:08:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA "CINCO (05) INTERFASES DE MEDICIÓN TIPO ORONASAL, DE CADA TAMAÑO, DESCARTABLES, PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS, EN TRES TAMAÑOS DIFERENTES COMO MÍNIMO"

SE PUEDE OFERTAR INTERFASES ORONASALES REUSABLES Y ESTERILIZABLES?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C02 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA C02 SOLICITA ACCESORIOS DESCARTABLES, SIN EMBARGO TAMBIÉN SE PODRÁN ACEPTAR QUE LOS MISMOS SEAN REUSABLES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CANTIDADES Y MEDIDAS SOLICITADAS EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA C02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-ESSALUD/CEABE..-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA, MONITOR DE GASTO ENERGETICO.

Ruc/código :	20464133187	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOMEDIS S.A.C.	Hora de envío :	20:08:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA "DIEZ (10) INTERFASES DE MEDICIÓN TIPO CANOPY, DE CADA TAMAÑO, DESCARTABLES PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS, EN DOS TAMAÑOS DIFERENTES COMO MÍNIMO."

AL NO EXISTIR CANOPYS DESCARTABLES, SE PUEDE OFERTAR INTERFASES DE MEDICION TIPO CANOPY REUSABLES Y ESTERILIZABLES YA QUE ES UNA MEJORA DEL ACCESORIO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C03 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA C03 SOLICITA ACCESORIOS DESCARTABLES, SIN EMBARGO TAMBIÉN SE PODRÁN ACEPTAR QUE LOS MISMOS SEAN REUSABLES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CANTIDADES Y MEDIDAS SOLICITADAS EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA C03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-ESSALUD/CEABE..-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA, MONITOR DE GASTO ENERGETICO.

Ruc/código :	20464133187	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOMEDIS S.A.C.	Hora de envío :	20:08:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA "DOSCIENTAS (200) INTERFASES DE MEDICIÓN TIPO FLUJOMETRO, DE CADA TAMAÑO, PARA MEDICIÓN EN PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA, DESCARTABLES, PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS."

LAS INTERFASES DE MEDICION TIPO FLUJOMETRO PARA PACIENTES VENTILADOS ES DE TAMAÑO UNICO, NO EXISTE FLUJOMETRO DE TAMAÑO PARA PACIENTES ADULTOS Y OTRO PARA PACIENTES PEDIATRICOS. LA CONEXION AL SISTEMA SE HACE SIMPLEMENTE POR BIFURCACION DEL CIRCUITO DE VENTILACION DEL PACIENTE Y NO POR TAMAÑO DEL ACCESORIO (FLUJOMETRO).

SE PUEDE OFERTAR DOSCIENTAS (200) INTERFASES DE MEDICION TIPO FLUJOMETRO DESCARTABLE PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS SIENDO ESTE DE TAMAÑO UNICO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C04 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA C04 SOLICITA DOSCIENTAS (200) INTERFACES DE MEDICIÓN TIPO FLUJOMETRO, DE CADA TAMAÑO, POR LO QUE, SI EL POSTOR CUENTA CON UN SOLO TAMAÑO DE INTERFACES, DEBE DEMOSTRAR QUE EL MISMO FUNCIONA TANTO PARA PACIENTES ADULTOS COMO PEDIÁTRICOS, Y DEBERÁ ASEGURAR QUE SE SUMINISTRARA DOSCIENTOS (200) INTERFACES POR CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO Y PEDIÁTRICO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null