

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central		
Nomenclatura :	AS-SM-90-2024-GRA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.		

Ruc/código :	20544637747	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED 3D TECHNOLOGIES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:21:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consulta:
Se solicita amablemente al distinguido jurado poder disgregar cada laboratorio como ítem separado, permitiendo así la mayor cantidad de postores al proceso.
La separación de ítem sería de la siguiente manera:

1. ITEM 1: LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACIÓN ELÉCTRICA
- a) 04 Multímetros Digitales

b) 01 Medidor de aislamiento digital

c) 01 Medidor LCR 100Hz-100kHz

d) 01 Interfaz de Adquisición de datos con instrumentación virtual a tiempo real

e) 01 Software de instrumentación virtual de medición en tiempo real

f) 01 Laptop
2. ITEM 2: LABORATORIO EDUCATIVO DE AUTOMATIZACIÓN DE LÓGICA PROGRAMA
- a) 01 panel didáctico PLC

b) 01 Interfaz de Adquisición de datos con instrumentación virtual a tiempo real (con licencia permanente)

c) 01 bastidor de experimentación de 1 nivel

d) 01 Módulo Simulador para Panel Didáctico PLC

e) 01 Juego de placas de plástico para el Módulo Simulador

f) 01 módulo de conexiones para PLC

g) 01 juego de cables y conectores PLC

h) 01 equipo de Computo
3. ITEM 3: LABORATORIO COMPUTARIZADO DE LÓGICA CABLEADA, CON INTERFAZ DE ADQUISICIÓN DE DATOS E INSTRUMENTOS VIRTUAL
- a) 01 Interfaz de adquisición de datos a 32 bits

b) 01 software de adquisición de datos e instrumentación virtual -Instrumentos virtuales (con licencia permanente)

c) 02 dispositivos de experimentación

d) 01 juego de accesorios de medida

e) 01 equipo de Puertas y flip-flops o similar

f) 01 Equipo de Circuitos Secuenciales

g) 01 Equipo de Circuitos Aplicados

h) 01 Equipo de Cómputo
4. ITEM 4: LABORATORIO COMPUTARIZADO DE ELECTROTÉCNIA
- a) 01 interfaz de adquisición de datos de 32 bits

b) 01 software de adquisición de datos e instrumentación virtual (con licencia permanente)

c) 02 Dispositivos de experimentación funcionales con la interfaz

d) 01 Juego de accesorios de medición

e) 01 Multímetro Digital

f) 01 Equipo de Tecnología de Corriente Continua

g) 01 Equipo de Tecnología de Corriente Alterna

h) 01 Equipo de Tecnología de Corriente Trifásica

i) 01 Equipo de Cómputo

j) 01 Manual de Instrucciones

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-90-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Acápite de las bases :Sección: General

Numeral: I

Literal: 1.2

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el beneficiario final del instituto se aclara al postor que el presente procedimiento de selección es por paquete y no por relacion de items, en tal sentido no se acoge la sugerencia descrita en su consulta manteniendose las descripciones y caracterizaciones del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-90-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Ruc/código :	20544637747	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED 3D TECHNOLOGIES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:21:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta: Se solicita al jurado que, con respecto al LABORATORIO COMPUTARIZADO DE LÓGICA CABLEADA, CON INTERFAZ DE ADQUISICIÓN DE DATOS E INSTRUMENTOS VIRTUAL podrían considerar la característica: Localización de Fallos, como opcional, ya que nuestros equipos en específico no cuentan con dicha característica, pero cuentan con componentes modulares, una guía de ejercicios, una malla curricular teórica interactiva para PC con licencia perpetua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el beneficiario final del instituto no se acepta la sugerencia de considerar la localizacion de fallos como opcional ya que esta característica forma parte de las posibilidades educacionales a implementar con los modulos en el programa academico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Ruc/código :	20544637747	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED 3D TECHNOLOGIES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:21:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al jurado amablemente que con respecto al LABORATORIO COMPUTARIZADO DE ELECTROTÉCNIA, podrían considerar la característica: Localización de Fallos, como opcional, ya que nuestros equipos en específico no cuentan con dicha característica, pero cuentan con componentes modulares, una guía de ejercicios, una malla curricular teórica interactiva para PC con licencia perpetua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el beneficiario final del instituto no se acepta la sugerencia de considerar la localizacion de fallos como opcional ya que esta característica forma parte de las posibilidades educacionales a implementar con los modulos en el programa academico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-90-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
1.9 PLAZO DE ENTREGA.

OBSERVACIÓN

Se solicita al Comité especial, muy amablemente, considerar ampliar el plazo de entrega a 290 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación considerable, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; además de la difícil situación que venimos atravesando con la escasez de diversos componentes eléctricos y electrónicos a nivel mundial; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases queda muy corto y no está acorde con la realidad; por tanto, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 290 días calendario, permitiendo la mayor participación de postores potenciales.

Quedando de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 240 días calendarios, a la suscripción del Contrato y/o Orden de Compra.
PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EL CUAL INCLUYE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO: 50 días calendarios a partir de la entrega de los bienes.
Notar que de acuerdo a la cantidad de horas que solicitan en las bases para la capacitación, el plazo de 20 días solicitados, queda muy corto, es por ello que también se solicita su extensión hasta por lo menos 50 días calendarios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve no acoger la observacion ya que de acuerdo al estudio de mercado se presentan cotizaciones que cumplen con el plazo requerido, ademas se tiene en cuenta que el proyecto debe concluir segun su cronograma programado y aprobado por la entidad. Finalmente se indica que de presentarse retrasos y/o demoras en la ejecucion de la prestacion que no sean imputables al accionar del contratista, este tiene el derecho de activar las causales de paralizacion y/o suspension establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que le permitan ampliar su plazo contractual con el desarrollo del debido tramite en el momento oportuno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-90-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Observación: Nro. 5
Consulta/Observación:
22. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES:

Acondicionamiento

(...) el ingeniero especialista deberá encontrarse colegiado y habilitado durante el tiempo que dure la instalación y las pruebas de funcionamiento/operación de los equipos.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al Comité especial, muy amablemente, eliminar dentro de las exigencias del personal clave, que este sea "colegiado y habilitado", ya que esto no determina el nivel de conocimientos teórico-práctico que realmente se requiere para los procesos de instalación y puesta en funcionamiento, sino que por el contrario resulta restrictivo para la libre participación de postores potenciales. Por otro lado, creemos conveniente aceptar en su defecto un "Certificado del fabricante", acreditando que el personal clave se encuentra autorizado y capacitado con todos los conocimientos necesarios para efectuar la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 22 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 INCISO A ,B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve no acoger la observacion ya que parte de la prestacion implica la generacion de diversa documentacion tecnica y/o protocolos de instalacion que deben ser refrendadas por el especialista encargado de esta etapa por lo que su actuacion corresponde encontrarse respaldada por su colegio profesional de procedencia, no siendo ello restrictivo o limitativo para participar en el procedimiento por lo tanto se mantiene esta disposicion en las especificaciones tecnicas. A la consulta de acreditacion de la experiencia para el profesional encargado de la instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos a traves de un "certificado del fabricante" se considera que esta sugerencia se encuentra dentro del item (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, por lo tanto no amerita modificacion a las bases del procedimiento de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

De acuerdo al monto de experiencia solicitado, los bienes descritos resultan muy escasos para la totalidad de bienes similares que existe acorde a los equipos y/o módulos solicitados "OBJETO DE LA CONVOCATORIA", en ese sentido solicitamos al comité especial, muy amablemente, considerar como bienes similares también a: EQUIPOS Y/O MÓDULOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA EN GENERAL, dirigido para universidades y/o instituciones educativas.

Así se garantiza la libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia leal en las contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B. Página: 53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:
Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la observacion con la finalidad de eliminar cualquier restriccion para la presentacion de ofertas, en tal sentido se determina adicionar como bienes similares para acreditar la experiencia del postor en la especialidad la venta de equipos y/o modulos de laboratorio de ingenieria en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adiciona en el item 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION lo siguiente:(¿) Se consideran bienes similares a los siguientes: la venta de (...) Y/O EQUIPOS Y/O MODULOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA EN GENERAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:45

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

- A) INGENIERO ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS.
- B) ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

OBSERVACIÓN:

Para permitir una mayor pluralidad de postores, se solicita al Comité especial muy amablemente, ampliar la posibilidades de profesionales no solo a "Ingenieros", sino también a "Bachilleres", ya que muchos egresados de diversas universidades, con el nivel profesional de "Bachiller", cuentan con vasta experiencia y capacidad en éste rubro objeto de la convocatoria.

Notar que el nivel de profesión en específico, no determina el nivel de conocimiento y experiencia necesaria para los equipos requeridos, por lo que solicitamos muy respetuosamente al comité especial, aceptar nuestra solicitud, permitiendo la mayor participación y pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve no acoger la observacion ya que parte de la prestacion implica la generacion de diversa documentacion tecnica y/o protocolos de instalacion que deben ser refrendadas por el especialista el cual debe ostentar un titulo profesional que garantice un mayor grado de respaldo y responsabilidad en la ejecucion de la prestacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:40:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dice:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIOS, siguientes al perfeccionamiento del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

-PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 190 días calendarios a la suscripción del Contrato y/o Orden de Compra.
-PLAZO DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EL CUAL INCLUYE LA CAPACITACION AL PERSONAL DEL INSTITUTO: 20 días calendarios a partir de la entrega de los bienes.

Solicitamos al digno comité que se considere:

Estos equipos se fabrican a pedido y requiere de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado.

El envío de los equipos implica una logística considerable, especialmente teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la programación de envíos. Un plazo extendido permitirá una planificación más efectiva y evitará posibles retrasos logísticos.

Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 280 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

-PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 240 días calendarios a la suscripción del Contrato y/o Orden de Compra.
-PLAZO DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EL CUAL INCLUYE LA CAPACITACION AL PERSONAL DEL INSTITUTO: 40 días calendarios a partir de la entrega de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated jointly with the final user of the institute it is resolved not to accept the suggestion of modification of the term since according to the market study quotations are presented that comply with what is required, in addition it is taken into account that the project must conclude according to its programmed and approved chronogram by the entity. Finally it is indicated that if there are delays or delays in the execution of the service that are not imputable to the contractor, the latter has the right to activate the causalities of paralysis and/or suspension established in the Regulation of the Law of State Contractions that allow them to extend their contractual term with the development of the due process at the opportune moment.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:40:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de evaluación considere la inclusión de experiencia en ventas para Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) como requisitos de calificación.

La inclusión de este criterio no solo promueve el desarrollo del sector MYPES, sino que también diversifica la base de proveedores y fomenta la equidad en el proceso de adjudicación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve no acoger la sugerencia indicada por el postor ya que el presente procedimiento de selección deriva de una licitacion publica y en este tipo de procedimientos no opera considerar la reduccion de la experiencia en la especialidad para MYPES conforme lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION ELECTRICO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA, II ETAPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:01:10

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

BASES

EQ-206: LABORATORIO COMPUTARIZADO DE ELECTROTECNIA

¿

CARACTERISTICAS TECNICAS

01 Equipo de Tecnología de corriente trifásica:

1 Placa experimental con 1 circuito en estrella y uno en triángulo, al igual que cargas resistivas y capacitivas

1 Placa experimental con osciloscopio de 3 canales para mediciones de corriente y tensión en el sistema trifásico

1 CD-ROM con el software de Tecnología de corriente trifásica

¿

OBSERVACION

DEBIDO QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS ESTAN DISCONTINUADAS Y PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES SOLICITAMOS SE ACEPTE:

01 Equipo de Tecnología de corriente trifásica:

1 Placa experimental con 1 circuito en estrella y uno en triángulo, al igual que cargas resistivas y capacitivas

1 Osciloscopio digital de 4 canales para mediciones en el sistema trifásico

1 CD-ROM con el software de Tecnología de corriente trifásica

FAVOR DE CONFIRMAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la propuesta esgrimida en el EQ 206 con la finalidad de eliminar cualquier restriccion que limite la presentacion de ofertas, se considera ademas, la alta frecuencia y periodicidad de cambios y ajustes tecnologicos que se producen actualmente y que la disposicion favorece a una mayor participacion en el proceso, por lo que se determina ampliar el rango de canales para el osciloscopio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-206

LABORATORIO COMPUTARIZADO DE ELECTROTÉCNIA, lo siguiente: 01 equipo de Tecnología de corriente trifásica: (¿) - 1 placa experimental con osciloscopio de 3 canales para mediciones de corriente y tensión en el sistema trifásico o 1 Osciloscopio digital de 4 canales para mediciones en el sistema trifásico.