

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20603460554

Nombre o Razón social : CF DISMED S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 18:00:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LOS DIVERSOS PROCESOS CONVOCADOS EN EL SEACE, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS EN LAS DISTINTAS REGIONES, ES INDISPENSABLE SOLICITAR COMO REQUISITO DE ADMISION DE OFERTA "HOJA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO: para la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos, los proveedores deberán presentar documentación técnica emitida por el(los) fabricante(s) que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del equipo principal, componentes y/o accesorios. Para cuyo efecto deberán presentar la Hoja de Presentación del Producto OBLIGATORIO adicionalmente a ello folletos, catalogoso manuales que certifiquene el cumplimiento de las características del bien ". Para cada uno de los ítems se deberá acreditar como mínimo el cumplimiento de las características técnicas adjuntas". POR TANTO OBSERVAMOS DICHA FALENCIA Y SOLICITAMOS AL COMITÉ SOLICITAR DICHO REQUISITOS PARA QUE CON ELLO SE CORROBORRE EL CUMPLIMIENTO TECNICO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, SE EXIGE COMO DOCUMENTACION OBLIGATORIA, PUNTO "e) Presentar los catalogos y/o folletos y/o instructivos y/o fichas técnicas ¿..", MOTIVO POR EL CUAL ESTE COMITE NO ACEPTA SU OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20603460554

Nombre o Razón social : CF DISMED S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 18:00:48

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sugerimos considerar como obligatoria la presentación del Certificado de Seguridad Eléctrica (UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP 6060-1) de cada equipo, ya que así lo indica los reglamentos vigentes, pues los equipos deben cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por las normas de seguridad eléctricas. Si el producto no está certificado, además de incumplir con un requisito legal, puede provocar electrocuciones, incendios, accidentes o emitir radiaciones que afecten la salud.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ NO ACEPTA SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20603460554

Nombre o Razón social : CF DISMED S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 18:00:48

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En REQUISITOS DE CALIFICACION visualizamos que solicitan EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, "JEFE DE PROYECTO" sugerimos al comité de selección indicar si es valido un Ingeniero Electrónico o Ingeniero Biomédico, ya que por la naturaleza de los equipos es indispensable, además la presencia de este experto garantizará el óptimo servicio post venta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: XVIII Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ ACEPTA EN PARTE SU OBSERVACION, PUESTO QUE SI SE ESTA SOLICITANDO, ENTRE OTRO PROFESIONALES, UN INGENIERO ELECTRONICO, SIN EMBARGO SE AGREGARA EN LAS BASES INTEGRADAS , "O INGENIERO BIOMEDICO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESTE COMITÉ ACEPTA EN PARTE SU OBSERVACION, PUESTO QUE SI SE ESTA SOLICITANDO, ENTRE OTRO PROFESIONALES, UN INGENIERO ELECTRONICO, SIN EMBARGO SE AGREGARA EN LAS BASES INTEGRADAS , "O INGENIERO BIOMEDICO"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	18:00:48

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Observamos el plazo de entrega, pues están solicitando solo 15 días para poder atender todos los equipos solicitados. Ello implica que los equipos se encuentren en stock. Sabiendo que el tiempo de fabricación e importación de un producto nuevo sin uso fabricación 2023 demora mínimo 45 días trayéndolo por el envío aéreo mas rápido. solicitamos sírvase ampliar dicho requisito a plazo de entrega mínimo 45 días.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ NO ACEPTA SU CONSULTA, EN RAZON DE QUE LOS EQUIPOS MEDICOS REQUERIDOS EN LAS BASES, SON DE COMERCIALIZACION POR DIVERSAS EMPRESAS EXISTENTES EN EL PERU, POR LO QUE EXISTIRIA EN STOCK EN EL MERCADO NACIONAL, DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20603460554

Nombre o Razón social : CF DISMED S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 18:00:48

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité , ampliar la " EL RANGO MEDICION EN CM: 0 - 205 CM" al término: " EL RANGO MEDICION EN CM: 15 - 205 CM", esto permite la pluralidad de postores.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ NO ACEPTA SU OBSERVACION, EXISTE DIVERSAS MARCAS CON ESE RANGO, DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	18:00:48

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LA ENTIDAD SOLICITA DIMENSIONES (AXAXP): 70X22X65 MM. ESTA CARACTERISTICA ES PROPIA DE POCAS MARCAS LO CUAL RESTRINGE LA PARTICIPACION DE VARIAS MARCAS. POR TANTO, SE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR CONSIDERAR LA AMPLIACION DE LA ESPECIFICACION DE LA SIGUIENTE MANERA:
"DIMENSIONES APROXIMADAS (AXAXP): 70X22X65 MM"
ESTA AMPLIACION PERMITIRÁ QUE LA ENTIDAD CUENTE CON UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES LO CUAL OFRECERA UNA MAYOR OFERTA A LA ENTIDAD

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ NO ACEPTA SU OBSERVACION, EXISTE DIVERSAS MARCAS CON ESA CARACTERISTICA, DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:15:39

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE LAS BASES NO ESTAN SOLICITANDO LA HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO, EN LA CUAL SE DEBE INDICAR MARCA, MODELO, PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACION DEL PRODUCTO OFERTADOS. AHÍ SE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO , SUSTENTANDO CON CATALOGOS, MANUALES, BROCHURE, DATA SHEET O CUALQUIER DOCUMENTO DEL FABRICANTE, CON LO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS ESPECIFICACIONES.POR LO TANTO SOLICITAMOS SE INCLUYA DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA ADMISION DE OFERTA LA HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO CON SU RESPECTIVO SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (CATALOGO, MANUAL, DATASHEET, BROCHURE, O OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, SE EXIGE COMO DOCUMENTACION OBLIGATORIA, PUNTO "e) Presentar los catalogos y/o folletos y/o instructivos y/o fichas técnicas ¿..", MOTIVO POR EL CUAL ESTE COMITE NO ACEPTA SU OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:15:39

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En REQUISITOS DE CALIFICACION visualizamos que solicitan EXPERIENCIA MINIMA DE SEIS MESES O CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIO DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO ESPECIALIZADO, sugerimos al comité de selección aclarar dicho punto, ya que hace referencia a un servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** XVIII **Literal:** B.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ ACLARA SU OBSERVACION, EL PROFESIONAL DEBERA TENER UNA EXPERIENCIA DE SEIS MESES DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESTE COMITÉ ACLARA SU OBSERVACION, EL PROFESIONAL DEBERA TENER UNA EXPERIENCIA DE SEIS MESES DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:15:39

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

La importación , nacionalización, instalación de un equipo conllevan un tiempo prudente de al menos 60 días El Plazo de entrega es de 15 días, es imposible que una empresa tenga todos esos equipos nuevos sin uso, al menos que haya existido una coordinación previa entre los funcionarios y el contratista, para lo cual no creemos sea el caso. por tanto solicitamos sírvase ampliar a 60 días el plazo de entrega.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ NO ACEPTA SU CONSULTA, EN RAZON DE QUE LOS EQUIPOS MEDICOS REQUERIDOS EN LAS BASES, SON DE COMERCIALIZACION POR DIVERSAS EMPRESAS EXISTENTES EN EL PERU, POR LO QUE EXISTIRIA EN STOCK EN EL MERCADO NACIONAL, DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:15:39

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LA ENTIDAD SOLICITA PESO NETO: 50 G. ESTA CARACTERISTICA ES PROPIA DE POCAS MARCAS LO CUAL RESTRINGE LA PARTICIPACION DE VARIAS MARCAS. POR TANTO, SE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR CONSIDERAR LA AMPLIACION DE LA ESPECIFICACION DE LA SIGUIENTE MANERA:

"PESO APROXIMADO : 50 G"

ESTA AMPLIACION PERMITIRÁ QUE LA ENTIDAD CUENTE CON UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES LO CUAL OFRECERA UNA MAYOR OFERTA A LA ENTIDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: V Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ ACEPTA SU CONSULTA, SE COLOCARA EN LAS BASES INTEGRADAS "PESO APROXIMADO : 50

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESTE COMITÉ ACEPTA SU CONSULTA, SE COLOCARA EN LAS BASES INTEGRADAS "PESO APROXIMADO : 50

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS - OCROS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD COCHAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:15:39

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR ACLARAR SI EL INFANTOMETRO QUE SOLICITAN ES DE MATERIAL DE TRIPLAY, YA QUE ES DE MEJOR RESISTENCIA. ESTA ACLARACIÓN PERMITIRÁ QUE LA ENTIDAD CUENTE CON UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES LO CUAL OFRECERA UNA MAYOR OFERTA A LA ENTIDAD

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** V **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ ACLARA SU OBSERVACION, EL MATERIAL INFANTOMETRO SERA DE PLASTICO ABS, POR SU DURABILIDAD Y FACIL LIMPIEZA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESTE COMITÉ ACLARA SU OBSERVACION, EL MATERIAL INFANTOMETRO SERA DE PLASTICO ABS, POR SU DURABILIDAD Y FACIL LIMPIEZA.