

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	22:18:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que para el Sub Item 1 AGUJA PARA LAPICERO DE INSULINA 32G/4MM, se acepte como método de esterilización el Óxido de Etileno, el cual preserva la integridad del producto y del envase, además de cumplir con los requisitos reglamentarios de los productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** III **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acepta su consulta y se debera respetar lo indicado en las fichas tecnicas, mencionado en el Capítulo III, "AGUJA PARA LAPICERO DE INSULINA 32G/4MM" debido a que el metodo de esterilización con oxido de etileno requiere un proceso de aireación prolongada después de la esterilización lo cual es necesario para eliminar los residuos del gas en los materiales. Además, si el tiempo de aireación es insuficiente, pueden quedar residuos en la aguja o en el empaque, lo cual es peligroso para los pacientes debido a que el óxido de etileno es tóxico, carcinogénico y mutagénico a exposición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo cuál, no se realizara modificación alguna en las bases integradas.

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	22:18:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que para el Sub Item 2 ELECTRODOS DE PAPEL, se acepte la ampliación de las dimensiones desde 43mm en adelante; ello para asegurar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: III Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección con autorizacion del area usuaria aclara que en el Capítulo III, se modificara en las bases integradas de la siguiente manera: Rango óptimo 45-55 mm de diametro para adultos; lo cual garantice la buen conductividad y minimizar la incomodidad con los artefactos eléctricos del ECG así como interferir con la colaboración de otros electrodos. Debido a que el Electrodo de 43 mm es de diametro Pequeño/Mediano el cual es de uso común para Electrocardiogramas (ECG) rutinarios, monitoreo en pacientes pediatricos o con piel sensible ; mientras que el electrodo de 55 mm es de diámetro Grande, el cuál es de uso común por su mayor superficie de contacto, útil en procedimientos prolongados, pacientes adultos con piel seca o sudorosa, o en estimulación muscular (TENS/EMS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	22:18:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al digno comité que, para el sub ítem 7 SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A, pueda especificar el tipo de aguja que se requiere, si es 1/2 círculo redonda o 3/8 circulo cortante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: III Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección con autorizacion del area usuaria aclara que en el Capítulo III, se modificara en las bases integradas de la siguiente manera: "SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	22:18:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos al digno comité que, para el sub ítem 8 SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A, pueda especificar el tipo de aguja que se requiere, si es 1/2 círculo redonda o 3/8 circulo cortante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: III Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección con autorizacion del area usuaria aclara que en el Capítulo III, se modificara en las bases integradas de la siguiente manera: "SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	22:18:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos al digno comité que, para el sub ítem 9 SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 4/0 C/A, pueda especificar el tipo de aguja que se requiere, si es 1/2 círculo redonda o 3/8 circulo cortante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: III Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección con autorizacion del area usuaria aclara que en el Capítulo III, se modificara en las bases integradas de la siguiente manera: "SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 4/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	22:18:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos al digno comité que, para el sub item 10 SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/0 C/A, pueda especificar el tipo de aguja que se requiere, si es 1/2 círculo redonda o 3/8 circulo cortante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: III Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección con autorizacion del area usuaria aclara que en el Capítulo III, se modificara en las bases integradas de la siguiente manera: "SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	22:18:56

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para el sub ítem 13 SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDO 20MM X 75CM, Solicitamos al digno comité nos pueda aclarar si el tipo de aguja que solicitan es la 1/2 CIRCULO REDONDA 20MM X 75CM como indica el Capítulo I "GENERALIDADES", ya que en el Capítulo III "Requerimiento" indican otro tipo de aguja.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: III Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección con autorizacion del area usuaria aclara que en Capitulo I Generalidades se modificara en las bases integradas de la siguiente manera como indica en la ficha técnica "SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 CON AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE 20MM X 75 CM"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-IAFAS-EP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código :	20609640881	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION BESLER FARMA S.A.C.	Hora de envío :	22:18:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para el sub ítem 14 SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 5/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDO 20MM X 75CM, Solicitamos al digno comité nos pueda aclarar si el tipo de aguja que solicitan es la 1/2 CIRCULO REDONDA 20MM X 75CM como indica el Capítulo I "GENERALIDADES", ya que en el Capítulo III "Requerimiento" indican otro tipo de aguja.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: III Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección con autorizacion del area usuaria aclara que en Capitulo I Generalidades se modificara en las bases integradas de la siguiente manera como indica en la ficha técnica "SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 5/0 CON AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE 20MM X 75 CM"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas