

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20508191597	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	13:06:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM N° 1 - BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES C/VALVULA Y FLITRO ANTIBACERIANO DE 3 LITROS

En las características técnicas del Anexo N° 01, solicitan lo siguiente:

¿ Estables y resistentes, fabricadas en polietileno

El material que solicita está dirigido a una sola empresa, dirigiendo la compra y vulnerando los principios de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado. Además, existen otros materiales como la poliamida más resistente y que cumplen la misma función.

Observamos las bases y solicitamos se acepte como materiales, polietileno, poliamida o polipropileno. Ya que cumplen la función y no afecta el uso. En caso de no aceptar sustentar técnicamente.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, Existe en el mercado variedades del material ,sin embargo en el rubro de salud,considerando el menor impacto medio ambiental el polietileno es el mas usado en el mundo por el costo y beneficio ,asi mismo este material no tiene como desventaja en la absorcion y no tiene cambio quimico a la incineracion , en conclusion o de forma tecnica el material solicitado es una de las características atractivas frente a los materiales alternativos en las especificaiones tecnicas.

En coordinacion con el area usuaria se precisa que las características tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, a su vez los resultados de la indagacion de mercado arrojan la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado tal como la normativa exige. Por lo tanto, el comite de seleccion decide NO ACOGER la observacion, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20508191597	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	13:06:56

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM N° 1 - BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES C/VALVULA Y FLITRO ANTIBACERIANO DE 3 LITROS

En las características técnicas del Anexo N° 01, solicitan lo siguiente:

¿ Estables y resistentes, fabricadas en polietileno

La característica de estable y resistentes son subjetivas. ¿Estables, respecto a qué? ¿Qué tan resistente?

Observamos las bases y solicitamos se retire estables y resistentes. En caso de no aceptar sustentar técnicamente.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, Las característica de estables y resistentes no acogen a la observacion de una caracterisita subjetiva sino objetiva ya que ofrece las características del material (polietileno) descrito tal y como son, ajustándose al area usuaria ya que no interviene la perspectiva personal del que describe sino al material requerido donde se utilizara y dependerá principalmente de propiedades deseadas que dependerán de cuál será su aplicación, en este caso.

En coordinacion con el area usuaria se precisa que las características tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, a su vez los resultados de la indagacion de mercado arrojan la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado tal como la normativa exige. Por lo tanto, el comite de seleccion decide NO ACOGER la observacion, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20508191597	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	13:06:56

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM N° 1 - BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES C/VALVULA Y FLITRO ANTIBACERIANO DE 3 LITROS

En las características técnicas del Anexo N° 01, solicitan lo siguiente:

¿ Con dos o más asas integradas para facilitar el transporte.

Nuestra bolsa consta: de un asa de tamaño suficientemente grande para el acceso de la mayoría de los dedos de la mano, que facilitan el desprendimiento del canister o depósito, con suma facilidad y seguridad.

Observamos las bases y solicitamos se amplie la característica de: uno a más asas integradas para facilitar el transporte. En caso de no aceptar sustentar técnicamente.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,En coordinacion con el area usuaria se precisa que las características tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, sin embargo es necesario comunicarle al participante que dicho requerimiento esta basado para un facil manejo de las bolsas durante la extracion y eliminacion de las secreciones, asismo previene el riesgo de las infecciones asociadas de la atencion de la salud, evitando la contaminacion cruzada. Por lo tanto, el comite de seleccion decide NO ACOGER la observacion, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20508191597	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	13:06:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM N° 1 - BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES C/VALVULA Y FLITRO ANTIBACERIANO DE 3 LITROS

En las características técnicas del Anexo N° 01, solicitan lo siguiente:

¿ Tecnología que permita eliminar bacterias en un 99.99% para minimizar el riesgo de contaminación y/o infección cruzada al usuario y paciente.

La característica mencionada está dirigida a una sola marca, lo cual no permite la pluralidad de postores.

Observamos las bases y solicitamos se acepte filtro bacteriano de 99.9%. En caso de no aceptar sustentar técnicamente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, Actualmente el area usuaria se inclina a la ciencia , la tecnologia y la innovacion de la efectividad del desarrollo cientifico y tecnologico con la finalidad de contribuir a la prevencion de las infecciones asociadas a la atencion en salud (IAAS) y en la seguridad del usuario segun la meta 5 de la JOINT COMISSION.

En coordinacion con el area usuaria se precisa que las caracteristicas tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, a su vez los resultados de la indagacion de mercado arrojan la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado tal como la normativa exige. Por lo tanto, el comite de seleccion decide NO ACOGER la observacion, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20508191597	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	13:06:56

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM N° 1 - BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES C/VALVULA Y FLITRO ANTIBACERIANO DE 3 LITROS

En las características técnicas del Anexo N° 01, solicitan lo siguiente:

¿ Bolsas semirrígidas que permitan colocarse y almacenarse en posición vertical

La característica mencionada está dirigida a una sola marca, lo cual no permite la pluralidad de postores.

Observamos las bases y solicitamos se acepte bolsas no rígidas, las cuales están diseñadas para soportar una caída de 1,5 m y pruebas de presión de 50 kg, en vista de que pueden ocurrir accidentes. En caso de no aceptar sustentar técnicamente, para que necesitan almacenarlas verticalmente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,En coordinacion con el area usuaria se precisa que las características tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, sin embargo es necesario comunicarle al participante que dicho requerimiento esta basado para un facil manejo de las bolsas durante la extracion, transporte y manipulacion hacia los centros de acopios donde son almacenados para su eliminacion, a su vez es importante señalar que las especificaciones son resultados de la indagacion de mercado el mismo que arroja la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado tal como la normativa exige. en ese sentido el comite de seleccion decide NO ACOGER la observacion, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20508191597	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	13:06:56

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM N° 1 - BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES C/VALVULA Y FLITRO ANTIBACERIANO DE 3 LITROS

En las características técnicas del Anexo N° 01, solicitan lo siguiente:

¿ Superficie de bolsa y tapa con protección antimicrobiana no orgánica

Nuestras bolsas cuentan con válvula antirreflujo que dicho componente actúa como filtro antimicrobiano de alta eficiencia de filtración y evita desbordamiento una vez que la bolsa se haya llenado.

Observamos las bases y solicitamos se acepte válvula antirreflujo. En caso de no aceptar sustentar técnicamente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, Actualmente el area usuaria se inclina a la ciencia , la tecnologia y la innovacion de la efectividad del desarrollo cientifico y tecnologico con la finalidad de contribuir a la prevencion de las infecciones asociadas a la atencion en salud (IAAS) y en la seguridad del usuario segun la meta 5 de la JOINT COMISSION.

En coordinacion con el area usuaria se precisa que las caracteristicas tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, sin embargo es necesario comunicarle al participante que dicho requerimiento esta basado para proteger el medio hospitalario de las bacterias y virus que causan contaminacion cruzada y pueden generar infecciones intrahospitalaria al usuario con larga estancia, por lo tanto se considera adicionar la siguiente especificacion tecnica:

TAPA CON PROTECCION ANTIMICROBIANA NO ORGANICA CON VALVULA ANTIREFLUJO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

A. Caracteristicas Generales

-SUPERFICIE DE BOLSA Y TAPA CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA NO ORGÁNICA CON VÁLVULA

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20508191597	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	13:06:56

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM N° 1 - BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES C/VALVULA Y FLITRO ANTIBACERIANO DE 3 LITROS

En las características técnicas del Anexo N° 01, solicitan lo siguiente:

- ¿ Sistema que permita reducir o eliminar el 80% o mas de bacterias en la superficie después de 15 minutos o más.
- ¿ Protección permanente contra bacterias pasada las 24 horas
- ¿ Bolsa plegada semirrígida estándar principal y secundarias para el sistema de cascada

Estas características están dirigida a una sola marca y vulnera los principios de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado.

Observamos las bases y solicitamos que estas características sean opcionales. En caso de no aceptar sustentar técnicamente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la Observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,

Se mantiene estas dos características:

- ¿ Sistema que permita reducir o eliminar el 80% o mas de bacterias en la superficie después de 15 minutos o más.
- ¿ Protección permanente contra bacterias pasada las 24 horas

Sustento:

Actualmente el area usuaria se inclina a la ciencia , la tecnologia y la innovacion de la efectividad del desarrollo científico y tecnologico con la finalidad de contribuir a la prevencion de las infecciones asociadas a la atencion en salud (IAAS) y en la seguridad del usuario segun la meta 5 de la JOINT COMMISSION.

En coordinacion con el area usuaria se precisa que las características técnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, a su vez los resultados de la indagacion de mercado arrojan la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado tal como la normativa exige.

Esta característica sera OPCIONAL:

- ¿ Bolsa plegada semirrígida estándar principal y secundarias para el sistema de cascada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 21 , anexo 01: especificaciones técnicas:

A. Características Generales

- Bolsa plegada semirrígida estándar principal y secundarias para el sistema de cascada (OPCIONAL)

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20508191597	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	13:06:56

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM N° 1 - BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES C/VALVULA Y FLITRO ANTIBACERIANO DE 3 LITROS

En las características técnicas del Anexo N° 01, solicitan lo siguiente:

- ¿ Kit de tubos integrados mediante conectores con filtro bacterial, conexión al regulador de vacío y a 4 canisters en el sistema TANDEM
- ¿ Set de tubos de silicona para las bolsas y el paciente con conectores antimicrobiales para el sistema cascada
- ¿ Nanómetro con switch ON/OFF, en KPA y MMHG con una perilla de regulador de vacío.
- ¿ Pedestal rodable de un piso para 4 canisters en un sistema CASCADA/TANDEM

Estas características no tienen nada que ver con las Bolsas de aspiración, son consideradas accesorios.

Observamos las bases y solicitamos que estas características sean eliminadas. En caso de no aceptar sustentar técnicamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la Observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,

Se mantiene la siguiente características:

¿ SET DE TUBOS DE SILICONA PARA LAS Bolsas Y EL PACIENTE CON CONECTORES ANTIMICROBIALES PARA EL SISTEMA CASCADA O SISTEMA INDIVIDUAL.

SUSTENTO:

En coordinación con el área usuaria se precisa que las características técnicas obedecen estrictamente a la necesidad del área usuaria, a su vez los resultados de la indagación de mercado arrojan la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado tal como la normativa exige. Sin embargo para una mayor pluralidad de postores el comité de selección decide ACOGER PARCIALMENTE la observación, quedando la especificación técnica de la siguiente manera:

Estas características serán OPCIONALES:

- A) KIT DE TUBOS INTEGRADOS MEDIANTE CONECTORES CON FILTRO BACTERIAL, CONEXIÓN AL REGULADOR DE VACÍO Y A 4 CANISTERS EN EL SISTEMA DE TANDEM (OPCIONAL)
- B) MANOMETRO CON SWITCH ON/OFF, EN KPA Y MMHG CON UNA PERILLA DE REGULADOR DE VACÍO (OPCIONAL)
- C) PEDESTAL RODABLE DE UN PISO PARA 4 CANISTERS EN UN SISTEMA CASCADA/TANDEM (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadirá a las bases lo siguiente: CAPITULO III, página 21 , anexo 01: especificaciones técnicas:

A. Características Generales

- A) KIT DE TUBOS INTEGRADOS MEDIANTE CONECTORES CON FILTRO BACTERIAL, CONEXIÓN AL REGULADOR DE VACÍO Y A 4 CANISTERS EN EL SISTEMA DE TANDEM (OPCIONAL)
- B) MANOMETRO CON SWITCH ON/OFF, EN KPA Y MMHG CON UNA PERILLA DE REGULADOR DE VACÍO (OPCIONAL)
- C) PEDESTAL RODABLE DE UN PISO PARA 4 CANISTERS EN UN SISTEMA CASCADA/TANDEM (OPCIONAL)

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	19:31:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

h) DOCUMENTACION ADICIONAL QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

e.2) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) del fabricante (copia simple). de conformidad con lo establecido en el CAPITULO III de las bases. (de corresponder)

Se puede visualizar que, dentro del CAPITULO III, se solicita Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), ahora bien, en los países europeos dicho certificado no es emitido por las autoridades competentes y en su lugar le reemplaza el ISO 13485:2016, el cual es el especializado para un sistema de gestión de calidad de dispositivos médicos, reemplazando al CBPM en los países europeos.

Por lo mencionado líneas arriba, podría el Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria solicitar el Certificado de Buenas Practicas de manufactura y/o el Iso 13485:2016

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,el comité de seleccion, ACOGE la consulta para no limitar la participacion de postores, en ese sentido la especificacion tecnica queda de la sgte manera:

Certificado de buenas practicas de manufactura.También se aceptará otros documentos como ISO 13485:2016, Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 17 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

A. Características Generales

-Certificado de buenas practicas de manufactura.También se aceptará otros documentos como ISO 13485:2016, Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	19:31:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes : Dispositivos médicos utilizados para determinación de glucosa.

Dentro de la experiencia del postor se está solicitando una experiencia bienes similares Dispositivos medicos utilizados para determinacion de glucosa.

Dejando con esto fuera de toda posibilidad la participación de pequeñas y medianas empresas a la presente licitación. Con lo que se estaría contraviniendo con los principios que rige la ley de contrataciones en su inciso a) libertad de concurrencia e) competencia.

Por lo expuesto, solicitamos al comité acreditar la experiencia del postor como bienes similares a los siguientes: Dispositivos medicos utilizados para determinacion de glucosa y/o Equipos medicos iguales o similares al bien materia de la contratacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,el comité de seleccion ACOGE la consulta para no limitar la participacion de postores, en ese sentido la especificacion tecnica queda de la sgte manera:

-Se consideran bienes similares a los siguientes: Dispositivos medicos utilizados para determinacionde Material medico en general y equipos medicos en general, iguales o similares al bien de la materia de la contratacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadirá a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 24 : especificaciones tecnicas:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

-Se consideran bienes similares a los siguientes: Dispositivos medicos utilizados para determinacionde Material medico en general y equipos medicos en general, iguales o similares al bien de la materia de la contratacion

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:36:17

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Habiendo revisado la EETT del producto requerido, en sus Características generales, consideran: Estables y resistentes, fabricadas en polietileno.

En aras de que exista una mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al area usuaria ampliar el material a polímero resistente de grado médico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, Existe en el mercado variedades del material ,sin embargo en el rubro de salud,considerando el menor impacto medio ambiental el polietileno es el mas usado en el mundo por el costo y beneficio ,asi mismo este material no tiene como desventaja en la absorcion y no tiene cambio quimico a la incineracion , en conclusion o de forma tecnica el material solicitado es una de las características atractivas frente a los materiales alternativos en las especificaiones tecnicas.

En coordinacion con el area usuaria se precisa que las características tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, a su vez los resultados de la indagacion de mercado arrojan la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado tal como la normativa exige. Por lo tanto, el comite de seleccion decide NO ACOGER la observacion, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:36:17

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Habiendo revisado la EETT del producto requerido, en sus Características generales, consideran: Con dos o mas asas integradas para facilitar el transporte.

En aras de que exista una mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al area usuaria aceptar nuestro producto que tiene pestaña en la tapa que permite retirar el producto del canister, por ende se amplíe dicha característica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,En coordinacion con el area usuaria se precisa que las características tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, sin embargo es necesario comunicarle al participante que dicho requerimiento esta basado para un facil manejo de las bolsas durante la extracion y eliminacion de las secreciones, asismo previene el riesgo de las infecciones asociadas de la atencion de la salud, evitando la contaminacion cruzada. Por lo tanto, el comite de seleccion decide NO ACOGER la observacion, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:36:17

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Habiendo revisado la EETT del producto requerido, en sus características generales, consideran Superficie de bolsa y tapa con protección antimicrobiana no orgánica.

Solicitamos al area usuaria explique a que se refiere o defina: tapa con protección antimicrobiana no orgánica

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJLel area usuaria se precisa que las características tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, sin embargo es necesario comunicarle al participante que dicho requerimiento esta basado para proteger el medio hospitalario de las bacterias y virus que causan contaminacion cruzada y pueden generar infecciones intrahospitalaria relacionadas con pacientes que tienen una larga estancia dentro del hospital. Asimismo, Los sistema de proteccion antimicrobiana no organica, tiene una proteccion permanente y no se degrada con el tiempo, esto asegura la eliminacion de bacterias y virus por muchas horas y dias, hasta que sean recogidas por las empresas recolectoras de residuos, ademas actualmente el area usuaria se inclina a la ciencia , la tecnologia y la innovacion de la efectividad del desarrollo cientifico y tecnologico con la finalidad de contribuir a la prevencion de las infecciones asociadas a la atencion en salud (IAAS) y en la seguridad del usuario segun la meta 5 de la JOINT COMISSION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:36:17

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Habiendo revisado la EETT del producto requerido, en sus características generales, consideran Sistema que permita reducir o eliminar el 80 % o mas de bacterias en la superficie después de 15 minutos o menos.

Solicitamos al area usuaria explique o defina el sistema mencionado.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2º

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, el area usuaria se precisa que las características tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, sin embargo es necesario comunicarle al participante que dicho requerimiento esta basado para proteger el medio hospitalario de las bacterias y virus que causan contaminacion cruzada y pueden generar infecciones intrahospitalaria relacionadas con pacientes que tienen una larga estancia dentro del hospital. actualmente el area usuaria se inclina a la ciencia , la tecnologia y la innovacion de la efectividad del desarrollo científico y tecnologico con la finalidad de contribuir a la prevencion de las infecciones asociadas a la atencion en salud (IAAS) y en la seguridad del usuario segun la meta 5 de la JOINT COMMISSION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:36:17

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Habiendo revisado la EETT del producto requerido, en sus características generales, consideran Protección permanente contra bacterias pasada las 24 horas.

Solicitamos al area usuaria explique o defina la protección mencionada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2º

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, el area usuaria se precisa que las características tecnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, sin embargo es necesario comunicarle al participante que dicho requerimiento esta basado para proteger el medio hospitalario de las bacterias y virus que causan contaminacion cruzada y pueden generar infecciones intrahospitalaria relacionadas con pacientes que tienen una larga estancia dentro del hospital. contar con un sistema de proteccion que elimine las bacterias garantiza la bioseguridad de los paciente y personal medico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:36:17

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Habiendo revisado la EETT del producto requerido, en sus Características generales, consideran: Set de tubos de silicona para las bolsas y el paciente con conectores antimicrobiales para el sistema cascada.

En aras de que exista una mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al area usuaria ampliar el material a polímero resistente de grado médico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, el area usuaria se precisa que las características técnicas obedecen estrictamente a la necesidad del area usuaria, a su vez los resultados de la indagacion de mercado arrojan la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplen con lo solicitado tal como la normativa exige. Sin embargo para una mayor pluralidad de postores el comite de seleccion decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion,quedando la especificacion tecnica de la siguiente manera:

¿ SET DE TUBOS DE SILICONA PARA LAS BOLSAS Y EL PACIENTE CON CONECTORES ANTIMICROBIALES PARA EL SISTEMA CASCADA O SISTEMA INDIVIDUAL O POLIMERO DE GRADO MEDICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 21 , anexo 01: especificaciones técnicas:
A. Características Generales

-SET DE TUBOS DE SILICONA PARA LAS BOLSAS Y EL PACIENTE CON CONECTORES ANTIMICROBIALES PARA EL SISTEMA CASCADA O SISTEMA INDIVIDUAL O POLIMERO DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:36:17

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Habiendo revisado la EETT del producto requerido, en sus Características generales, consideran:Bolsa de succión contenida en empaque individual.

En aras de que exista una mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al area usuaria ampliar el material a polímero resistente de grado médico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, Despues de evaluar consulta el comite de seleccion decide ACOGER PARCIALMENTE, con la finalidad de otorgar una mayor pluralidad de postores, al presente proceso de seleccion, lo que se incorporara en las bases integradas

¿BOLSA DE SUCCION CONTENIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL O EMPAQUE MULTIPLE, DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

A. Caracteristicas Generales

¿BOLSA DE SUCCION CONTENIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL O EMPAQUE MULTIPLE, DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:36:17

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el factor experiencia del postor en la especialidad, consideran como bienes similares: dispositivos médicos utilizados para determinación de glucosa.

Solicitamos al area usuaria, considerar como bienes similares a los siguientes: MATERIAL MEDICO EN GENERAL.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,el comité de seleccion ACOGE la consulta para no limitar la participacion de postores, en ese sentido la especificacion tecnica queda de la sgte manera:

-Se consideran bienes similares a los siguientes: Dispositivos medicos utilizados para determinacion de Material medico en general y equipos medicos en general, iguales o similares al bien de la materia de la contratacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 24 : especificaciones tecnicas:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

-Se consideran bienes similares a los siguientes: Dispositivos medicos utilizados para determinacionde Material medico en general y equipos medicos en general, iguales o similares al bien de la materia de la contratacion

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:36:17

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases del proceso, visualizamos que requieren Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) a nombre del fabricante.

Existen países en los que no se emiten Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura, para lo cual DIGEMID acepta la presentación de documentos técnicos alternos al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. ¿La normativa legal en materia sanitaria (124°, 125°, 126° y 127° del Decreto Supremo N° 016-2011-SA) determina los documentos alternativos al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura: CERTIFICADO CE, el CERTIFICADO ISO 13485 y FDA.

En aras de que exista una mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria aceptar como documentos alternos al BPM, los establecidos por DIGEMID.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** H **Literal:** E.2 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2º

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreacion , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,el comité de seleccion, ACOGE la consulta para no limitar la participacion de postores, en ese sentido la especificacion tecnica queda de la sgte manera:

Certificado de buenas practicas de manufactura.También se aceptará otros documentos como ISO 13485:2016, Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

A. Características Generales

-Certificado de buenas practicas de manufactura.También se aceptará otros documentos como ISO 13485:2016, Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:37:56

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

MANOMETRO CON SWITCH ON/OFF, EN KPA YMMHG CON UNA PERILLA DE REGULADOR DE VACIO

En los sistemas de vacio empotrados o dispositivos de aspiracion (aspirador de secreciones) ya viene con un manometro y regulador de vacio integrados y no requieren de accesorios adicionales, lo solicitado en las especificacion tecnicas limitan la libre la pluralidad de postores y encarece el producto de manera innecesaria.

Por lo expuesto lineas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) Libertad de concurrencia y participación b) Igualdad de trato y oportunidades, solicitamos al comite de seleccion considerar el siguiente requerimiento tecnico minimo:

MANOMETRO CON SWITCH ON/OFF, EN KPA YMMHG CON UNA PERILLA DE REGULADOR DE VACIO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,el comité de seleccion, ACOGE la consulta para no limitar la participacion de postores, en ese sentido la especificacion tecnica queda de la sgte manera:

¿MANOMETRO CON SWITCH ON/OFF, EN KPA Y MMHG CON UNA PERILLA DE REGULADOR DE VACIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

A. Caracteristicas Generales

¿MANOMETRO CON SWITCH ON/OFF, EN KPA Y MMHG CON UNA PERILLA DE REGULADOR DE VACIO

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código : 20494151503

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/05/2023

Hora de envío : 19:37:56

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

PEDESTAL RODABLE DE UN PISO PARA 4 CANISTER EN UN SISTEMA CASCADA/TANDEM

Se puede visualizar que dentro de las especificaciones tecnicas se solicita un pedestal rodable para la conexion de canister en un sistema cascada tanden, siendo este usado unicamente en sistemas de vacio empotrado, Ahora bien, de solicitar este sistema, haria que la entidad realice una adquisicion ineficaz, si es que no se cuenta con dicha conexion, entonces para una mayor pluralidad de postores, la entidad podria ampliar su requerimiento y otorgar al presente proceso mayor afluencia de participantes.

Por lo expuesto lineas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado, solicitamos al comite de seleccion considerar el siguiente requerimiento tecnico minimo:

PEDESTAL RODABLE DE UN PISO PARA 4 CANISTER EN UN SISTEMA CASCADA/TANDEM O UN ASPIRADOR DE SECRECIONES DE SUCCION CON CONECTORES PERMANENTES

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL,el comité de seleccion, ACOGE la consulta para no limitar la participacion de postores, en ese sentido la especificacion tecnica queda de la sgte manera:

¿PEDESTAL RODABLE DE UN PISO PARA 4 CANISTERS EN UN SISTEMA CASCADA/TANDEM (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

A. Caracteristicas Generales

¿PEDESTAL RODABLE DE UN PISO PARA 4 CANISTERS EN UN SISTEMA CASCADA/TANDEM (OPCIONAL)

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:37:56

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

BOLSA DE SUCCION CONTENIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL

En la actualidad las bolsas de secreciones que se usan para la atención del paciente en cirugía o algún otro procedimiento hospitalario son fabricados con componentes que reaccionan favorablemente para brindar un ambiente hospitalario más seguro sin contaminación, pues los componentes con los que se fabrican muchas bolsas de secreciones en la actualidad hacen que ya no sea necesario el uso de una bolsa externa, puesto que debido a su diseño este siempre está libre de partículas contaminantes. Claramente muchos fabricantes optan por empaquetarlos en caja que obtengan más de 20 unidades de bolsas de secreciones para un mejor traslado de los mismos.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) Libertad de concurrencia y participación b) Igualdad de trato y oportunidades, solicitamos al comité de selección considerar el siguiente requerimiento técnico mínimo:

BOLSA DE SUCCION CONTENIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL (OPCIONAL)

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, en referencia al MEMORANDUM N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, Después de evaluar la consulta el comité de selección decide ACOGER PARCIALMENTE, con la finalidad de otorgar una mayor pluralidad de postores, al presente proceso de selección, lo que se incorporará en las bases integradas.

¿BOLSA DE SUCCION CONTENIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL O EMPAQUE MÚLTIPLE, DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadirá a las bases lo siguiente: CAPÍTULO III, página 21, anexo 01: especificaciones técnicas:

A. Características Generales

¿BOLSA DE SUCCION CONTENIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL O EMPAQUE MÚLTIPLE, DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:37:56

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

BOLSA DE POLIETILENO (GARANTIZA HERMETICIDAD E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO)

En la actualidad las bolsas de secreciones que se usan para la atención del paciente en cirugía o algún otro procedimiento hospitalario son fabricados con componentes que reaccionan favorablemente para brindar un ambiente hospitalario más seguro sin contaminación, pues los componentes con los que se fabrican muchas bolsas de secreciones en la actualidad hacen que ya no sea necesario el uso de una bolsa externa, puesto que debido a su diseño este siempre está libre de partículas contaminantes. Claramente muchos fabricantes optan por empaquetarlos en caja que obtengan más de 20 unidades de bolsas de secreciones para un mejor traslado de los mismos.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) Libertad de concurrencia y participación b) Igualdad de trato y oportunidades, solicitamos al comité de selección considerar el siguiente requerimiento técnico mínimo:

BOLSA DE POLIETILENO (GARANTIZA HERMETICIDAD E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO) OPCIONAL

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, en referencia al MEMORANDUM N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL, Después de evaluar la consulta el comité de selección decide **ACOGER PARCIALMENTE**, con la finalidad de otorgar una mayor pluralidad de postores, al presente proceso de selección, lo que se incorporará en las bases integradas.

¿ **BOLSA DE POLIETILENO (GARANTIZA HERMETICIDAD E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO) OPCIONAL**

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadirá a las bases lo siguiente: CAPÍTULO III, página 21, anexo 01: especificaciones técnicas:

A. Características Generales

¿ **BOLSA DE POLIETILENO (GARANTIZA HERMETICIDAD E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO) OPCIONAL**

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 3 LITROS

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:37:56

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

DE FACIL APERTURA (PRESENTA FLECHAS DE DIRECCIONAMIENTO)
Solicitar ciertos requerimientos, que no tienen incidencia en la funcionabilidad del bien, limita la participacion de potenciales postores

Por lo expuesto lineas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado, solicitamos al comite de seleccion considerar el siguiente requerimiento tecnico minimo de la siguiente manera:
DE FACIL APERTURA (PRESENTA FLECHAS DE DIRECCIONAMIENTO) OPCIONAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta , en referencia al MEMORANDUN N° 02115-2023-JEF-DEP-ENF-HSJLDespues de evaluar consulta el comite de seleccion decide ACOGER PARCIALMENTE, con la finalidad de otorgar una mayor pluralidad de postores, al presente proceso de seleccion, lo que se incorporara en las bases integradas

¿ DE FACIL APERTURA (PRESENTA FLECHAS DE DIRECCIONAMIENTO), OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira a las bases lo siguiente: CAPITULO III, pagina 21 , anexo 01: especificaciones tecnicas:
A. Caracteristicas Generales

¿ DE FACIL APERTURA (PRESENTA FLECHAS DE DIRECCIONAMIENTO), OPCIONAL.