

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO TIPIFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL - ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR DOS PUERTAS DE 200 A 310 LITROS PARA LA RED ASISTENCIAL ICA

Ruc/código :	20503919908	Fecha de envío :	30/12/2024
Nombre o Razón social :	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	15:37:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

G. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

30 PUNTOS

SEÑORES DEL COMITÉ CONSULTA

EN LAS BASES INDICA

De [250] hasta [279] litros: [10] puntos

De [280 hasta [310] litros: [20] puntos

ES UNA DE LAS DOS OPCIONES LO QUE SE TIENE QUE PRESENTAR, SERIAN 20 PUNTOS Y 70 PUNTOS PRECIO, ENTONCES ESTARIA FALTANDO 10 PUNTOS PARA LLEGAR AL TOTAL DE 100 PUNTOS.¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

SOLICITAMOS AMBLEMENTE AL COMITÉ ACLARAR EL PUNTAJE DE LOS FACTORES DE EVALUACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: G **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, El comité de selección, aclara que se otorgara un puntaje de 80 para el factor de evaluación "precio" y a "otros factores de Evaluación" 20 puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Modificara el factor evaluacion "PRECIO".

Dice: [70] puntos.

Debe decir: [80] puntos.

Se Modificara el factor evaluacion

"otros factores de Evaluacion"

Dice: [30] puntos.

Debe decir: [20] puntos.