

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPOS ANALIZADORES DE GASES DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Las calibraciones al ser in situ serian no acreditadas, confirmar si lo requiere Acreditado?, de ser así deben calibrarse en las instalaciones del contratista

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9. Página: 25.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El TDR no lo requiere como indispensable, por lo que no es necesario la acreditación.El trabajo de mantenimiento preventivo y calibración de los analizadores de Gases se realizará in situ, en las estaciones de calidad de aire, ubicadas en los distritos de: Puente Piedra, Pariachi, San Borja, Jesús María, Santa Anita, Villa María del Triunfo, San Martin de Porres, Carabayllo, y San Juan deLurigancho, Provincia de Lima, Perú; cuyas direcciones se adjuntan en la tabla 05.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPOS ANALIZADORES DE GASES DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Los equipos se encuentran ubicados en casetas, shelter o minishelters?, de ser necesario pueden compartir fotografías?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada por el proveedor ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L se precisa que son Casetas, en el TDR se menciona como estaciones de Calidad del Aire. Se adjunta a los TDR la Fotografía de la Caseta referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta la Fotografía de la Caseta referencial en los TDR, mediante integración de Bases.

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPOS ANALIZADORES DE GASES DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la pluralidad de postores, solicitamos considerar la formación académica de Ing. Química o Químico al personal clave.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada por el proveedor ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. se considerará al Ingeniero Químico dentro del Perfil del Personal Clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en los REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE Un (1) técnico y/o ingeniero en; electrónica y/o electricidad y/o mecatrónico y/o industrial y/o automatización industrial y/o informática y/o Químico y/o técnico de instrumentación y control de procesos industriales y/o técnico de instrumentación

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPOS ANALIZADORES DE GASES DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Las funciones del personal clave serán de gabinete, es decir, de coordinador, supervisor o personal de campo?

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1. Página: 33.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada por el proveedor ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. se aclara que el personal Clave es el especialista profesional o técnico, encargado de realizar los mantenimientos y las Calibraciones en campo, según las características señaladas en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPOS ANALIZADORES DE GASES DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Agradeceremos indicar la descripción de los equipos a considerar en el anexo 6.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: 6. Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el ANEXO 6 de las Bases Administrativas corresponden a PRECIO DE LA OFERTA, que según formato se solicita completar los campos de CONCEPTO DE LA CONTRATACION, CANTIDAD DE SERVICIOS (información contemplada en el numeral 6 del TDR) , EL PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO Y EL PRECIO TOTAL es información netamente del postor que ofertará. Como información adicional menciono los equipos a los cuales se brindará servicio (Los equipos son marca Teledyne modelos T100, T200, T300, y M400E)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null