

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del Ítem Paquete 2 "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DISTAL MEDIAL PARA SISTEMA CON TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 60, en cuanto a las dimensiones se solicita numero de agujeros distal 3 - 5 - 7 - 9 - 14, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permita ofertar numero de agujeros distal 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 considerando que estaría dentro del rango establecido y la amplia variedad de agujeros que contamos, a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas Ítem Paquete 2 "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DISTAL MEDIAL PARA SISTEMA CON TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 60, en cuanto a las Dimensiones se solicita longitud de: 59 - 84 - 110 - 136 - 201mm. SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permita ofertar longitud: 58 - 84- 110 - 136 - 162 - 188 - y 214mm considerando que estaría dentro del rango establecido y la amplia variedad de agujeros que contamos, a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DISTAL MEDIAL PARA SISTEMA CON TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 60, en cuanto al Material se solicita Acero Inoxible. SOLICITAMOS AL COMITÉ por favor nos permita ofertar Aleación de Titanio a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DISTAL MEDIAL PARA SISTEMA CON TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 60, en cuanto a las Dimensiones se solicita agujeros proximales 3, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permita ofertar nro de agujeros 5 considerando que estaría dentro del rango establecido y la amplia variedad de agujeros que contamos a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EETT Literal: ITEM 2 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 "PLACA DE OSTEOSINTESIS DISTAL PARA HUMERO DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 61, en cuanto a las Dimensiones solicita numero de agujeros distal: 3 - 5 - 7 - 9 - 14 - 3 - 5- 7 - 9 - 14, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar numero de agujeros distal: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 considerando que cumple con las mismas funciones a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2: producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS DISTAL PARA HUMERO DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 61, en cuanto a las Dimensiones solicitan longitud: 65 - 91 - 117 - 143 - 208 - 65 - 91 - 117 - 143 - 208mm, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar longitud: 70 - 94 - 120 - 146 - 172mm, considerando que esta dentro del rango establecido y cumple las mismas funciones a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Ceñirse a las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	10:26:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS DISTAL PARA HUMERO DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 61, en cuanto a las Dimensiones solicitan numero de agujeros proximal: 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar numero de agujeros: 5, considerando que esta dentro del rango establecido a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EETT Literal: ITEM 2 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del Ítem Paquete 2 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS DISTAL PARA HUMERO DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 61, en cuanto al Material solicitan acero inoxidable, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar Aleación de Titanio a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA OLECRANON CON SISTEMA PARA TORNILLOS NORMALES DE BLOQUEO" de la página 62, en cuanto a la longitud solicitan: 163mm y 112mm, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar 86mm, 125mm, 151mm, 177mm, 203mm, 229mm, considerando que esta dentro del rango solicitado y la amplia variedad de longitudes que contamos a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del Ítem Paquete 2 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA OLECRANON CON SISTEMA PARA TORNILLOS NORMALES DE BLOQUEO" de la página 62, en cuanto al Material solicitan acero inoxidable, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar Aleación de Titanio a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 63, en cuanto al Material solicitan acero inoxidable, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar Aleación de Titanio a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 63, en cuanto a las Dimensiones solicitan longitud: 117mm, 144mm, 171mm, 198mm, 225mm, 252mm, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar longitud: 105.5mm, 129.5mm, 152.5mm, 177.5mm, 201.5mm, 225.5mm. considerando que esta dentro del rango establecido y la amplia variedad de longitudes que contamos a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Ceñirse a las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA LATERAL PROXIMAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 64, en cuanto a las Dimensiones solicitan numero de agujeros proximales: 5 - 5- 5 - 5 - 5, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar numero de agujeros proximales: 6, considerando que cumple las mismas funciones a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA LATERAL PROXIMAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 64, en cuanto al Material solicitan Acero Inoxidable, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar Aleación de Titanio a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	10:26:51

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 65, en cuanto a las Dimensiones solicitan numero de agujeros proximales 7 - 7 - 7 - 7 - 7, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar numero de agujeros proximales: 6, considerando que cumple con las mismas funciones a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: EETT Literal: ITEM 2 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Ceñirse a las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 65, en cuanto a las Dimensiones solicitan longitud: 156mm, 196mm, 236mm, 276mm, 316mm, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar longitud: 127mm, 159mm, 191mm, 223mm, 255mm, 287mm y 319mm, considerando que esta dentro del rango establecido y la amplia variedad de longitudes que contamos a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 10:26:51

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el anexo de Especificaciones técnicas del ítem Paquete 2 "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" de la página 65, en cuanto al Material solicitan Acero Inoxidable, SOLICITAMOS AL COMITÉ nos permitan ofertar Aleación de Titanio a fin de existir amplia participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** ITEM 2 **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE TRAUMATOLOGIA POR COMPRA LOCAL 2023 PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20251267341

Nombre o Razón social : GIAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 18:07:38

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

El producto que estamos cotizando cumple con todos los estándares de calidad a nivel internacional y que es adecuado para uso médico por lo que solicitamos al comité de selección la incorporación de la aleación de titanio de los bienes requeridos en aras de prevenir un direccionamiento del proceso ya que no se estaría cumpliendo con los principios de contratación como el principio de libre concurrencia e igualdad de trato así como el principio de transparencia Por lo expuesto solicitamos la incorporación en los bienes solicitados se considere también la aleación de titanio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se aceptará propuesta como mejora tecnológica, pero éstos deben cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas homologadas y estandarizadas por el IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null