

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANÁLISIS PATOLÓGICO (AREA DE HEMATOLOGIA) CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE HUANCAYO

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 08/04/2025

Hora de envío : 21:54:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pag. 21 al 22

Segun bases, solicitan reporte de glóbulos rojos infectados por Plasmodium en valor absoluto y relativo.

Sin embargo, dentro de los parámetros REPORTABLES que solicitan en el Requerimiento de Especificaciones Técnicas, no se indica y/o especifica como tal.

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el area usuaria considerar y/o aceptar para el equipo en cesión de uso ofertado la lectura de parámetros de investigación reportables (RUO):

InR# (Recuento de Glóbulos Rojos Infectados).

InR% (Porcentaje de Glóbulos Rojos Infectados).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE DESCRIBE 25 PARAMETROS COMO MINIMO REPORTABLES Y SI TIENE MÁS PARAMETROS SE SOBRE ENTIENDE QUE ESTA CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANÁLISIS PATOLÓGICO (AREA DE HEMATOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	21:54:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para el siguiente literal, se consulta al comité de selección en coordinación con el área usuaria considerar para la acreditación de las Especificaciones Técnicas las cartas aclaratorias emitidas por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN QUE A PARTE DE ADJUNTAR EL ANEXO 3, SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL EQUIPO EN CESION DE USO Y/O PRESENTAR CATALOGOS, GUIAS O MANUAL DE FABRICACION EMITIDOS POR EL FABRICANTE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANÁLISIS PATOLÓGICO (AREA DE HEMATOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE HUANCAYO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	21:54:27

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según revisión de las bases, en el literal e) de documentos obligatorios no se detalla que características se deben acreditar tanto del reactivo como del equipo en cesión de uso.

Por lo que se solicita al comité de selección en coordinación con el área usuaria considerar para la acreditación del reactivo lo siguiente:

- Nombre
- Metodología
- Muestra Biológica
- Uso

Las demás Especificaciones Técnicas se acreditarán con el Anexo 3 de Cumplimiento de las EETT.

Y para el equipo en cesión de uso lo siguiente:

- Tipo
- Metodología
- Características
- Parámetros
- Características adicionales
- Muestra
- Rendimiento

Las demás Especificaciones Técnicas se acreditarán con el Anexo 3 de Cumplimiento de las EETT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN QUE A PARTE DE ADJUNTAR EL ANEXO 3, SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL EQUIPO EN CESION DE USO Y/O PRESENTAR CATALOGOS, GUIAS O MANUAL DE FABRICACION EMITIDOS POR EL FABRICANTE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO.

POR LO QUE SE SOLICITA A LOS POSTORES CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null