



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"

INFORME N° 532-2024-OGTH-HNDM

A : Abog. Hernan Omar Saavedra Rengifo.
Jefe de la Oficina de Logística.

ATENCIÓN : Órgano Encargado de las Contrataciones.
Adjudicación Simplificada N°027-2024-HNDM-1.

ASUNTO : Respecto a Solicitud de Apoyo Técnico para la Revisión de las Ofertas
Presentadas en el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada
N°027-2024-HNDM-1.

REFERENCIA : Registro N°41799-2024.

FECHA : Lima, 05 de diciembre del 2024.



Me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez informar de acuerdo con el registro de la referencia, donde el Órgano Encargado de las Contrataciones, solicita el apoyo técnico para la revisión de las ofertas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°027-2024-HNDM-1.

Al respecto, corresponde señalar que revisado el expediente se observa las siguientes propuestas según el Ítem Unidad Dental Eléctrica Completa a los siguientes proveedores:

1. SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
2. LATIN DENT S.A.C.

Así mismo, en mi calidad de área técnica especialista corresponde indicar que, al realizarse la evaluación correspondiente a los Documentos para la Admisión de la Oferta, cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos de calificación se concluye lo siguiente:

1. **SAINT INDUSTRY E.I.R.L.:** cumple con la documentación para la admisión de la oferta, así como las especificaciones técnicas detalladas y requisitos de calificación respectivos.
2. **LATIN DENT S.A.C:** en la revisión del expediente de oferta se han encontrado observaciones las cuales se procede a detallar:

En el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta, consignado en las bases estándar se solicita lo siguiente:

Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimiento de las características técnicas

"El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones y características técnicas solicitadas, para lo cual deberá presentar el siguiente formato: (...).

Así mismo, el postor adjuntará copia; de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos originales elaborados por el fabricante, data sheet o brochure elaborado por el fabricante con el fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas". El subrayado es agregado

OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA

Parque Historia de la Medicina Peruana s/n
Cercado de Lima

Tlf. 328-0028/ 3280035 Anexo 8244

www.hdosdemayo.gob.pe

Email: hdosdemayo@hdosdemayo.gob.pe

TEL: 328-0028



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"*

Observación N°01: EL postor LATIN DENT S.A.C., presente un documento el cual no se especifica si es catálogo, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folleto original elaborado por el fabricante, data sheet o brochure elaborado por el fabricante con el fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Al contrario, solo se presente documentos los cuales tienen como encabezado el logo del fabricante y como pie de página los datos del fabricante, sin ser suscrito por el fabricante, esto podría sugerir que el documento para sustento de las especificaciones técnicas no ha sido elaborado por el fabricante, sino solamente por el postor.

Observación N°02: El postor en el folio N°09 de su oferta, presenta el formato "Hoja de Presentación del Equipo/ Sustento de Cumplimiento de las Características Técnicas", en el cual indica en la columna de Especificaciones el cumplimiento de la característica técnica B01, que menciona lo siguiente lo siguiente:

"TAMAÑO TOTAL DE BANDEJA PORTAINSTRUMENTAL (42 CM X 40 CM \pm 1 CM DE TOLERANCIA) INCORPORADO Y ARTICULADO AMPLIO, CON CANTOS REDONDEADOS Y TIRADOR(ES)"

Así mismo, se indica que el cumplimiento de dicha característica técnica es acreditado en el folio N°17. Sin embargo, revisado dicho folio se observa que se indica lo siguiente:

MODULO DE CONTROL - (TABLERO DE TRABAJO) (b)
CON TECLADO DIGITAL (MANDO DE CONTROL)

Bandeja de trabajo porta instrumental incorporado con medidas de 40 x 42 cm (l x a) b01

Bandeja Resistente a la corrosión extraíble de fácil limpieza

Unidad dental integrada a la base del sillón

Brazo con freno neumático móvil (ascenso y descenso, derecha e izquierda) amplia y suave movilidad, ajustable resistente con cantos redondeados tiradores b03

Imagen extraída de la oferta del postor LATIN DENT S.A.C., folio N°17.

En dicho sustento se menciona la bandeja de trabajo y las dimensiones las cuales coinciden con lo requerido, sin embargo, no indica que dicha bandeja cuenta con articulaciones, cantos redondeados y tirador(es), como es requerido. Puesto que lo señalado posteriormente esta relacionado al requerimiento del brazo móvil y como tal es marcado por el postor como B03. Por tal motivo no cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas.

Observación N°03: El postor en el folio N°09 de su oferta, presenta el formato "Hoja de Presentación del Equipo/ Sustento de Cumplimiento de las Características Técnicas", en el cual indica en la columna de Especificaciones el cumplimiento de la característica técnica D05, que menciona lo siguiente lo siguiente:

"SURTIDOR MANUAL"

Así mismo, se indica que el cumplimiento de dicha característica técnica es acreditado en el folio N°19. Sin embargo, revisado dicho folio se observa que se indica lo siguiente:



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"

SURTIDOR DE AGUA Y SOPORTE PARA VASO

Control independiente para llenado del vaso con tiempo programable y flujo regulable, sistema de administración automático, teclado boton digital

Surtidor normal

SopORTE y Cañería para llenado de vaso y lavado de escupidera de material inoxidable de superficie lisa adecuado para el sistema de desinfección

Imagen extraída de la oferta del postor LATIN DENT S.A.C., folio N°19.

En dicho sustento se menciona que el equipo cuenta con un surtidor de características normales, lo cual no guarda relación con la función "manual" requerida en las especificaciones técnicas. Por tal motivo no cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas.

Observación N°04: El postor en el folio N°09 de su oferta, presenta el formato "Hoja de Presentación del Equipo/ Sustento de Cumplimiento de las Características Técnicas", en el cual indica en la columna de Especificaciones el cumplimiento de la característica técnica E10, que menciona lo siguiente lo siguiente:

"MOVIMIENTO DE RESPALDAR Y ASIEN TO CONTROLADOS POR PEDAL DE MANERA INDEPENDIENTE"

Así mismo, se indica que el cumplimiento de dicha característica técnica es acreditado en el folio N°18. Sin embargo, revisado dicho folio se observa que se indica lo siguiente:

Botón de encendido/ apagado en el costado de la Base del Sillon

Pedal de control multifuncional con Mandos de control electrónicos a través de control de pie integrado, pedal joystick ejecuta todos los movimientos (ascenso, descenso del sillón, y del respaldar.

Imagen extraída de la oferta del postor LATIN DENT S.A.C., folio N°18.

En dicho sustento se menciona que el equipo cuenta con un pedal de control "multifunción", el cual realiza los movimientos requeridos de respaldar y asiento, pero de manera integral, mas no de manera independiente como es requerido en las especificaciones técnicas. Por tal motivo no cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas.

Observación N°05: El postor en el folio N°09 de su oferta, presenta el formato "Hoja de Presentación del Equipo/ Sustento de Cumplimiento de las Características Técnicas", en el cual indica en la columna de Especificaciones el cumplimiento de la característica técnica F01, que menciona lo siguiente lo siguiente:

"EYECTOR DE SALIVA POR AIRE POR SUCCIÓN AUTOMÁTICA 6.3 MM APROX."

Así mismo, se indica que el cumplimiento de dicha característica técnica es acreditado en el folio N°19. Sin embargo, revisado dicho folio se observa que se indica lo siguiente:

OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA

Parque Historia de la Medicina Peruana s/n

Cercado de Lima

Tif. 328-0026/ 3280035 Anexo 8244

www.hdosdemayo.gob.pe

Email: hdosdemayo@hdosdemayo.gob.pe

hdosdemayo@hdosdemayo.gob.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"

Colgadores con sistema de succión automática para saliva tipo venturi por aire 6.3 mm aprox. y sistema succión para coágulos (alta succión) 9.5 mm aprox, con filtro para residuos solidos F02
Succión con boquilla tipo venturi por aire

Imagen extraída de la oferta del postor LATIN DENT S.A.C., folio N°19.

En dicho sustento se menciona que el equipo cuenta con "colgadores" con sistema de succión, más no indica si dicho sistema incluye el eyector el cual es un dispositivo usado para los procedimientos de succión y requerido en las especificaciones técnicas. Por tal motivo no cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas.

Observación N°06: El postor en el folio N°09 de su oferta, presenta el formato "Hoja de Presentación del Equipo/ Sustento de Cumplimiento de las Características Técnicas", en el cual indica en la columna de Especificaciones el cumplimiento de la característica técnica F02, que menciona lo siguiente lo siguiente:

"EYECTOR DE ALTO VOLUMEN CON FILTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS 9.5 MM APROX."

Así mismo, se indica que el cumplimiento de dicha característica técnica es acreditado en el folio N°19. Sin embargo, revisado dicho folio se observa que se indica lo siguiente:

Colgadores con sistema de succión automática para saliva tipo venturi por aire 6.3 mm aprox. y sistema succión para coágulos (alta succión) 9.5 mm aprox, con filtro para residuos solidos F02
Succión con boquilla tipo venturi por aire

Imagen extraída de la oferta del postor LATIN DENT S.A.C., folio N°19.

En dicho sustento se menciona que el equipo cuenta con "colgadores" con sistema de succión para coágulos, más no indica si dicho sistema incluye el eyector el cual es un dispositivo usado para los procedimientos de succión y requerido en las especificaciones técnicas. Por tal motivo no cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas.

Se eleva el presente informe, para su conocimiento y realice las acciones correspondientes por el trámite regular. Sin otro particular me despido con un cordial saludo.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
LIMA
ING. GIORGIO LOPEZ VALLOS
CIP: 191344

C.c.:
Archivo.

OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
Parque Historia de la Medicina Peruana s/n
Cercado de Lima
Tlf. 328-0028/ 3280035 Anexo 8244
www.hdosdemayo.gob.pe
Email: hdosdemayo@hdosdemayo.gob.pe
hdosdemayo@hna.minsa.gob.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

