

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	27/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	12:25:28

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Dentro de la relación de productos solicitados el sub ítem 3 indica "Hepatitis B Anticuerpo Anticore IgM Automatizado". Con la finalidad de permitir una mayor participación de postores ¿aceptarían también que se oferte "Anticuerpo Anticore Total Automatizado"

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.2    **Literal:** --    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta se aclara que, el ítem 3 corresponde a "Hepatitis B anticuerpo Anticore IgM Automatizado"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	27/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	12:25:28

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Las pruebas solicitadas indican que son pruebas automatizadas, es decir que se procesan en un equipo automatizado (de quimioluminiscencias) pero entro de las especificaciones técnicas no se ha indicado la necesidad de un equipo en cesión de uso y mucho menos las características que este equipo debe cumplir. Debe tenerse presente que las pruebas de quimioluminiscencia automatizada son pruebas de sistema cerrado, es decir los reactivos son específicos para cada equipo.

consultamos respetuosamente ¿cuales son las características técnicas que debe tener el equipo en cesión de uso?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** --    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta se revisara y añadira las Especificaciones Tecnicas, las modificaciones se visualizaran en las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	27/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	12:25:28

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Las pruebas solicitadas indican que son pruebas automatizadas, es decir que se procesan en un equipo automatizado (de quimioluminiscencias) pero entro de las especificaciones técnicas no se ha indicado la necesidad de un equipo en cesión de uso y mucho menos las características que este equipo debe cumplir. ¿Podría el comité aclarar si la entidad cuenta con un equipo propio y cuales son sus especificaciones técnicas?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** --      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta se revisara y añadira las Especificaciones Tecnicas del equipo en cesion de uso, las modificaciones se visualizaran en las especificaciones tecnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	27/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	12:25:28

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

En las EETT se indica que los productos deben tener una vigencia igual o mayor a 18 meses. Cabe señalar que los productos solicitados, por su naturaleza tienen una vigencia máxima de 12 meses, y que al momento de ser importados y llegar a nuestro país su vigencia es menor a esos 12 meses, en promedio de 8 a 10 meses.

Por ello solicitamos respetuosamente que la vigencia de los productos sea de 12 meses y en caso sean menor a lo solicitado se pueda presentar una Carta de Compromiso de Canje.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 7.1      Literal: --      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, Con respecto a la consulta , se aceptaran reactivos con una vigencia minima de 06 meses y en caso de los reactivos con fecha menor deberan ser acompañados de una carta de compromiso de canje.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 01/08/2023

Hora de envío : 18:06:28

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

SUB ÍTEM 5

Se solicita: ¿PARATHORMONA X 100 DETERMINACIONES¿.

La cantidad requerida es de 02 cajas x 100 determinaciones, ello arroja una cantidad global de 200 determinaciones. Considerando que la cantidad solicitada por la entidad son pruebas efectivas, y considerando que existe en el mercado kit x 50 determinaciones unidades de medida distintas al solicitado, solicitamos al comité permita ampliar a otras unidades de medida sin afectar la cantidad total solicitada. Permitiendo contar con mayor número de postores, amparándonos en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones; a) Libertad de concurrencia, b) Igualdad de trato

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** III    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, con respecto a la consulta se revisara y añadira en el item de PARATHORMONA la cantidad requerida de 200 pruebas efectivas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 01/08/2023

Hora de envío : 18:06:28

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Página 21-22.

Características técnicas:

Para los ítems ofertados se solicita: ¿Fecha de vencimiento: No menor de 12 meses desde la fecha de entrega¿.

Debido a que los productos son importados, una vez emitiendo el pedido al fabricante tiene una demora en fabricación, embarcación, traslado, desanuanaje aproximadamente de 04 semanas llegando a Perú con una fecha de vencimiento menor a 12 meses. Por lo cual consultamos amablemente al comité se acepte productos con una fecha de vencimiento menor a 12 meses acompañada de una carta de compromiso de canje al momento de ingresar al almacén.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, Con respecto a la consulta , se aceptaran reactivos con una vigencia minima de 06 meses y en caso de los reactivos con fecha menor deberan ser acompañados de una carta de compromiso de canje.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 01/08/2023

Hora de envío : 18:06:28

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la GARANTÍA COMERCIAL (VIGENCIA DEL PRODUCTO)

Se solicita: ¿La vigencia mínima del reactivo deberá ser igual o mayor a dieciocho (18) meses al momento¿.

Debido a que los productos son importados, una vez emitiendo el pedido al fabricante tiene una demora en fabricación, embarcación, traslado, desanuanaje aproximadamente de 04 semanas llegando a Perú con una fecha de vencimiento menor a 18 meses. Por lo cual consultamos amablemente al comité se acepte productos con una fecha de vencimiento menor a 18 meses acompañada de una carta de compromiso de canje al momento de ingresar al almacén.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, Con respecto a la consulta , se aceptaran reactivos con una vigencia minima de 06 meses y en caso de los reactivos con fecha menor deberan ser acompañados de una carta de compromiso de canje.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 01/08/2023

Hora de envío : 18:06:28

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Para poder asegurar que los postores cuenten con experiencia en el objeto de la convocatoria, agradeceríamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, aceptar como experiencia del postor: Venta de reactivos y material médico y/o de laboratorio para uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas y centros de salud especializado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B      **Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, con respecto a su consulta de la experiencia del postor, se considera bienes similares a lo siguiente: Venta de material médico y/o de laboratorio para uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas y centros de salud especializados, y/o los reactivos de Laboratorio en general de uso en equipos automatizados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:35:21

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

- Código 32118 Hiv 1-2 P24 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA, se indica: Presentación prueba efectiva. Incluye controles, calibradores, insumos y equipo.

- Código 27260 Hepatitis B Antígeno de superficie Metodo quimioluminiscencia: Presentación prueba efectiva. Incluye controles, calibradores, insumos y equipo.

Sin embargo no se han considerado en las bases administrativas, especificaciones técnicas de equipo en cesión de uso a entregar por lo que solicitamos al comité especial, indicar cuales son las características del analizador que los postores debemos ofertar en nuestra propuesta.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta se revisara y añadira las Especificaciones Tecnicas del equipo en cesion de uso, las modificaciones se visualizaran en las especificaciones tecnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:35:21

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité considerar como bienes similares para la acreditación de la experiencia del postor a REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO EN GENERAL, con la finalidad de fomentar los principios de la Ley de contrataciones como el de Libre Concurrencia y Competencia, Imparcialidad, Vigencia Tecnológica y Trato Justo e Igualitario y de Equidad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.2

Página: 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta se revisara y añadira las Especificaciones Tecnicas del equipo en cesion de uso, las modificaciones se visualizaran en las especificaciones tecnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:32:24

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En la sección 6.1.1 (Características Técnicas) solicitan como Documentos los ¿Certificados de análisis, inserto del producto, hoja de seguridad, certificado de calidad y certificado de garantía emitida por la marca del fabricante¿, sobre el Certificado de garantía emitida por la marca del fabricante notamos que es un documento que no suele emitirse con el fabricante ya que normalmente lo emiten como Carta de Garantía por la misma empresa Distribuidora y se adjunta siempre en cada despacho realizado a la entidad y mediante la cual se garantiza el cambio y/o devolución por cualquier desperfecto del mismo ya sea de fabrica u ocurrido en el transporte, por este motivo se solicita amablemente al Comité pueda cambiar esta característica a ¿Certificados de análisis, inserto del producto, hoja de seguridad, certificado de calidad y carta de garantía emitida por la empresa distribuidora¿.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 6.1.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, con respecto a la consulta sobre las CARACTERISTICAS TECNICAS: Certificados de analisis, inserto del producto, hoja de bioseguridad, certificado de calidad y carta y/o certificado de garantia emitida por la empresa distribuidora.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:32:24

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

2. Dentro de las especificaciones técnicas de los reactivos solicitan como ¿Fecha de vencimiento: No menor de 12 meses desde la fecha de entrega¿, se solicita amablemente al Comité se modifique esta característica a ¿Fecha de vencimiento: No menor de 6 meses desde la fecha de entrega, de ser menor se presentara carta de canje del producto por vencimiento¿, esto debido a que muchos productos tienen fecha optima de vigencia, pero llegan al cliente final con menos de lo esperado por el tiempo que demora la compra, envío, desaduanaje y distribución.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, Con respecto a la consulta , se aceptaran reactivos con una vigencia minima de 06 meses y en caso de los reactivos con fecha menor deberan ser acompañados de una carta de compromiso de canje.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:32:24

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

3. En la sección de Especificaciones Técnicas de los reactivos, y con el objetivo de evitar falsos resultados elevados o falsos resultados bajos que es consecuencia de reactivos que aun usan compuestos biotinilados, se solicita amablemente al Comité que incluya: ¿Los reactivos no deben tener interferencia con biotina basado en la alarma de FDA y Digemid¿.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, con respecto a la consulta, se considera que, los reactivos no deben tener interferencia con biotina.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:32:24

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

4. Para la sección de Especificaciones Técnicas de los reactivos, se solicita amablemente al Comité la inclusión de la característica de ¿Controles y Calibradores listos para usar¿, de esta forma ahorrar tiempo al operador en acciones como reconstituir y manipular estos complementos, arriesgando a posibles errores de manipulación y que decanten en errores en los resultados del paciente.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, Con respecto a la consulta de las características de cada ítem se considera aceptar la consulta, se solicitará controles y calibradores listos para usar .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:32:24

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

1. En la página 24 de las presentes bases, en el apartado 7.1 (Garantía Comercial ¿ Vigencia del Producto) solicitan que la vigencia mínima del reactivo deberá ser igual o mayor a 18 meses al momento de su fecha de entrega en el Almacén, se solicita amablemente al Comité se modifique esta característica a ¿Fecha de vencimiento: No menor de 6 meses desde la fecha de entrega, de ser menor se presentara carta de canje del producto por vencimiento¿, esto debido a que muchos productos tienen fecha optima de vigencia, pero llegan al cliente final con menos de lo esperado por el tiempo que demora la compra, envío, desaduanaje y distribución.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** 7.1

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, Con respecto a la consulta , se aceptaran reactivos con una vigencia minima de 06 meses y en caso de los reactivos con fecha menor deberan ser acompañados de una carta de compromiso de canje.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:32:24

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

6. En la página 21 del presente proceso, en el ítem 1 (VIH 1-2 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA), con la finalidad de mejorar la calidad de los resultados y del periodo ventana se solicita amablemente al Comité incluir la característica: ¿Limite de detección medio para el antígeno p24 del VIH-1 de 18.06 pg/ml, según el panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.1.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, con respecto a la consulta se incluíra la característica: Limite de deteccion media para el antígeno p 24 del VIH 1 de 18.06 pg/ml según el panel HIV - Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur o Sensibilidad Analítica de < 2 UI/ml frente al Ag p24 con reactivo de referencia internacional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:32:24

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

7. En la página 21 del presente proceso, en el ítem 1 (VIH 1-2 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA), para tener una mayor seguridad en los resultados y elevar la calidad del control de calidad para este ensayo, se solicita amablemente al Comité incluir dentro de las características ¿Incluir Cuatro (04) niveles de controles (01 control negativo y 03 controles positivos).

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1.1 Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, con respecto a la consulta se incluire la característica: cuatro (04) niveles de controles (01 control negativo y 03 controles positivos).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:32:24

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

1. Dentro del presente proceso no se mencionan las Especificaciones Técnicas del analizador de quimioluminiscencia que la entidad requiere, por ello se solicita amablemente al Comité que se pueda adjuntar las mismas.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 6.1.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta se revisara y añadira las Especificaciones Tecnicas, las modificaciones se visualizaran en las especificaciones tecnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:32:24

**Consulta: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

9. En la página 15 del presente proceso, en el apartado 1.9 Plazo de Entrega, solicitan un plazo de 05 días calendarios, posterior a la notificación de la Orden de compra y/o suscripción del contrato; debido a los tiempos que se toma en la importación de los productos, el desaduanaje y la distribución interna se solicita amablemente al Comité se pueda ampliar a 15 días calendarios posterior a la notificación de la orden de compra.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 1

**Literal:** 1.9

**Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara la consulta, Con respecto a la consulta se ampliara el tiempo de plazo de entrega a 10 dias calendario, posterior a la notificacion de la orden de compra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:32:24

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

10. En la página 27 del presente proceso, en el apartado Experiencia del Postor, dentro de los requisitos para acreditar experiencia del postor consideran bienes similares a los siguientes: Venta de material médico de uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas, y centros de salud especializados; se consulta al Comité puedan detallarnos qué tipo de materiales médicos consideran, y si se encuentran dentro de este grupo los Reactivos de Laboratorio de uso en equipos automatizados.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.2

**Literal:** B

**Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara, con respecto a su consulta de la experiencia del postor, se considera bienes similares a lo siguiente: Venta de material médico de uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas y centros de salud especializados, y/o los reactivos de Laboratorio en general de uso en equipos automatizados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null