

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Nomenclatura :	AS-SM-20-2024-HNCH-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	13:47:36

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

"B07 ""MODO BIPOLAR COAGUALCION O BIPOLAR ESTÁNDAR , 100W O MAYOR"". solicitamos al comite de seleccion que para mayor pluralidad de marca y postores acepten equipo con modo Bipolar Estándar de hasta 70 W o mayor, potencia suficente para producir el efecto clínico: "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO ART 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°1 DEL POSTOR COVIDIEN PERU S.A. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión unánime determinan, acoger parcialmente la observación debido a que, también se aceptará "B07 "MODO BIPOLAR COAGULACION O BIPOLAR ESTÁNDAR , 70W a 100W" considerando no alterar el efecto clínico, con la finalidad de fomentar la participación de postores y garantizar la operatividad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°1 DEL POSTOR COVIDIEN PERU S.A. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión unánime determinan, acoger parcialmente la observación debido a que, también se aceptará "B07 "MODO BIPOLAR COAGULACION O BIPOLAR ESTÁNDAR , 70W a 100W" considerando no alterar el efecto clínico, con la finalidad de fomentar la participación de postores y garantizar la operatividad del equipo.

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	13:47:36

**Observación: Nro. 2**  
**Consulta/Observación:**  
"E01:05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O 100 ELECTRODOS DESCARTABLES, CON DOS CABLES-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO".  
Nuestros electrodos descartables cuentan ya con un cable incorporado para conexión al equipo y que se descarta todo en conjunto, los 2 cables aplicarian para los electrodos reusables. Por lo tanto solicitamos al comite de seleccion se modifique esta condición solo para los electrodos descartables"

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO ART 2  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
EN ATENCION A LA OBSERVACION N°2 DEL POSTOR COVIDIEN PERU S.A. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación debido a que, también se aceptará "E01: 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O 100 ELECTRODOS DESCARTABLES, CON DOS CABLES-CONECTOR (SI LO REQUIERE) AL EQUIPO COMO MINIMO" para una mejor maniobrabilidad y operación del equipo, con la finalidad de fomentar la participación de postores y garantizar la operatividad del equipo.  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
EN ATENCION A LA OBSERVACION N°2 DEL POSTOR COVIDIEN PERU S.A. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación debido a que, también se aceptará "E01: 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O 100 ELECTRODOS DESCARTABLES, CON DOS CABLES-CONECTOR (SI LO REQUIERE) AL EQUIPO COMO MINIMO" para una mejor maniobrabilidad y operación del equipo, con la finalidad de fomentar la participación de postores y garantizar la operatividad del equipo.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	13:47:36

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

"E02 ¿.. 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O 100 ELECTRODOS DESCARTABLES, CON DOS CABLES-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO".

Nuestros electrodos descartables cuentan ya con un cable incorporado para conexión al equipo y que se descarta todo en conjunto, los 2 cables aplicarian para los electrodos reusables. Por lo tanto solicitamos al comite de seleccion se modifique esta condición solo para los electrodos descartables"

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO ART 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°3 DEL POSTOR COVIDIEN PERU S.A. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión unánime determinan, acoger la observación debido a que, también se aceptará E01: 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O 100 ELECTRODOS DESCARTABLES, CON DOS CABLES-CONECTOR (SI LO REQUIERE) AL EQUIPO COMO MINIMO" para una mejor maniobrabilidad y operación del equipo, con la finalidad de fomentar la participación de postores y garantizar la operatividad del equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°3 DEL POSTOR COVIDIEN PERU S.A. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión unánime determinan, acoger la observación debido a que, también se aceptará E01: 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O 100 ELECTRODOS DESCARTABLES, CON DOS CABLES-CONECTOR (SI LO REQUIERE) AL EQUIPO COMO MINIMO" para una mejor maniobrabilidad y operación del equipo, con la finalidad de fomentar la participación de postores y garantizar la operatividad del equipo.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	13:47:36

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

"E08: ""UN ELECTRODO BIPOLAR TIPO TIJERA UTILIZADA PARA CORTAR DISECCIONAR Y COAGULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, REUSABLE DE 200mm DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO"".

Solicitamos al comite de seleccion que para mayor pluralirdad de marcas y postores se amplie la especificaciones tecnica aceptando electrodos REUSABLES O DESCARTABLE "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO ART 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, no acoger la observación debido a que, dado a la necesidad de contar con el electrodo bipolar tipo tijera para distintas cirugías, es necesario que estos sean reusables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	13:47:36

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

"EN LA PAGINA 21 INDICAR QUE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES, EL POSTOR DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA DE CADA BIEN, ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DEL FOLLETO MANUALES, CATALOGOS , BROCHURE U OTROS DOCUMENTOS TECNICOS SIMILARES EMITIDOS SPOR EL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA.

solicitamos al comite de seleccion aclarar si la ficha tecnica es el formato libre para el postor."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO ART 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°5 DEL POSTOR COVIDIEN PERU S.A. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión unánime determinan, acoger la observación, se aceptará las fichas técnicas en formato libre de cada postor para la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, con la finalidad de fomentar la participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	13:47:36

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Experiencia del postor

En las bases se considera como bienes similares a:

Electrobisturi.

Considerando la Opinión N° 001-2017/DTN teniendo en cuenta que los Elestrobisturi son dispositivos médicos utilizados en cirugías y procedimientos para cortar, coagular, fulgurar o desecar tejidos, estos comparten características esenciales con las pinzas tipo tijera, pizas bipolares. Asimismo, solicitamos al comite de seleccion incluir las pinzas tipo tijera, pizas bipolares y equipos de electrocirugía."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16 Literal: 16 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Opinión N° 001-2017/DTN

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, no acoger la observación debido a que, se ratifica la Experiencia del Postor solicitado en las Bases debido a que la experiencia que garantiza el expertiz del Postor es en equipos mas no en accesorios y/o consumibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:08

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

E08 UN (01) ELECTRODO BIPOLAR TIPO TIJERA UTILIZADA PARA CORTAR DISECCIONAR Y COAGULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: REUSABLE 200MM DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, INCLUYE CABLE CONEXIÓN AL EQUIPO Existen diferentes marcas en el mercado que ofrecen diferentes medidas en las pinzas que ofrecen, por lo que solicitamos se pueda aceptar mayor longitud en el tamaño del electrodo solicitado, con el fin de fomentar la participación de los postores y aceptar: E08 UN (01) ELECTRODO BIPOLAR TIPO TIJERA UTILIZADA PARA CORTAR DISECCIONAR Y COAGULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: REUSABLE 200MM O MAS DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, INCLUYE CABLE CONEXIÓN AL EQUIPO

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: Cap. III      Literal: 6.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°5 DEL POSTOR COVIDIEN PERU S.A. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación parcialmente, en aras de fomentar mayor pluralidad de postores; Se aceptara de la siguiente manera: E08 UN (01) ELECTRODO BIPOLAR TIPO TIJERA UTILIZADA PARA CORTAR DISECCIONAR Y COAGULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: REUSABLE DE 200MM A 250MM DE LONGITUD INCLUYE CABLE CONEXIÓN AL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°5 DEL POSTOR COVIDIEN PERU S.A. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación parcialmente, en aras de fomentar mayor pluralidad de postores; Se aceptara de la siguiente manera: E08 UN (01) ELECTRODO BIPOLAR TIPO TIJERA UTILIZADA PARA CORTAR DISECCIONAR Y COAGULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: REUSABLE DE 200MM A 250MM DE LONGITUD INCLUYE CABLE CONEXIÓN AL EQUIPO

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:12:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITÉ, EN LA EXPERIENCIA SE SOLICITA EN BIENES SIMILARES A ADQUISICION DE ELECTROBISTURI. SOLICITAMOS AMPLIAR LOS BIENES SIMILARES PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y CONSIDERAR EQUIPOS MÉDICOS DE SALA DE OPERACIONES, TALES COMO: MÁQUINA DE ANESTESIA, MESA DE OPERACIONES, LÁMPARAS CIALÍTICAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: A      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Se precisa la consulta, con respecto a la consulta se ratifica la Experiencia del Postor solicitado en las Bases la cual fue formulada en relación a la naturaleza del equipo y su uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:12:56

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITÉ, PARA EL BIEN REQUERIDO, SE SOLICITA CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO DE 10 HORAS PARA EL USUARIO Y 10 HORAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SOPORTE BIOMÉDICO, SIENDO LA DURACIÓN EXTENSA E INNECESARIA PARA DICHA CAPACITACIÓN; POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE 4 HORAS DE CAPACITACIÓN PARA EL USUARIO Y 4 HORAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SOPORTE BIOMÉDICO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.5 Literal: 5.5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°9 DEL POSTOR VITALTEC S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la consulta, también se aceptará 4 HORAS DE CAPACITACIÓN PARA EL USUARIO Y 4 HORAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SOPORTE BIOMÉDICO, con la finalidad de garantizar un buen uso del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°9 DEL POSTOR VITALTEC S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la consulta, también se aceptará 4 HORAS DE CAPACITACIÓN PARA EL USUARIO Y 4 HORAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SOPORTE BIOMÉDICO, con la finalidad de garantizar un buen uso del equipo.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:02

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con el fin de permitir una correcta evaluación a través de documentos oficiales de los fabricantes que respalden fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, se solicita al comité de selección agregar lo siguiente al literal ¿d¿ de documentos obligatorios:  
Catálogo, Manual Técnico, brochure, ficha técnica, u otro documento equivalente emitido por el fabricante, que acredite el cumplimiento de las siguientes características técnicas: del A01 al E08 del acápite 6.1 del requerimiento, con traducción simple de ser el caso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1. Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2°

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°10 DEL POSTOR J & G INVERSIONES PERU S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación para evitar vicios de nulidad, por lo que se solicitará acreditar los punto A01 al E08 con Catálogo y/o Manual Técnico y/o brochure y/o ficha técnica y/o cartas y/o similares, emitidos por el fabricante. los que serán solicitados como documento para la Admisión de Oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°10 DEL POSTOR J & G INVERSIONES PERU S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación para evitar vicios de nulidad, por lo que se solicitará acreditar los punto A01 al E08 con Catálogo y/o Manual Técnico y/o brochure y/o ficha técnica y/o cartas y/o similares, emitidos por el fabricante. los que serán solicitados como documento para la Admisión de Oferta.

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:02

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

A04 MEMORIA PROGRAMABLE PARA CONFIGURAR POTENCIAS PARA ALMACENAR EN MEMORIA AL MENOS 5 PROGRAMAS (PAG 20)

La capacidad de almacenar múltiples programas de trabajo en la memoria del electrobisturí permite a los cirujanos acceder rápidamente a configuraciones específicas para diferentes tipos de procedimientos o situaciones quirúrgicas. Esto ahorra tiempo y mejora la eficiencia, ya que no es necesario volver a configurar manualmente el equipo cada vez que se realiza un nuevo procedimiento. Es debido a esto que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

A04 MEMORIA PROGRAMABLE PARA CONFIGURAR POTENCIAS PARA ALMACENAR EN MEMORIA AL MENOS 400 PROGRAMAS

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: 6.1      Literal: A04      Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2°

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°11 DEL POSTOR J & G INVERSIONES PERU S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger PARCIALMENTE la observación, para permitir a los cirujanos acceder rápidamente a configuraciones específicas para diferentes tipos de procedimientos o situaciones quirúrgicas QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: A04 MEMORIA PROGRAMABLE PARA CONFIGURAR POTENCIAS PARA ALMACENAR EN MEMORIA DE CINCO (05) A CUATROCIENTOS (400) PROGRAMAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°11 DEL POSTOR J & G INVERSIONES PERU S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger PARCIALMENTE la observación, para permitir a los cirujanos acceder rápidamente a configuraciones específicas para diferentes tipos de procedimientos o situaciones quirúrgicas QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: A04 MEMORIA PROGRAMABLE PARA CONFIGURAR POTENCIAS PARA ALMACENAR EN MEMORIA DE CINCO (05) A CUATROCIENTOS (400) PROGRAMAS.

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:02

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

B02 UNA (01) SALIDA BIPOLAR

Al tener dos salidas bipolares, se reduce la necesidad de cambiar constantemente los electrodos entre diferentes sitios de coagulación. Esto puede mejorar la eficiencia del procedimiento y reducir el tiempo quirúrgico, lo que a su vez puede disminuir el riesgo de complicaciones y mejorar los resultados del paciente. Es debido a esto que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

B02 DOS (02) SALIDAS BIPOLARES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: B02 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2°

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°12 DEL POSTOR J & G INVERSIONES PERU S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger parcialmente la observación debido a que reduce la necesidad de cambiar constantemente los electrodos entre diferentes sitios de coagulación QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: TAMBIEN SE ACEPTARA B02 DOS (02) SALIDAS BIPOLARES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°12 DEL POSTOR J & G INVERSIONES PERU S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger parcialmente la observación debido a que reduce la necesidad de cambiar constantemente los electrodos entre diferentes sitios de coagulación QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: TAMBIEN SE ACEPTARA B02 DOS (02) SALIDAS BIPOLARES

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:02

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

B03 UNA (01) SALIDA UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO

El uso de un pedal elimina la necesidad de que el cirujano o asistente tengan que ajustar manualmente el electrobisturí, lo que ahorra tiempo y permite una cirugía más fluida. Al ubicar la salida del pedal en la parte posterior del equipo, los cables de los pedales quedan fuera de la zona de trabajo del cirujano y el personal quirúrgico. Esto reduce el riesgo de enredos y permite un entorno más despejado, lo que es fundamental en un quirófano. Es debido a esto que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

B03 UNA (01) SALIDA UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO Y UNA (01) O MAS SALIDA PARA PEDAL (EN LA PARTE POSTERIOR)

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 6.1Literal: B03Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2°

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°13 DEL POSTOR J & G INVERSIONES PERU S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación, ya que reduce el riesgo de enredos y permite un entorno más despejado, lo que es fundamental en un quirófano; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : TAMBIEN SE ACEPTARA B03 UNA (01) SALIDA UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO Y UNA (01) O MAS SALIDA PARA PEDAL (EN LA PARTE POSTERIOR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°13 DEL POSTOR J & G INVERSIONES PERU S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación, ya que reduce el riesgo de enredos y permite un entorno más despejado, lo que es fundamental en un quirófano; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : TAMBIEN SE ACEPTARA B03 UNA (01) SALIDA UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO Y UNA (01) O MAS SALIDA PARA PEDAL (EN LA PARTE POSTERIOR)

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:02

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

B05 MODO MONOPOLAR COAGULACIÓN POR CONTACTO (AL MENOS 02 TIPOS DIFERENTES DE COAGULACION SUAVE, FORZADA, DEESECACION, ESTANDAR, CORTE MIXTO) 120W O MAYOR

Una mayor potencia permite coagular eficientemente tejidos más gruesos, fibrosos o altamente vascularizados, como los que se encuentran en órganos como el hígado, los pulmones y los músculos profundos. Esto es especialmente importante en procedimientos donde se requiere un control preciso del sangrado en áreas difíciles de acceder o de tejido denso. Es debido a esto que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

B05 MODO MONOPOLAR COAGULACIÓN POR CONTACTO (AL MENOS 02 TIPOS DIFERENTES DE COAGULACION SUAVE, FORZADA, DEESECACION, ESTANDAR, CORTE MIXTO) 300W O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: B05 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2°

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, no acoger la observación ya que el mínimo de potencia solicitada garantiza el uso para el procedimientos quirúrgicos de la institución, cabe señalar, que esta incluye la potencia solicitada por el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:20:31

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

A04 MEMORIA PROGRAMABLE PARA CONFIGURAR POTENCIAS PARA ALMACENAR EN MEMORIA AL MENOS 5 PROGRAMAS

Cada procedimiento quirúrgico puede requerir configuraciones específicas de energía, modos de corte, modos de coagulación y otros parámetros. La capacidad de almacenar 400 programas de trabajo permite al cirujano personalizar y ajustar el electrobisturí según las necesidades de cada caso, lo que contribuye a una mayor precisión y optimización del rendimiento quirúrgico. Respecto a lo expuesto se solicita al honorable comité de selección mejorar a lo siguiente:

A04 MEMORIA PROGRAMABLE PARA CONFIGURAR POTENCIAS PARA ALMACENAR EN MEMORIA AL MENOS 400 PROGRAMAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: A04 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°15 DEL POSTOR C & M TECHNOLOGY S.A.C : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger PARCIALMENTE la observación, para permitir a los cirujanos acceder rápidamente a configuraciones específicas para diferentes tipos de procedimientos o situaciones quirúrgicas QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A04 MEMORIA PROGRAMABLE PARA CONFIGURAR POTENCIAS PARA ALMACENAR EN MEMORIA DE CINCO (05) A CUATROCIENTOS (400) PROGRAMAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°15 DEL POSTOR C & M TECHNOLOGY S.A.C : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger PARCIALMENTE la observación, para permitir a los cirujanos acceder rápidamente a configuraciones específicas para diferentes tipos de procedimientos o situaciones quirúrgicas QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : A04 MEMORIA PROGRAMABLE PARA CONFIGURAR POTENCIAS PARA ALMACENAR EN MEMORIA DE CINCO (05) A CUATROCIENTOS (400) PROGRAMAS.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:20:31

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

B02 UNA (01) SALIDA BIPOLAR

En caso de que una salida bipolar falle o se dañe durante el procedimiento, tener una segunda salida disponible proporciona una capa adicional de seguridad. Esto puede ser especialmente importante en cirugías críticas donde la interrupción de la coagulación bipolar podría tener consecuencias graves. Respecto a lo expuesto se solicita al honorable comité de selección mejorar a lo siguiente:

B02 DOS (02) SALIDAS BIPOLARES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: B02 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°16 DEL POSTOR C & M TECHNOLOGY S.A.C :e acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación debido a que reduce la necesidad de cambiar constantemente los electrodos entre diferentes sitios de coagulación QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : TAMBIEN SE ACEPTARA B02 DOS (02) SALIDAS BIPOLARES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°16 DEL POSTOR C & M TECHNOLOGY S.A.C :e acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación debido a que reduce la necesidad de cambiar constantemente los electrodos entre diferentes sitios de coagulación QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : TAMBIEN SE ACEPTARA B02 DOS (02) SALIDAS BIPOLARES

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:20:31

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

B03 UNA (01) SALIDA UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO

Si el pedal está conectado en la parte frontal del equipo, hay un mayor riesgo de que los cables se extiendan a través del espacio de trabajo del quirófano, donde se podrían pisar o tropezar. Al tener los cables y la conexión en la parte posterior, estos riesgos se reducen significativamente. Respecto a lo expuesto se solicita al honorable comité de selección mejorar a lo siguiente:

B03 UNA (01) SALIDA UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO Y UNA (01) O MAS SALIDA PARA PEDAL (EN LA PARTE POSTERIOR)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: B03 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°17 DEL POSTOR C & M TECHNOLOGY S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación, ya que reduce el riesgo de enredos y permite un entorno más despejado, lo que es fundamental en un quirófano, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: B03

UNA (01) SALIDA UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO Y UNA (01) O MAS SALIDA PARA PEDAL (EN LA PARTE POSTERIOR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°17 DEL POSTOR C & M TECHNOLOGY S.A.C. :De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación, ya que reduce el riesgo de enredos y permite un entorno más despejado, lo que es fundamental en un quirófano, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: B03

UNA (01) SALIDA UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO Y UNA (01) O MAS SALIDA PARA PEDAL (EN LA PARTE POSTERIOR)

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	19:20:31

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

B05 MODO MONOPOLAR COAGULACIÓN POR CONTACTO (AL MENOS 02 TIPOS DIFERENTES DE COAGULACION SUAVE, FORZADA, DEESECACION, ESTANDAR, CORTE MIXTO) 120W O MAYOR

En pacientes con condiciones específicas, como coagulopatías (trastornos de la coagulación), o en cirugías en pacientes obesos, la capacidad de utilizar una mayor potencia de coagulación ayuda a gestionar mejor el sangrado y adaptarse a las necesidades específicas del paciente. Respecto a lo expuesto se solicita al honorable comité de selección mejorar a lo siguiente:

B05 MODO MONOPOLAR COAGULACIÓN POR CONTACTO (AL MENOS 02 TIPOS DIFERENTES DE COAGULACION SUAVE, FORZADA, DEESECACION, ESTANDAR, CORTE MIXTO) 300W O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: B05 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, no acoger la observación debido a que, el mínimo de potencia solicitada garantiza el uso para el procedimientos quirúrgicos de la institución, cabe señalar, que esta incluye la potencia solicitada por el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:34

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

d) Declaración jurada de cumplimiento de las EETT contenidas en el numeral 3.1 de Capítulo

De acuerdo a la Base Estándar publicada por el OSCE, se indica que en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, se debe consignar en el siguiente literal: e) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR].

En ese sentido, solicitamos al comité de selección, aceptar la siguiente modificación añadiendo lo siguiente: e) Folletería y/o brochure y/o manuales y/o datasheets y/o hasta 03 cartas del fabricante que permitan acreditar el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas: Características A-Generales de la A01 hasta A07, B-Componentes-Generadores de la B01 hasta B07, E ACCESORIOS FUNGIBLES de la E01 HASTA E08

Aceptará el comité nuestra observación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°19 DEL POSTOR ROCA S.A.C. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación para evitar vicios de nulidad, por lo que se solicitará acreditar los punto A01 al E08 con Catálogo y/o Manual Técnico y/o brochure y/o ficha técnica y/o cartas y/o similares, emitidos por el fabricante. los que serán solicitados como documento para la Admisión de Oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°19 DEL POSTOR ROCA S.A.C. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación para evitar vicios de nulidad, por lo que se solicitará acreditar los punto A01 al E08 con Catálogo y/o Manual Técnico y/o brochure y/o ficha técnica y/o cartas y/o similares, emitidos por el fabricante. los que serán solicitados como documento para la Admisión de Oferta.

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:34

**Observación: Nro. 20**  
**Consulta/Observación:**  
Copia simple del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura  
Entendemos que el certificado solicitado es para el bien principal, es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases :Sección: Especifico      Numeral: CAP III      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
EN ATENCION A LA OBSERVACION N°20 DEL POSTOR ROCA S.A.C. : De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, acoger la observación debido a que, el certificado de BPM será para el bien principal, con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HNCH

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:24:22

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Solicitamos al comité que para promover la pluralidad de postores, acepte experiencia de postor en equipos de quirófano como: Máquinas de Anestesia y/o Torre de Laparoscopia y/o electrobisturí.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: CAP III

Literal: 3.2

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el OEC, en coordinación con el área usuaria y área técnica. Por decisión determinan, no acoger la observación debido a que, se ratifica la Experiencia del Postor solicitado en las Bases la cual fue formulada en relación a la naturaleza del equipo y su uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null