

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
Nomenclatura :	AS-SM-23-2024-UNAS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	09:07:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice: El tiempo mínimo para la entrega del equipo en las instalaciones de la unas será de 45 días calendario.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aumentar el plazo de entrega para una libre pluralidad de postores ya que últimamente hay retrasos en transporte marítimo y el equipo en mención es un equipo de importación.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria aclara que con el fin de promover la mayor participación de postores, se acepta la propuesta del participante y se ampliara el plazo de entrega del equipo del Item 1 ANALIZADOR PORTÁTIL DE METALES PESADOS a 90 días calendario con motivo de la integración de bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

15. PLAZO DE ENTREGA
15.1. Plazo de entrega de los equipos: Los bienes se entregarán conforme a lo siguiente:

Item N° 1: ANALIZADOR PORTÁTIL DE METALES PESADOS.
Plazo de entrega de la prestación 90 días calendario.
El plazo incluye la entrega del equipo, puesta a punto e instalación y capacitación al personal del área usuaria.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	13:33:53

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las características técnicas del ítem 1 indican:
Principio analítico: Voltamperometría de redisolución anódica y catódica.
Solicitamos al comité de selección pueda aceptar tecnologías de redisolución anódica o catódica quedando la característica como sigue:
Principio analítico: Voltamperometría de redisolución anódica y/o catódica.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 2.1 **Literal:** CT **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, debido a que se necesita que el equipo cumpla con el principio analítico: voltamperometría de redisolución anódica y catódica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	13:33:53

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las características técnicas del ítem 1 indican lo siguiente:
Parámetros medidos: Arsénico (III), Arsénico Total, Bismuto, Cadmio, Cromo, Cobalto, Cobre, Oro, Plomo, Manganese, Mercurio, Níquel, Selenio, Talio, Estaño y Zinc.
Solicitamos al comité de selección puedan aceptar que el analizador pueda medir los siguientes parámetros: Arsénico Total, Cadmio, Cromo, Cobalto, Cobre, Plomo, Manganese, Mercurio, Níquel, Talio, Hierro y Zinc y opcionalmente pueda medir Bismuto, Oro, Selenio y Estaño.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.1 **Literal:** CT **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, el área usuaria requiere medir los parámetros indicados o mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	13:33:53

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las características técnicas del ítem 1 indican lo siguiente:
Resultados obtenidos en 5 minutos
Transferencia de datos al PC integrado y almacenamiento automático
Nuevos métodos de medición se pueden descargar al computador desde internet
Batería recargable disponible para 50 test por recarga.
Solicitamos al comité de selección que esas características sean de acuerdo al fabricante.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.1 **Literal:** CT **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores ACOGE LA OBSERVACION, con motivo de la integración de bases administrativas se modificara conforme lo propuesto así mismo se suprimirá el requerimiento: Nuevos métodos de medición se pueden descargar al computador desde internet.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá:

Nuevos métodos de medición se pueden descargar al computador desde internet De acuerdo al fabricante

Se modificara de acuerdo a lo siguiente:

- Resultados obtenidos en 5 minutos o tiempo aproximado según al fabricante
- Transferencia de datos al PC integrado y almacenamiento automático de acuerdo al fabricante
- Batería recargable disponible para 50 test por recarga o más de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	13:33:53

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las características técnicas del ítem 1 indican lo siguiente:
Tablet-PC con 6 horas de funcionamiento y función ¿hot swap¿
Dicha característica es específica de la marca Trace2o y del modelo HM3000 por lo que solicitamos al comité de selección suprimir dicha característica a fin de ampliar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 2.1 **Literal:** CT **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE LA OBSERVACION y con motivo de la integración de las bases administrativas procederá a suprimir lo referente a la marca y modelo, con el fin de promover la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara de acuerdo a lo siguiente:

PC tipo TABLET.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	13:33:53

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las características técnicas del ítem 1 indican lo siguiente:
Rango de medición: Arsénico (III) (5 - 500) PPB / Arsénico Total (10 - 500) PPB
Cadmio (3 - 500) PPB / Cobre (5 - 500) PPB
Mercurio (5 - 500) PPB / Plomo (5 - 500) PPB
Zinc (5 - 500) PPB

Solicitamos al comité de selección que dichos rangos sean de acuerdo al fabricante.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.1 **Literal:** CT **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE LA OBSERVACION con el fin de promover la mayor participación de postores. Con motivo de la integración de bases administrativas se procederá a suprimir los tipos de rangos de medición, modificándose por Rango de medición de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá:

Arsénico (III) (5 - 500) PPB / Arsénico Total (10 - 500) PPB
Cadmio (3 - 500) PPB / Cobre (5 - 500) PPB
Mercurio (5 - 500) PPB / Plomo (5 - 500) PPB
Zinc (5 - 500) PPB

Se modificara por:

Rango de medición de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	13:33:53

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las características técnicas del ítem 1 indican lo siguiente:

Rango de temperatura: METALYSER -20 °C a +70 °C
PC tipo Tablet -23 °C a +60 °C

Solicitamos al comité de selección supriman dichas características ya que esos corresponden al modelo HM3000 de la marca Trace2o.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: CT Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE LA OBSERVACION y con motivo de la integración de las bases administrativas suprimirá lo referente a la marca y modelo y se modificara por: Rango de temperatura de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá:

Rango de temperatura: METALYSER -20 °C a +70 °C
PC tipo Tablet -23 °C a +60 °C

Se modificara por:

Rango de temperatura de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	13:33:53

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las características técnicas del ítem 1 indican lo siguiente:
Memoria interna: 1000 datos
Solicitamos al comité de selección puedan considerar mayor capacidad de memoria interna por lo que quedaría:
Memoria interna: 1000 o más grupos de datos.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 2.1 **Literal:** CT **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia
Análisis respecto de la consulta u observación:
El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE LA OBSERVACION y con motivo de la integración de bases administrativas se considerara mayor capacidad de memoria interna, quedando de la siguiente manera:
Memoria interna: 1000 datos o más grupos de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Memoria interna: 1000 datos o más grupos de datos

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	13:33:53

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las características técnicas del ítem 1 indican lo siguiente:
Conectividad: Transferencia vía USB o Bluetooth a PC tipo Tablet
Solicitamos al comité de selección sólo puedan considerar lo siguiente:
Conectividad: Transferencia vía USB o Bluetooth
Debido a que la PC tipo tablet sólo lo provee la marca Trace2o.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.1 **Literal:** CT **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, debido a que se necesita que el equipo pueda tener esta Conectividad. Transferencia vía USB o Bluetooth a PC y/o Tablet.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	13:33:53

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las características técnicas del ítem 1 indican lo siguiente:
Batería: METALYSER Recargable con autonomía de 50 pruebas por carga.
El término METALYSER corresponde al modelo HM3000 de la marca Trace2o por lo que solicitamos al comité de selección puedan considerar lo siguiente:
Batería: Recargable con autonomía de 50 pruebas o más por carga.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.1 Literal: CT Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con fin de promover la mayor participación de postores ACOGE LA OBSERVACION y con motivo de la integración de bases administrativas se retirara la características que direcciona a una marca o modelo y se modificara por lo siguiente: Batería: Recargable con autonomía de 50 pruebas o más por carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara de acuerdo a lo siguiente:

Batería: Recargable con autonomía de 50 pruebas o más por carga.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	13:33:53

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las características técnicas del ítem 1 indican lo siguiente:
PC tipo: Tablet Autonomía de 6 horas de ejecución
Solicitamos al comité especial suprimir dicha característica que esta lo provee la marca Trace2o del modelo HM3000.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.1 Literal: CT Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION y con motivo de la integración de bases administrativas se suprimirá la característica que se direcciona a la marca o modelo, quedando de la siguiente manera:
PC tipo TABLET.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

PC tipo TABLET

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA		
Nomenclatura :	AS-SM-23-2024-UNAS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".		

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	16:33:57

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la referencia al ítem 1.9. PLAZO DE ENTREGA, de las especificaciones técnicas AS-SM-23-2024-UNAS-1, se indica:

"1.9. PLAZO DE ENTREGA:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de: [...]

[...]

Ítem/Paquete N° 2: TEST DE JARRAS DE 6 POSICIONES 60 días calendario [...]

Al respecto, se tiene una demora en la producción de las jarras cuadradas de 2 litros de material acrílico y también se debe tener en cuenta que los equipos solicitados, por ser de tecnología extranjera deben ser importados y el trámite regular de importación considerando los plazos de transporte, nacionalización de los bienes y despacho hasta sus almacenes pueden durar hasta 90 días calendario.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité considerar un plazo de entrega de 90 DÍAS CALENDARIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta la propuesta del participante, con motivo de la integración de las bases administrativas se ampliara el plazo de entrega del ítem N° 02 TEST DE JARRAS DE 6 POSICIONES a 90 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

15. PLAZO DE ENTREGA

15.1. Plazo de entrega de los equipos: Los bienes se entregarán conforme a lo siguiente:

ITEM N° 2 TES DE JARRAS DE 6 POSICIONES

Plazo de entrega de la prestación:

90 días calendario.

El plazo incluye la entrega de los equipos, puesta a punto e instalación y capacitación al personal del área usuaria.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto al ítem 4: Para promover la pluralidad de postores y de acuerdo a las Especificaciones técnicas requeridas, se solicita cambiar de plazo de entrega de 45 a 60 días, ya que consideramos que ese es un rango pertinente para equipos de importación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta la propuesta del participante, con motivo de la integración de las bases administrativas se ampliara el plazo de entrega del ítem/paquete N° 04 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA a 90 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

15. PLAZO DE ENTREGA

15.1. Plazo de entrega de los equipos: Los bienes se entregarán conforme a lo siguiente:

ITEM/PAQUETE N° 04 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA

Plazo de entrega de la prestación:

90 días calendario.

El plazo incluye la entrega de los equipos, puesta a punto e instalación y capacitación al personal del área usuaria.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ITEM 02: Del equipo TEST DE JARRAS DE 6 POSICIONES DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y COMPENTENCIA, PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- VELOCIDAD DE 1 A 300 RPM Y/O DE 10 A 300 RPM.
- ILUMINACIÓN DE FLUOR Y/O EQUIVALENTE.
- DIMENSIONES APROXIMADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y teniendo el cuenta el principio de libertad de concurrencia, competencia y pluralidad de postores, acepta modificar lo observado con el fin de retirar las características que orienta a una marca o modelo, con motivo de la integración de las bases administrativas se modificara de acuerdo a lo siguiente:

- Velocidad de 1 a 300 rpm y/o de 10 a 300 rpm.
- Iluminador de flúor de lámpara fluorescente y/o equivalente.
- Dimensiones aproximadas a: 42,25" de ancho x 15,5" de alto x 9,25" de profundidad.

Velocidad de paleta: 1 a 300 rpm (incrementos de 1 rpm) y/o de 10 a 300 rpm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así.

- Velocidad de 1 a 300 rpm y/o de 10 a 300 rpm.
- Iluminador de flúor de lámpara fluorescente y/o equivalente.
- Dimensiones aproximadas a: 42,25" de ancho x 15,5" de alto x 9,25" de profundidad.
- Velocidad de paleta: 1 a 300 rpm (incrementos de 1 rpm) y/o de 10 a 300 rpm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 1 COLORÍMETRO MULTIPARAMÉTRICO DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA, PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- CUBETAS DE 28 MM DE DIÁMETRO O APROXIMADO.
- LONGITUDES DE ONDA ESPECIFICADAS EN UN RANGO APROXIMADO SIN AFECTAR EL NÚMERO DE PARÁMETROS MEDIBLES PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA (POR EJEMPLO: DE 400 A 700 NM).
- ESTÁNDARES SECUNDARIOS MARCA GELEX O EQUIVALENTE PARA MEDIR LONGITUD DE ONDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con el fin promover la mayor participación de postores acepta lo propuesto por el participante, modificando lo requerido de acuerdo a lo siguiente:

- Longitudes de onda en un rango aproximado de 400 a 700 nm sin afectar el número de parámetros medibles para determinar la calidad de agua.
- Estándares secundarios o equivalente para medir longitud de onda..
- 2 Cubetas de 28 mm de diámetro o aproximado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

- Longitudes de onda en un rango aproximado de 400 a 700 nm sin afectar el número de parámetros medibles para determinar la calidad de agua.
- Estándares secundarios o equivalente para medir longitud de onda..
- 2 Cubetas de 28 mm de diámetro o aproximado.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 2 CONDUCTÍMETRO DE MESA DE CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA; PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- MEDIDAS APROXIMADAS DE LA PANTALLA.
- UTILIDAD DEL EQUIPOS Y MEDIDORES MARCA HQD HACH O EQUIVALENTE EN PRECISIÓN.
- SE PIDE DEFINIR LOS ESTÁNDARES PARA VERIFICACIÓN DE PH.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta parcialmente lo propuesto por el participante, siendo la modificación de acuerdo a lo siguiente:

- Definir los estándares para verificación de pH de acuerdo al fabricante
- Parámetros de soluciones tampón personalizados y definidos por el usuario de acuerdo al fabricante
- Utilidad de transferencia de datos del medidor o equivalente en precisión
- Tipo de pantalla: LCD de APROXIMADAMENTE 440 x 160 píxeles con retroiluminación, que va permitir que el producto sea de mejor calidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

- Definir los estándares para verificación de pH de acuerdo al fabricante
- Parámetros de soluciones tampón personalizados y definidos por el usuario de acuerdo al fabricante
- Utilidad de transferencia de datos del medidor o equivalente en precisión
- Tipo de pantalla: LCD de aproximadamente 440 x 160 píxeles con retroiluminación.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 4 FOTÓMETRO DE MANO PARA NITRITOS DE CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA, PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- DIMENSIONES APROXIMADAS.
- ESTÁNDARES CHECKER O EQUIVALENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta parcialmente lo propuesto por el participante, se modificara el requerimiento durante la integración de bases administrativas según lo siguiente:

- Dimensiones aproximadas: 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 ȳ x 2.4ȳ x 1.5 ȳ)
- 01 conjunto de estándares para calibración , que va permitir que el producto sea de mejor calidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

- Dimensiones aproximadas: 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2"x 2.4" x 1.5")
- 01 conjunto de estándares para calibración.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 3 FOTÓMETRO DE MANO PARA CLORO LIBRE DE CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA, PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- CONDICIONES AMBIENTALES APROXIMADAS.
- MÉTODOS USEPA Y/O SU EQUIVALENTE EN APHA 4500-CIG.
- ESTÁNDARES CHECKER O EQUIVALENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el fin de promover la mayor participación de postores acepta parcialmente modificar las especificaciones técnicas y suprimir todo lo que haga referencia a marca o modelo, dicha modificación se hará como sigue:

- Método: Adaptación de la USEPA y/o su equivalente en APHA 4500-CIG
- Condiciones ambientales aproximadas: 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no condensante
- Conjunto de estándares para calibración de cloro libre, que va permitir que el producto sea de mejor calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

- Método: Adaptación de la USEPA y/o su equivalente en APHA 4500-CIG
- Condiciones ambientales aproximadas: 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no condensante
- Conjunto de estándares para calibración de cloro libre.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 5 FOTÓMETRO DE MANO PARA YODO PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

-ESTÁNDARES CHECKER O EQUIVALENTE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta parcialmente lo propuesto por el participante. Con motivo de la integración de bases administrativas se modificara como sigue:

- Conjunto de estándares para calibración de yodo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

- - Conjunto de estándares para calibración de yodo.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 6 FOTÓMETRO DE MESA PARA CLORO LIBRE PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
-ADAPTACIÓN AL EPA 330.5 O SU EQUIVALENTE EN ISO 7393 O APHA 4500 CIG.
-CONDICIONES AMBIENTALES, DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con fin de promover la mayor participación de postores acepta parcialmente lo propuesto por el participante, así mismo se suprimirá la especificación técnica que hace referencia a la marca y modelo.
Con motivo de la integración de bases administrativas se modificara como sigue:

- Método para cloro libre: Adaptación del método EPA DPD 330.5 O SU EQUIVALENTE EN ISO 7393 O APHA 4500 CIG.
- Condiciones ambientales aproximadamente: 0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 100% HR
- Dimensiones aproximadamente: 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0")
- Peso aproximadamente: 380 g (13.4 oz.).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modificara así:

- Método para cloro libre: Adaptación del método EPA DPD 330.5 O SU EQUIVALENTE EN ISO 7393 O APHA 4500 CIG.
- Condiciones ambientales aproximadamente: 0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 100% HR
- Dimensiones aproximadamente: 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0")
- Peso aproximadamente: 380 g (13.4 oz.).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 7 FOTÓMETRO DE MESA PARA DQO PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- PROTECCIÓN IP 67: DEBIDO A QUE SE REFIERE A UN FOTÓMETRO DE SOBREMESA (BENCHTOP) CON ALTAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A UN ESPECTRO EN RANGO VISIBLE SE SOLICITA CONSIDERAR PROTECCIÓN IP 20, 30 Y/O 67 CON RELACIÓN A LOS DEMÁS EQUIPOS DE SOBREMESA SOLICITADOS EN ESTA LICITACIÓN (POR EJEMPLO, EL EQUIPO 9). DESDE IP 20 O 30.
- MÉTODOS PROGRAMADOS 160 A MÁS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acoge lo propuesto por el participante con motivo de la integración de bases administrativas se modificara como sigue:

- Protección de la carcasa (IP): IP 20, 30 y/o 67
- Métodos programados de 160 a más, según fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

- Protección de la carcasa (IP): IP 20, 30 y/o 67
- Métodos programados de 160 a más, según fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 8 FOTÓMETRO DE NITRATOS PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

-FUNCIONALIDAD Y ESTÁNDARES CAL CHECK O EQUIVALENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta parcialmente lo propuesto por el participante, así mismo retirara de las especificaciones técnicas lo referido a la marca y modelo, y con motivo de la integración de bases administrativas se modificara como sigue:

- Ofrece muchas funciones avanzadas, incluida la función CAL Check o equivalente, utilizada para la verificación del rendimiento y calibración del medidor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

- Ofrece muchas funciones avanzadas, incluida la función CAL Check o equivalente, utilizada para la verificación del rendimiento y calibración del medidor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 9 FOTÓMETRO MULTIPARAMÉTRICO PARA AGUAS RESIDUALES PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
-FUENTE DE LUZ DE TUNGSTENO Y LÁMPARA DE DEUTERIO O EQUIVALENTE SIN AFECTAR RANGO DE LONGITUD DE ONDA NI FUNCIONAMIENTO.
-MÉTODOS: MAYOR A 250 O MAYOR A 150.
-PROGRAMAS DE USUARIO: 200 APROXIMADO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta parcialmente lo propuesto por el participante, así mismo retirara de las especificaciones técnicas lo referido a la marca y modelo, y con motivo de la integración de bases administrativas se modificara como sigue:
- Fuente de luz: Tungsteno (VIS), lámpara de deuterio (UV) o equivalente sin afectar rango de longitud de onda ni funcionamiento.
- Métodos preprogramados: > 250 y/o > 150
- Programas de usuario: 200 aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modificara así:

Fuente de luz: Tungsteno (VIS), lámpara de deuterio (UV) o equivalente sin afectar rango de longitud de onda ni funcionamiento.
Métodos preprogramados: > 250 y/o > 150
Programas de usuario: 200 aproximadamente.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 14 MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y TOTAL PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
-DIMENSIONES APROXIMADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta parcialmente lo propuesto por el participante, así mismo retirara de las especificaciones técnicas lo referido a la marca y modelo, y con motivo de la integración de bases administrativas se modificara como sigue:

- Dimensiones aproximados (A x A x P):34 mm x 69 mm x 157 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

- Dimensiones aproximados (A x A x P):34 mm x 69 mm x 157 mm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 15 MEDIDOR DE FOSFATOS RANGO BAJO PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
-DETECTOR DE LUZ: FOTOCÉLULA DE SILICONA O EQUIVALENTE SIN AFECTAR LA PRECISIÓN DEL EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta lo propuesto por el participante, así mismo retirara de las especificaciones técnicas lo referido a la marca y modelo, y con motivo de la integración de bases administrativas se modificara como sigue:

- Detector de luz: fotocélula de silicona o equivalente sin afectar la precisión del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

- Detector de luz: fotocélula de silicona o equivalente sin afectar la precisión del equipo.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 17 MEDIDOR DE TURBIDEZ Y CLORO PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
-SE RECOMIENDA PODER OFRECER LA MEDICIÓN DE TURBIDEZ Y CLORO BAJO ESOS RANGOS DE MEDICIÓN EN DOS EQUIPOS DISTINTOS Y SEPARADOS. DEBIDO A QUE TÉCNICAMENTE SE RECOMIENDA MEDIR POR SEPARADO LA TURBIDEZ POR RECuento DE PARTÍCULAS Y EL COLOR POR ABSORBANCIA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA EXACTITUD DE AMBAS MEDICIONES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención área usuaria aclara que no se acepta lo propuesto por el participante toda vez que se requiere que el equipo mida la turbidez y el cloro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

ITEM 04: Del equipo 18 MULTIPARÁMETRO PORTÁTIL PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- MEDIDOR HQ430D O EQUIVALENTE.
- SONDA 3422C3A O EQUIVALENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** - **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta parcialmente lo propuesto por el participante, así mismo retirara de las especificaciones técnicas lo referido a la marca y modelo, y con motivo de la integración de bases administrativas se modificara como sigue:

Medidor de acuerdo al fabricante
Sonda de conductividad o equivalente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

Medidor de acuerdo al fabricante
Sonda de conductividad o equivalente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
-FUENTE DE LUZ EN TUNGSTENO O EQUIVALENTE EN LED BLANCO Y QUE SEA ACEPTADA POR EPA 180.1 SIN AFECTAR LA PRECISIÓN DEL EQUIPO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención área usuaria y con el fin de promover la mayor participación de postores acepta parcialmente lo propuesto por el participante, así mismo retirara de las especificaciones técnicas lo referido a la marca y modelo, y con motivo de la integración de bases administrativas se modificara como sigue:

Fuente de Luz: Lámpara de tungsteno o equivalente en led blanco, aceptada por EPA 180.1 sin afectar la precisión del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:
Fuente de Luz: Lámpara de tungsteno o equivalente en led blanco, aceptada por EPA 180.1 sin afectar la precisión del equipo.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:22:02

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

ITEM 04: 6.1 Ítem 4 DE LOS EQUIPOS 6, 7, 9 Y 10.
DE CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA PARA PLURALIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA Y/O MODELO EN ESPECÍFICO, SE SOLICITA CONSIDERAR A LOS EQUIPOS 6, 7, 9 Y 10 COMO ESPECTROFOTÓMETROS Y/O FOTÓMETROS DE SOBREMESA Y QUE NO MIDAN SOLO EN UNA LONGITUD DE ONDA ESTABLECIDA SINO, EN UN RANGO ESPECTRAL, QUE PERMITA LA MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** - **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria aclara que teniendo en consideración el principio de libertad de concurrencia, competencia y pluralidad de postores se ampliara lo requerido según sigue:

- 6. FOTÓMETRO DE MESA PARA CLORO LIBRE: longitud de onda del filtro de paso de banda: ± 1.0 nm aproximadamente
- 7. FOTÓMETRO DE MESA PARA DQO: longitud de onda: ± 2 nm (rango de 340 - 800 nm) aproximadamente
- 9. FOTÓMETRO MULTIPARAMÉTRICO PARA AGUAS RESIDUALES: Rango de longitud de onda: 190 - 1100 nm aproximadamente
- 10. FOTÓMETRO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA: longitud de onda: ± 1 nm aproximadamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara así:

- 6. FOTÓMETRO DE MESA PARA CLORO LIBRE: longitud de onda del filtro de paso de banda: ± 1.0 nm aproximadamente
- 7. FOTÓMETRO DE MESA PARA DQO: longitud de onda: ± 2 nm (rango de 340 - 800 nm) aproximadamente
- 9. FOTÓMETRO MULTIPARAMÉTRICO PARA AGUAS RESIDUALES: Rango de longitud de onda: 190 - 1100 nm aproximadamente
- 10. FOTÓMETRO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA: longitud de onda: ± 1 nm aproximadamente.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20602864244	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	23:51:06

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se dice:

Item 1 plazo de entrega 45 días calendario

Item 2 plazo de entrega 60 días calendario

Item 3 plazo de entrega 60 días calendario

Item 4 plazo de entrega 45 días calendario

Se solicita al distinguido comité tome en consideración para los 4 item un plazo de entrega de 90 días calendario, ya que los equipos que se solicitan se fabrican a pedido para que éstos equipos cuenten con una fecha de fabricación y lote del presente año.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 15 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria aclara que se acepta lo propuesto por el participante según lo indicado y con el fin de promover la mayor participación de postores se ampliara el plazo a 90 días calendario, con motivo de la integración de bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

15. PLAZO DE ENTREGA

15.1. Plazo de entrega de los equipos: Los bienes se entregarán conforme a lo siguiente:

Item/paquete N° 4: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA

Plazo de entrega de la prestación 90 días calendario.

El plazo incluye la entrega de los equipos, puesta a punto e instalación y capacitación al personal del área usuaria.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20602864244	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	23:51:06

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se dice:
ITEM N° 2:TEST DE JARRAS DE 6 POSICIONES
Test de jarras de 6 posiciones, Test de jarras automático, Test de jarras de múltiples posiciones, Reactor de mezcla múltiple, Floculadores de laboratorio, Equipos de pruebas de coagulación y floculación en línea.
Se solicita al distinguido comité por ser el test de jarras un equipo de laboratorio tomar en consideración la experiencia del postor equipos de laboratorio en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección respecto a la consulta aclara que no se acepta incluir equipos de laboratorio en general en la experiencia del postor debido a que la experiencia esta referido a equipos iguales o similares a la funciones del equipo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO.