

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 10/09/2024

Hora de envío : 17:52:14

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

**D I M E N S I O N E S : 6 C M D E D I A M E T R O**

Solicitamos al comité considerar que en el mercado existen diversos tamaños de electrodos, y que hay marcas que fabrican electrodos de tamaños que resultan incómodos para los usuarios en el que en el día a día utilizan para sus respectivos exámenes. Por ello, en aras de lograr la pluralidad de postores, considerar:

**DIMENSIONES: DE 5CM A MÁS DE DIAMETRO**

**Acápite de las bases : Sección: General Numeral: DIMENSION Literal: EETT Página: 29**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA USUARIA Y/O TECNICA SE ACOGE A LA CONSULTA Y ACLARA QUE EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL DISPOSITIVO MEDICO DEBERÁ DECIR LAS SIGUIENTES DIMENSIONES : 3.5 A 6 CM DE DIAMETRO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DIMENSIONES : 3.5 A 6 CM DE DIAMENTRO

Entidad convocante :HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:52:14

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

O B S E R V A C I O N E S :

Luego de haber revisado los requisitos de calificación, Sugerimos al comité que en la acreditación de experiencia del postor se debería considerar bienes similares a los siguientes: ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTARTABLE PARA ECG ADULTO Y/O PEDIATRICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: REQUISITOS Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA Y/O TECNICA ACOGE LA OBSERVACIÓN CONSIDERANDO EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR : SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A : ELECTRÓDOS DISCO AUTOADHESIVA PARA ECG PEDIATRICO Y ADULTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES: ELECTRÓDOS DISCO AUTOADHESIVA PARA ECG PEDIATRICO Y ADULTO