

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606934425

Nombre o Razón social : VALMED CARE S.A.C.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 12:44:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PAG 2 del anexo

D118Ventilador Mecánico Adulto Pediátrico Neonatal

En la EETT A16 se indica: Soporte de aspiración con reconocimiento automático de la desconexión y la reconexión, con sistema de Pre Oxigenación de 180 segundos y Post Oxigenación de 120 segundos como mínimo.

Esta herramienta ventilatoria tal cual se describe es propia de una sola marca de Ventilador Mecánico, en busca de una pluralidad de postores sugerimos al comité indicar:

EETT A16 : Soporte de aspiración con reconocimiento automático de la desconexión y la reconexión, con sistema de Pre Oxigenación de 180 segundos y Post Oxigenación de 120 segundos como mínimo. Se aceptará herramienta de soporte de aspiración equivalente propia de cada fabricante sin alterar valores solicitados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A16 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A16 SOPORTE DE ASPIRACION CON RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE LA DESCONEXION Y LA RECONEXION, CON SISTEMA DE PRE OXIGENACION DE 180SEG Y POST OXIGENACION DE 120 SEG COMO MINIMO O SOPORTE DE ASPIRACION DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606934425

Nombre o Razón social : VALMED CARE S.A.C.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 12:44:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Pag 4 del anexo
D119 Ventilador de Transporte

En la EETT C02 se indica: Baterías(s) recargables(s) incorporadas con indicación de capacidad en %.

El indicar que el consumo de batería se indique en %, es una de las formas de esta capacidad, siendo la mas usada actualmente la forma gráfica y además la audiovisual, que permite al usuario de forma rápida y segura estar informado de la capacidad residual de la batería, para que el mismo pueda tomar sus previsiones durante el transporte del paciente con requerimiento ventilatorio.

Sugerimos al comité indicar:

EETT C02: Baterías(s) recargables(s) incorporadas con indicación de capacidad en % y/o Grafica y/o de forma Audiovisual

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C02 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

C02 BATERIA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S) CON INDICACIÓN DE CAPACIDAD EN % Y/O GRAFICA Y/O DE FORMA AUDIOVISUAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606934425

Nombre o Razón social : VALMED CARE S.A.C.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 12:44:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Pag 4 del anexo

D119 Ventilador de Transporte

En la EETT C03 se indica: Batería recargable de Ion Litio con autonomía mínima de 09 horas en ventilación típica (Si la batería incorporada tiene menor autonomía a o solicitado se acepta que el equipo disponga adicionalmente de una batería externa, siempre y cuando cumpla con el peso total solicitado en la especificación A.4 y la autonomía solicitada)

En la actualidad se indica que el procedimiento de traslado de un paciente en esta ventilatorio de emergencia sea lo mas rápido posible, el solicitar 9 hrs de batería reduce la pluralidad de postores, pudiendo solicitarse un mínimo de 6 o 7 hrs mínimo pero en las mismas EETT se solicita un sistema de alimentación con capacidad resolutive lo cual de por si alarga el tiempo de autonomía. Se sugiere al comité

EETT C03: Batería recargable de Ion Litio con autonomía mínima de 06.5 horas en ventilación típica (Si la batería incorporada tiene menor autonomía a o solicitado se acepta que el equipo disponga adicionalmente de una batería externa, siempre y cuando cumpla con el peso total solicitado en la especificación A.4 y la autonomía solicitada)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C03 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

C03 BATERIA RECARGABLE DE ION LITIO CON AUTONOMIA MINIMA DE 07 HORAS EN VENTILACION TIPICA (SI LA BATERIA INCORPORADA TIENE MENOR AUTONOMIA A LO SOLICITADO SE ACEPTA QUE EL EQUIPO DISPONGA ADICIONALMENTE DE UNA BATERIA EXTERNA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL PESO TOTAL SOLICITADO EN LA ESPECIFICACION A.4 Y LA AUTONOMIA SOLICITADA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

A04 MONITOR A COLOR DE 15" O MAS, TOUCHSCREEN CON VISUALIZACION DE 3 ONDAS GRAFICAS SIMULTANEAS, BUCLES Y MECANICA VENTILATORIA INTEGRADA EN EL PANEL DE CONTROL Y MONITORIZACION DEL VENTILADOR. QUE PERMITA LA VISUALIZACION DE DISTINTAS VISTAS DE PANTALLA PREVIAMENTE CONFIGURADAS POR EL USUARIO.

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A04 MONITOR A COLOR DE 12" O MAS, TOUCHSCREEN CON VISUALIZACION DE 3 ONDAS GRAFICAS SIMULTANEAS, BUCLES Y MECANICA VENTILATORIA INTEGRADA EN EL PANEL DE CONTROL Y MONITORIZACION DEL VENTILADOR. QUE PERMITA LA VISUALIZACION DE DISTINTAS VISTAS DE PANTALLA PREVIAMENTE CONFIGURADAS POR EL USUARIO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

MONITOR A COLOR DE 12" O MAS, TOUCHSCREEN CON VISUALIZACION DE 3 ONDAS GRAFICAS SIMULTANEAS, BUCLES Y MECANICA VENTILATORIA INTEGRADA EN EL PANEL DE CONTROL Y MONITORIZACION DEL VENTILADOR. QUE PERMITA LA VISUALIZACION DE DISTINTAS VISTAS DE PANTALLA PREVIAMENTE CONFIGURADAS POR EL USUARIO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

A06 MENU DE AYUDA CONTEXTUAL QUE MUESTRE LA INFORMACION DEL MANUAL DE USO DISPONIBLE DURANTE LA TERAPIA VENTILATORIA, SIN NECESIDAD DE CAMBIAR DE MODO.
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A06 MENU DE AYUDA CONTEXTUAL QUE MUESTRE LA INFORMACION DEL MANUAL DE USO DISPONIBLE DURANTE LA TERAPIA VENTILATORIA, SIN NECESIDAD DE CAMBIAR DE MODO O CON TRES NIVELES DE PRIORIDAD DE ALARMA: ALTO, MEDIO Y BAJO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A06 MENU DE AYUDA CONTEXTUAL QUE MUESTRE LA INFORMACION DEL MANUAL DE USO DISPONIBLE DURANTE LA TERAPIA VENTILATORIA, SIN NECESIDAD DE CAMBIAR DE MODO Y/O CON TRES NIVELES DE PRIORIDAD DE ALARMA: ALTO, MEDIO Y BAJO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

A07 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE INTEGRADO (DE LA MISMA MARCA), MONTADO SOBRE LA MISMA ESTRUCTURA O COCHE DE TRANSPORTE Y QUE SEA DE ENCENDIDO AUTOMATICO EN CASO FALLE LA RED DE SUMNISTRO CENTRAL DE GAS.
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A07 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE INTEGRADO DE TECNOLOGIA TURBINA (DE LA MISMA MARCA), MONTADO SOBRE LA MISMA ESTRUCTURA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A07 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE INTEGRADO (DE LA MISMA MARCA), MONTADO SOBRE LA MISMA ESTRUCTURA O COCHE DE TRANSPORTE Y QUE SEA DE ENCENDIDO AUTOMATICO EN CASO FALLE LA RED DE SUMNISTRO CENTRAL DE GAS. O SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE INTEGRADO DE TECNOLOGIA TURBINA (DE LA MISMA MARCA), MONTADO SOBRE LA MISMA ESTRUCTURA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
A08 CON COMPENSACION BAROMETRICA MEDIANTE CALIBRACION AUTOMATICA O MANUAL DEL EQUIPO.
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A08 CON COMPENSACION BAROMETRICA MEDIANTE CALIBRACION AUTOMATICA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

A09 HERRAMIENTA VENTILATORIA QUE PERMITA QUE EL FLUJO INSPIRATORIO SE REGULE DE MODO QUE EL VOLUMEN TIDAL RESPIRATORIO ELEGIDO SE AJUSTE A UNA PRESION MINIMA

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A09 HERRAMIENTA VENTILATORIA QUE PERMITA QUE EL FLUJO INSPIRATORIO SE REGULE DE MODO QUE EL VOLUMEN TIDAL RESPIRATORIO ELEGIDO SE AJUSTE A UNA PRESION MINIMA O MODO VENTILATORIO AVANZADO: ASV O PAV O NAVA O SMARTCARE, CON REFERENCIAS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS O PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL CATÁLOGO DEL FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A09 HERRAMIENTA VENTILATORIA QUE PERMITA QUE EL FLUJO INSPIRATORIO SE REGULE DE MODO QUE EL VOLUMEN TIDAL RESPIRATORIO ELEGIDO SE AJUSTE A UNA PRESION MINIMA O MODO VENTILATORIO AVANZADO: ASV O PAV O NAVA O SMARTCARE, CON REFERENCIAS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS O PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL CATÁLOGO DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
A10 HERRAMIENTA DE RECLUTAMIENTO ALVEOLAR MEDIANTE PEEP INTERMITENTE

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A10 HERRAMIENTA DE RECLUTAMIENTO ALVEOLAR: PV TOOL PRO O PV TOOL O OPEN LUNG TOOL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A10 HERRAMIENTA DE RECLUTAMIENTO ALVEOLAR MEDIANTE PEEP INTERMITENTE O PV TOOL PRO O PV TOOL O OPEN LUNG TOOL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

A11 CAPACIDAD DE EXPORTACION DE DATOS MEDIANTE MULTIPLES PUERTOS USB O RS232
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A11 CAPACIDAD DE EXPORTACION DE DATOS MEDIANTE MULTIPLES PUERTOS USB O RS232 O CAPACIDAD DE EXPORTACION DE IMÁGENES MEDIANTE PUERTO DE USB

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A11 CAPACIDAD DE EXPORTACION DE DATOS MEDIANTE (MULTIPLES PUERTOS O PUERTO) USB O RS232

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

A12 REGISTRO DE TENDENCIAS HASTA 3 DIAS O MAS.
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A12 REGISTRO DE TENDENCIAS HASTA 3 DIAS O HASTA 72 HORAS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :
las especificaciones pide una tendencia de tres días o mas, y 72 horas son tres días por lo que cumple con lo solicitado, por tanto en aras de la pluralidad de postores. El comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve no acoger su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

A13 COMPENSACION DE LA COMPLIANCIA Y RESISTENCIA DE LOS CIRCUITOS RESPIRATORIOS
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A13 COMPENSACION DE LA COMPLIANCIA Y RESISTENCIA DE LOS CIRCUITOS RESPIRATORIOS O
VISUALIZACION GRAFICA DE LA COMPIANCE ESTATICA: ALTA, BAJA Y NORMAL.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A13 COMPENSACION DE LA COMPLIANCIA Y RESISTENCIA DE LOS CIRCUITOS RESPIRATORIOS Y/O
VISUALIZACION GRAFICA DE LA COMPLIANCIA ESTATICA: ALTA, BAJA Y NORMAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A15 TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO, QUE PERMITE BRINDAR FLUJO CONTINUO DE 2 A 50 L/MIN CON FRACCION INSPIRATORIA DE 21 A 100%
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A15 TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO, QUE PERMITE BRINDAR FLUJO CONTINUO DE 2 A 50 L/MIN CON FRACCION INSPIRATORIA DE 21 A 100% O TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A15 TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO, QUE PERMITE BRINDAR FLUJO CONTINUO DE 2 A 50 L/MIN CON FRACCIÓN INSPIRATORIA DE 21 A 100% O TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

A16 SOPORTE DE ASPIRACION CON RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE LA DESCONEXION, CON SISTEMA DE PRE OXIGENACION DE 180SEG Y POST OXIGENACION DE 120 SEG COMO MINIMO.
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A16 SOPORTE DE ASPIRACION CON RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE LA DESCONEXION, CON SISTEMA DE PRE OXIGENACION DE 180SEG Y POST OXIGENACION DE 120 SEG COMO MINIMO O CON MANIOBRA DE ASPIRACION

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
QUE LA RESPUESTA SE DIO EN LA CONSULTA N° 01 DEL POSTOR VALMED CARE S.A.C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A16 SOPORTE DE ASPIRACION CON RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE LA DESCONEXION Y LA RECONEXION, CON SISTEMA DE PRE OXIGENACION DE 180SEG Y POST OXIGENACION DE 120 SEG COMO MINIMO O SOPORTE DE ASPIRACION DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

A19 MODOS VENTILATORIOS POR PRESION, VOLUMEN Y ESPONTANEOS.
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A19 MODOS VENTILATORIOS POR PRESION, VOLUMEN Y ESPONTANEOS O EQUIVALENTES SEGÚN LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE
A20 VENTILACION MANDATORIA CONTROLADA POR VOLUMEN (VC-CMV)
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A20 VENTILACION MANDATORIA CONTROLADA POR VOLUMEN (VC-CMV) O EQUIVALENTES SEGÚN LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A19 MODOS VENTILATORIOS POR PRESION, VOLUMEN Y ESPONTANEOS O EQUIVALENTES SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE
A20 VENTILACION MANDATORIA CONTROLADA POR VOLUMEN (VC-CMV) O EQUIVALENTES SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

A21 VENTILACION MANDATORIA CONTROLADA POR PRESION (PC-CMV)
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A21 VENTILACION MANDATORIA CONTROLADA POR PRESION (PC-CMV) O EQUIVALENTES SEGÚN LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A21 VENTILACION MANDATORIA CONTROLADA POR PRESION (PC-CMV) O EQUIVALENTES SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

A22 VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA, CONTROLADA POR VOLUMEN Y POR PRESION (PC-SIMV/ VC-SIMV)
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A22 VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA, CONTROLADA POR VOLUMEN Y POR PRESION (PC-SIMV/ VC-SIMV) O EQUIVALENTES SEGÚN LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A22 VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA, CONTROLADA POR VOLUMEN Y POR PRESION (PC-SIMV/ VC-SIMV) O EQUIVALENTES SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

A23 VENTILACION ASISTIDA CONTROLADA POR VOLUMEN Y PRESION (PC-AC/ VC-AC)
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A23 VENTILACION ASISTIDA CONTROLADA POR VOLUMEN Y PRESION (PC-AC/ VC-AC) O EQUIVALENTES
SEGÚN LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A23 VENTILACION ASISTIDA CONTROLADA POR VOLUMEN Y PRESION (PC-AC / VC-AC) O EQUIVALENTES
SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

A24 PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA CON VOLUMEN DE SOPORTE Y PRESION SOPORTE SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A24 PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA CON VOLUMEN DE SOPORTE Y PRESION SOPORTE O EQUIVALENTES SEGÚN LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A24 PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA CON VOLUMEN DE SOPORTE Y PRESION SOPORTE O EQUIVALENTES SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

A25 VENTILACION NO INVASIVA (NIV) EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS CON COMPENSACION DE FUGAS AUTOMATICO, HASTA UN 100% DE VOLUMEN TIDAL FIJADO VT.
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A25 VENTILACION NO INVASIVA (NIV) EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS CON COMPENSACION DE FUGAS AUTOMATICO, HASTA UN 100% DE VOLUMEN TIDAL FIJADO VT O EQUIVALENTES SEGÚN LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A25 VENTILACION NO INVASIVA (NIV) EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS CON COMPENSACION DE FUGAS AUTOMATICO, HASTA UN 100% DEL VOLUMEN TIDAL FIJADO VT. O EQUIVALENTES SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

A26 MODO VENTILATORIO A DOS NIVELES DE PRESION EN DONDE EL PASO DEL NIVEL DE PRESION SUPERIOR AL INFERIOR SE SINCRONICE CON LA RESPIRACION ESPONTANEA DEL PACIENTE SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A26 MODO VENTILATORIO A DOS NIVELES DE PRESION EN DONDE EL PASO DEL NIVEL DE PRESION SUPERIOR AL INFERIOR SE SINCRONICE CON LA RESPIRACION ESPONTANEA DEL PACIENTE O EQUIVALENTES SEGÚN LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A26 MODO VENTILATORIO A DOS NIVELES DE PRESION EN DONDE EL PASO DEL NIVEL DE PRESION SUPERIOR AL INFERIOR SE SINCRONICE CON LA RESPIRACION ESPONTANEA DEL PACIENTE. O EQUIVALENTES SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

A27 PRESION SOPORTE

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A27 PRESION SOPORTE O EQUIVALENTE SEGÚN LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A27 PRESION DE SOPORTE O EQUIVALENTES SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

A29 INSPIRACION MANUAL MANTENIDA O RESPIRACION MANUAL
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A29 INSPIRACION MANUAL MANTENIDA O RESPIRACION MANUAL O PRODUCTO DE TIEMPO Y PRESION

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A29 INSPIRACION MANUAL MANTENIDA Y/O RESPIRACION MANUAL Y/O PRODUCTO DE TIEMPO Y PRESION

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

A30 FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF)
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A30 FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O CONSTANTE DE TIEMPO INSPIRATORIO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A30 FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) Y/O CONSTANTE DE TIEMPO INSPIRATORIO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

A32 NEBULIZACION NEUMATICA CON PROGRAMACION EN PANTALLA DE 5,10,15 MIN O MAS
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A32 NEBULIZACION NEUMATICA CON PROGRAMACION EN PANTALLA DE 5,10,15 MIN O RESPIRACION
SUPERFICIAL RAPIDA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A32 NEBULIZACION NEUMATICA CON PROGRAMACION EN PANTALLA DE 5,10,15 MIN Y/O RESPIRACION
SUPERFICIAL RAPIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

A34 FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 150 RPM A MAS
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A34 FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 80 RPM A MAS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A34 FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 80 RPM COMO MINIMO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

A35 TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.1 HASTA 10 SEGUNDOS
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A35 TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.1 HASTA 12 SEGUNDOS O MAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :
El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

A36 PRESION INSPIRATORIA DE 1 CMH2O A 95 CMH2O
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A36 PRESION INSPIRATORIA DE 5 CMH2O O MENOS A 60 CMH2O O MAS AMPLIO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A36 (PRESION INSPIRATORIA DE 1 CMH2O A 95 CMH2O) O (PRESION INSPIRATORIA DE 5 CMH2O O MENOR A 60 CMH2O O MAYOR).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

A38 PEEP DE 1 HASTA 45 CMH2O O RANGO MAS AMPLIO
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A38 PEEP DE 0 HASTA 35 CMH2O O RANGO MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A38 (PEEP DE 1 HASTA 45 CMH2O O RANGO MAS AMPLIO) O (PEEP DE 0 HASTA 35 CMH2O O RANGO MAS AMPLIO)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

A39 SENSIBILIDAD DE ACTIVACION (ACTIVADOR DE FLUJO) DE 0.2 A 15L/MIN
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A39 SENSIBILIDAD DE ACTIVACION (ACTIVADOR DE FLUJO) DE 0.2 A 15L/MIN O SENSIBILIDAD DE DISPARO
POR FLUJO Y PRESION

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A39 [SENSIBILIDAD DE ACTIVACION (ACTIVADOR DE FLUJO) DE 0.2 A 15L/MIN] Y/O (SENSIBILIDAD DE DISPARO
POR FLUJO Y PRESION)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

A40 VOLUMEN TIDAL DE 20 ML A 3000 ML O MAS
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A40 VOLUMEN TIDAL DE 20 ML A 2000 ML O MAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A40 VOLUMEN TIDAL DE 20 ML A 2000 ML O RANGO MAS AMPLIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

A40 VOLUMEN TIDAL DE 20 ML A 3000 ML O MAS

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A40 VOLUMEN TIDAL DE 20 ML A 2000 ML O MAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A40 VOLUMEN TIDAL DE 20 ML A 2000 ML O RANGO MAS AMPLIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

A41 FLUJO INSPIRATORIO DE LPM A120 LPM
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A41 FLUJO INSPIRATORIO DE LPM A120 LPM O FLUJO MAXIMO HASTA 190 LPM O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:

A41 FLUJO INSPIRATORIO DE 2 LPM A 120 LPM O RANGO MAS AMPLIO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

A42 PRESION DE SOPORTE DE 0 A 95 CMH2O

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A42 PRESION DE SOPORTE DE 0 A 60 CMH2O O MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A42 PRESION DE SOPORTE DE 0 A 60 CMH2O COMO MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

A44 PEF (FINALIZACION ESPIRATORIA) DE 1 A 80% O RANGO MAS AMPLIO.
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A44 PEF (FINALIZACION ESPIRATORIA) DE 1 A 80% O VOLUMEN MINUTO DE 25% A 300% O MAS AMPLIO

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 45
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A44 PEF (FINALIZACION ESPIRATORIA) DE 1 A 80% Y/O VOLUMEN MINUTO DE 25% A 300% O MAS AMPLIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

A45 DE VOLUMEN TIDAL
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A45 DE VOLUMEN TIDAL INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A45 DE VOLUMEN TIDAL (INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

A46 DE VOLUMEN MINUTO TOTAL
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A46 DE VOLUMEN MINUTO TOTAL O ESPIRATORIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A46 DE VOLUMEN MINUTO TOTAL O ESPIRATORIO (ALTO Y BAJO)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

A47 DE VOLUMEN MINUTO MANDATORIO

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A47 DE VOLUMEN MINUTO MANDATORIO O VOLUMEN MINUTO ESPIRATORIO ESPONTANEO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A47 DE VOLUMEN MINUTO MANDATORIO.

DE VOLUMEN MINUTO MANDATARIO Y/O VOLUMEN MINUTO INSPIRATORIO Y/O VOLUMEN MINUTO ESPIRATORIO ESPONTANEO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

A48 DE VOLUMEN MINUTO ESPONTANEO
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A48 DE VOLUMEN MINUTO ESPONTANEO O DE FLUJO ESPIRATORIO MAXIMO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A48 DE VOLUMEN MINUTO ESPONTANEO O DE FLUJO ESPIRATORIO MAXIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

A49 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A49 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ESPONTANEA Y OBLIGATORIA

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A49 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ESPONTANEA Y OBLIGATORIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

A50 DE PRESION PICO INSPIRATORIO
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A50 DE PRESION PICO INSPIRATORIO O PRESION MAXIMA EN LA VIA AEREA

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A50 DE PRESION PICO INSPIRATORIO O PRESION MAXIMA EN LA VIA AEREA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:
A52 DE PRESION MININA DE VIAS AEREAS
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A52 DE PRESION MININA DE VIAS AEREAS O PRESION DE MASETA O AL FINAL DE LA INSPIRACION

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE :
El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

A53 DE COMPLIANCE
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A53 DE COMPLIANCE O CONCENTRACION DE CO2 FRACCIONAL AL FINAL DEL VOLUMEN TIDAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :
El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

A54 DE RESISTENCIA

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A54 DE RESISTENCIA O ESPACIO MUERTO EN LA VIA AEREA

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

A55 DE VOLUMEN MINUTO DE FUGA
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A55 DE VOLUMEN MINUTO DE FUGA O TIEMPO DE PAUSA O MESETA ISNPIRATORIA

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A55 DE VOLUMEN MINUTO DE FUGA O TIEMPO DE PAUSA O MESETA INSPIRATORIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

A56 DE VOLUMEN MINUTO DE FUGA

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A56 DE VOLUMEN MINUTO DE FUGA O DE AUTOPEEP

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

QUE LA RESPUESTA SOBRE; DE VOLUMEN MINUTO DE FUGA SE DIO EN LA CONSULTA N° 45 DEL POSTOR MASTER MEDIC S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A55 DE VOLUMEN MINUTO DE FUGA O TIEMPO DE PAUSA O MESETA INSPIRATORIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

A57 PRESION MESETA
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A57 PRESION MESETA O DE CONTROL DE FLUJO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A57 PRESION MESETA O DE CONTROL DE FLUJO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

A59 DE CONSTANTE DE TIEMPO CTE.

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A59 DE CONSTANTE DE TIEMPO CTE. O DE ELIMINACION DE CO2

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

A61 DE C20/C
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A61 DE C20/C O DE VOLUMEN DE CO2 INSPIRADO Y ESPIRADO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A61 DE C20/C O DE VOLUMEN DE CO2 INSPIRADO Y ESPIRADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

A64 DE APNEA
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A64 DE APNEA O DE TIEMPO DE APNEA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A64 DE APNEA O DE TIEMPO DE APNEA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

A67 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A67 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA O A67 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA Y BAJA

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:

A67 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA O DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA Y BAJA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

A70 DE OBSTRUCCION DE LA VIA AEREA
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A70 DE OBSTRUCCION DE LA VIA AEREA O DE ESPIRACION OBSTRUIDA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A70 DE OBSTRUCCION DE LA VIA AEREA O DE ESPIRACION OBSTRUIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

A71 PARA USO EN TRATAMIENTOS INVASIVO Y NO INVASIVO
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A71 PARA USO EN TRATAMIENTOS INVASIVO, NO INVASIVO Y TERAPIA DE ALTO FLUJO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:

A71 PARA USO EN TRATAMIENTOS INVASIVO, NO INVASIVO Y/O TERAPIA DE ALTO FLUJO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

B01 CUATRO (04) UNIDADES DE SENSORES DE FLUJO REUSABLES
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
B01 DOS (02) O CUATRO (04) UNIDADES DE SENSORES DE FLUJO REUSABLES

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :
El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

B02 CUATRO (04) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO REUSABLE.

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

B02 DOS (02) O CUATRO (04) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO REUSABLE.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

B03 CUATRO (04) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIATRICO/NEONATAL REUSABLE

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

B03 CUATRO (04) O VEINTE (20) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIATRICO/NEONATAL REUSABLE

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

B05 UN (02) PULMON DE PRUEBA ADULTO

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

NOS ACLARE LA CANTIDAD DEL PULMON DE PRUEBA, Y QUE CONSIDERA UNA UNIDAD.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

SE ACLARA QUE LA CANTDAD ES UNA UNIDAD DE PULMON

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

B05 UN (01) PULMON DE PRUEBA ADULTO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

B06 UN (01) PULMON DE PRUEBA PEDIATRICO/NEONATAL

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

B06 UN (01) PULMON DE PRUEBA PEDIATRICO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

B06 UN (01) PULMON DE PRUEBA PEDIATRICO o PEDIATRICO/NEONATAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

B07 UN (01) SET DE CAPNOGRAFIA TIPO MAINSTREAM

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

B07 UN (01) SET DE CAPNOGRAFIA TIPO MAINSTREAM, QUE INCLUYA UNO DE LA PARTE REUSABLE Y DIES DE LA PARTE DESCARTABLE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

B07 UN (01) SET DE CAPNOGRAFIA TIPO MAINSTREAM REUSABLE O (SI ES MIXTO: 01 DE LA PARTE REUSABLE Y 20 DE LA PARTE DESCARTABLE)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

B08 MANGUERA DE OXIGENO Y AIRE

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

B08 MANGUERA DE OXIGENO CON CONECTOR DISS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE :

Se aclara que todos los conectores en el hospital es el tipo DISS, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

B08 MANGUERA DE OXIGENO Y/O AIRE, CON CONECTOR DISS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:
B09 UN (01) NEBULIZADOR

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
B09 UN (01) NEBULIZADOR INTEGRADO AL EQUIPO, CONTROLADO DESDE LA PANTALLA DEL VENTILADOR.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
B09 UN (01) NEBULIZADOR O NEBULIZADOR INTEGRADO AL EQUIPO, CONTROLADO DESDE LA PANTALLA DEL VENTILADOR.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

C01 DE 220 VCA/60HZ CON TOMA A TIERRA DE FABRICA/ORIGINAL

SOLICITAMOS AL COMITÉ QUE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD NO MENCIONA TOLERANCIA PARA LA FRECUENCIA, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE ACLARE QUE LA FRECUENCIA NOMINAL ES EXACTO DE 60 HZ, Y SEA INTEGRADO EN LAS BASES.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

C01 220-240 VAC 50/60 HZ; CON CABLE DE ALIMENTACIÓN TIPO SCHUKO SEGÚN RM N°175-2008-MEM/DM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORRED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:
VENTILADOR DE TRANSPORTE
A01 CON CERTIFICACION PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) SEGÚN LA NORMA RTCA DO-160F

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A01 CON CERTIFICACION PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) SEGÚN LA NORMA RTCA DO-160G

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A01 CON CERTIFICACION PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) SEGÚN LA NORMA RTCA DO-160G

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

A04 PESO TOTAL DEL EQUIPO (INCLUIDAS LAS BATERIAS) NO MAYOR A 06 KG

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A04 PESO TOTAL DEL EQUIPO (INCLUIDAS LAS BATERIAS) NO MAYOR A 07 KG

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A04 PESO TOTAL DEL EQUIPO (INCLUIDAS LAS BATERIAS) NO MAYOR A 07 KG

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

A05 EL AJUSTE Y SELECCIÓN DE PARAMETROS SOLICITADOS MEDIANTE SISTEMA DE PERILLAS

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A05 EL AJUSTE Y SELECCIÓN DE PARAMETROS SOLICITADOS MEDIANTE SISTEMA DE PERILLAS Y PANTALLA TACTIL DE RESOLUCION DE 640 X 480 PÍXELES COMO MINIMO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:

A05 EL AJUSTE Y SELECCIÓN DE PARAMETROS SOLICITADOS MEDIANTE SISTEMA DE PERILLAS Y/O PANTALLA TACTIL DE RESOLUCION DE 640 X 480 PÍXELES COMO MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

A06 VALVULA PEEP INTEGRADA EN EL EQUIPO

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A06 VALVULA PEEP O VALVULA ESPIRATORIA INTEGRADA EN EL EQUIPO

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A06 VALVULA PEEP O VALVULA ESPIRATORIA INTEGRADA EN EL EQUIPO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

A08 TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -20°C A 50°C

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A08 TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -20°C A 50°C O COMPROBACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:

A08: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -20°C A 50°C
O TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

A09 MANIOBRA DE INSPIRACION MANUAL

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A09 MANIOBRA DE INSPIRACION MANUAL O RESPIRACION MANUAL

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A09 MANIOBRA DE INSPIRACION MANUAL O RESPIRACION MANUAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:
A10 FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE (POLICARBONATO)

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A10 FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE (POLICARBONATO)
O CON PUERTOS DE COMUNICACIONES: PUERTO COM1, PUERTO USB, LLAMADA DE ENFERMERA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A10 FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE (POLICARBONATO). CON PUERTOS DE COMUNICACIONES:
PUERTO COM1, PUERTO USB, LLAMADA DE ENFERMERA (OPCIONAL)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

A11 CONTROLADO POR PRESION Y VOLUMEN

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A11 CONTROLADO POR PRESION Y VOLUMEN O MODO EQUIVALENTE CON NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A11 (CONTROLADO POR PRESION Y VOLUMEN) O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

A12 HERRAMIENTA QUE APLIQUE EL VT AJUSTADO CON FLUJO DESACELERADO PARA LOGRAR LA PRESION PICO MAS BAJA POSIBLE
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A12 HERRAMIENTA QUE APLIQUE EL VT AJUSTADO CON FLUJO DESACELERADO PARA LOGRAR LA PRESION PICO MAS BAJA POSIBLE O MODO EQUIVALENTE CON NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A12 HERRAMIENTA QUE APLIQUE EL VT AJUSTADO CON FLUJO DESACELERADO PARA LOGRAR LA PRESION PICO MAS BAJA POSIBLE O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

A13 ASISTIDO/CONTROLADO O CMV O IPPV/SIPPV
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A13 ASISTIDO/CONTROLADO O CMV O IPPV/SIPPV O MODO EQUIVALENTE CON NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A13 ASISTIDO/CONTROLADO O CMV O IPPV/SIPPV O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

A14 PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS AEREAS (CPAP)/PEEP
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A14 PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS AEREAS (CPAP)/PEEP O MODO EQUIVALENTE CON
NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A14 PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS AEREAS (CPAP)/PEEP O EQUIVALENTE SEGÚN LA
TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

A15 VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV)

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A15 VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) O MODO EQUIVALENTE CON
NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A15 VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) O EQUIVALENTE SEGÚN LA
TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

A16 VENTILACION NO INVASIVA (NIV)

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A16 VENTILACION NO INVASIVA (NIV) O MODO EQUIVALENTE CON NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A25 VENTILACION NO INVASIVA (NIV) O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

A17 VENTILACION EN APNEA

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A17 VENTILACION EN APNEA O MODO EQUIVALENTE CON NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A17 VENTILACION EN APNEA O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

A18 FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE (POLICARBONATO)

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A18 FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE (POLICARBONATO) O MODO EQUIVALENTE CON NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA :

Que la especificación A18: no corresponde a fabricado en material resistente (policarbonato), por tanto no sera respondido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:
A19 VENTILACION CON DOS NIVELES DE PRESION (BIPAP O APRV O BILEVEL) CON PRESION DE SOPORTE

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A19 VENTILACION CON DOS NIVELES DE PRESION (BIPAP O APRV O BILEVEL) CON PRESION DE SOPORTE O MODO EQUIVALENTE CON NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A19 VENTILACION CON DOS NIVELES DE PRESION (BIPAP O APRV O BILEVEL) CON PRESION DE SOPORTE O EQUIVALENTE SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

A20 DE VOLUMEN TIDAL DE 50ML O MENOS A 2000 ML O MAS

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A20 DE VOLUMEN TIDAL DE 20ML O MENOS A 2000 ML O MAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

A21 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 2 A 60 RESP/MIN O RANGO MAS AMPLIO

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A21 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 1 A 80 RESP/MIN O RANGO MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

A23 RELACION I:E DE 1:100 A 50:1
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A23 RELACION I:E DE 1:9 A 4:1

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A23 RELACION I: E DE 1:100 A 50:1.) O (RELACION I:E DE 1:9 A 4:1

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

A24 TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.2 A 10 SEG

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A24 TIEMPO DE INSPIRACION DE 0.1 A 12 SEG O MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A24 TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.2 SEG O MENOS A 10 SEG O RANGO MAS AMPLIO PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

A25 PEEP/CPAP DE 0 A 20 CMH20

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A25 DE PEEP DE 0 A 35 CMH20 O MAS AMPLIO

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A25 DE PEEP DE 0 A 20 CMH20 O MAS AMPLIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:
A26 PRESION INSPIRATORIA HASTA 55 MBAR O MAS

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A26 PRESION INSPIRATORIA HASTA 55 MBAR O DE PRESION CONTROL HASTA 60 CMH20 O MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE:
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A26 (PRESION INSPIRATORIA HASTA 55 MBAR) O (DE PRESION CONTROL HASTA 60 CMH20 O MAS AMPLIO)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

A27 SENSIBILIDAD (TIGGER) DE 1 A 15 LPM

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A27 DE SENSIBILIDAD (TRIGGER) DE 1 A 20 LPM O MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A27 DE SENSIBILIDAD (TRIGGER) DE 1 A 15 LPM O MAS AMPLIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

A28 PRESION DE SOPORTE HASTA 35 MBAR O MAS (RELATIVO AL PEEP)

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A28 PRESION DE SOPORTE HASTA 60 CMH20 O MAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A28 PRESION DE SOPORTE HASTA 35 CMH20 O MAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:
A29 FLUJO INSPIRATORIO HASTA 100 LPM

SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A29 FLUJO INSPIRATORIO HASTA 80 LPM O MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A29 FLUJO INSPIRATORIO HASTA 80 LPM COMO MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

A30 DE VOLUMEN TIDAL ESPIRATORIO

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A30 DE VOLUMEN TIDAL ESPIRATORIO E INSPIRATORIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A30 DE VOLUMEN TIDAL ESPIRATORIO E INSPIRATORIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

A32 DE PRESION DE VIAS AEREAS

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A32 DE PRESION DE VIAS AEREAS O DE PRESION INSPIRATORIA

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A32 DE PRESION DE VIAS AEREAS O DE PRESION INSPIRATORIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

A33 DE PRESION PICO INSPIRATORIA

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A33 DE PRESION PICO INSPIRATORIA O DE PRESION MAXIMA EN LA VIA AEREA

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A33 DE PRESION PICO INSPIRATORIA O DE PRESION MAXIMA EN LA VIA AEREA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

A38 DE PRESION PLATEAU O MESETA
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
A38 DE PRESION PLATEAU O MESETA O DE TIEMPO ESPIRATORIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A38 (DE PRESION PLATEAU O MESETA) O (DE TIEMPO ESPIRATORIO)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

A42 DE VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A42 DE VOLUMEN TIDAL ALTO Y BAJO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

A43 FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA
SOLICITAMOS AL COMITÉ:
QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A43 FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA Y BAJA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:
A43 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA Y BAJA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

A47 DE PRESION DE SUMINISTRO BAJA

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A47 DE PRESION DE SUMINISTRO BAJA O FALLA DE SUMINISTRO DE OXIGENO

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: CAP III

Literal: 5.1

Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A47 DE PRESION DE SUMINISTRO BAJA O FALLA DE SUMINISTRO DE OXIGENO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

B01 DIEZ (10) CIRCUITO PACIENTE ADULTO (DESCARTABLE)

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

B01 DIEZ (10) CIRCUITO PACIENTE COAXIAL ADULTO (DESCARTABLE)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

B01 DIEZ (10) CIRCUITO PACIENTE ADULTO (DESCARTABLE), TAMBIÉN SE ACEPTARÁ TIPO COAXIAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	14:13:19

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

B02 CINCO (05) CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO (DESCARTABLE)

SOLICITAMOS AL COMITÉ:

QUE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION TECNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

B02 CINCO (05) CIRCUITO PACIENTE COAXIAL PEDIATRICO (DESCARTABLE)

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

B02 CINCO (05) CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO (DESCARTABLE), TAMBIÉN SE ACEPTARÁ TIPO COAXIAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 14:13:19

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

C01 DE 220VCA/60HZ CON TOMA A TIERRA DE FABRICA/ORIGINAL

EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD NO MENCIONA TOLERANCIA PARA LA FRECUENCIA, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE ACLARE QUE LA FRECUENCIA NOMINAL ES EXACTO DE 60 HZ, Y SEA INTEGRADO EN LAS BASES.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

C01 220-240 VAC 50/60 HZ; CON CABLE DE ALIMENTACIÓN TIPO SCHUKO SEGÚN RM N°175-2008-MEM/DM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

Dice: Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).

Existen diversos pronunciamientos como el N° 130-2023/OSCE-DGR, donde señala que en los artículos 5, 6 y 7 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se indica lo siguiente: Artículo 5.- Del Registro Sanitario La obtención del registro sanitario de un producto o dispositivo faculta a su titular para la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, dispensación, expendio o uso de los mismos, en las condiciones que establece el presente Reglamento y Artículo 6.- De la circulación de productos o dispositivos con características no autorizadas. No podrán circular en el mercado productos o dispositivos con características diferentes a las autorizadas en el registro sanitario o certificado de registro sanitario

De lo expuesto, es preciso indicar que la normativa relacionada a la presente adquisición dispone que, a fin que los productos o dispositivos médicos puedan circular en el mercado, deberán contar ya sea con el registro o con el certificado de registro sanitario.

Por ello solicitamos al comité de selección aceptar: ""REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO"", a nombre del postor o terceros, permitir la mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Específico **Numeral:** II **Literal:** f **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Supremo N°016-2011-SA, Art. 2 (incisos f y g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor o de terceros emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

Dice: Contar con Registro sanitario vigente a nombre del proveedor emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) que autoriza comercializar los bienes requeridos

Existen diversos pronunciamientos como el N° 130-2023/OSCE-DGR, donde señala que en los artículos 5, 6 y 7 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se indica lo siguiente: Artículo 5.- Del Registro Sanitario La obtención del registro sanitario de un producto o dispositivo faculta a su titular para la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, dispensación, expendio o uso de los mismos, en las condiciones que establece el presente Reglamento y Artículo 6.- De la circulación de productos o dispositivos con características no autorizadas. No podrán circular en el mercado productos o dispositivos con características diferentes a las autorizadas en el registro sanitario o certificado de registro sanitario

De lo expuesto, es preciso indicar que la normativa relacionada a la presente adquisición dispone que, a fin que los productos o dispositivos médicos puedan circular en el mercado, deberán contar ya sea con el registro o con el certificado de registro sanitario.

Por ello solicitamos al comité de selección aceptar: ""REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO"", a nombre del postor o terceros, permitir la mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: EETT

Literal: 5.12

Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Supremo N°016-2011-SA, Art. 2 (incisos f y g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor o de terceros emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

Dice: Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del Art. 55° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272; la DIGEMID hace de conocimiento que la vigencia de los Registros Sanitario se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la Institución.

¿La vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.

Como parte de los documentos de la oferta, para la validación del Registro Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la solicitud de inscripción y registro sanitario del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: f Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

numeral 13 del Art. 55° de la Ley N° 27444 Art. 2 (incisos f y g) Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor o de terceros emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

Dice: Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del Art. 55° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272; la DIGEMID hace de conocimiento que la vigencia de los Registros Sanitario se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la Institución.

¿La vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.

Como parte de los documentos de la oferta, para la validación del Registro Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la solicitud de inscripción y registro sanitario del producto.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EETT Literal: 5.12 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

numeral 13 del Art. 55° de la Ley N° 27444 Art. 2 (incisos f y g) Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor o de terceros emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

Formatos N° 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14

Consultamos al comité si dichos formatos deberán ser entregados para la firma del contrato o para la entrega del equipo

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: EETT Literal: FORMATOS Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (inciso c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

QUE DICHOS FORMATOS CORRESPONDE AL LITERAL: d) DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE RECEPCION DE LOS BIENES, POR CUANTO SOLO PRESENTARA EL POSTOR ADJUDICADO CON LA BUENA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20503650186

Nombre o Razón social : SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 17:07:42

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

DICE:

PLAZO DE ENTREGA

Recepción y/o entrega de los equipos: 50 días

Desembalaje, instalación, verificación de especificaciones técnicas, pruebas / protocolos de funcionamiento, capacitaciones y firma del acta de conformidad y el expediente de recepción: 10 días.

Según el anexo N° 4, indica en caso de la modalidad de llave en mano detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento.

Solicitamos al comité aclarar que debemos detallar en el Anexo N° 4.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (inciso c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

5.8. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS

b) PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 60 (sesenta) días calendarios a partir del día siguiente de la firma del Contrato. Distribuidos de la siguiente forma:

b) plazo de entrega: el plazo de entrega sera de sesenta (60) dias calendario a partir del dia siguiente de la firma del contrato, distribuidos de la siguiente forma:

- internamiento de los bienes 50 días.

- recepcion y/o entrega de Iso equipos: desembalaje e instalación de los equipos, verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas, pruebas/protocolos de funcionamiento, capacitaciones a personal técnico y usuario, firma del acta de conformidad y el expediente de recepción; todo en 10 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

Consultamos al comité si para sustentar los accesorios de los ITEMS D-118 y D-119 se puede hacer con una declaración jurada del postor.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** 5.1 **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (inciso c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

QUE TODO SUSTENTO DEBE SER CON CATALOGOS Y/O MANUALES TECNICOS EN EL PEOR DE LOS CASOS CON UNA CARTA DEL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

En el formato ANEXO N° 6 ¿ PRECIO DE LA OFERTA

En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: ¿El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias¿. Incluir o eliminar, según corresponda

¿Consultamos al comité si se debe detallar el precio de la Prestación Principal y precio de la Prestación Accesoría en el Anexo N° 6?

Solicitamos aclarar este punto, ya que, según la ley de contrataciones, artículo 2, inciso C, la Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 6 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (inciso c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
QUE SOLO EXISTIRÁ UN CONTRATO PRINCIPAL Y LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SE EFECTUARÁ POR LA GARANTIA COMERCIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

Dice: Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).

¿Consultamos al comité si se debe adjuntar el registro o Certificado de registro solo del bien principal (Ventilador)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: f Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (inciso c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
QUE CORRESPONDE AL VENTILADOR Y A LOS COMPONENTES QUE LO CONFORMAN, EN CASO ALGUNOS COMPONENTES NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, DEBERÁN ADJUNTAR EL LISTADO DE LA DIGEMID DE NO REQUERIR REGISTRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

Dentro del documento de las especificaciones técnicas del Ventilador Mecánico Adulto Pediátrico Neonatal, página 1, se solicita lo siguiente:

A05 LUZ DE ALARMA OMNIDIRECCIONAL QUE PERMITE LA VISUALIZACION DE LA LUZ A 360° EN LA PANTALLA.

La especificación solicitada no tiene ningún sentido ver la luz de alarma en la parte posterior que solo estará la pared. La especificación solicitada lo único que logra es RESTRINGIR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Por ello, apelando al principio de igualdad de trato y de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que indica que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación y que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que den privilegios o ventaja a ciertos postores o que restrinjan o afecten la competencia, solicitamos que se MODIFIQUE la característica técnica de la siguiente manera:

A05 LUZ DE ALARMA QUE PERMITE LA VISUALIZACION DE LA LUZ A 360° EN LA PANTALLA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5 Literal: A05 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos b y c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

Dentro del documento de las especificaciones técnicas del Ventilador Mecánico Adulto Pediátrico Neonatal, página 2, se solicita lo siguiente:

A16 SOPORTE DE ASPIRACION CON RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE LA DESCONEXION Y LA RECONEXION, CON SISTEMA DE PREOXIGENACION DE 180SEG Y POSTOXIGENACION DE 120SEG COMO MINIMO.

Lo solicitado es una característica propia de cada fabricante, la mayoría disponen de tiempos de pre oxigenación de 120 segundos tiempo suficiente para realizar la maniobra. Solicitar tiempos mayores solo RESTRINGE LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Por ello, apelando al principio de igualdad de trato y de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que indica que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación y que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que den privilegios o ventaja a ciertos postores o que restrinjan o afecten la competencia, solicitamos que se MODIFIQUE la característica técnica de la siguiente manera:

A16 SOPORTE DE ASPIRACION CON RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE LA DESCONEXION Y LA RECONEXION, CON SISTEMA DE PREOXIGENACION DE 120SEG COMO MINIMO Y POSTOXIGENACION DE 120SEG COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5 Literal: A16 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos b y c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A16 SOPORTE DE ASPIRACION CON RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE LA DESCONEXION Y LA RECONEXION, CON SISTEMA DE PRE OXIGENACION DE 180SEG Y POST OXIGENACION DE 120 SEG COMO MINIMO O SOPORTE DE ASPIRACION DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

Dentro del documento de las especificaciones técnicas del Ventilador Mecánico Adulto Pediátrico Neonatal, página 2, se solicita lo siguiente:

A24 PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA CON VOLUMEN SOPORTE Y PRESION SOPORTE

En la mayoría de fabricantes la ventilación presión positiva continua en la vía aérea no tiene configuración de volumen soporte. Solicitar dicha función solo RESTRINGE LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Por ello, apelando al principio de igualdad de trato y de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que indica que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación y que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que den privilegios o ventaja a ciertos postores o que restrinjan o afecten la competencia, solicitamos que se MODIFIQUE la característica técnica de la siguiente manera:

A24 PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA CON PRESION SOPORTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 5 **Literal:** A24 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos b y c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A24 PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA CON VOLUMEN DE SOPORTE Y PRESION SOPORTE O EQUIVALENTES SEGÚN LA TECNOLOGIA Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

Dentro del documento de las especificaciones técnicas del Ventilador Mecánico Adulto Pediátrico Neonatal, página 2, se solicita lo siguiente:

A46 DE VOLUMEN MINUTO TOTAL

La mayoría de marcas tienen el monitoreo de Volumen minuto espiratorio, solicitar Volumen minuto total solo RESTRINGE LA PLURALIDAD DE POSTORES

Por ello, apelando al principio de igualdad de trato y de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que indica que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación y que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que den privilegios o ventaja a ciertos postores o que restrinjan o afecten la competencia, solicitamos que se MODIFIQUE la característica técnica de la siguiente manera:

A46 DE VOLUMEN MINUTO TOTAL O VOLUMEN MINUTO ESPIRATORIO

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5 Literal: A46 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos b y c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A46 DE VOLUMEN MINUTO TOTAL O ESPIRATORIO (ALTO Y BAJO)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

Dentro del documento de las especificaciones técnicas del Ventilador Mecánico Adulto Pediátrico Neonatal, página 2, se solicita lo siguiente:

A47 DE VOLUMEN MINUTO MANDATORIO

La mayoría de marcas tienen el monitoreo de Volumen minuto inspiratorio, solicitar Volumen minuto total solo RESTRINGE LA PLURALIDAD DE POSTORES

Por ello, apelando al principio de igualdad de trato y de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que indica que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación y que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que den privilegios o ventaja a ciertos postores o que restrinjan o afecten la competencia, solicitamos que se MODIFIQUE la característica técnica de la siguiente manera:

A47 DE VOLUMEN MINUTO MANDATARIO O VOLUMEN INSPIRATORIO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5 Literal: A47 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos b y c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A47 DE VOLUMEN MINUTO MANDATORIO.
DE VOLUMEN MINUTO MANDATARIO Y/O VOLUMEN MINUTO INSPIRATORIO Y/O VOLUMEN MINUTO
ESPIRATORIO ESPONTANEO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

Dentro del documento de las especificaciones técnicas del Ventilador Mecánico Adulto Pediátrico Neonatal, página 2, se solicita lo siguiente:

A52 DE PRESION MINIMA DE VIAS AEREAS

La mayoría de marcas tienen el monitoreo de PEEP, lo solicitado solo RESTRINGE LA PLURALIDAD DE POSTORES

Por ello, apelando al principio de igualdad de trato y de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que indica que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación y que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que den privilegios o ventaja a ciertos postores o que restrinjan o afecten la competencia, solicitamos que se MODIFIQUE la característica técnica de la siguiente manera:

A52 DE PRESION MINIMA DE VIAS AEREAS o PEEP

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5 Literal: A52 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos b y c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

Dentro del documento de las especificaciones técnicas del Ventilador Mecánico Adulto Pediátrico Neonatal, página 2, se solicita lo siguiente:

A56 INDICE DE RESPIRACION RAPIDA SUPERFICIAL (SBI o RSB)

Entendemos que se refieren al Índice de Tobin y de Yang el cual es el cociente de la frecuencia respiratoria y el volumen tidal.

Por favor, Indicar si es correcta nuestra apreciación. En caso, contrario especificar que se solicita.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 5 **Literal:** A56 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

su consulta, indicándolo que lo solicitado corresponde a la frecuencia respiratoria total dividida por el volumen tidal espiratorio. Es correcta su apreciacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:21:10

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:

VENTILADOR DE TRANSPORTE

A08: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -20 °C A 50 °C.

En la presente especificación se solicita que el ventilador posea como característica que soporte una temperatura ambiental de -20 °C a 50 °C, es preciso señalar que dichas condiciones dependerán de cada fabricante y variarán entre los grados soportados para su funcionamiento. En este caso, se consulta amablemente al comité que pueda aceptar una temperatura de -20 °C a 49 °C ya que se encuentra dentro de los límites solicitados en la especificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO Literal: - Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A08: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -20°C A 50°C
O TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:21:10

Consulta: Nro. 115

Consulta/Observación:

A24: TIEMPO DE INSPIRACIÓN DE 0.2 A 10 SEGUNDOS.

En esta especificación técnica se solicita que los valores de tiempo inspiratorio sean dentro de un rango de 0.2 a 10 segundos. Sin embargo, es preciso señalar que estos valores al ser mínimos no interfieren en el adecuado funcionamiento del equipo cuando se está ventilando con paciente, y dichos valores pueden diferir entre un modelo de marca y otro, es por ello que; para permitir la pluralidad de postores, se solicita amablemente al comité que pueda aceptar que dicha especificación quede de la siguiente manera:

A24: TIEMPO DE INSPIRACIÓN DE 0.3 A 10 SEGUNDOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO Literal: - Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A24 TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.2 SEG O MENOS A 10 SEG O RANGO MAS AMPLIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:21:10

Consulta: Nro. 116

Consulta/Observación:

TIEMPOS DE ENTREGA.

Se solicitan en las bases de la licitación que la entrega del equipo se realice en 60 días, sin embargo; es preciso señalar que estos equipos requieren un tiempo de fabricación, importación, desaduanaje y nacionalización por lo que, se solicita amablemente al comité, pueda considerar un tiempo de entrega de 90 días como mínimo para poder permitir de esta manera la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ANEXO Literal: 5.8 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

El comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger su consulta, cenirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20608554476

Nombre o Razón social : EDAL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 13/12/2023

Hora de envío : 19:28:21

Consulta: Nro. 117

Consulta/Observación:

SRES DEL GOBIERNO REGIONAL, EN EL DOCUMENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA PAG 2, EN EL PUNTO A18 SOLICITAN QUE EL EQUIPO CUENTE CON CAPNOGRAFIA VOLUMÉTRICA. PERO NOTAMOS QUE NO CUENTA CON UN RANGO, POR LO CUAL SOLICITAMOS ACLARAR SI LA CAPNOGRAFIA ES OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Que la capnografia volumetrica, El rango estará sujeta a la recomendación del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:

A18 MEDICION DE CAPNOGRAFIA VOLUMETRICA DEL FLUJO PRINCIPAL (MAINSTREAM, RANGO SEGÚN CADA FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	19:28:21

Observación: Nro. 118

Consulta/Observación:

SRES DEL GOBIERNO REGIONAL, EN EL DOCUMENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA PAG 2, EN EL PUNTO A08, SOLICITAN COMPENSACION BAROMETRICA MEDIANTE CALIBRACION AUTOMATICA O MANUAL DEL EQUIPO.

SRES ES NECESARIO ACLARA QUE LOS EQUIPOS MODERNOS Y DE TECNOLOGIA ACTUAL CUENTA CON COMPENSACION AUTOMÁTICA. ADEMAS DEBE TENER EN CUENTA QUE LA PRESION BAROMETRICA SE MIDE DE ACUERDO A LA ALTITUD, TEMPERATURA Y DEMÁS FACTORES QUE SON CAMBIANTES. ENTONCES ES IMPOSIBLE ESTAR CAMBIANDO MANUALMENTE LA COMPENSACIÓN BAROMETRICA.

POR LO CUAL SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

COMPENSACION BAROMÉTRICA AUTOMÁTICA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :

Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	19:28:21

Observación: Nro. 119

Consulta/Observación:

SRES DEL GOBIERNO REGIONAL, EN LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA, NOTAMOS QUE NO SOLICITAN REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO PROPUESTO. POR LO CUAL SUGERIMOS AL COMITE SOLICITAR QUE LOS POSTORES PRESENTEN REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** II **Literal:** 2.2 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificará en las bases:

Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor o de terceros emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	19:28:21

Observación: Nro. 120

Consulta/Observación:

SRES DEL GOBIERNO REGIONAL, EN LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA, SUGERIMOS AL COMITE SOLICITAR UNA CARTA DE COMPROMISO EMITIDA POR EL FABRICANTE PARA EL SUMINISTRO INSUMOS, REPUESTOS Y MATERIALES POR UN PERIODO DE 5 AÑOS CONTADOS DESDE LA FIRMA DE CONFORMIDAD. DIRIGIDA A LA ENTIDAD

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** II **Literal:** 2.2 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE :
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve no acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	19:28:21

Observación: Nro. 121

Consulta/Observación:

SRES DEL GOBIERNO REGIONAL, EN EL DOCUMENTO ADJUNTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL PUNTO A24 SOLICITAMOS CONFIRMAR SI EL VALOR 0.2 SOLICITADO CORRESPONDE PARA PACIENTE NEONATO, POR LO QUE SE ENTIENDE QUE EL VENTILADOR DEBE DE SER PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:
Para fomentar la pluralidad de postores, el comité de selección en coordinación con el area usuaria, resuelve acoger parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará en las bases:
A24 TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.2 SEG O MENOS A 10 SEG O RANGO MAS AMPLIO PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-245-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACION PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606234679	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO ARA S.A.C.	Hora de envío :	23:53:55

Consulta: Nro. 122

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si el presente proceso de selección es por Item o Por Item Paquete. Es decir, se pueden presentar propuestas a una solo item o se tienen que presentar las propuestas a los items obligatoriamente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: NO APLICA Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA :
QUE EL PROCESO POR PAQUETE EL POSTOR DEBERA PRESENTAR PARA LOS EQUIPOS EN SU TOTALIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones