

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Electroforesis con transiluminador incorporado

Las características hacen referencia a un equipo de electroforesis horizontal.

Se consulta amablemente al comité de selección si el equipo requerido es un sistema de electroforesis horizontal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.2

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el requerimiento de "Electroforesis con transiluminador incorporado" hace referencia a un equipo de electroforesis horizontal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Electroforesis con transiluminador incorporado
- Fuente de poder integrada dentro de la unidad base

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo con fuente de poder no integrado a la unidad base, en aras de una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que la fuente de poder se encuentre integrada dentro de la unidad base debido a que el equipo debe trabajar como un sistema todo en uno permitiendo la visualización de los resultados al instante.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Equipo termociclador de PCR en punto final para bolsillo

Las características de este ítem hacen referencia a un termociclador convencional (punto final), el cual, por sus dimensiones, es un equipo de sobremesa y no un equipo de bolsillo, por lo que se solicita amablemente al comité retirar la frase "para bolsillo" para una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere un Equipo termociclador de PCR de punto final (Termociclador de PCR Convencional), cuyas dimensiones son las de un equipo de sobremesa y no las de un equipo portátil o de bolsillo.

Sin embargo, se mantienen las características técnicas solicitadas, ya que hacen referencia al equipo termociclador de PCR de punto final requerido por la entidad.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Dice: Equipo termociclador de PCR en punto final para bolsillo
- Debe decir: Equipo termociclador de PCR de punto final"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Equipo Termociclador de PCR en punto final.
"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Equipo termociclador de PCR en punto final para bolsillo

- Tasa de rampa de calefacción máx: 5 °C/sec
- Tasa de rampa de enfriamiento máx: 4 °C/sec

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo que tenga una tasa de rampa general mayor a 5 °C, en aras de una mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.2

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante debido a que se puede considerar como una mejora tecnológica a las características solicitadas.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Tasa de rampa de calefacción máx: 5 °C/sec o mayor
- Tasa de rampa de enfriamiento máx: 4 °C/sec o mayor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- "* Tasa de rampa de calefacción máx: 5 °C/sec o mayor
- * Tasa de rampa de enfriamiento máx: 4 °C/sec o mayor"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Equipo termociclador de PCR en punto final para bolsillo

- Visualización durante la corrida

Se consulta amablemente al comité de selección si esta característica hace referencia a la funcionalidad de monitoreo del experimento en la pantalla que debe tener el equipo termociclador.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la característica de "Visualización durante la corrida" se refiera a la posibilidad de que el equipo termociclador de PCR de punto final permita monitorear el estado de los experimentos a través de su pantalla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Cuantificador de ADN

- Volumen de muestra: 1 uL

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo que pueda trabajar con un volumen de muestra de 1 - 2 uL, en aras de una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.2

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Cuantificador de ADN pueda trabajar con un volumen mínimo de 1 uL

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Volumen de muestra: Mínimo 1 uL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Volumen de muestra: Mínimo 1 uL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Agitador de placas

- Velocidad: 150 a 1200 rpm

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo que pueda trabajar con un rango de velocidad de 200 a 1500 rpm, en aras de una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.2

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Agitador de placas pueda trabajar con una velocidad mínima de 150 rpm y, debido a que se trata de una mejora tecnológica, con una velocidad máxima de hasta 1500 rpm

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Velocidad: 150 a 1200 rpm o mayor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Velocidad: 150 a 1200 rpm o mayor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Agitador de placas

- Pantalla LED para velocidad y tiempo restante de trabajo

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo con pantalla LCD que pueda mostrar velocidad y tiempo restante de trabajo, en aras de una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.2

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Agitador de placas cuente con una pantalla LED para una mejor visualización de los datos de velocidad y tiempo restante

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Spin para microtubos

- Velocidad ajustable hasta 12500 rpm o 9800 x g

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo que trabaje con una velocidad ajustable hasta 17500 rpm, en aras de una mayor participación de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se puede considerar como una mejora tecnológica para el equipo Spin para microtubos.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Velocidad ajustable hasta 12500 rpm o mayor o 9800 x g"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Velocidad ajustable hasta 12500 rpm o mayor o 9800 x g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Spin para microtubos

- Nivel de ruido: 51 - 53 dB

Se consulta amablemente al comité de selección si podrían retirar esta característica, ya que este punto no influye directamente en la funcionalidad del equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que debido a las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo se requiere que los equipos tengan valores mínimos en los niveles de ruido.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Termobloque

- Sonda de temperatura integrada

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían que la sonda de temperatura no sea integrada al equipo, en aras de una mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.2

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que para un mejor control de la temperatura del equipo Termobloque se requiere que la sonda de temperatura se encuentre integrada al equipo principal.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

II. EQUIPOS DIVERSOS

Termobloque

- Bloques de muestra intercambiables de aleación de aluminio

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían que los bloques de muestra sean fijos y de material cerámico, en aras de una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.2

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Termobloque cuente con la capacidad de tener bloques intercambiables para aceptar distintos tipos de bloques según las necesidades del área usuaria. Sin embargo, el material del bloque puede ser cerámico como alternativa al aluminio.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Bloques de muestra intercambiables de aleación de aluminio o cerámico"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Bloques de muestra intercambiables de aleación de aluminio o cerámico

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Páginas: 16 y 17

Se solicita:

e) Ficha técnica y/o Catalogo y/o brochure del producto ofertado, donde se acredite las características establecidas en el numeral 5.1 de las especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria, que forman parte del requerimiento.

En el caso que la característica técnica no se encuentre señalada en el catálogo o brochure se aceptara documento emitido por el representante de la marca en país, que señale el cumplimiento de la característica técnica.

Se consulta amablemente al comité de selección si la información contenida en las fichas técnicas, catálogos o brochures, donde se acredite las características, puede ser presentada en idioma original del fabricante (inglés).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP. II Literal: 2.2.1.1. **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante. De acuerdo con lo señalado en el numeral 59.1 del artículo 59 del reglamento, los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda.

En ese sentido, se aclara que los documentos que acrediten el cumplimiento de las características técnicas mínimas deben ser presentados en idioma español o, caso contrario, con su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE II

Con la finalidad de no limitar la participación de postores, se consulta amablemente al comité de selección indicar si se consideran como bienes similares a los siguientes:

Equipos de laboratorio y Equipos biomedicos en general, para acreditar el monto facturado solicitado en las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: B **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante. Los postores pueden acreditar la experiencia requerida en las bases considerando bienes similares a equipos de laboratorio y/o equipos biomédicos en general.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos de laboratorio y/o equipos biomédicos en general."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos de laboratorio y/o equipos biomédicos en general.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:45:31

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE I

Con la finalidad de no limitar la participación de postores, se consulta amablemente al comité de selección indicar si se consideran como bienes similares a los siguientes:

Equipos de laboratorio y Equipos biomedicos en general, para acreditar el monto facturado solicitado en las bases

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** B **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 incisos a) b) d) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante. Los postores pueden acreditar la experiencia requerida en las bases considerando bienes similares a equipos de laboratorio y/o equipos biomédicos en general.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos de laboratorio y/o equipos biomédicos en general."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos de laboratorio y/o equipos biomédicos en general.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

e) Ficha técnica y/o Catalogo y/o brochure del producto ofertado, donde se acredite las características establecidas en el numeral 5.1 de las especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria, que forman parte del requerimiento.

Se consulta amablemente al comité de selección si es posible sustentar las características técnicas mediante fichas técnicas, catálogos o brochures en idioma original del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1. **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a la Consulta N° 13

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 1

Termociclado de última generación para PCR RT (Tiempo Real)

La unidad PRC debe ser compatible con MIQUE, que cuente con un control LED adaptable y funcionalidad de fusión de alta resolución (HRM); capacidad placa de 96 pocillos, de 5 a 20 µL/pocillo; rango de Temperatura 4-99°C; Velocidad máxima de calentamiento 6.5°C por segundo; memoria: La unidad guarda datos de ejecución del último experimento, o ilimitados a través de USB.

Se solicita al comité de selección aclarar si lo que se requiere es lo siguiente:

- La unidad PCR debe ser compatible con MIQE
- La unidad PCR debe contar con un control LED adaptable. Esto hace referencia a la pantalla del equipo, por lo que se consulta amablemente si aceptarían una pantalla táctil interactiva.
- Capacidad de placa de 96 pocillos, de 5 a 20 uL. Se consulta amablemente si aceptarían que el equipo cuente con volumen de reacción de 10 - 100 uL
- Rango de temperatura: 4 - 99 °C. Se consulta amablemente si aceptarían un rango de temperatura 4 - 99.9 °C
- Velocidad máxima de calentamiento 6.5°C por segundo. Se consulta amablemente si esta característica hace referencia a la velocidad máxima de rampa.
- Memoria: La unidad guarda datos de ejecución del último experimento, o ilimitados a través de USB. Se consulta amablemente si aceptarían que el equipo cuente con una memoria interna de 10 GB y la posibilidad de almacenamiento a través de USB

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante y se aclaran las consultas realizadas:

- La unidad PCR debe ser compatible con MIQE. El término MIQE hace referencia a Minimum Information for Publication of Quantitative.

- La unidad PCR debe contar con un control LED adaptable.

Esta característica hace referencia al control mediante la pantalla del termociclador de tiempo real. Se acepta que el equipo Termociclador de última generación para RT PCR (Tiempo Real) cuente con una pantalla táctil para un mejor manejo de las funcionalidades del equipo.

- Capacidad de placa de 96 pocillos, de 5 a 20 uL.

Debido a que entre las características se menciona que el volumen de reacción del equipo debe ser de 10 - 100 uL, se considerará esta última característica como requisito mínimo a ser acreditado.

- Rango de temperatura: 4 - 99 °C. Se consulta amablemente si aceptarían un rango de temperatura 4 - 99.9 °C

Debido a que se considera una mejora tecnológica, se acepta la consulta.

- Velocidad máxima de calentamiento 6.5°C por segundo. Se consulta amablemente si esta característica hace referencia a la velocidad máxima de rampa.

Se aclara que la característica "velocidad máxima de calentamiento" se refiere a la velocidad máxima de rampa. Asimismo, esta característica también es mencionada posteriormente.

- Memoria: La unidad guarda datos de ejecución del último experimento, o ilimitados a través de USB. Se consulta amablemente si aceptarían que el equipo cuente con una memoria interna de 10 GB y la posibilidad de almacenamiento a través de USB

Debido a que no se especifica la capacidad de memoria interna que debe tener el equipo Termociclador de última generación para RT PCR (Tiempo Real), se acepta la consulta y se considera que el equipo debe tener una capacidad de memoria interna de hasta 10 GB.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Específico

III

5.2

25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En ese sentido, se realizará las siguientes modificaciones en las bases:

- La unidad PCR debe ser compatible con MIQE.
- La unidad PCR debe contar con pantalla táctil.
- Capacidad de placa de 96 pocillos: 10 - 100 uL
- Rango de temperatura: 4 - 99.9 °C
- Velocidad máxima de rampa: 6.5 °C por segundo.
- Memoria interna: Hasta 10 GB"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"* La unidad PCR debe ser compatible con MIQE.

- La unidad PCR debe contar con pantalla táctil.
- Capacidad de placa de 96 pocillos: 10 - 100 uL
- Rango de temperatura: 4 - 99.9 °C
- Velocidad máxima de rampa: 6.5 °C por segundo.
- Memoria interna: Hasta 10 GB"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 1

Bureta digital automática (Multiparámetro)

Las características de este ítem hacen referencia a un equipo multiparámetro y no a una bureta digital automática, por lo que se solicita amablemente al comité aclarar a qué tipo de equipo se está haciendo referencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante, ya que el área usuaria menciona que el requerimiento se indica para un equipo Multiparámetro y las características técnicas se refieren a este tipo de equipo.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Dice: Bureta digital automática (Multiparámetro)
- Debe decir: Multiparámetro"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Multiparámetro

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 1

Fluorómetro

- Incluye kit de inicio para ensayos de ADN, ARN y proteínas

Se consulta amablemente al comité de selección la cantidad de ensayos que debe tener el kit de inicio y si dicho kit debe incluir tubos propios del equipo para los ensayos de cuantificación. Asimismo, se consulta si esta característica puede ser sustentada mediante declaración jurada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante y se hace la aclaración a su consulta:

El kit de inicio para ensayos de ADN, ARN y proteínas debe ser suficiente para 100 reacciones como mínimo para cada tipo de ensayo. Adicionalmente, se acepta que esta característica pueda ser sustentada mediante declaración jurada.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Incluye kit de inicio para ensayos de ADN, ARN y proteínas para 100 reacciones como mínimo para cada tipo de ensayo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Incluye kit de inicio para ensayos de ADN, ARN y proteínas para 100 reacciones como mínimo para cada tipo de ensayo.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 1

Vórtex

- Pantalla digital que muestre velocidad y tiempo

Se consulta amablemente al comité de selección, y en aras de una mayor pluralidad de postores, si aceptarían un equipo con pantalla digital de tipo analógico, ya que el tipo de pantalla no influye en el rendimiento del equipo

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo vórtex cuente con una pantalla digital para un mejor y adecuado manejo de las funcionalidades del equipo

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 1

Spin para microplacas

- Velocidad máxima: 2500 rpm

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo con velocidad máxima de 3000 rpm, ya que representa una mejora tecnológica y para un mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.2

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se puede considerar como una mejora tecnológica respecto a la caracterísitica solicitada.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Velocidad máxima: 2500 rpm o mayor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Velocidad máxima: 2500 rpm o mayor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 1

Microcentrífuga

- Máximo nivel de ruido: 56 dB

Se consulta amablemente al comité de selección, y en aras de una mayor participación de postores, si podría retirar esta característica, ya que no es un punto que influya en el rendimiento del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que debido a las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo se requiere que los equipos tengan valores mínimos en los niveles de ruido.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 1

Sistema de Electroforesis

Las características hacen referencia a un equipo de electroforesis horizontal. Se consulta amablemente al comité de selección si el equipo requerido es un sistema de electroforesis horizontal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el requerimiento de "Sistema de Electroforesis" hace referencia a un equipo de electroforesis horizontal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 1

Sistema de Electroforesis

- Dimensiones de geles: 15x7 cm, 15x10 cm, 15x15 cm
- Incluye: 3 bandejas para geles, 1 tanque de electroforesis, fuente de poder 300V

Se consulta amablemente al comité de selección:

- Estas 3 bandejas de preparación de geles deben tener la capacidad de preparar los geles de las dimensiones mencionadas.
- El tanque de electroforesis puede ser de configuración mediana (MIDI)
- Debe incluir contener también contenedores de goma y peines para la preparación de geles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante y se aclaran las consultas realizadas:

- Estas 3 bandejas de preparación de geles deben tener la capacidad de preparar los geles de las dimensiones mencionadas.

Las bandejas solicitadas en las características del equipo Sistema de Electroforesis deben tener la capacidad de preparación de geles de las siguientes dimensiones: 15x7 cm, 15x10 cm, 15x15 cm

- El tanque de electroforesis puede ser de configuración mediana (MIDI)

Debido a las aplicaciones que se le dará a este equipo Sistema de Electroforesis se solicita que tenga una capacidad de alto rendimiento, por lo que el tanque de electroforesis puede ser de tamaño mediano (MIDI) o superior.

- Debe incluir contener también contenedores de goma y peines para la preparación de geles.

Se aclara que el equipo Sistema de Electroforesis debe incluir todos los accesorios necesarios para la preparación adecuada de los geles de las dimensiones indicadas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 2

Electroforesis con transiluminador incorporado

- Incluye cámara 24 de mp

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo que incluya una cámara de 12 MP, en aras de una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.2

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que una cámara de 12 mp puede ser considerada como una tecnología inferior a la característica solicitada y lo que se requiere es contar con equipos con la mayor tecnología posible.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 2

Equipo termociclador de PCR en punto final para bolsillo

Se solicita amablemente al comité de selección aclarar a qué se refiere con el término "para bolsillo", ya que las características refieren a un termociclador de punto final de sobremesa

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a la Consulta N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM 2

Agitador de placas

- Incluir plataforma para mínimo 4 placas de 96 pozos

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo que incluya una plataforma para mínimo 2 placas de 96 pozos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que los protocolos empleados por el área usuaria requieren que el equipo Agitador de placas cuente con una plataforma para mínimo 4 placas de 96 pozos.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Modalidad de ejecución contractual:

Llave en mano

Se consulta amablemente al comité de selección si los ambientes donde se realizarán las instalaciones de los equipos cuentan con todos los requisitos necesarios para este propósito: conexiones eléctricas, dimensiones de los espacios, entre otros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.7 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara respecto a la consulta del participante, la entidad solitante, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguia de Bagua, cuenta con todos los requisitos mínimos necesarios para la instalación de todos los equipos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Plazo: Plazo de entrega no deberá exceder a los noventa (90) días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

Se solicita amablemente al comité realizar la aclaración del plazo de entrega, ya que en el literal 1.9 (pág 16) se indica que el plazo de entrega máximo será 120 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.13.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara respecto a la consulta del participante, el plazo de entrega máximo será de noventa (90) días, por lo que el factor de evaluación se mantiene de acuerdo a las bases.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

1.9. PLAZO DE ENTREGA: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo máximo de (120) ciento veinte (90) noventa días calendarios contados desde el día siguiente de la suscripción de contrato, con puesta en funcionamiento de siete (07) días hábiles, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.9. PLAZO DE ENTREGA: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo máximo de (90) noventa días calendarios (¿)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:40:06

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ITEM PAQUETE: II

Se consideran bienes similares a los siguientes:

Se solicita amablemente al comité realizar la aclaración de los bienes similares a los que hace referencia en el enunciado como requisito de experiencia del postor. Sugerimos que los bienes similares sean equipos de laboratorio en general, tal como se indica para el ITEM PAQUETE I.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8.B **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a la Consulta N° 14

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Respecto al Termociclador de última generación para PCR RT (tiempo real), referente al rango de excitación/Detección, dice "450-680nm/500-730nm. Se solicita al comité evaluador ampliar los rangos a 300-800nm/500-800nm, con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que la ampliación de los rangos de excitación/detección podría favorecer la posibilidad de desarrollar nuevos protocolos. Sin embargo, en base a los protocolos ya utilizados por la entidad se mantiene también los rangos de excitación/detección solicitados en las bases.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Rango de Excitación / Detección: 450 - 680 nm / 500 - 730 nm o mayor rango"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Rango de Excitación / Detección: 450 - 680 nm / 500 - 730 nm o mayor rango

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Respecto al Termociclador de última generación para PCR RT (tiempo real), referente a la precisión de la temperatura, dice "0.25°C". Debido a que los equipos de este tipo tienen diferentes valores para este parámetro, se solicita al comité evaluador considerar válidas las ofertas que se encuentre por debajo de ese valor ($\geq 0.25^{\circ}\text{C}$), ya que al ser un parámetro de precisión un valor más bajo representa una mayor exactitud y calidad equipo y favorece una mayor pluralidad de postores

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante, ya que se puede considerar como una mejora tecnológica respecto a la característica solicitada.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Precisión de Temperatura: 0.25 °C o menor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Precisión de Temperatura: 0.25 °C o menor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Respecto al Termociclador de última generación para PCR RT (tiempo real), referente a la uniformidad de la temperatura, dice " $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ ". Debido a que los equipos de este tipo tienen diferentes valores para este parámetro, se solicita al comité evaluador considerar válidas las ofertas que se encuentre por debajo de ese valor ($\pm 0.4^{\circ}\text{C}$), ya que al ser un parámetro de uniformidad un valor más bajo representa una mayor exactitud y calidad equipo y favorece una mayor pluralidad de postores

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante, ya que se puede considerar como una mejora tecnológica respecto a la característica solicitada.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Uniformidad de Temperatura: $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ °C o menor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Uniformidad de Temperatura: $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ °C o menor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Respecto al Termociclador de última generación para PCR RT (tiempo real), referente a la interfaz de comunicación, dice "USB, CLOUD, WIFI, ETHERNET". Se consulta al comité evaluador considerar válidas las ofertas con interfaz de comunicación USB, WIFI, ETHERNET, BLUETOOTH, favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que la alternativa de poseer una interfaz de comunicación mediante Bluetooth podría favorecer la interacción con el equipo. Sin embargo, el área usuaria también requiere que el equipo Termociclador de última generación para PCR RT (tiempo real) cuente con las otras opciones de interfaz de comunicación: Cloud, USB, Wi-Fi, Ethernet

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:
- Interfaz de comunicación: Cloud, USB, Wi-Fi, Ethernet y/o Bluetooth"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Interfaz de comunicación: Cloud, USB, Wi-Fi, Ethernet y/o Bluetooth

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Fluorómetro, referente a la a sus dimensiones, dice "5.4"(w) x 10" (L) x 2.2" (h) (13.6cm x 25cm x 5.5cm)". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con dimensiones aproximadas a la solicitada como 15.5cm x 19.4cm x 7.25cm, considerando que es una característica más compacta debido a la optimización del tamaño para este tipo de instrumentos y favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que las características de dimensiones y peso del equipo pueden variar de acuerdo a cada fabricante.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Dimensiones del instrumento: 5.4""(w) x 10"" (L) x 2.2"" (h) (13.6cm x 25cm x 5.5cm) o de acuerdo al fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Dimensiones del instrumento: 5.4"(w) x 10" (L) x 2.2" (h) (13.6cm x 25cm x 5.5cm) o de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Fluorómetro, referente a la a su peso, dice "743g". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con pesos aproximadas a la solicitada como 400 g o en su defecto considerar como válidas las ofertas ¿743g, considerando que es una característica más compacta debido a la optimización del tamaño para equipos de este tipo de instrumentos y favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que las características de dimensiones y peso del equipo pueden variar de acuerdo a cada fabricante.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Peso: 743 g o de acuerdo al fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Peso: 743 g o de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Fluorómetro, referente a las fuentes de luz, dice "LED azul (máx -470nm), LED rojo (máx -635)". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con las características LED azul (460±20nm), LED rojo (625±20nm), favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Fluoróforo cuente con fuentes de luz con las longitudes de onda máximas solicitadas según los protocolos desarrollados por el área usuaria.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Fluorómetro, referente a filtros de excitación, dice "Azul (430 - 495nm), rojo (600-645nm)". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con las características "azul (460±20nm), rojo (625±20nm)", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Fluoróforo cuente con los filtros de excitación con los rangos de longitud de onda solicitados según los protocolos desarrollados por el área usuaria.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Fluorómetro, referente a filtros de emisión, dice "verde (510-580nm, rojo (665-720nm)". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con las características "verde (575-640nm), rojo (670-725nm)", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Fluoróforo cuente con filtros de emisión con los rangos de longitud de onda solicitados según los protocolos desarrollados por el área usuaria.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Vortex, referente a carga máxima, dice "0.5kg A 800rpm". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con las características "en el rango de 0.2kg a 0.5kg en las velocidades en el rango de la capacidad del equipo y no menor de 800rpm", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Vórtex pueda tolerar una carga máxima de hasta 0.5 kg a una velocidad de 800 rpm o mayor

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Carga máxima de 0.5 kg a una velocidad de 800 rpm o mayor "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Carga máxima de 0.5 kg a una velocidad de 800 rpm o mayor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Spin para microplacas, referente al requerimiento eléctrico, dice "230V". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con las características "en el rango de 200-240V" que es lo usual en este tipo de instrumentos, favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante, ya que el requerimiento eléctrico del equipo Spin para microplacas puede encontrarse en el rango de 200 - 240 V.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Requerimiento eléctrico: 200 - 240 V"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Requerimiento eléctrico: 200 - 240 V

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Respecto al equipo microcentrífuga, referente a la velocidad máxima, dice "14800rpm (300 - 14800rpm) incrementos de 10rpm". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con las características "en el rango de 14680rpm (500 - 14680rpm), con incrementos entre 10 a 100rpm" que es lo usual en este tipo de equipos, favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Microcentrífuga pueda llegar a una velocidad máxima de hasta 14800 rpm y cuyo rango de velocidad se encuentre dentro de 300 - 14800 rpm (en incrementos de 10 rpm).

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Respecto al equipo microcentrífuga, referente a RFC máxima, dice "21100 G". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "en los 21100G y los 21500 G", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se podría considerar como una mejora tecnológica respecto a la característica solicitada.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- RCF máxima: 21100 x g o mayor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* RCF máxima: 21100 x g o mayor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Respecto al equipo microcentrífuga, referente al nivel máximo de ruido, dice "56dB". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "en el rango de ¿56dB a 60dB", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 22

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Respecto al equipo microcentrífuga, referente al máximo nivel de aceleración y desaceleración ruido, dice "13 seg". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "En el rango máximo de 13 a 15 seg", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya se requiere que el equipo Microcentrífuga cuente con un nivel máximo de aceleración/desaceleración de 13 segundos o menos.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Respecto al equipo microcentrífuga, referente al temporizador, dice "30 seg a 99min o funcionamiento continuo". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "En el rango de 1 seg a 99min,59 seg, o funcionamiento continuo con short spin", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que puede ser considerado como una mejora tecnológica respecto a la característica solicitada.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Temporizador de 30 segundos a 99 minutos o mayor rango, o funcionamiento continuo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Temporizador de 30 segundos a 99 minutos o mayor rango, o funcionamiento continuo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Respecto al equipo microcentrífuga, referente al botón de centrifugación rápida, dice "botón para centrifugación rápida". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "Botón o función para centrifugación rápida short spin", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parciamente lo solicitado por el participante, ya que la característica de centrifugación rápida podría ser accionada según la configuración del fabricante.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Botón para centrifugación rápida o función de centrifugación rápida según fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Botón para centrifugación rápida o función de centrifugación rápida según fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Respecto al equipo microcentrífuga, referente al Requerimiento eléctrico, dice "230V, 50/60 HZ". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "En el rango AC200-240V 50/60Hz", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante, ya que el requerimiento eléctrico del equipo Microcentrífuga puede encontrarse en el rango de 200 - 240 V, 50/60 Hz

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Requerimiento eléctrico: 200 - 240 V, 50/60 Hz"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Requerimiento eléctrico: 200 - 240 V, 50/60 Hz

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta de volumen variable 100-1000ul, referente al material de fabricación, dice "PVDF". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere una micropipeta que sea altamente resistente a la corrosión por químicos

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Fabricada con PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Fabricada con PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta de volumen variable 1-10ul, referente al volumen del instrumento, dice "Micropipeta de volumen variable 1-10ul". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "Micropipeta de volumen variable 0.5-10ul", pues ofrece un mayor de volumen y la mayor cantidad de fabricantes utilizan esta medida como estándar, favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se podría considerar como una mejora tecnológica la ampliación del rango del volumen.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Micropipeta de rango variable 1 - 10 uL o 0.5 - 10 uL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Micropipeta de rango variable 1 - 10 uL o 0.5 - 10 uL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta de volumen variable 1-10ul, referente al material de fabricación, dice "PVDF". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere una micropipeta que sea altamente resistente a la corrosión por químicos

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:
- Fabricada con PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Fabricada con PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta de volumen variable 1-10ul, referente al incremento del volumen, dice "0.02ul". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "0.01ul o no menor de 0.02ul" pues un volumen menor en el incremento ofrece una mayor exactitud para los usuarios, permitiendo también una mayor pluralidad de postores al no colocar un límite fijo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se podría considerar como una mejora tecnológica respecto a la característica solicitada.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:
- Incrementos no menores de 0.02 uL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Incrementos no menores de 0.02 uL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Termociclador en punto final para Bolsillo, referente a la compatibilidad, dice "Compatible con Windows ". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica de compatibilidad "Android/iOs, USB, LAN y WIFI", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara la consulta del participante respecto al término para bolsillo: Revisar respuesta a la Consulta N° 3
Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo pueda ser compatible con Windows, pero adicionalmente puede ser compatible con Android/iOS, USB, LAN, WIFI.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Fuente de alimentación universal. Compatible con Windows y/o Android/iOs, USB, LAN y WIFI"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Fuente de alimentación universal. Compatible con Windows y/o Android/iOs, USB, LAN y WIFI

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Respecto al equipo termociclador en punto final para Bolsillo, referente al rango de temperatura del bloque, dice "4 - 100°C". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "4 - 105°C", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que requiere que el equipo Termociclador en punto final cuente con un rango de temperatura del bloque de 4 - 100 °C y que la tapa pueda alcanzar temperaturas mayor para evitar la condensación.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Respecto al equipo termociclador en punto final para Bolsillo, referente al peso, dice "9kg". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica ¿no mayores del rango de 9 - 13kg", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que las características de dimensiones y peso del equipo pueden variar de acuerdo a cada fabricante.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Peso: 9 kg o de acuerdo al fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Peso: 9 kg o de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Respecto al equipo termociclador en punto final para Bolsillo, referente a la exactitud de la temperatura, dice "0.1°C". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica ¿¿0.2°C", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que la exactitud del equipo sea la mejor posible, por lo que se solicita una exactitud de la temperatura de 0.1 °C o menor.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Termociclador en punto final para Bolsillo, referente a la pantalla táctil, dice "7 pulgadas a color LCD". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica ¿pantalla táctil de 8 pulgadas a color LCD o LED", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que la característica de las dimensiones de la pantalla táctil puede depender del fabricante.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:
- Pantalla: Táctil, 7 pulgadas a color LCD o de acuerdo al fabricante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Pantalla: Táctil, 7 pulgadas a color LCD o de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Respecto al equipo termociclador en punto final para Bolsillo, referente a la pantalla táctil, dice " $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica " $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se comprende la consulta del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Respecto al equipo termociclador en punto final para Bolsillo, referente a la administración de usuarios, dice "Permite agregar múltiples usuarios, con 3 niveles de seguridad (administrador, usuario y visitante)". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica ¿Permite generar usuarios múltiples con la habilitación de seguridad por contraseña para cada usuario creado y también para los programas generados por cada usuario", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Termociclador en punto final cuente con 3 niveles de seguridad (administrador, usuario, visitante) para evitar la pérdida de información.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Cuantificador de ADN, referente al rango dinámico, dice "hasta 27500ng/ul dsDNA". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica ¿Rango dinámico dentro del rango mínimo de 15000 - 27500 ng/ul dsDNA", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Cuantiicador de ADN tenga un límite máximo de trabajo de hasta 27500 ng/uL o mayor en el formato de dsDNA.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Cuantificador de ADN, referente al rango de tiempo de procesamiento, dice "8 segundos". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "en el rango 6 a 8 segundos", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que podría considerarse como mejora tecnológica respecto a la característica solicitada.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Procesamiento: 8 segundos o menor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Procesamiento: 8 segundos o menor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Cuantificador de ADN, referente a los puertos USB, dice "3 puertos USB". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "en el rango de 1 a 3 puertos USB", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que la cantidad de puertos USB puede variar de acuerdo al fabricante.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- USB Drive: 3 puertos o de acuerdo al fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* USB Drive: 3 puertos o de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Agitador de placas, referente a la velocidad, dice "150 - 1200". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "en el rango de 200 - 1500 rpm", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Agitador de placas, referente a la Pantalla, dice "LED para velocidad y tiempo". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "LED, LCD o digital para velocidad y tiempo", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado por el participante, ya que el tipo de pantalla depende de la manufactura realizada por el fabricante.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Pantalla LED para velocidad y tiempo restante de trabajo o de acuerdo al fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Pantalla LED para velocidad y tiempo restante de trabajo o de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Agitador de placas, referente al diámetro de orbital, dice "2.5mm". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "en el rango de 2.5mm a 3mm", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que puede ser considerado como una mejora tecnológica respecto a la característica solicitada

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Diámetro de órbita de 2.5 mm o mayor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Diámetro de órbita de 2.5 mm o mayor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Agitador de placas, referente la capacidad de carga, dice "4kg". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "no menor de 0.8kg", considerando que, al ser un equipo para placas de PCR o ELISA, dependiendo del ámbito de aplicación, la capacidad respecto al peso no debería considerarse, o al menos no llevarlo a un peso tan elevado como el descrito en el requerimiento técnico, lo cual favorecerá a una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Agitador de placas pueda soportar una carga de hasta 4 kg en funcionamiento.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Agitador de placas, referente al peso, dice "12.8kg". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "en el rango de 6.5 a 12.8kg", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que las características de dimensiones y peso del equipo pueden variar de acuerdo a cada fabricante.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Peso: 12.8 kg o de acuerdo al fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Peso: 12.8 kg o de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Agitador de placas, referente a las dimensiones, dice "48.7 x 38.7 x 26.4 cm". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con dimensiones aproximadas a la solicitada como 15.5cm x 19.4cm x 7.25cm, considerando que es una característica más compacta debido a la optimización del tamaño para este tipo de instrumentos, favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que las características de dimensiones y peso del equipo pueden variar de acuerdo a cada fabricante.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Dimensiones (L x An x Al): 48.7 x 38.7 x 26.4 o de acuerdo al fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Dimensiones (L x An x Al): 48.7 x 38.7 x 26.4 o de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Spin para microtubos, referente a la velocidad, dice "ajustable hasta 12500rpm o 9800g". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "ajustable hasta 12000rpm o 9515g", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Spin para microtubos pueda alcanzar una velocidad máxima de 12500 rpm (9800 x g) o mayor

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Spin para microtubos, referente al temporizador, dice "1 seg - 30 min". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "en el rango de 1 seg - 999 min", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el fabricante, ya que podría considerarse como una mejora tecnológica.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Temporizador: 1 segundo a 30 minutos o hasta 999 minutos"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Temporizador: 1 segundo a 30 minutos o hasta 999 minutos

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Spin para microtubos, referente al nivel de ruido, dice "51 - 53dB". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "en el rango de 51 - 60dB", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta de volumen variable 1-10ul, referente al volumen del instrumento, dice "Micropipeta de volumen variable 1-10ul". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "Micropipeta de volumen variable 0.5-10ul", pues ofrece un mayor de volumen y la mayor cantidad de fabricantes utilizan esta medida como estándar, favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 50

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta de volumen variable 1-10ul, referente al material de fabricación, dice "PVDF". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 51

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta de volumen variable 1-10ul, referente al incremento del volumen, dice "0.02ul". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "0.01ul o no menor de 0.02ul" pues un volumen menor en el incremento ofrece una mayor exactitud para los usuarios, permitiendo también una mayor pluralidad de postores al no colocar un límite fijo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 52

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta de volumen variable 2-20ul, referente al material de fabricación, dice "PVDF". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 51

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta de volumen variable 20-200ul, referente al material de fabricación, dice "PVDF". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 51

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta de volumen variable 100-1000ul, referente al material de fabricación, dice "PVDF". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 51

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta multicanal de 10ul, referente al material de fabricación, dice "PVDF". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 51

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta multicanal de 10uL, referente al incremento del volumen, dice "0.02ul". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "0.01ul ó no menor de 0.02ul" pues un volumen menor en el incremento ofrece una mayor exactitud para los usuarios, permitiendo también una mayor pluralidad de postores al no colocar un límite fijo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 52

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta multicanal de 10ul, referente a la inexactitud a máximo volumen, dice " $\pm 0.240UL$ ". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica " $\pm 0.240UL$ ó no mayor a $\pm 0.240UL$ ", permitiendo así que opciones con características superiores al requerimiento participen favoreciendo la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se requiere que la micropipeta tenga una inexactitud máxima de $\pm 0.240 uL$ al máximo volumen.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:
- Inexactitud a máximo volumen: $\pm 0.240 uL$ o menor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Inexactitud a máximo volumen: $\pm 0.240 uL$ o menor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta multicanal de 10ul, referente a la imprecisión a máximo volumen, dice "0.160ul". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "¿0.160UL ó no mayor a 160UL", permitiendo así que opciones con características superiores al requerimiento participen favoreciendo la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se requiere que la micropipeta tenga una imprecisión máxima de 0.160 uL al máximo volumen.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Inexactitud a máximo volumen: 0.160 uL o menor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Inexactitud a máximo volumen: 0.160 uL o menor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta multicanal de 200ul, referente al material de fabricación, dice "PVDF". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "PVDF o material similar o superior, altamente resistente a corrosión por químicos", favoreciendo a una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 51

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta multicanal de 200ul, referente al incremento del volumen, dice "1ul". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "en el rango de 0.2ul a 1ul ó no menor de 1ul" permitiendo así que opciones con características superiores al requerimiento participen favoreciendo la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se podría considerar como una mejora tecnológica respecto a la característica solicitada.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Incrementos: 1 uL o menor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incrementos: 1 uL o menor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta multicanal de 200ul, referente a la inexactitud a máximo volumen, dice " $\pm 3UL$ ". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica " $\pm 3UL$ ó no mayor a $\pm 3UL$ ", permitiendo así que opciones con características superiores al requerimiento participen favoreciendo la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se requiere que la micropipeta tenga una inexactitud máxima de ± 3.0 uL al máximo volumen.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Inexactitud a máximo volumen: ± 3.0 uL o menor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Inexactitud a máximo volumen: ± 3.0 uL o menor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Respecto al instrumento Micropipeta multicanal de 200ul, referente a la imprecisión a máximo volumen, dice "0.9ul". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica "¿0.9ul ó no mayor a 0.9ul", permitiendo así que opciones con características superiores al requerimiento participen favoreciendo la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que se requiere que la micropipeta tenga una imprecisión máxima de 0.9 uL al máximo volumen.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:

- Imprecisión a máximo volumen: 0.9 uL o menor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Imprecisión a máximo volumen: 0.9 uL o menor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20562842145	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	BTS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:00:46

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

Respecto al equipo Termobloque, referente a la pantalla, dice "Pantalla táctil que muestre hora y temperatura". Se consulta al comité evaluador si pueden considerar válidas las ofertas con la característica ¿Pantalla táctil o digital que muestre hora y temperatura", favoreciendo una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo Termobloque cuente con una pantalla táctil para una mejor manipulación del instrumento.

En ese sentido, se mantienen las características solicitadas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 04/08/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 22:26:20

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

LLAVE EN MANO

Consulta:

Considerando que la modalidad de ejecución de la presente adquisición es "llave en mano", ¿podría el Comité de Selección precisar si los Laboratorios de la Escuela Profesional de Biotecnología de la UNIFSLB cuentan con los ambientes necesarios (tomas eléctricas, mobiliario, salidas y accesos, aire acondicionado, entre otros) para la instalación de los equipos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.6.

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 28

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Equipo Termociclador de PCR en punto final para bolsillo
CARACTERISTICAS:
Fuente de alimentación universal compatible con Windows
Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Fuente de alimentación universal¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Revisar respuesta a consulta N° 3
Revisar respuesta a consulta N° 53"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Equipo Termociclador de PCR en punto final para bolsillo
CARACTERISTICAS:
Tasa de rampa de calefacción máx. 5°C/SEC
Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Tasa de rampa de calefacción máx. 4°C/SEC¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere un equipo que cuente con una tasa de rampa de calefacción máxima de 5 °C/SEC o mayor según los protocolos desarrollados por el área usuaria

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Equipo Termociclador de PCR en punto final para bolsillo

CARACTERISTICAS:
Tasa de rampa de enfriamiento máx. 4°C/SEC
Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Tasa de rampa de enfriamiento máx.: 3.3°C/SEC¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere un equipo que cuente con una tasa de rampa de enfriamiento máxima de 4 °C/SEC o mayor según los protocolos desarrollados por el área usuaria

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 91

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

II. EQUIPOS DIVERSOS

Equipo Termociclador de PCR en punto final para bolsillo

CARACTERISTICAS:

Rango de temperatura del bloque: 4°C - 100°C

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Rango de temperatura del bloque: 4°C - 99°C¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo cuente con rango de temperatura del bloque de 4 °C - 100 °C según los protocolos desarrollados por el área usuaria.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Equipo Termociclador de PCR en punto final para bolsillo

CARACTERISTICAS:

Peso < 9kg

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Peso < 11.6 kg¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar respuesta a consulta N° 55

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

II. EQUIPOS DIVERSOS

Equipo Termociclador de PCR en punto final para bolsillo

CARACTERISTICAS:

Uniformidad de temperatura: < 0.5°C

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Uniformidad de temperatura: < 0.6°C¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo pueda tener una uniformidad de temperatura máxima de 0.5 °C o menor.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 94

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

II. EQUIPOS DIVERSOS

Equipo Termociclador de PCR en punto final para bolsillo

CARACTERISTICAS:

Puertos de comunicación: USB, conexión WiFi, Lan

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien suprimir ¿conexión WiFi¿ de los puertos de comunicación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo cuente con puertos o interfaces de comunicación diversas, tales como USB, Wi-Fi, LAN para una mejor manipulación de la información que brinda el equipo.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 95

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Equipo Termociclador de PCR en punto final para bolsillo
CARACTERISTICAS:
Memoria del instrumento: Hasta 15000 programas en el instrumento

Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Memoria del instrumento: Hasta 350 programas en el instrumento¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo pueda ser capaz de almacenar internamente una gran cantidad de información, como los programas utilizados.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 96

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

II. EQUIPOS DIVERSOS

Cuantificador de ADN

CARACTERISTICAS:

Rango dinámico: hasta 27500 ng/uL de dsDNA o 400 mg/mL IgG

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien suprimir esta característica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.2.

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar la respuesta a la consulta N° 60

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 97

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Cuantificador de ADN
CARACTERISTICAS:
Límite de detección: dsDNA 2.0 ng/mL, RNA 1.6 ng/mL, BSA 0.06 mg/mL

Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Límite de detección: dsDNA 2.0 ng/uL, RNA 1.6 ng/mL, BSA 0.1 mg/mL¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante, ya que los límites de detección pueden tener márgenes de inexactitud variables dependiendo de las características de manufactura del fabricante.

En ese sentido, se realizará la siguiente modificación en las bases:
- Límite de detección: dsDNA 2.0 ng/uL, RNA 1.6 ng/uL, BSA 0.1 mg/uL o menor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Límite de detección: dsDNA 2.0 ng/uL, RNA 1.6 ng/uL, BSA 0.1 mg/uL o menor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Cuantificador de ADN
CARACTERISTICAS:
USB drive: 3 puertos

Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿USB drive: 2 puertos¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar la respuesta a la consulta N° 62

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 99

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Agitador de placas

CARACTERISTICAS:
Tiempo: hasta 99 horas 59 minutos
Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Tiempo: hasta 99 min o continuo¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo pueda ser capaz de tener un tiempo de trabajo de hasta 99 horas 59 minutos.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 100

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

II. EQUIPOS DIVERSOS

Agitador de placas

CARACTERISTICAS:

Capacidad de carga de hasta 4 kg

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Capacidad de carga de hasta 0.3 kg¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.2.

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar la respuesta a la consulta N° 66

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 04/08/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 22:26:20

Observación: Nro. 101

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

II. EQUIPOS DIVERSOS

Agitador de placas

CARACTERISTICAS:

Peso: 12.8 kg

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Peso: 4.3 kg¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.2.

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar la respuesta a la consulta N° 67

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 102

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

II. EQUIPOS DIVERSOS

Agitador de placas

CARACTERISTICAS:

Dimensiones (L x An x Al): 48.7 x 38.7 x 26.4 cm

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Dimensiones: 16.8 x 27.9 x 15.3 cm¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.2.

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar la respuesta a la consulta N° 68

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 103

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Spin para microtubos
CARACTERISTICAS:
Velocidad ajustable hasta 12500 rpm o 9800 x g
Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Velocidad ajustable hasta 6000 rpm o 2000 x g¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2. Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar la respuesta a la consulta N° 9

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 104

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Spin para microtubos
CARACTERISTICAS:
Pantalla que muestra tiempo y velocidad

Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien suprimir esta característica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicita por el participante, ya que se requiere que el equipo Spin para microtubos cuente con una pantalla que permita visualizar los datos de tiempo y velocidad de trabajo.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 105

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
II. EQUIPOS DIVERSOS
Spin para microtubos
CARACTERISTICAS:
Temporizador: 1 segundo a 30 min
Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien suprimir esta característica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar la respuesta a la consulta N° 70

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 106

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

II. EQUIPOS DIVERSOS

Spin para microtubos

CARACTERISTICAS:

Rotor de 12 tubos x 1.5/2.0 ml

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Rotor de 8 tubos x 1.5/2.0 ml¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.2.

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo pueda trabajar con 12 tubos de 1.5/2.0 mL de manera simultánea.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 107

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

II. EQUIPOS DIVERSOS

Spin para microtubos

CARACTERISTICAS:

Adaptador para tubos de 0.5 ml (set de 12)

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Adaptador para tubos de 0.5 ml (set de 8)¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo solicitado por el participante, ya que se requiere que el equipo pueda trabajar con 12 tubos de manera simultánea, por lo que se debe requerir un set de adaptadores para 12 tubos de 0.2 mL.

En ese sentido, se mantiene la característica técnica solicitada "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 108

Consulta/Observación:

Antecedente:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

II. EQUIPOS DIVERSOS

Termobloque

CARACTERISTICAS:

Pantalla táctil que muestre hora y temperatura

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la característica en cuestión a ¿Pantalla digital que muestre hora y temperatura¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2. **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar la respuesta a la consulta N° 86.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 109

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.13. Lugar y plazo de ejecución de la prestación
5.13.2. Plazo

Plazo de entrega no deberá exceder a los noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien corregir el plazo de entrega máximo, pues en el folio 14 de las bases administrativas se indica que el plazo de entrega máximo es de 120 días calendario; asimismo, se debería corregir el factor de evaluación por puntaje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.13. Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar la respuesta a la consulta N° 29

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNIFSLB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE ACADEMICA DE LA UNIVERDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA", CON CIU 2430662.

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:26:20

Observación: Nro. 110

Consulta/Observación:

Antecedente:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
8. REQUISITOS DE CALIFICACION
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
ITEM PAQUETE: II

Se consideran bienes similares a los siguientes:

Observación:
Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien precisar que para la acreditación del monto facturado se considerarán como bienes similares a equipos de laboratorio en general.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** B **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisar la respuesta a la consulta N° 14

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null