

**FORMATO N° 22**

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
AS-SM-41-2023-HRL-OEC-1 -ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL  
REGIONAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO  
LAMBAYEQUE**

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En, Chiclayo, a los 13 días del mes de diciembre del año 2023, en la Oficina de la Unidad de Lógica, a las 15:00:00 horas, yo, NILTON JHON CHEPE RIVERA en calidad de responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 41-2023-HRL-OEC-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.

**3 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	S/. 89,970.00

**4 BASE LEGAL**

Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 76.3 "Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".

**5 ACUERDO ADOPTADO**

En calidad de Responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), otorgo la buena pro al postor mencionado en el numeral 3.

**6**

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

.....  
**Téc. Nilton J. Chepe Rivera**  
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**AS-SM-41-2023-HRL-OEC-1 -ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**

**1 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En, Chiclayo, a los 13 días del mes de diciembre del año 2023, en la Oficina de la Unidad de Lógica, a las 11:30:00 horas, yo, NILTON JHON CHEPE RIVERA en calidad de responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 41-2023-HRL-OEC-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, efectuo la APERTURA ELECTRÓNICA OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**2 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	20110133091
2	MEDISONIC S.A.C.	20376801927
3	ENRAF MEDICA E.I.R.L.	20415716754
4	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	20505867077
5	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	20509997340
6	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
7	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	20551306128
8	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
9	TECNOLOGIA E INGENIERIA CLINICA S.A.C.	20600537556
10	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20601105994
11	BOMBER 89' S.A.C.	20603197284
12	GRUPO INTEMEDAS INTERNACIONAL S.A.C.	20603600194
13	FRAJMAC E.I.R.L.	20605991794
14	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	20609607123

**3 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento, los siguientes postores presentaron su oferta de manera electrónica a través del SEACE: adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	12/12/2023	15:59:10
2	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	12/12/2023	19:19:02
3	BOMBER 89' S.A.C.	12/12/2023	21:09:40
4	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C	12/12/2023	21:13:23

**4** Acto seguido, se procede la apertura electrónica de la oferta, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas.

**5 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
----	----------------------------------	---





**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**AS-SM-41-2023-HRL-OEC-1 -ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL**  
**LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**

1	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS: C01 ESPECIFICADA EN LAS BASES; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N°29, 30 Y 31. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA LOS MODOS B/B Y 4B LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE, A09 ESPECIFICADA EN LAS BASES; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N°29, 30 Y 29. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA AUMENTAR LA IMAGEN A PANTALLA COMPLETA EN DOS TIPOS DE AMPLIACIÓN. LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE
2	BOMBER 89° S.A.C.	LA EMPRESA NO CUMPLE, EN SU PROPUESTA NO SUSTENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN SU CATALOGO O MANUAL DEL FABRICANTE.
3	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C	NO CUMPLE CON LA CARACTERISTICA : A11 SECCIÓN ESPECIFICA DE LA BASE, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 40 SE EVIDENCIA QUE SOLO MENCIONA MODO B Y NO SUSTENTA LAS 16 MAOS DE TINTES COMO MINIMO, A12 SECCIÓN ESPECIFICA DE LA BASE; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 39. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA DISPONIBLE EN TRANSDUCTOR LINEAL COMO MINIMO, B01 SECCIÓN ESPECIFICA DE LA BASE, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 35. EVIDENCIAMOS QUE PROPONEN UNA ANGULACION DE 60° EL CUAL NO CUMPLE CON LA ANGULACION NO MENOR A 80°, B03 SECCIÓN ESPECIFICA DE LA BASE; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 36. EVIDENCIAMOS QUE PROPONEN UN TRADUCTOR CON EL RANGO DE 4-8MHZ EL CUAL NO CUMPLE CON 3.5 MHz A 12.0 MH, C01 SECCIÓN ESPECIFICA DE LA BASE; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N°28. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA LOS MODOS B/B, B/M Y 4B

<b>6 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>		
De acuerdo con la revisión efectuada, la siguiente oferta fue admitida por lo que se procederá con su evaluación:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	1

<b>7 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
<b>7.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>			
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	S/ 89,970.00	97.79
<b>7.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>			
La evaluación de las oferta se detalla en el cuadro de Evaluación de Oferta, según Anexo N° 02 que forma parte de la presente Acta.			

<b>8 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>			
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	
	FACTORES	PUNTAJES	
	PRECIO	100 puntos	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos	





**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**AS-SM-41-2023-HRL-OEC-1 -ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL**  
**LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**

**10 CALIFICACIÓN**  
 Luego de culminada la evaluación, el OEC determinó si el postor que obtuvo el primer según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

<b>10.1</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>		<b>INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC</b>	
	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>		
		HABILITACIÓN	X	
	<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>		
		FACTURACIÓN	X	
	<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>		
		EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
	<b>CALIFICADA</b>			
<b>10.2</b>	<b>DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTA</b>			
	La calificación de la oferta se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo N° 02, que forma parte de la presente Acta.			

**11 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**  
 De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el Primer (01) lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

<b>N°</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR</b>
1	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC

**12 RESULTADO FINAL**  
 En calidad de Responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), doy por aprobado los resultados de la evaluación de la oferta y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

**13**

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
 HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

.....  
**Téc. Nilton J. Chepe Rivera**  
 ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 02 :CUADRO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL CONTENIDO DE LA OFERTA

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AS N°41-2023-HRL-CS-, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"							RESULTADO		
				POSTOR	VALOR ESTIMADO	FACTORES DE EVALUACIÓN				REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
						OFERTA	PUNTAJE DEL PRECIO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION	CAPACIDAD LEGAL		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
ÚNICO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, IOARR - CUI N°2562458"	UNIDAD	1	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	S/. 92,000.00	S/89,970.00	100.00 puntos	1°	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA	

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

*Téc. Nilton J. Chepe Rivera*  
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 01:CUADRO DE ADMISIÓN DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS																				
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		AS N°41-2023-HRL-CS-1		"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"																
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTOR	2.2.1 DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA													RESULTADO		
					2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA															
ÚNICO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"	UNIDAD	1	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	NO ADMITIDA			
					Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, detallados en la sección específica de las bases	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente, para el equipo requerido, según la normatividad vigente DIGEMID	Certificado de Seguridad Eléctrica (UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA; para el equipo principal objeto de la adquisición)	Compromiso de Suministro de Componentes, Repuestos e Insumos: Emitido por el fabricante o por el postor de equipos.	Documento que acredite fehacientemente Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Documento que acredite fehacientemente Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Y/O Certificado de la Comunidad Europea (CE) O Norma ISO 13485 Vigente	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)		El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6).		
					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE
					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE
					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE
DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.					NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: C01 ESPECIFICADA EN LAS BASES; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N°29, 30 Y 31. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA LOS MODOS B/B Y 4B LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE															
DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.					NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS: A09 ESPECIFICADA EN LAS BASES; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N°29, 30 Y 29. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA AUMENTAR LA IMAGEN A PANTALLA COMPLETA EN DOS TIPOS DE AMPLIACIÓN. LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE															
BOMBER 89° S.A.C.					LA EMPRESA NO CUMPLE, EN SU PROPUESTA, NO SUSTENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN SU CATALOGO O MANUAL DEL FABRICANTE.															
BOMBER 89° S.A.C.					NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: A11 SECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BASE, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 40 SE EVIDENCIA QUE SOLO MENCIONA MODO B Y NO SUSTENTA LAS 16 MAÑOS DE TINTES COMO MÍNIMO. LO CUAL SE SOLICITA EN LAS BASES.															
BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.					NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: A12 SECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BASE, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 39. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA DISPONIBLE EN TRANSDUCTOR LINEAL COMO MÍNIMO. LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE															
BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.					NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: B01 SECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BASE, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 35. EVIDENCIAMOS QUE PROPONEN UNA ANGULACIÓN DE 60° EL CUAL NO CUMPLE CON LA ANGULACIÓN NO MENOR A 80°. LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE															
BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.					NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: B03 SECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BASE; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 36. EVIDENCIAMOS QUE PROPONEN UN TRANSDUCTOR CON EL RANGO DE 4-8MHZ EL CUAL NO CUMPLE CON 3.5 MHz A 12.0 MHz, LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE															
BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.					NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: C01 SECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BASE; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N°28. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA LOS MODOS B/B, B/M Y 4B LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE															

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Téc. Nilton J. Chepe Rivera  
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES