

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20512253769	Fecha de envío :	23/11/2024
Nombre o Razón social :	KS INTERNATIONAL GROUP SAC	Hora de envío :	12:33:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE LA INFOMACION DESDE LA PAGINA 21 A LA 31 SEA MAS LEGIBLE, NO SE ENTIENDE LO DESCRITO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante, siendo que para la publicación de las bases se realizará de manera legible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan: Pesa de calibración integrada accionada por motor.
Siendo que esta característica puede ser expresada de forma distinta por cada fabricante, CONSULTAMOS amablemente al comité, en pro de una mayor participación de postores, poder ampliar el alcance de esta especificación quedando de la siguiente manera: Pesa de calibración integrada accionada por motor y/o calibración interna semiautomática.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y área técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante, quedando en las bases integradas de la siguiente manera:
Pesa de calibración integrada accionada por motor y/o calibración interna semiautomática

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pesa de calibración integrada accionada por motor y/o calibración interna semiautomática

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan: Tecnología de pesaje monolítica.

Al respecto, esta tecnología no es una característica principal de una balanza. Este sistema indica la forma de construcción de la celda de carga para aportar una mejoría en la estabilidad del equipo. Sin embargo, existe muchas otras tecnologías que consiguen los mismos resultados e incluso mejores y esto se ve reflejado en la repetibilidad de la balanza. Por ello, al ser dependiente de cada fabricante, CONSULTAMOS amablemente al comité, poder ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera: Tecnología de pesaje monolítica y/o según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante, precisando que, la tecnología que debe ofrecer el postor tiene que ser igual o superior a la solicitada en las bases; quedando de la siguiente manera:

Tecnología de pesaje monolítica y/o según fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tecnología de pesaje monolítica y/o según fabricante.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan: Posición de nivel de burbuja de aire.
CONSULTAMOS al comité, en aras de evitar confusiones o ambigüedades, poder considerar esta especificación de la siguiente manera: Posición de nivel de burbuja de aire y/o indicador de nivel con pies ajustables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, quedando las bases integradas de la siguiente manera.
Posición de nivel de burbuja de aire y/o indicador de nivel con pies ajustables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Posición de nivel de burbuja de aire y/o indicador de nivel con pies ajustables.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan: Certificación de calidad ISO17025.

Siendo que la ISO17025 está orientada a laboratorios y no a fabricantes, siendo para esta ultima la ISO9001, CONSULTAMOS al comité, poder ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera: Certificación de calidad ISO17025 y/o ISO9001.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante, quedando las bases integradas de la siguiente manera.

Certificación de calidad ISO17025 y/o ISO9001.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificación de calidad ISO17025 y/o ISO9001.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan: Alimentación 220 W/50Hz.

CONSULTAMOS al comité, en aras de una mayor precisión de lo requerido y en benéfico del área usuaria, poder considerar lo siguiente en la especificación: Alimentación 100-240V, 50/60Hz.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Alimentación 100-240V, 50/60Hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Alimentación 100-240V, 50/60Hz.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan: Carcasa totalmente metálica resistente a los reactivos y a la humedad.
En beneficio de una mayor pluralidad de postores, CONSULTAMOS amablemente al comité, poder ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera equivalente: Carcasa totalmente metálica resistente a los reactivos y a la humedad y/o Carcasa inferior de metal fundido con protector de vidrio para aplicaciones industriales y del laboratorio para uso de larga duración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE PARCIALMENTE a la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Carcasa totalmente metálica resistente a los reactivos y a la humedad y/o Carcasa inferior metálica con protector de vidrio para aplicaciones industriales y del laboratorio para uso de larga duración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carcasa totalmente metálica resistente a los reactivos y a la humedad y/o Carcasa inferior metálica con protector de vidrio para aplicaciones industriales y del laboratorio para uso de larga duración.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan: impresora matricial.

En beneficio de una mayor pluralidad de postores, CONSULTAMOS al comité, poder considerar este accesorio como OPCIONAL, quedando la especificación de la siguiente manera: Impresora matricial (OPCIONAL).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante quedando de las bases integradas de la siguiente manera:

Impresora matricial (OPCIONAL).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Impresora matricial (OPCIONAL).

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan: Pesas de Calibración.

Al respecto, solicitamos al área usuaria poder especificar las pesas de calibración y la clase de exactitud requeridas en aras de una mayor claridad. Tomando como consideración la capacidad máxima de la balanza solicitada y la resolución, la especificación quedaría de la siguiente forma: Una (01) pesas de calibración de 100 g y Una pesa de 200g. De clase E2 y certificado de calibración incluido.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, quedando en las bases integradas de la siguiente manera:

Una (01) pesas de calibración de 100 g y Una pesa de 200g. De clase E2 y certificado de calibración incluido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Una (01) pesas de calibración de 100 g y Una pesa de 200g. De clase E2 y certificado de calibración incluido.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan: DIEZ (10) cintas para impresora.

CONSULTAMOS al comité, poder considerar este requerimiento opcional, quedando de la siguiente manera: DIEZ (10) cintas para impresora (OPCIONAL).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

DIEZ (10) cintas para impresora (OPCIONAL).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DIEZ (10) cintas para impresora (OPCIONAL).

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan: Volumen 115L

Al respecto, por ser un valor cercano y representando una mejora tecnológica, CONSULTAMOS al comité, si aceptaría un equipo con un volumen de 161L, quedando la especificación de la siguiente manera: Volumen 115L o 161L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE PARCIALMENTE a la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Volumen 115L hasta 161L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen 115L hasta 161L.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan: Rango de temperatura desde 5°C por encima de la temperatura ambiente a 300°C.
Al respecto, CONSULTAMOS al comité, en beneficio de una mayor participación de postores, poder ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera: Rango de temperatura desde 5°C o 10°C por encima de la temperatura ambiente a 300°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE PARCIALMENTE la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:
Rango de temperatura desde 5°C hasta 10°C por encima de la temperatura ambiente a 300°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de temperatura desde 5°C hasta 10°C por encima de la temperatura ambiente a 300°C.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan: Dimensiones interiores (ancho x fondo x altura): 600 x 400 x 480mm.

Siendo que las dimensiones interiores dependen de cada fabricante y su diseño en particular, CONSULTAMOS al comité, en pro de una mayor participación de postores ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera: o ambigüedades, poder considerar esta especificación de la siguiente manera Dimensiones interiores (ancho x fondo x altura) según fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Dimensiones interiores (ancho x fondo x altura) según fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensiones interiores (ancho x fondo x altura) según fabricante.

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO		
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO		

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: **Nro.** 14

Consulta/Observación:

Solicitan: Certificación de calidad ISO17025.

Siendo que la ISO17025 está orientada a laboratorios y no a fabricantes, siendo para esta ultima la ISO9001, CONSULTAMOS al comité, poder ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera: Certificación de calidad ISO17025 y/o ISO9001.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Certificación de calidad ISO17025 y/O ISO9001.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificación de calidad ISO17025 y/O ISO9001.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan: Desviación de la temperatura ambiente:

A 70°C (+-K): 0.7

A 150°C (+-K): 1.8

A 300°C (+-K): 0.3

Siendo que esta característica perjudica la amplia participación de postores pues no es una característica indispensable de una estufa y es dependiente de cada fabricante, CONSULTAMOS al comité, en pro de una mayor participación de postores ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera: Desviación de la temperatura ambiente y/o según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Desviación de la temperatura ambiente y/o según fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Desviación de la temperatura ambiente y/o según fabricante.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan: Desviación momentánea de la temperatura (+-K): 0.3

Al respecto, siendo que esta característica puede ser descrita de porfa distinta por cada fabricante, siendo la más común de ser expresada como variación de la temperatura en el tiempo. Por ello, COSULTAMOS al comité, poder considerar lo siguiente: Desviación momentánea de la temperatura (+-K): 0.3 y/o Variación de la temperatura en el tiempo (+-K) <=0.8.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Desviación momentánea de la temperatura (+-K): 0.3 y/o Variación de la temperatura en el tiempo (+-K) <=0.8.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Desviación momentánea de la temperatura (+-K): 0.3 y/o Variación de la temperatura en el tiempo (+-K) <=0.8.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	01:36:15

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Pantalla LCD

En pro de una mayor participación de postores CONSULTAMOS al comité, poder ampliar el alcance de este requerimiento quedando la especificación de la siguiente manera: Pantalla LCD y/o Pantalla TFT a color de alta resolución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Pantalla LCD y/o Pantalla TFT a color de alta resolución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pantalla LCD y/o Pantalla TFT a color de alta resolución.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20512253769	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	KS INTERNATIONAL GROUP SAC	Hora de envío :	12:11:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
PLAZO DE ENTREGA PARA LAS CAMARAS: SE SOLICITA AL COMITE EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA A 30 DIAS YA QUE LOS BIENES REQUIEREN SER IMPORTADOS, TANTO LAS CAMARAS COMO LOS LENTES QUE NO SON COMERCIALES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: . Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, NO SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, solicitando se acoja a lo solicitado en las bases. Conforme a lo señalado en el art. 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 29 de su reglamento, mediante el cual se establece que, la definición de los requerimientos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria. Entendiéndose que las especificaciones técnicas obedecen a la real necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:44:09

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN.

Solicitan: Legibilidad: 0.1 mg (0.0001 g) o mejor

Para no entrar en ambigüedades la palabra Legibilidad que se presenta con un enfoque analítico se define como: el rango de variación constante dentro de una medida, esta palabra se puede presentar en diferentes sinónimos y esto puede variar según el fabricante.

Por ello, CONSULTAMOS al comité si aceptará la palabra Lectura mínima la cual tiene el mismo significado que la palabra legibilidad, para no restringir la amplia participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE PARCIALMENTE a la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Lectura mínima y/o Legibilidad 0.1 mg (0.0001 g) o mejor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Lectura mínima y/o Legibilidad 0.1 mg (0.0001 g) o mejor.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:44:09

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SOLICITAN: BALANZA ANALITICA DE PRECISION DIGITAL: Platillo de pesada: 90 mm

El tamaño del platillo es una característica que depende de la marca o el fabricante, además que esta especificación no limita la función principal del equipo. Por ello, Incluir la característica solicitada restringiría la participación marcas con mejoras tecnológicas más importantes. En este sentido OBSERVAMOS al comité de evaluación, en pro de recibir diversidad ante las diferentes marcas en la solicitud, agregue las siguientes especificaciones: Platillo de pesada: 80 mm como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE PARCIALMENTE a la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Platillo de pesada: 90 mm como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Platillo de pesada: 90 mm como mínimo.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:44:09

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SOLICITAN: BALANZA ANALITICA DE PRECISION DIGITAL: Carcasa totalmente metálica resistente a los reactivos y a la humedad

Según la especificación, especificar Carcasa Totalmente Metálica engloba el equipo en general, hay partes del equipo que, si es necesario que este protegido ante agentes reactivos y humedad, pero hay otras partes de que no es necesario y esto puede variar según el fabricante. Por ello, CONSULTAMOS al comité si aceptará la especificación: Carcasa totalmente metálica resistente a los reactivos y a la humedad (OPCIONAL)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE PARCIALMENTE a la consulta formulada por el participante, quedando en las bases de la siguiente manera:

Carcasa totalmente metálica resistente a los reactivos y a la humedad y/o Carcasa inferior metálica con protector de vidrio para aplicaciones industriales y del laboratorio para uso de larga duración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carcasa totalmente metálica resistente a los reactivos y a la humedad y/o Carcasa inferior metálica con protector de vidrio para aplicaciones industriales y del laboratorio para uso de larga duración.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:44:09

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ESTUFA ESTERILIZADORA DE LABORATORIO: Volumen 115 L

El rango de volumen de trabajo puede depender de la tecnología de fabricante, por lo que existen marcas con rangos aproximados a lo solicitado. Las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. En este sentido OBSERVAMOS que el comité de evaluación, en pro de recibir diversidad ante las diferentes marcas en la solicitud, aceptará la siguiente especificación: Volumen de 108 L o mayor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, NO SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, solicitando se acoja a lo solicitado en las bases, conforme a lo señalado en el art. 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 29 de su reglamento, mediante el cual se establece que, la definición de los requerimientos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria. Entendiéndose que las especificaciones técnicas obedecen a la real necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:44:09

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ESTUFA ESTERILIZADORA DE LABORATORIO: Dimensiones interiores (ancho x fondo x altura): 600 x 400 x 480mm.

OBSERVAMOS que para una amplia participación de postore, recomendamos al comité de evaluación, en pro de recibir mejoras en la solicitud, poder considerar las siguientes especificaciones: Medidas: An(A) x Al(B) x F(C): 560 x 480 x 400 mm aprox.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE PARCIALMENTE a la consulta formulada por el participante, quedando de la siguiente manera:

Dimensiones interiores (ancho x fondo x altura) según fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensiones interiores (ancho x fondo x altura) según fabricante.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-III DIRTEPOL-T-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos especializados (cámaras fotográficas digitales, refrigeradores de laboratorio, balanza analítica digital y estufa analítica de laboratorio) para la Oficina de Criminalística - UNIDAD DE FLAGRANCIA PNP Trujillo de la Región Policial la Libertad, integrantes de la UE 005 ¿ III DIRTEPOL TRUJILLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:44:09

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ESTUFA ESTERILIZADORA DE LABORATORIO: Bandejas (N° serie/max): 2/6

La cantidad de bandejas o inserciones va depender de la marca o del fabricante. Esta especificación no afectara la funcionalidad del equipo, solo ayuda a aumentar la capacidad de lo que se desea analizar. Por ello, CONSULTAMOS al comité si aceptará la especificación: Bandejas (N° serie/max): 2/6 como minimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria y Área Técnica de la REGPOL LA LIBERTAD, SE ACOGE a la consulta formulada por el participante, quedando en las bases de la siguiente manera:

Bandejas (N° serie/max): 2/6 como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Bandejas (N° serie/max): 2/6 como mínimo.