

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Existen requisitos para las unidades vehiculares (habilitacion de seguridad, marca, año, etc)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ha establecido un requisito tecnico para el tipo de vehiculo , sin embargo este debe garantizar el buen uso del transporte de las muestras de acuerdo a las consideraciones de ser laboratorio acreditado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar si se requiere llevar herramientas para aperturar la tapa de los medidores (barreta, cincel, punzon, desarmador, etc)

Indicar si estan habilitados los puntos de muestreo con caños o grifos en las plantas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

(i) Para abrir la tapa del medidor de agua no requiere herramientas como barreta, cincel, punzón, etc. La tapa se abre con una llave que se proporcionará.

(ii) Si estan habilitados los puntos de muestreo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Ademas de los EPPs basicos se requiere contar con alguno especifico (traje tyvek u otro)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: NA Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No requiere contar con alguno específico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indican 1 Coordinador del Servicio, ¿este personal debe estar presente durante los monitoreos en cada punto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: NA Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El coordinador del Servicio no es necesario que este presente en el monitoreo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indican que los demás profesionales adicionales al Coordinador del Servicio deben contar con experiencia a partir del título, favor de indicarnos cuantos años de experiencia y el perfil para este personal adicional al Coordinador que se debe de considerar o si es a decisión del postor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: NA Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el TR se indica que el Personal Mínimo Requerido:El Contratista, designará al personal profesional necesario de su laboratorio para cumplir con la toma de muestra y análisis de los parámetros solicitados.
Y para el desarrollo del servicio se requiere un coordinador del servicio por lo que se solicita su experiencia mínima de dos (02) años en la supervisión y/o coordinación y/o conducción de actividades de análisis químicos o biológicos en matriz agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor de indicar las inducciones y/o habilitaciones que se debe de considerar para el personal. Además si cuentan con clínicas homologadas o algún perfil específico para el EMO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: NA Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Contratista no requiere inducción específica para el servicio. En cuanto a las habilitaciones, se refiere únicamente a la colegiatura del personal clave, debe tener vigente.
Respecto al EMO, esta es responsabilidad directa del proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Se debe de considerar contar con un supervisor de Seguridad para el servicio en campo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: NA Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se requiere de personal que ejerza labores de seguridad para el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El listado de los predios a visitar con cuanto tiempo de anticipacion se envia
Se contara con el acompañamiento de algun representante de sedapal para el contacto con los dueños de predios o el
postor debe de gestionar los permisos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La programación se envia una semana antes, no hay acompañamiento de personal por parte de SEDAPAL, se le prepara carta de presentación en caso sea necesario. El trabajo es en la via publica, especificamente en la vereda donde se encuentra la caja del medidor de agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿Todas las estaciones seran monitoreadas por duplicado? Debido que luego del análisis recién se puede determinar si exceden los LMP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El duplicado se considera para las muestras de agua que exceden el LMP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Existe frecuencia durante el mes para el monitoreo de los 13 puntos (en la primera semana, quincena, etc)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La frecuencia es primera semana a excepción de algunos meses que es quincena.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Precisar si el equipo de comunicacion es distinto a un celular (radio o telefono satelital)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 22 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El equipo de comunicación es un celular

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20504979092	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ALS LS PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:01:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicitara brigada adicional para el monitoreo de fiscalizacion?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 22 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se solicita brigada adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-81-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I Y II DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

Ruc/código :	20100346479	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	NSF INASSA S.A.C.	Hora de envío :	18:24:14

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Quería saber si se podía subcontratar algunos de los análisis con otro laboratorio acreditado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1. Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta subcontratación por otro laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null