

**CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 32-2024-ESSALUD/RPS-1"**  
**ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SISTEMA FLAT PANEL PARA IMÁGENES DIGITALES EQUIPO DE RAYOS X DEL POLICLÍNICO DE COMPLEJIDAD CRESCIENTE EL RETABLO - COMAS"**

**I.- DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS**

I.1.- Documentos para la admisión de la oferta

EMPRESAS PARTICIPANTES	(a) D.J. DATOS POSTOR (Anexo 1)	(b) DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	(c) D.J. LITERAL b) DEL ART. 52 R.L.C.E. (Anexo 2)	(d) D.J. CUMPLIMIENTO ESP. T.C. CONTENIDAS NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LAS BASES (Anexo 3)	(e) D.J. PLAZO DE ENTREGA (Anexo 4)	(f) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (Anexo 5)	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (Anexo 6)	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS PUNTOS: 12. EL POSTOR PRESENTA BATERIA TIPO POLIMERO DE LITHION DE 4080 mAH Y LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD ES DE 4180 mAH. 16. EL POSTOR PRESENTA PROCESADOR CORE I5 Y LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD ES DE CORE I7 17. EL POSTOR OFERTA WINDOW 10 Y LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD ES WINDOW 11.
X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	- NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS PUNTOS: 12. EL POSTOR NO PRESENTA SUSTENTO DEL MANUAL DE CARGADOR DE BATERIA. - NO CUMPLE CON EL ANEXO 6. LA OFERTA PRESENTADA SOBRE PASA EL VALOR ESTIMADO.
ELVIMEDIC GROUP SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	ADMITIDO	NINGUNA
CORPORACION KLD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION KLD PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	- NO TIENE CHECK LIST DE PROPUESTA TÉCNICA - POSTOR OFERCE SOLO UNA (1) BATERIA - PERSONAL CLAVE TIENE TITULO EXTRANJERO NO REGISTRADO EN EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - OFERTA PRESENTADA SOBRE PASA MONTO DE VALOR ESTIMADO
TECNOLOGIA ELECTROMEDICA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	ADMITIDO	NINGUNA
ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	- POSTOR OFERTA PROPUESTA CON 2 BATERIAS Y LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD SON 3 BATERIAS. - EL POSTOR OFERTA CONECTIVIDAD DICOM STORE N° 1 Y LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD ES DICOM 3.0 - NO PRESENTA SUSTENTO CON EL MANUAL DEL PROCESADOR SISTEMA OPERATIVO, MEMORIA RAM, MONITOR DE 22", DISCO DURO PUERTO RJ45, ANTIVIRUS LICENCIADO, ENERGIA ELÉCTRICA Y COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA. - LA OFERTA PRESENTADA SOBRE PASA EL MONTO DEL VALOR ESTIMADO.

**II.- CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

POSTORES	PERSONAL CLAVE	EXPERENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADOS	OBSERVACIONES
	INGENIERO ELECTRÓNICO O MECATRONICO			
ELVIMEDIC GROUP SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA	NINGUNA
TECNOLOGIA ELECTROMEDICA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA	NINGUNA

III.- EVALUACIÓN DE OFERTAS

III.- EVALUACIÓN DE OFERTAS						
POSTORES	$PI = \frac{Om \times PMPE}{OI}$ (100 puntos)		PUNTAJE	BONIFICACIÓN 5% MYPE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN PRELACIÓN
	PRECIO					
ELVIMEDIC GROUP SAC	S/.	53,000.00	100.00	5	105.00	1
TECNOLOGIA ELECTROMEDICA S.A.C.	S/.	54,900.00	96.54	0	96.54	2

IV.- BUENA PRO

EMPRESA GANADORA DE LA BUENA PRO
ELVIMEDIC GROUP SAC